

7 PIRKIMO DALIS SMULKINTUVAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Priemonės techninės charakteristikos / parametrai	Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos priemonės techninės charakteristikos
1.	Didelių apsukų malūnas (smulkintuvas)	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį	Gamintojas: Vorwek Modelis: Thermomix TM -5 https://thermomix.vorwerk.com/thermomix/technical-specifications/
2.	Paskirtis	Mėginių malimas/ emulgavimas ir homogenizavimas	Paskirtis: malimas/ emulgavimas ir homogenizavimas
3.	Apsisukimų skaičius	Nuo ne mažiau 100 iki ne mažiau kaip 16 000 rpm	Nuo 100 iki 16000 rpm pasirinktinai
4.	Malimo indo medžiaga	Nerūdijantis plienas	Nerūdijantis plienas
5.	Malimo indo tūris	Ne mažiau 2000 ml	2000 ml
6.	Vidinės svarstyklės mėginio svėrimui	Turi būti vidinės svarstyklės mėginio svėrimui: minimalus svoris ne daugiau 5g, maksimalus svoris ne mažiau kaip 3000 g	Yra vidinės svarstyklės mėginio svėrimui: minimalus svoris 5g, maksimalus svoris 3000 g
7.	Maksimalus mėginio šildymas	Ne mažiau iki 120 °C temperatūros	120 °C
8.	Komplektacija	Komplekte turi būti peilių ir maišyklių rinkinys bei mentelė teplių produktų homogenizavimui. Peilio charakteristikos: 4 arba 3, arba 2 geležčių propelerinio tipo malimui ir masės homogenizavimui. Maišyklės charakteristikos: “peteliškės” tipo	Komplekte yra peilių ir maišyklių rinkinys bei mentelė teplių produktų homogenizavimui. Peilio charakteristikos: 4 geležčių propelerinio tipo malimui ir masės homogenizavimui. Maišyklės charakteristikos: “peteliškės” tipo
9.	Duomenų ir proceso vaizdavimas	Skystųjų kristalų spalvotas ekrane turi būti rodomas/ pasirenkamas smulkinimo laikas ir apsisukimų skaičius. Maksimali laiko skalė – ne ≤ 99 min. Turi būti galima ir atgalinė laiko apskaita	Skystųjų kristalų spalvotas ekranas. Matoma/rodoma/ pasirenkama smulkinimo laikas ir apsisukimų skaičius. Maksimali laiko skalė – 99 min. Yra ir atgalinė laiko apskaita

10.	Mokymai	Visa įranga turi būti suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja	Visa įranga bus suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja
11.	Garantija	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija	12 mėn