

8 PIRKIMO DALIS STERILIZATORIUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Priemonės techninės charakteristikos / parametrai	Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų / parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos priemonės techninės charakteristikos
1.	Džiovinimo spinta (sterilizatorius) – 1 vnt.	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį	Gamintojas: ARGOLab Modelis: TCF 50 ltr PLUS Forced Air Oven Prekės kodas: 41100202
2.	Talpa	Ne mažiau 50l	50l
3.	Programavimas	Ne ≤ 7 valdymo programos, po ne mažiau kaip 7 žingsnius, programuojant temperatūrą, laiką, oro srauto intensyvumą	7 valdymo programos, po ne mažiau kaip 7 žingsnius, programuojant temperatūrą, laiką, oro srauto intensyvumą
4.	Duomenų nuskaitymo laikmena, USB	Būtina	USB
5.	Pritaikymas	Augalinės medžiagos džiovinimui, indų sterilinimui	Atitinka
6.	Vidinės temperatūros kontrolė išoriniu termometru	Turi būti	Pateiksime kontrolinį termometrą
7.	Temperatūros homogeniškumas	Palaikoma vienoda temperatūra, kuri gali svyruoti ne daugiau kaip 2 procentais.	2 proc.
8.	Temperatūros padala	Ne $\geq 0,1^{\circ}\text{C}$	$0,1^{\circ}\text{C}$
9.	Temperatūros intervalas	Minimali turi būti $+5^{\circ}\text{C}$ ar mažiau, o maksimali turi būti $+300^{\circ}\text{C}$ ar daugiau.	KT (kambario temperatūra) $+5^{\circ}\text{C}$, iki $+300^{\circ}\text{C}$
10.	Temperatūros tikslumas	Paklaida ne $\geq 0,3^{\circ}\text{C}$	$0,3^{\circ}\text{C}$
11.	Oro konvekcija	Priverstinė	Priverstinė
12.	Korpusas	Dažytas metalas	Dažytas metalas
13.	Durėlės	Dažytas metalas	Dažytas metalas
14.	Drėgmei atsparūs mygtukai	Turi būti	yra
15.	Automatinis laikmatis	Nuo ne ≥ 1 min iki ne ≤ 99 val. 59 min	1 min iki ne ≤ 99 val. 59 min
16.	Programos atidėjimo funkcija	Turi būti	Yra atidėjimo funkcija
17.	Valdymas	Spalvotas ekranas	Spalvotas ekranas
18.	Lentynos	Ne mažiau kaip 2 lentynos	2 lentynos yra
19.	Laikmatis	Turi būti	Yra
20.	Kalibravimo sertifikatas	Privalomas. Pateikiamas prekės pristatymo metu.	Yra

21.	Vidinis korpusas nerūdijančio plieno	Turi būti	Yra
22.	Mokymai	Visa įranga turi būti suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja	Visa įranga bus suinstaliuota darbui laboratorijoje ir pravedami mokymai darbui su ja
23.	Garantija	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija	12 mėnesių garantija