

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

2 priedas. Techninė specifikacija. Vaizdo kolonoskopas.

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Techninio parametro konkreti reikšmė siūlomai prekei nurodant pridedamoje medžiagoje (vartotojo instrukcija, bukletas ar pan.)
1.	Kolonoskopas	1 vnt.	Kolonoskopas ELUXEO „EC-760R-V/L“ - 1 vnt. Prekių aprašymas psl. Nr. 23
2.	Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas	CMOS	Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas CMOS Prekių aprašymas psl. Nr. 23
3.	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi	Būtina	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi Prekių aprašymas psl. Nr. 17
4.	Belaidis endoskopo maitinimas	Būtina	Belaidis endoskopo maitinimas Prekių aprašymas psl. Nr. 17
5.	Apžiūros laukas	$\geq 170^\circ$	Apžiūros laukas 170° Prekių aprašymas psl. Nr. 23
6.	Regėjimo nuotolis (fokuso gylis)	$\leq 2 - \geq 100$ mm	Regėjimo nuotolis 2- 100 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 23
7.	Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn	1. $\geq 180^\circ / \geq 180^\circ$ 2. $\geq 160^\circ / \geq 160^\circ$	Lenkimo kampai: 1. aukštyn 180° /žemyn 180° ; Prekių aprašymas psl. Nr. 23 2. dešinėn 160° / kairėn 160° Prekių aprašymas psl. Nr. 23
8.	Įvedamo vamzdelio diametras	$\leq 12,0$ mm	Įvedamo vamzdelio diametras 12 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 23
9.	Distalinio galo diametras	$\leq 12,0$ mm	Distalinio galo diametras 12 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 23
10.	Instrumentinio kanalo diametras	$\geq 3,8$ mm	Instrumentinio kanalo diametras 3,8 mm Prekių aprašymas psl. Nr. 23
11.	Oro/vandens kanalas	Būtina	Oro/vandens kanalas Prekių aprašymas psl. Nr. 23
12.	Papildomas vandens srovės kanalas	Būtina	Papildomas vandens srovės kanalas Prekių aprašymas psl. Nr. 23
13.	Darbinis ilgis	$1690 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$	Darbinis ilgis 1.690mm Prekių aprašymas psl. Nr. 23
14.	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas	Būtina	Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas Prekių aprašymas psl. Nr. 14, 23
15.	Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su ligoninėje esančiais Fujifilm Eluxeo procesoriais	Būtina	Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su ligoninėje esančiais Fujifilm Eluxeo procesoriais Prekių aprašymas psl. Nr. 23

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Techninio parametro konkreti reikšmė siūlomai prekei nurodant pridedamoje medžiagoje (vartotojo instrukcija, bukletas ar pan.)
16.	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą	Būtina. Pateikti kopiją	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą Prekių aprašymas psl. Nr. 24-25
17.	CE atitikties sertifikatas	Būtina. Pateikti kopiją	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą Prekių aprašymas psl. Nr. 26-29

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė

(Vardas ir pavardė)