

## VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SR21-130/302

Tauragė,

2021 m. lapkričio 16 d.

Viešojo įstaiga Tauragės ligoninė, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama direktoriaus Liutauro Indriuškos, veikiančio pagal Įstatus, ir **UAB „Graina“**, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvariškio, laimėjusi 2021 m. spalio 8 d. skelbtą atvirą konkursą **Anestezijos sistemos pirkimas išsimokėtinai per 12 mėnesių lygiomis dalimis kas mėnesį pagal grafiką** (pirkimo Nr. 567866), sudarė šią sutartį:

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių - Anestezijos Sistema WATO EX-65 Pro, Gamintojas: Mindray, 1 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas ir/ar kt. *[pasirinkti, įrašyti pagal poreikį]*, kurių kaina nurodyta Sutarties 2.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto Prekės modelio, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

### 2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra sutarties kaina be PVM 33.884,00 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 00 ct).

PVM suma 7.115,64 Eur (septyni tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų 64 ct).

Bendra sutarties kaina su PVM 40.999,64 Eur (Keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 64 ct).

Sutarties sumos apmokėjimo grafikas:

| Eil.Nr. | Mėnuo                     | Suma su PVM |
|---------|---------------------------|-------------|
| 1       | Pirmas iki 22-01-31       | 3.416,64    |
| 2       | Antras iki 22-02-28       | 3.416,64    |
| 3       | Trečias iki 22-03-31      | 3.416,64    |
| 4       | Ketvirtas iki 22-04-30    | 3.416,64    |
| 5       | Penktas iki 22-05-31      | 3.416,64    |
| 6       | Šeštas iki 22-06-30       | 3.416,64    |
| 7       | Septintas iki 22-07-31    | 3.416,64    |
| 8       | Aštuntas iki 22-08-31     | 3.416,64    |
| 9       | Devintas iki 22-09-30     | 3.416,64    |
| 10      | Dešimtas iki 22-10-31     | 3.416,64    |
| 11      | Vienuoliktas iki 22-11-30 | 3.416,64    |
| 12      | Dvyliktas iki 22-12-31    | 3.416,60    |

2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti

perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

### 3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokėti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis. Prekių pristatymo, instaliavimo / įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu el. pašto adresu [e.kaulius@tauragesligonine.lt](mailto:e.kaulius@tauragesligonine.lt) apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Evaldas Kaulius.

3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Regina Gudjonienė.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašą ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.8. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.9. Prekių pristatymo vieta – Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, LT-72214, Tauragė).

3.10. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių kalbomis);

3.10.2. Techninę dokumentaciją;

3.10.3. Serviso dokumentaciją.

3.11. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos įrangos techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama įrangos instaliavimo metu).

### 4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai garantija įrangai ir 6 (šeši) mėnesiai garantija įrangos priedams nuo Prekių priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos,

4.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas savo lėšomis remontuoja tuos gedimus, kurie patenka į gamintojo nustatytą garantinio remonto apimtį. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

4.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

## 5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 123 mėnesių lygiomis dalimis suderinus atsiskaitymų grafiką, nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
- 5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

## 6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

### 6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

| Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai          | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas                        | Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė                                                                                                                                                | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos | Tiekėjas atlieka mokėjimą į Pirkėjo banko sąskaitą Pirkėjo pareikalavimu | 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, jei tiekėjas po sutarties pasirašymo atsisako pristatyti prekę 2.049,98 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 98 ct) | Sutarties vykdymo laikotarpiu                     |

- 6.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą.
- 6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 6.4. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.
- 6.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:
- 6.5.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
- 6.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

## 7. FORCE MAJEURE

- 7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

## 8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei galioja 15 (penkiolika) mėnesių, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu, įskaitant atsiskaitymą bei galimus pratęsimus.
- 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;
- 8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti prekes iki 6.5.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, prekių nepristatė.
- 8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

## 9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

### PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.
2. Techninė specifikacija.

## 10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pardavėjas

#### UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys  
Juridinio asmens kodas 1477 36647  
PVM mokėtojo kodas LT477366410  
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815  
a.s. LT587181500044467652  
Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40  
<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius  
Arūnas Padvariškis

(parašas)



### Pirkėjas

#### VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė  
Įmonės kodas 179761936  
PVM mok. kodas nėra  
AB bankas Luminor, b/k 40100  
A.s. LT904010041600010076  
Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700

Direktorius  
Liutauras Indriuška

(parašas)



## PREKIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.                   | Prekės pavadinimas                          | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur |           | PVM     |          | Bendra kaina Eur |           |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|
|                            |                                             |           |        | Be PVM         | Su PVM    | Dydis % | Suma Eur | Be PVM           | Su PVM    |
| 1.                         | Anestezijos Sistema Mindray, WATO EX-65 Pro | Vnt.      | 1      | 33.884,00      | 40.999,64 | 21      | 7.115,64 | 33.884,00        | 40.999,64 |
| Bendra Sutarties kaina Eur |                                             |           |        |                |           |         | 7.115,64 | 33.884,00        | 40.999,64 |

## Pardavėjas

## UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys  
 Juridinio asmens kodas 1477 36647  
 PVM mokėtojo kodas LT477366410  
 AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815  
 a.s. LT587181500044467652  
 Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40  
<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius  
 Arūnas Padvariškis

(parašas)




## Pirkėjas

## VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė  
 Įmonės kodas 179761936  
 PVM mok. kodas nėra  
 AB bankas Luminor, b/k 40100  
 A.s. LT904010041600010076  
 Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700

Direktorius  
 Liutauras Indriūška

(parašas)



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Anestezijos Sistema "WATO EX-65 Pro", Gamintojas: Mindray, 1 vnt.**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Parametras</b>                                                            | <b>Parametro reikšmė</b>                                                                                                                                                                         | <b>Siūlomos parametru reikšmės</b>                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Anestezijos sistema                                                          | 1 vnt.                                                                                                                                                                                           | Anestezijos sistema WATO EX-65 Pro, Mindray – 1 vnt.                                                                                                                                             |
| 1.1             | Anestezijos sistemos modulinis dizainas priima šiuos modulius                | 1. Dujų modulis<br>2. CO <sub>2</sub> kapnografijos modulis<br>3. BIS modulis                                                                                                                    | Anestezijos sistemos modulinis dizainas priima šiuos modulius<br>1. Dujų modulis;<br>2. CO <sub>2</sub> kapnografijos modulis;<br>3. BIS modulis.                                                |
| 1.2             | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos                                          | 1. O <sub>2</sub> , 0 - $\geq$ 15 l/min<br>2. Oras, 0 - $\geq$ 15 l/min                                                                                                                          | 1. O <sub>2</sub> , 0 - 15 l/min<br>2. Oras, 0 - 15 l/min                                                                                                                                        |
| 1.3             | Sistemos valdymo ekranas                                                     | 1. $\geq$ 15 colių įstrižainės spalvotas<br>2. $\geq$ 1024 x 768 raiškos<br>3. Lietimui jautrus<br>4. Reguliuojamas ekrano ryškumas                                                              | 1. 15 colių įstrižainės spalvotas;<br>2. 1024 x 768 raiškos<br>3. Lietimui jautrus<br>4. Reguliuojamas ekrano ryškumas                                                                           |
| 1.4             | Paduodamų dujų slėgio ribos ne mažiau                                        | $\leq$ 300 – $\geq$ 600 kPa                                                                                                                                                                      | Paduodamų dujų slėgio ribos 280 iki 600 kPa                                                                                                                                                      |
| 1.5             | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema                    | Režimai:<br>1. Bendros tėkmės: nustatant O <sub>2</sub> koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę<br>2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O <sub>2</sub> ir balansinių dujų (oro) tėkmes                    | Režimai:<br>1. Bendros tėkmės: nustatant O <sub>2</sub> koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę;<br>2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O <sub>2</sub> ir balansinių dujų (oro) tėkmes                   |
| 1.6             | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija                     | Būtina                                                                                                                                                                                           | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija                                                                                                                                         |
| 1.7             | Kvėpavimo ciklo tūris automatiname režime                                    | $\leq$ 3000 ml                                                                                                                                                                                   | Kvėpavimo ciklo tūris automatiname režime 2600 ml                                                                                                                                                |
| 1.8             | Kvėpavimo ciklo tūris rankiniame režime                                      | $\leq$ 2000 ml                                                                                                                                                                                   | Kvėpavimo ciklo tūris rankiniame režime 1800 ml                                                                                                                                                  |
| 1.9             | Mažos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija                                   | Būtina                                                                                                                                                                                           | Mažos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija                                                                                                                                                       |
| 1.10            | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina                                                                                                                                                                                           | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas                                                                                                                     |
| 1.11            | Dujų modulis                                                                 | 1 vnt.                                                                                                                                                                                           | Dujų modulis – 1 vnt.                                                                                                                                                                            |
| 1.12            | Reikalavimai dujų moduliui                                                   | 1. Skaitinė CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, anestetikų koncentracijos indikacija<br>2. MAC indikacija<br>3. Automatinis anestetikų atpažinimas<br>4. Paramagnetinis O <sub>2</sub> sensorius | 1. Skaitinė CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, anestetikų koncentracijos indikacija<br>2. MAC indikacija<br>3. Automatinis anestetikų atpažinimas<br>4. Paramagnetinis O <sub>2</sub> sensorius |
| 1.13            | Suvaroto anestetiko kiekio ir kainos skaičiavimas                            | Būtina                                                                                                                                                                                           | Suvaroto anestetiko kiekio ir kainos skaičiavimas                                                                                                                                                |
| 1.14            | Garintuvas sevofluranui                                                      | 1 vnt.                                                                                                                                                                                           | Garintuvas sevofluranui – 1 vnt.                                                                                                                                                                 |
| 1.15            | Greitas deguonies padavimas                                                  | $\leq$ 25 ~ $\geq$ 70 l/min                                                                                                                                                                      | Greitas deguonies padavimas 25 – 75 l/min                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16 | Didžiausias dujų srautas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 120$ l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Didžiausias dujų srautas 120 L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.17 | Kvėpavimo ciklo pašildymo modulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kvėpavimo ciklo pašildymo modulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.18 | Absorbento talpos tūris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\geq 1500$ ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Absorbento talpos tūris 1500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.19 | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.20 | APL vožtuvo ribos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spontaniškas, $\leq 5 \sim \geq 70$ cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APL vožtuvo ribos 5 ~ 75 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.21 | Būtinai ventiliavimo režimai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rankinis/spontaninis</li> <li>2. Kontroliuojamas tūriu (VCV)</li> <li>3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV)</li> <li>4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-VC)</li> <li>5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-PC)</li> </ol>                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rankinis/spontaninis</li> <li>2. Kontroliuojamas tūriu (VCV)</li> <li>3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV)</li> <li>4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-VC)</li> <li>5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-PC)</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| 1.22 | Ventiliavimo režimai, kuriuos galima įtraukti ateityje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija užtikrinanti tūrį (SIMV-VG)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ventiliavimo režimai, kuriuos galima įtraukti ateityje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija užtikrinanti tūrį (SIMV-VG)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.23 | Ventiliatoriaus parametrų ribos:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniam režime</li> <li>2. Įkvėpimo slėgio ribos</li> <li>3. Slėgio ribos</li> <li>4. Kvėpavimo dažnio ribos</li> <li>5. I:E santykis</li> <li>6. Įkvėpimo laiko ribos</li> <li>7. Įkvėpimo pauzės ribos</li> <li>8. Srauto trigerio ribos</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 20 \sim \geq 1500</math> ml</li> <li>2. <math>\leq 5 \sim \geq 70</math> cmH<sub>2</sub>O</li> <li>3. <math>\leq 10 \sim \geq 100</math> cmH<sub>2</sub>O</li> <li>4. <math>\leq 4 \sim \geq 100</math> k/min</li> <li>5. <math>\leq 4:1 \sim \geq 1:8</math></li> <li>6. <math>\leq 0,2 \sim \geq 10</math> s.</li> <li>7. <math>\leq 5 \sim \geq 60\%</math></li> <li>8. <math>\leq 0,2 \sim \geq 15</math> l/min</li> </ol> | <p>Ventiliatoriaus parametrų ribos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniam režime 20 ~ 1500 ml;</li> <li>2. Įkvėpimo slėgio ribos 5 ~ 70 cmH<sub>2</sub>O;</li> <li>3. Slėgio ribos 10 ~ 100 cmH<sub>2</sub>O;</li> <li>4. Kvėpavimo dažnio ribos 4 ~ 100 k/min;</li> <li>5. I:E santykis 4:1 - 1:8</li> <li>6. Įkvėpimo laiko ribos 0,2-10 s;</li> <li>7. Įkvėpimo pauzės ribos 5 - 60%</li> <li>8. Srauto trigerio ribos 0,2 – 15 L/min.</li> </ol> |
| 1.24 | Ventiliatoriaus monitoruojami parametrai:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutinis tūris</li> <li>2. Momentinio tūrio ribos</li> <li>3. PEEP</li> <li>4. Tėkmės slėgis</li> </ol>                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>0 \sim \geq 100</math> l/min.</li> <li>2. <math>0 \sim \geq 3000</math> ml.</li> <li>3. <math>0 \sim \geq 70</math> cmH<sub>2</sub>O</li> <li>4. <math>\leq -20 \sim \geq 120</math> cmH<sub>2</sub>O</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ventiliatoriaus monitoruojami parametrai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutinis tūris 0 - 100 l/min.</li> <li>2. Momentinio tūrio ribos 0 - 3000 ml;</li> <li>3. PEEP 0 – 70 cmH<sub>2</sub>O;</li> <li>4. Tėkmės slėgis -20 – 120 cmH<sub>2</sub>O</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.25 | Integruotas elektroninio valdymo PEEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išjungtas,</li> <li>2. <math>\leq 3 \sim \geq 30</math> cmH<sub>2</sub>O</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Integruotas elektroninio valdymo PEEP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išjungtas;</li> <li>2. 3 - 30 cmH<sub>2</sub>O.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.26 | Rodomas grafinės kreivės ekrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P-T, F-T, V-T, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , anestetinės dujos, BIS, N <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rodomas grafinės kreivės ekrane P-T, F-T, V-T, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , anestetinės dujos, BIS, N <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.27 | Rodomos kilpinės kreivės ekrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P-V, F-V, F-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rodomos kilpinės kreivės ekrane P-V, F-V, F-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.28 | Ekrane esantis laikmatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ekrane esantis laikmatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.29 | Komunikacinės jungtys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS 232C</li> <li>2. USB</li> <li>3. VGA</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS 232C</li> <li>2. USB</li> <li>3. VGA</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                    | 4. RJ-45                                                                                                                                                                                                                                               | 4. RJ-45                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.30 | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai)                                                                                                                        | 1. Ličio jonų tipo arba lygiavertis (-čiai)<br>2. $\geq 150$ min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių)                                                                                                                                 | 1. Ličio jonų tipo;<br>2. 150 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių)                                                                                                                                  |
| 1.31 | Esant elektros ir baterijos sutrikimui galimas rankinis ventiliavimas, dujų bei anestetiko tiekimas                                                                | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Esant elektros ir baterijos sutrikimui galimas rankinis ventiliavimas, dujų bei anestetiko tiekimas                                                                                                                      |
| 1.32 | Paciento monitoriaus tvirtinimo alkūnė                                                                                                                             | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Paciento monitoriaus tvirtinimo alkūnė                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | Modulinis paciento monitorius                                                                                                                                      | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                 | Modulinis paciento monitorius BeneVision N15, Mindray – 1 vnt.                                                                                                                                                           |
| 2.1  | Ekranas                                                                                                                                                            | 1. $\geq 15$ colių įstrižainės, spalvotas<br>2. Lietimui jautrus<br>3. Raiška $\geq (1920 \times 1080)$ taškų<br>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama $\geq 10$ kreivių<br>5. Palaikomos gestų funkcijos<br>6. Stebėjimo kampas $\geq 170^\circ$ | 1. 15,6 colių įstrižainės, spalvotas<br>2. Lietimui jautrus;<br>3. Raiška 1920 x 1080 taškų<br>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 10 kreivių<br>5. Palaikomos gestų funkcijos<br>6. Stebėjimo kampas $178^\circ$ |
| 2.2  | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje arba naudojant papildomą modulių stotelę                                                                             | $\geq 6$ pozicijos                                                                                                                                                                                                                                     | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje 6 pozicijos                                                                                                                                                                |
| 2.3  | Modulinis paciento monitorius gali priimti duomenis iš infuzinių, švirkštinių pompų, dirbtinės ventiliacijos aparatų ir išsiųsti juos į centrinę monitoravimo sotį | Duomenys priimami tiesiogiai arba naudojant komunikacijos modulį                                                                                                                                                                                       | Modulinis paciento monitorius gali priimti duomenis iš infuzinių, švirkštinių pompų, dirbtinės ventiliacijos aparatų ir išsiųsti juos į centrinę monitoravimo sotį                                                       |
| 2.4  | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo                                            | Aušinimas be ventiliatoriaus                                                                                                                                                                                                                           | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas be ventiliatoriaus užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo                                                                               |
| 2.5  | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus                                                                                         |
| 2.6  | Modulinis paciento monitorius suderinamas su ligoninėje esančia Mindray CMS sistema                                                                                | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Modulinis paciento monitorius suderinamas su ligoninėje esančia Mindray CMS sistema                                                                                                                                      |
| 2.7  | Budėjimo režimas                                                                                                                                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Budėjimo režimas                                                                                                                                                                                                         |
| 2.8  | Naktinis režimas                                                                                                                                                   | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                 | Naktinis režimas                                                                                                                                                                                                         |
| 2.9  | Privatumo režimas                                                                                                                                                  | Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomas paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę                                                                                 | Privatumo režimas. Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomas paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į                                         |

|        |                                                                                                                                      | monitoravimo stotį ar kitą sistemą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.10   | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maitinimo indikatorius</li> <li>2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius</li> <li>3. Baterijos krovimo indikatorius</li> </ol>                                                                                                                                                                                              | <p>Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maitinimo indikatorius;</li> <li>2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius;</li> <li>3. Baterijos krovimo indikatorius.</li> </ol>                                                                                                              |
| 3.     | Transportinis paciento monitorius                                                                                                    | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transportinis paciento monitorius BeneVision N1 – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1    | Transportinis monitorius veikia kaip modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis ir kaip savarankiškas paciento monitorius | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transportinis monitorius veikia kaip modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis ir kaip savarankiškas paciento monitorius                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2    | Transportinio monitoriaus ekranas                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\geq 5</math> colių įstrižainės</li> <li>2. Lietimui jautrus</li> <li>3. Raiška <math>\geq (1280 \times 720)</math> taškų</li> <li>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos <math>\geq 8</math> kreivės</li> <li>5. Palaikomos gestų funkcijos</li> <li>6. Stebėjimo kampas <math>\geq 160^\circ</math></li> </ol> | <p>Transportinio monitoriaus ekranas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5,5 colių įstrižainės;</li> <li>2. Lietimui jautrus</li> <li>3. Raiška 1280 x 720 taškų</li> <li>4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos 13 kreivės</li> <li>5. Palaikomos gestų funkcijos;</li> <li>6. Stebėjimo kampas <math>160^\circ</math></li> </ol> |
| 3.3    | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKG</li> <li>2. Kvėpavimas</li> <li>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)</li> <li>4. SpO2</li> <li>5. Temperatūra</li> <li>6. Neinvazinis kraujospūdis</li> </ol>                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKG</li> <li>2. Kvėpavimas</li> <li>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)</li> <li>4. SpO2</li> <li>5. Temperatūra</li> <li>6. Neinvazinis kraujospūdis</li> </ol>                                                                                                                                       |
| 3.4    | Aritmijų aptikimas                                                                                                                   | $\geq 25$ tipų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aritmijų aptikimas 25 tipų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5    | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo diapazonas                                                                                  | Ne siauresnis nei 10 % - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo diapazonas 0 – 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.6    | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo paklaida                                                                                    | $\leq \pm 2\%$ SpO <sub>2</sub> (diapazone 70% - 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saturacijos (SpO <sub>2</sub> ) matavimo paklaida $\pm 2\%$ SpO <sub>2</sub> diapazone 70% - 100%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.7    | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius                                                                               | $\geq 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo kanalų skaičius 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.8    | Transportinio monitoriaus baterija                                                                                                   | Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė)<br>Užtikrina $\geq 6$ valandų autonominį darbą iš baterijos                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transportinio monitoriaus baterija pakraunama ličio jonų, užtikrina 8 valandų autonominį darbą iš baterijos                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.9    | Transportinio monitoriaus svoris                                                                                                     | $\leq 1,5$ kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transportinio monitoriaus svoris 1,17 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.10   | Priedai paciento monitoriams (visam monitorių kiekiui)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.10.1 | 3 elektrodų EKG kabelis                                                                                                              | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 elektrodų EKG kabelis – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.10.2 | Daugkartinio naudojimo SpO <sub>2</sub> matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu          | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Daugkartinio naudojimo SpO <sub>2</sub> matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.10.3 | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1 kompl.                                                                                                                                                                                                                | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 1 kompl.                                                                                                                              |
| 3.10.4 | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui                                                                   | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                  | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                  |
| 4.     | Bendrieji reikalavimai                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1    | Suteikiama garantija                                                                                                                                | 1. $\geq 24$ mėn. garantija įrangai<br>2. $\geq 6$ mėn. garantija įrangos priedams                                                                                                                                      | 1. 24 mėn. garantija įrangai<br>2. 6 mėn. garantija įrangos priedams                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2    | Įrangos žymėjimas CE ženklu                                                                                                                         | Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)                                                                                                         | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatus                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.3    | Reikalavimai techninei dokumentacijai                                                                                                               | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. | Kartu su pristatoma įranga pateiksime vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis. Kartu su pasiūlymu pateikiame vartotojo instrukcijas originalo kalba bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus |

#### Pardavėjas

##### UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys  
Juridinio asmens kodas 1477 36647  
PVM mokėtojo kodas LT477366410  
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815  
a.s. LT587181500044467652  
Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40  
<http://www.graina.lt>, El.p. [info@graina.lt](mailto:info@graina.lt)

Direktorius  
Arūnas Padvariškis

(parašas)



#### Pirkėjas

##### VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė  
Įmonės kodas 179761936  
PVM mok. kodas nėra  
AB bankas Luminor, b/k 40100  
A.s. LT904010041600010076  
Tel. (8 446) 62700, faks. (8 446) 62700

Direktorius  
Liutauras Indriūška

(parašas)

