

PANAUDOS SUTARTIS Nr. (3.36)-PS-30/2021/SL21-23A

**PAGAL VIEŠOJO PIRKIMO 2021-11-15 SUTARTYJE Nr. (3.34)-DP-549/2021/SL21-23
NUMATYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS**

2021 m. lapkričio 15, Klaipėda

UAB „Graina“ (toliau – **Panaudos davėjas**), adresas: Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, tel. 8 45 570605, faks. 8 45 433540, įmonės kodas 147736647, a.s. Nr. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvariškio – viena šalis,

ir

VšĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ, (toliau – **Panaudos gavėjas**), adresas: S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16, įmonės kodas 191340088, a/s LT 814010042300628822 AB Luminor bank, atstovaujama direktoriaus Dariaus Steponkaus – kita šalis,

toliau Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Laimėjęs atvirą (tarptautinį) konkursą „*Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su analizatoriumi panaudai*“ (pirkimo Nr. 564598, skelbtas 2021-09-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise jam priklausančią įrangą (įrašyti įrangos duomenis, pagaminimo datą, kuri nebūtų senesnė kaip 2021) (toliau – Įranga), o Panaudos gavėjas įsipareigoja priimti ir naudoti Įrangą pagal paskirtį ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Įrangos vertė 47.000,00 Eur be PVM.

1.2. Panaudos davėjas garantuoja, kad Sutarties 1 priede nurodytos Įrangos kokybė, komplektiškumas ir techninės charakteristikos visiškai atitinka Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus kokybės, saugumo, komplektiškumo reikalavimus.

2. Panaudos davėjo įsipareigojimai

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pristatyti, instaliuoti/įdiegti, prijungti įrangą prie Panaudos gavėjo laboratorinės informacinės sistemos (LIS/ESIS), savo lėšomis, apmokyti Panaudos gavėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama Įranga personalą) naudotis Įranga bei nuolat, t.y. visą sutarties galiojimo laikotarpį, teikti nemokamai konsultacijas visais su Įrangos naudojimu susijusiais klausimais;

2.1.2. perduoti Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti Sutarties 1.1. punkte aprašytą Įrangą, kuri perduodama Šalių įgaliotiems asmenims pasirašant Įrangos perdavimo–priėmimo aktą nurodytą Sutarties 2 priede. Įranga turi būti perduodama tokios būklės ir (ar) tokios techninės komplektacijos, jog būtų tinkama naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį;

2.1.3. Įrangą perduoti kartu su visa technine dokumentacija adresu:

2.3.1.1. Į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Vaistinė, S. Nėries g. 3, Klaipėda.

2.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per 10 kalendorinių dienų priimti Įrangą iš Panaudos gavėjo;

2.1.5. visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti sistemos (analizatorių su priedais) nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie sistemos gedimą, tiekėjas nedelsiant (esant galimybei) turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, į vietą turi atvykti turintis reikiamą kvalifikaciją darbuotojas ir pašalinti gedimą per 6 val. Nesant galimybės pašalinti gedimą per 6 val., tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte;

2.1.6. nesant jokios galimybės pilnai pašalinti gedimą arba sutaisyti Įrangą, Panaudos davėjas įsipareigoja Įrangą pakeisti nauja;

2.1.7. pateikti detalų prietaiso priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.

2.1.8. apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus, susijusius su įranga, nedelsiant pranešti panaudos gavėjui.

2.1.9. priimti atsakomybę už perduoto neatlygintinai naudotis daikto trūkumus;

2.1.10. garantuoja, kad tretieji asmenys į perduodamą Įrangą teisių neturi;

2.1.11. patvirtina, kad perduotas Turtas (Įranga) nėra išnuomotas, įkeistas, areštuotas ir jam netaikomi jokie draudimai ar apribojimai įstatymų nustatyta tvarka. Ginčų dėl Turto jokioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje ir (ar) teisme nevyksta.

3. Panaudos gavėjo įsipareigojimai

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

3.1.1. perduotą Įrangą naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį (nurodyta 1.1. punkte), remiantis naudojimo instrukcijomis bei visais Panaudos davėjo nurodymais ir apmokymais.

3.1.2. išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Turtą (Įrangą).

3.1.3. naudoti darbui su Įranga tam skirtus ir tinkamus reagentus bei pagalbines priemones, tiekiamas 2021 m. lapkričio 15 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (3.34)-DP-549/2021/SL21-23 pagrindais;

3.1.4. pasibaigus Sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

3.1.5. priimti ir grąžinti Įrangą Panaudos davėjui pagal abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

3.1.6. neperduoti Įrangos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.

4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

4.1. Šalims sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 2021 m. lapkričio 15 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (3.34)-DP-549/2021/SL21-23 galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 61 mėnesį.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. raštišku Šalių susitarimu;

4.2.3. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 5 skyriuje "Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės" nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

4.2.4. jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties 5 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybes gavimo Šalims

nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teisumą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 kalendorinių dienų.

4.3. Panaudos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

4.3.1. Panaudos davėjas Sutarties nevykdo ar netinkamai ją vykdo;

4.3.2. nustatomi Įrangos trūkumai, dėl kurių normaliai naudotis Įranga neįmanoma arba pasidaro labai sunku, o apie tuos trūkumus sutarties sudarymo metu jis nežinojo ir negalėjo žinoti;

4.3.3. Įranga dėl aplinkybių, už kurias Panaudos gavėjas neatsako, tampa negalima naudoti pagal paskirtį;

4.3.4. Panaudos davėjas neatlieka Įrangos techninės profilaktikos ir (ar) būtinojo techninio remonto.

4.3.5. Panaudos davėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

4.3.6. Paaikškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Panaudos davėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties.

4.3.7. Panaudos gavėjas nesant Panaudos davėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Panaudos davėjas jau pradėjo ją vykdyti.

4.4. Panaudos davėjas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Panaudos gavėjas:

4.4.1. naudoja Įrangą ne pagal sutartį ir ne pagal paskirtį;

4.4.2. nesudaro sąlygų vykdyti Įrangos techninę profilaktiką ir (ar) remontą.

4.5. Sutartis gali būti pakeista tik raštišku šalių susitarimu.

4.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį dėl kitos Šalies kaltės, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 kalendorinių dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

4.7. Kiekviena Šalis, nutraukdama sutartį, privalo pilnai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus kitai Šaliai.

4.8. Nutraukus sutartį, ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties ir jos priedų nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal Sutartį ir konfidencialumo.

5. Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės

5.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

5.1.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Pardavėjo subtiekęs susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Pardavėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekejo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų;

5.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

5.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaikšėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

5.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

6. Šalių ginčo reguliavimo tvarka

6.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti per 30 kalendorinių dienų terminą Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

7. Susirašinėjimas

7.1. Panaudos gavėjo ir Panaudos davėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

7.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

8. Konfidencialumo įsipareigojimai

8.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutartties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutartties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Sutarties šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tik šios sutarties vykdymo tikslais vadovaujantis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

9. Sankcijos už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą

9.1. Panaudos davėjas, laiku be pakankamo pagrindo neperdavęs Įrangos Panaudos gavėjui, privalo mokėti 5 % be PVM dydžio baudą nuo nepristatytos Įrangos vertės Eur be PVM, nurodytos Sutarties 1.1 punkte.

9.2. Nutraukus Sutartį 4.3. punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 4.3.5. papunktyje numatytą atvejų), Panaudos davėjas ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo sumokėti Panaudos gavėjui 20 % dydžio baudą nuo Sutarties vertės Eur be PVM nurodytos Sutarties 1.1 punkte.

9.3. Nutraukus Sutartį 4.4. punkte nurodytais pagrindais, Panaudos davėjas ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo sumokėti Panaudos davėjui 20 % dydžio baudą nuo Įrangos vertės Eur be PVM nurodytos Sutarties 1.1 punkte.

9.4. Jei vienai iš Sutarties Šalių atsiranda nuostolių dėl kitos Šalies kaltės, ši (kaltoji Šalis) privalo nedelsdama pašalinti to priežastis bei pasekmes, atlyginti nukentėjusios Šalies tiesioginius nuostolius. Nuostolių atsiradimo priežastims, nuostolių dydžiui nustatyti Šalys gali pasitelkti nuo Šalių nepriklausomus, kompetentingus asmenis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Panaudos gavėjo atsakomybės už perduoto turto atsitiktinį žuvimą ar sugedimą klausimas sprendžiamas vadovaujantis CK 6.638, 6.639 str.

10.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

10.3. Sutartį Šalys sudarė savanoriškai, laisva valia.

10.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.5. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

10.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

10.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11. Priedai:

11.1. Įrangos techninė specifikacija.

11.2. Įrangos perdavimo-priėmimo aktas.

PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Graina“

Direktorius
Arūnas Padvariškis



PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Direktorius
Darius Steponkus



Viešųjų pirkimų
skyriaus specialistė
Vitalija Bičkauskienė

Viešųjų pirkimų
skyriaus vadovė
Agnė Strėlkuvienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.2. BENDRO KRAUJO IR AUDINIŲ SKYSČIŲ TYRIMAMS ANALIZATORIAI (5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS) PANAUDAI
- 2 VNT.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mindray BC-6000; Mindray BC-6200

(*analizatoriaus pavadinimas*)

modelis BC-6000, BC-62000

gamintojas Mindray

kilmės šalis Kinija

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Pasiūlyta techninio parametro reikšmė
1.	Analizatorių paskirtis, užtikrinant nepertraukiamą tyrimų atlikimą	Analizatoriai turi būti nauji, automatiniai su programine įranga, neeksploatuoti. Pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2021 m., techniškai pajėgūs atlikti visus tyrimų sąrašą išvardintus tyrimus.	Automatiniai hematologiniai analizatoriai BC-6000 ir BC-6200 yra nauji su programine įranga, neeksploatuoti, pagaminimo data 2021 m. ir yra techniškai pajėgūs atlikti visus tyrimų sąrašą išvardintus tyrimus.
2.	Matavimo technologijos	Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų - tėkmės citometrija su lazerine optika arba lygiavertė. Leukocitų diferencijavimas - tėkmės citometrija ir lazerio spindulio išsklaidymo matavimas arba lygiavertė. Hemoglobino – kolorimetrinis/fotometrinis nustatymo metodas, naudojant reagentus be cianido.	Matavimo technologijos: Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų - tėkmės citometrija su lazerine optika; Leukocitų diferencijavimas - tėkmės citometrija ir lazerio spindulio išsklaidymo matavimas; Hemoglobino – kolorimetrinis nustatymo metodas, naudojant reagentus be cianido.
3.	Komplektacija	Automatinis analizatorius ir jo priedai: - automatinis mėginių paėmėjas (taikoma, bent vienam analizatoriui); - spausdintuvas; - integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas arba kartu su analizatoriumi pateikiamas išorinis brūkšnių kodų skaitytuvas; - nepertraukiamas maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius). Tiekėjai turi pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga.	Automatinis analizatorius ir jo priedai: - automatinis mėginių paėmėjas (turi abu analizatoriai); - spausdintuvas; - kartu su analizatoriumi pateikiamas išorinis brūkšnių kodų skaitytuvas; - nepertraukiamas maitinimo šaltinis (srovės/įtampos stabilizatorius) – 2 vnt. Tiekėjas pasirūpins visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga.
4.	Tiriami mėginiai	Galimybė tirti veninį kraują, kapiliarinį bei kūno skysčius (turi būti uždari mėginiai - taikoma bent vienam analizatoriui). Jei naudojamos mikrovetės, tyrimas gali būti atliekamas iš atvirų mėgintuvėlių.	Galima tirti veninį kraują, kapiliarinį bei kūno skysčius (uždari mėginiai). Naudojant mikrovetes tyrimai gali būti atliekami iš atvirų mėgintuvėlių.
5.	Išsiurbiamo mėginio tūris	Galimybė iširti neskiestą mėginį, įsiurbiant ne daugiau nei 140µl mėginio.	Galimybė iširti neskiestą mėginį, įsiurbiant 80µl mėginio.

6.	Ląstelių matavimas ir diferencijavimas	6.1. WBC, BASO (#, %), LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), IMG (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT – (turi abu analizatorius). 6.2. NRBC (#, %) – (turi abu analizatorius). Leukocitų populiacijos matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų - (turi abu analizatorius). 6.3. BC-6200 analizatorius matuoja: • RET (#, %), RET-He. • 7 Kūno skysčių parametrai: WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF • 11 Kūno skysčių moksliniai parametrai: Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%.	6.1. WBC, BASO (#, %), LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), IMG (#, %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT – (turi abu analizatorius). 6.2. NRBC (#, %) – (turi abu analizatorius). Leukocitų populiacijos matuojamos tiesiogiai, nenaudojant pridėjimo ar atėmimo skaičiavimų - (turi abu analizatorius). 6.3. BC-6200 analizatorius matuoja: • RET (#, %), RET-He. • 7 Kūno skysčių parametrai: WBC-BF, TC-BF#, MN#, MN%, PMN#, PMN%, RBC-BF • 11 Kūno skysčių moksliniai parametrai: Eos-BF#, Eos-BF%, Neu-BF#, Neu-BF%, HF-BF#, HF-BF%, RBC-BF, LY-BF, LY-BF%, MO-BF#, MO-BF%.
7.	Išpėjamieji pranešimai	Būtina pateikti išpėjamuosius pranešimus apie nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), galimą blastų buvimą ir kt.	Išpėjamieji pranešimai: nebrandžias ląsteles, galimą poslinkį į kairę (lazdelinius neutrofilus), galimą blastų buvimą, atipinės ląstelės.
8.	Matavimo sistemos kokybiniai/techniniai reikalavimai	1. Turi būti "STAT" funkcija - skubių tyrimų įdėjimui ir atlikimui, leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu; (taikoma, bent vienam analizatoriui). 2. Analizatorius adatos turi turėti krešulio aptikimo funkciją. 3. Hematologiniame analizatoriuje pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y. be atskiuro pareikalavimo, pagal vartotojo apibrėžtus kriterijus, atliekamas pakartotinis tyrimo matavimas (taikoma, bent vienam analizatoriui). 4. Abu analizatoriai naudoja tuos pačius reagentus, priežiūros priemones, kokybės kontroles bei kalibratorius.	1. Yra "STAT" funkcija - skubių tyrimų įdėjimui ir atlikimui, leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu; 2. Analizatorius turi krešulio aptikimo funkciją. 3. Hematologiniame analizatoriuje pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y. be atskiuro pareikalavimo, pagal vartotojo apibrėžtus kriterijus, atliekamas pakartotinis tyrimo matavimas; 4. Abu analizatoriai naudoja tuos pačius reagentus, priežiūros priemones, kokybės kontroles bei kalibratorius.
9.	Palyginamoji kontrolė	Turi būti galimybė prijungti prie nemokamos palyginamosios kontrolės.	Yra galimybė prijungti prie nemokamos palyginamosios kontrolės.
10.	Kokybės kontrolė	1. Identiška kokybės kontrolės medžiaga abiem analizatoriams. 2. Ne mažiau kaip 2 kokybės kontrolės lygiai. Laboratorija kasdien atliks ne mažiau 2 kokybės kontrolės lygių tyrimą; 3. Kūno skysčių tyrimams naudojama speciali hematologinė kontrolė 5DIFF hematologinėje sistemoje.	1. Identiška kokybės kontrolės medžiaga abiem analizatoriams BC-6D. 2. 3 kokybės kontrolės lygiai; 3. Kūno skysčių tyrimams naudojama speciali hematologinė kontrolė 5DIFF hematologinėje sistemoje. BF-QC
11.	Reikalavimai programinei įrangai	Programinė įranga turi turėti šias funkcijas: kokybės kontrolės modulį; reagentų ir eksploatacinių medžiagų apskaitos modulį; galimybę atlikti gautų tyrimų rezultatų patvirtinimą tiesioginiu būdu. Galimybė archyvuoti atliktų tyrimų rezultatus, kad būtų užtikrintas išsamus pacientų atsekamumas.	Programinė įranga turi turėti šias funkcijas: kokybės kontrolės modulį; reagentų ir eksploatacinių medžiagų apskaitos modulį; galimybę atlikti gautų tyrimų rezultatų patvirtinimą tiesioginiu būdu. Galimybė archyvuoti atliktų tyrimų rezultatus, kad būtų užtikrintas išsamus pacientų atsekamumas.
12.	Brūkšnių kodų identifikavimo sistema	Turi būti skirtingų formatų brūkšnių kodų identifikavimo sistema (reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių).	Skirtingų formatų brūkšnių kodų identifikavimo sistema (reagentų, priemonių, eksploatacinių medžiagų, pacientų mėginių).

13.	Integruota kokybės kontrolės programa	1. Privaloma integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, kuri patikrintų kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, pagaminimo partijos numerį; 2. Automatiškai suskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis ir variacijos koeficientas. 3. Automatiškai įrašomos į atmintį rodiklių kokybės kontrolės kreivės (Levey-Jennings) ir atsitiktinių bei sisteminių klaidų analizė pagal kontrolines Westgard taisykles. 4. Kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal nustatytus kriterijus, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kt., duomenų archyavimas. Automatinis kalibravimas su komerciniu kalibrantu.	1. Integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, kuri patikrina kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, pagaminimo partijos numerį; 2. Automatiškai suskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis ir variacijos koeficientas. 3. Automatiškai įrašomos į atmintį rodiklių kokybės kontrolės kreivės (Levey-Jennings) ir atsitiktinių bei sisteminių klaidų analizė pagal kontrolines Westgard taisykles. 4. Kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal nustatytus kriterijus, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kt., duomenų archyavimas. Automatinis kalibravimas su komerciniu kalibrantu.
14.	Kalibravimas	Automatinis kalibravimas su komerciniu kalibrantu.	Automatinis kalibravimas su komerciniu kalibrantu.
15.	Mėginio įsiurbimo kontrolė	Pranešimas operatoriui apie nepakankamą mėginio tūrį arba įsiurbimo klaidą.	Pranešimas operatoriui apie nepakankamą mėginio tūrį arba įsiurbimo klaidą.
16.	Mėginio įsiurbimo režimas ir mėginio tūris	Galimybė tirti skubius mėginius po vieną, atviru režimu ar uždaru režimu iš mikrovečių, kurių tūris 200 mikrolitrų.	Galima tirti skubius mėginius po vieną, atviru režimu ar uždaru režimu iš mikrovečių, kurių tūris 200 mikrolitrų.
17.	Pranešimai operatoriui apie analizatoriaus būklę	Veninio kraujo įsiurbimo tūris neviršija 100 mikrolitrų.	Veninio kraujo įsiurbimo tūris neviršija 100 mikrolitrų.
18.	Darbo/vartotojo vadovas	Vaizdo ir/ar garso signalai apie analizatoriaus pasiruošimą darbui, tyrimo eigą, sutrikimus.	Vaizdo signalai apie analizatoriaus pasiruošimą darbui, tyrimo eigą, sutrikimus
19.	Personalas mokymas	Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.	Kartu su pristatoma įranga pateikiame išsamius, patogius naudojimui darbo/vartotojo vadovus anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas.
20.	Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai	Turi būti praversti detalūs laboratorijos specialistų mokymai darbui su analizatoriais. Tiekėjas privalo garantuoti nuolatinį laboratorijos specialistų ir gydytojų klinikistų mokymą aktualiais tyrimų atlikimo eigose iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią su tyrimais, rezultatų interpretavimu, preanalizės veiksmų įtaką tyrimų kokybei.	Instaliavimus įrangą bus praversti detalūs laboratorijos specialistų mokymai darbui su analizatoriais. Garantuojame nuolatinį laboratorijos specialistų ir gydytojų klinikistų mokymą aktualiais tyrimų atlikimo eigose iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią su tyrimais, rezultatų interpretavimu, preanalizės veiksmų įtaką tyrimų kokybei.
		Turi būti pateikiami tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimam -skubiai atnaujinami).	Kartu su pasiūlymu pateikiami tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (esant gamintojo pakeitimam bus skubiai atnaujinami).

21.	Programinės įrangos versijos	Tiekėjai privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl naujos programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atlikti atnaujinimo veiksmus.	Įsipareigojame informuoti vartotoją dėl naujos programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atlikti atnaujinimo veiksmus.
22.	Techninis analizatorių aptarnavimas	Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų ir apmokytų serviso inžinierių, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (priedais) naudojimo tvarkos aprašą (žr. aktuali redakcija).	Garantuojame kvalifikuotą techninį analizatorių aptarnavimą, remontą, kuris atliekamas gamintojo įgaliotų ir apmokytų serviso inžinierių, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (priedais) naudojimo tvarkos aprašą.
23.	Analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinės sistemos	Tiekėjas savo lėšomis ir ištekliais turi integruoti sistemą į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS/ESIS), kad būtų duomenis į centrinę duomenų bazę. Turėtų dvikryptę komunikaciją, kad užtikrintų užsakymų ir atsakymų mainus tarp informacinių sistemų.	Įsipareigojame savo lėšomis ir ištekliais integruoti sistemą į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS/ESIS), kad būtų duomenis į centrinę duomenų bazę. LIS turi dvikryptę komunikaciją, kad užtikrintų užsakymų ir atsakymų mainus tarp informacinių sistemų.
24.	Nuotolinis pagalbos teikimo centras	Elektros maitinimas iš 220 V±10%, 50 Hz elektros tinklo. Techninės pagalbos teikimas 24/7 nuotoliniu būdu, įvertinant automatinės sistemos būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų. Jei bus reikalingi programinės įrangos atnaujinimai.	Įsipareigojame teikti techninę pagalbą 24/7 nuotoliniu būdu, įvertinant automatinės sistemos būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų. Jei bus reikalingi programinės įrangos atnaujinimai.

1.3. HEMATOLOGINIŲ IR AUDINIŲ SKYSCIŲ TYRIMŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Maksimalus 60 mėn. tyrimų skaičius
1.	Bendro kraujo tyrimai (CBC+DIFF)	280 000
2.	Bendro kraujo tyrimai (CBC+DIFF+RET)	1500
3.	Audinių skysčių (šnarių, CSF, pleuros, pilvaplėvės) tyrimai	2000

PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Graina“
Direktorius
Arūnas Padvarskis

PANAUDOS GAVĖJAS

VsĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Direktorius
Darius Steponkus

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė
Vilija Žilaitienė

Vyriausioji buhalterė

PANAUDOS SUTARTIES Nr. (3.36)-PS-30/2021/SL21-23A PRIEDAS NR. 2

ĮRANGOS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2021-..... -.....

Klaipėda

Panaudos davėjas [teisinė forma, pavadinimas] _____ ir Panaudos gavėjas VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, remiantis šia sudaryta Panaudos sutartimi [Sutarties sudarymo data ir numeris], sudarė šį perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo patvirtina, kad:

1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui Šią Įrangą:

Eil. Nr.	Pavadinimas, serijos numeris, modelis, gamintojas, kilmės šalis	Perduodamos Įrangos kiekis	Perduodamos Įrangos vertė, EUR

2. Pristatyta Įranga atitinka sudarytos Panaudos sutarties [sutarties sudarymo data ir numeris] sąlygas ir techninės specifikacijos reikalavimus,

3. Panaudos davėjas apmokė personalą tinkamai naudotis Įranga, pateikė visus reikalingus dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas.

4. Panaudos gavėjas neturi Panaudos davėjui priekaištų, pastabų bei pretenzijų dėl perduodamos Įrangos būklės, kokybės ir komplektiškumo.

5. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną **Panaudos davėjui** ir **Panaudos gavėjui**), kurie turi vienodą juridinę galią.

Perdavė:

Priėmė:

Panaudos davėjas

Panaudos gavėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

atstovo pareigos, vardas, pavardė

atstovo pareigos, vardas, pavardė

.....A.V.

.....A.V.