

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SMEGENŲ MIKRODIALIZĖS TYRIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO

2021-10-25 Nr.211025-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-46126, Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	Įm. kodas 135926717 LT100000969815
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Andrius Markūnas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąsk.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Andrius Markūnas

Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	gh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 4 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pageidaujama pakuotė	Pakuočių poreikis	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį	Pakuotės kaina be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma viso be PVM, Eur	Suma viso su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo numeris)
1.	Skalavimo skystis smegenų mikrodializės analizatoriaus praplovimui	Skystis skirtas µDialysis analizatoriaus ISCUSflex praplovimui arba lygiavertis, talpa 0,5 l ± 0,05 l Skalavimo skystis turi atitikti diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC.	1 vnt.	8 pak.	1 vnt.	8 pak.	323,00	5	323,00	339,15	mDialysis, Rinsing fluid for analyzer, 8002171
2.	Smegenų mikrodializės	Reagentai skirti µDialysis analizatoriui	6 vnt.	10 pak.	6 vnt.	10 pak.	510,00	5	5100,00	5355,00	mDialysis, ISCUS

	analizatoriaus reagentų rinkinys	ISCUSflex ir galvos smegenų intersticinio skysčio analizei arba lygiaverčiai. Rinkinį turi sudaryti: 2.1 Gliukozės reagentas, 1 vnt., talpa 6 ± 0,5 ml; 2.2 Laktato reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml; 2.3 Piruvato reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml; 2.4 Glicerolio reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml; 2.5 Gliutamato reagentas, 1 vnt., talpa 4 ± 0,5 ml; 2.6 Kalibratorius A, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml. Reagentai turi atitikti Diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC.									Reagent set B, 8002164
--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Produktų atitikties deklaracijos	6
2.	Produktų brošiūra	2
3.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Andrius Markūnas
(Vardas ir pavardė)