

UAB "Expertus Vilnensis"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2729374, faks.: +370 5 2729396, el. paštas info@exvil.lt, juridinio asmens kodas 121386360, PVM kodas: LT213863610. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre

**PASIŪLYMAS
DĖL AUDINIŲ ĮMIRKymo PROCESORIAUS PIRKIMO**

2021-11-25 Nr. 1-77549599

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Expertus Vilnensis"
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	121386360
PVM mokėtojo kodas	LT213863610
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Arvidas Neniškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų specialistė Neringa Viščiulytė-Žostautė
Telefono numeris	+370 5 2729374
Fakso numeris	+370 5 2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki 2022-02-25.

Mes siūlome prekes:

<i>Pirkimo dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai</i>	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 mato vnt. kaina be PVM	1 mato vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Uždaras audinių įmirkymo procesorius	1 vnt.	Epredia, Excelsior AS	40519,00	49027,99	40519,00	49027,99

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 49027,99 Keturiasdešimt devyni tūkstančiai dvidešimt septyni € 99 ct (kaina skaičiais ir žodžiais)

PVM (21 proc.) suma Eur 8508,99 Aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoni € 99 ct (suma skaičiais ir žodžiais)

* Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės nurodytos atviro konkurso sąlygų 2 priede:

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. Nr.)
	Uždaras audinių įmirkymo procesorius	1 vnt.	Epredia, Excelsior AS
1.	Paskirtis	Uždaro tipo audinių preparatų įmirkymas	Yra uždaro tipo audinių preparatų įmirkymas, Technine informacija 1.pdf, psl. 16
2.	Taikymas	Privalo būti galimybė naudoti ksileninę ir beksileninę audinių įmirkymo technologiją	Turi galimybę naudoti ksileninę ir beksileninę audinių įmirkymo technologiją, Technine informacija 1.pdf, psl. 181
3.	Našumas	Ne mažiau nei 300 standartinių audinių kasečių	300 standartinių audinių kasečių, Technine informacija 1.pdf, psl. 16
4.	Parafino talpų skaičius	Ne mažiau nei 3	3 parafino talpos, Technine informacija 1.pdf, psl. 24
5.	Parafino talpos tūris	Ne mažiau nei 5 litrai	5,6 litrai, Technine informacija 1.pdf, psl. 45
6.	Parafino temperatūra	Ne mažiau nei nuo 50°C iki 65°C	Nuo 45°C iki 65°C, Technine informacija 1.pdf, psl. 120
7.	Visos talpos parafino ištirpimo laikas	Ne ilgiau nei 5 val. (kai parafinas granulėmis)	4 val., Technine informacija 1.pdf, psl. 45

8.	Panaudotas parafino surinkimas	Turi būti surenkamas į specialią vienkartinę tarą	Yra surenkamas į specialią vienkartinę tarą, Technine informacija 1.pdf, psl. 146
9.	Reagentų temperatūra reakcijos kameroje	Ne mažiau nei nuo kambario temperatūros iki 50°C	Nuo 1 iki 55°C, Technine informacija 1.pdf, psl. 120
10.	Kameros dangtis	Privalo būti su stikliniu langu	Kameros dangtis yra su stikliniu langu, Technine informacija 1.pdf, psl. 1
11.	Kameros užpildymas reagentais ir audinio įmirkymas	Privalo būti vakuuminis	Kameros užpildymas reagentais ir audinio įmirkymas yra vakuuminis, Technine informacija 1.pdf, psl. 16
12.	Reagentų talpų tūris	Ne mažiau nei 5 litrai	5 litrai, Technine informacija 1.pdf, psl. 95
13.	Reagentų maišymas kameroje	Privalo būti	Yra reagentų maišymas kameroje, Technine informacija 1.pdf, psl. 16
14.	Reakcijos kameros užpildymo reagentais lygių sensoriai	Turi būti ne mažiau nei 3 lygio sensoriai ir ne mažiau nei 1 perpildymo lygio sensorius	Yra 3 lygio sensoriai ir 1 perpildymo lygio sensorius, Technine informacija 1.pdf, psl. 59
15.	Ventiliacijos sistema reakcijos kameroje	Atidarius reakcijos kameros dangtį ventiliacija turi įsijungti automatiškai, kad reagentų garai nepatektų į aplinką, turi būti perfiltruojami per prietaiso viduje integruotą kalio permanganato arba lygiaverčius filtrus	Atidarius reakcijos kameros dangtį ventiliacija įsijungia automatiškai, kad reagentų garai nepatektų į aplinką, yra perfiltruojami per prietaiso viduje integruotą kalio permanganato filtrus, Technine informacija 1.pdf, psl. 29, 30, 57

16.	Reagentų saugojimo spintos saugumas	Turi būti užrakinama	Reagentų saugojimo spinta yra užrakinama, Technine informacija 1.pdf, psl. 156
17.	Ventiliacija reagentų spintoje	Atidarius reagentų spintą ventiliacija turi įsijungti automatiškai, reagentų garai turi būti perfiltruojami per prietaiso viduje integruotus anglies ir kalio permanganato arba lygiaverčius filtrus.	Atidarius reagentų spintą ventiliacija įsijungia automatiškai, reagentų garai yra perfiltruojami per prietaiso viduje integruotus anglies ir kalio permanganato filtrus, Technine informacija 1.pdf, psl. 29
18.	Alkoholio koncentracijos matavimas	Privalomas	Yra alkoholio koncentracijos matavimas, Technine informacija 1.pdf, psl. 101
19.	Alkoholio tirpalų automatinė rotacija	Automatinė rotacija turi būti vykdoma, kai pirmojo alkoholio tirpalo koncentracija pasiekia žemiausią vartotojo nustatytą koncentraciją, paskutinis alkoholio tirpalas turi būti pakeičiamas nauju alkoholio tirpalu	Yra vykdoma automatinė rotacija, kai pirmojo alkoholio tirpalo koncentracija pasiekia žemiausią vartotojo nustatytą koncentraciją, paskutinis alkoholio tirpalas yra pakeičiamas nauju alkoholio tirpalu, Technine informacija 1.pdf, psl. 101
20.	Reagentų kokybės kontrolės metodai	Ne mažiau nei 3 metodai: sunkio jėgos, panaudojimo kartai, dienų skaičius per savaitę	Yra 3 metodai: sunkio jėgos, panaudojimo kartai, dienų skaičius per savaitę, Technine informacija 1.pdf, psl. 79
21.	Valdymas	Turi būti per į prietaisą integruotą ekraną	Yra per į prietaisą integruotą ekraną, Technine informacija 1.pdf, psl. 1

22.	Sąsajos	Ne mažiau nei: RS232 ir RJ45	RS232 ir RJ45, <u>Techninė informacija 1.pdf, psl. 18</u>
23.	Integruota atsarginė baterija	Privalo būti integruota atsarginė baterija	Yra integruota atsarginė baterija, <u>Techninė informacija 1.pdf, psl. 5</u>
24.	Komplektacija	Ne mažiau nei: 1. Krepšys, atsitiktiniam kasečių pakrovimui – 1 vnt.; 2. Lygių dalytuvai – 2 vnt.; 3. Dangtis – 2 vnt.; 4. Krepšys maksimaliam standartinių kasečių pakrovimui – 1 vnt.; 5. Vienkartinės panaudoto parafino surinkimo talpos – 30 vnt.; 6. Reagentų talpos (kiekis numatomas toks, kad reagentų talpos būtų pakeičiamos iš karto, t.y. privalo būti visų reagentų atsarginės talpos); 7. Panaudotų reagentų surinkimo talpos - 6 vnt; 8. Integruoti garų surinkimo filtrai - 12 vnt; 9. Vartotojo priemonių rinkinys kasdieninei procesoriaus priežiūrai 1 vnt.	Pateikiama: 1. Krepšys, atsitiktiniam standartinių kasečių pakrovimui – 1 vnt.; 2. Lygių dalytuvai – 2 vnt.; 3. Dangtis – 2 vnt.; 4. Krepšys maksimaliam standartinių kasečių pakrovimui – 1 vnt.; 5. Vienkartinės panaudoto parafino surinkimo talpos – 30 vnt.; 6. Reagentų talpos (kiekis numatomas toks, kad reagentų talpos būtų pakeičiamos iš karto, t.y. visų reagentų atsarginės talpos); 7. Panaudotų reagentų surinkimo talpos - 6 vnt; 8. Integruoti garų surinkimo filtrai - 12 vnt; 9. Vartotojo priemonių rinkinys kasdieninei procesoriaus priežiūrai 1 vnt.
25.	CE atitiktis	Siūlomas produktas turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems <i>in vitro</i>	Siūlomas produktas atitinka CE 98/79 direktyvos

		diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaraciją	reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems <i>in vitro</i> diagnostikai. CE- IVD Atitikties deklaracija.pdf
26.	Garantija	Ne mažiau nei 24 mėnesių	24 mėnesiai

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1.	Įgaliojimas Neringai Viščiulytei-Žostautei	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
3.	Techninė informacija.zip	383

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Neringai Viščiulytei-Žostautei	1

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Teikėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Produktų specialistė

(pasirašyta saugiu
elektroniniu parašu)

Neringa Viščiulytė-Žostaute

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)