

**PASIŪLYMAS DĖL PLAZMOS ATŠILDYMO ĮRENGINIO
IR RANKINIO PLAZMOS EKSTRAKTORIAUS PIRKIMO**2015 m. Balandžio 02 d. Nr.29 PK
Vilnius**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas	UAB AIRIMEDUS, Ik 126237331
Tiekėjo adresas	L.Asanavičiūtės 20/2 04303 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Liutauras Dauderys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT427300010078254050 AB Swedbank
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Telefono numeris	8 5 20 40 892
Fakso numeris	8 5 20 40 893
El. pašto adresas	liutas@mail.tele2.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime,
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

L. Asanavičiūtės g. 20/2, LT 04303 Vilnius, LIETUVA
Tel. 8 5 204 08 92, faks.: 8 5 204 08 93, 278 43 25
El. paštas: liutas@mail.tele2.lt

Įm. k. 126237331
PVM m. k. LT100001077410

AB SEB Bankas, a/s LT14 7044 0600 0774 3647
Banko kodas 70440 BIC (SWIFT) - CBVILT2X

PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis. Plazmos atšildymo įrenginys

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
1.	Plazmos atšildymo įrenginys	Barkey „Plasmatherm“	1	Vnt.	7.200,00	8.712,00	8.712,00
	Bendra kaina EUR su PVM:	X	X	X	X	X	8.712,00

Specialieji reikalavimai plazmos atšildymo įrenginiui (1 vnt)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas reikalaujamiems parametrų
1.	Paskirtis	Kraujo, plazmos, kamieninių ląstelių atšildymui	Kraujo, plazmos, kamieninių ląstelių atšildymui
2.	Programavimas	„Meniu“ pagrįstas programavimas, galimybė pasirinkti plazmos, kamieninių ląstelių, kraujo ir kraujo komponentų atšildymo programas	„Meniu“ pagrįstas programavimas, galimybė pasirinkti plazmos, kamieninių ląstelių, kraujo ir kraujo komponentų atšildymo bei „vartotojo“ programas
3	Sildymo proceso savikontrolės ir atsekamumo funkcija	Būtina	Sildymo proceso savikontrolės ir atsekamumo funkcija
4.	Atšildomų maišelių kiekis	Ne mažiau kaip vienas. Būtina galimybė atšildyti įvairių gamintojų, bet kokios talpos	Nuo vieno iki šešių
5.	Kontroliuojama šildymo temperatūra	Intervale nuo +37°C iki +40°C	Intervale nuo +37°C iki +45°C
6.	Keletas atskirai veikiančių kontrolinių šilumos jutiklių	Būtina	Trys
7.	Maišelių įdėjimas per viršų	Būtina	Per viršų
8.	šildymo tipas	Sausas	Sausas. Pagalvėlėse cirkuliuojantis šildantis
9.	Šildymo elementai	2 pagalvėlių formos šildymo elementai, veikiantys „hidromasažo“ principu (šildymo elementų pagalvėlėse cirkuliuoja šiltas skystis).	2 pagalvėlių formos šildymo elementai, veikiantys „hidromasažo“ principu (šildymo elementų pagalvėlėse cirkuliuoja šiltas skystis). Masažo funkciją atlieka judanti mentelė

10.	Šildymo paviršius	Pagamintas iš šviesaus plastiko (arba lygiavertės medžiagos), leidžiančio pastebėti kraujo liekanas	Pagamintas iš šviesaus plastiko , leidžiančio pastebėti kraujo liekanas. Dangtis skaidrus.
11.	Garsiniai ir vizualiniai signalai prietaisui dirbant (darbines būklės indikacija)	Būtinai	Yra
12.	Apsaugine signalizacija, perspėjanti naudotoją skysčių pratekėjimo iš šildomų maišelių atvejais	Būtina	Yra. Drėgmės jutikliai.
13.	Įrangos valdymo „menu“ lietuvių kalba	Būtina	Dialogas ekrane Lietuvių kalba.
14.	Sąsaja sujungimui su kompiuteriu	Būtina	Yra
15.	Papildomos jungtys	RS232 tipo ar lygiavertės (spausdintuvui, kompiuteriui, brūkšninių kodų skaitytuvui)	Yra
16.	Temperatūrinės atšildymo kreivės registravimas	Būtinas	Yra
17.	Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis	220V±10%, 50 Hz el. tinklas	220V±10%, 50 Hz el. tinklas
18.	Įrangos žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EE'C direktyva)	Būtinas (būtina pateikti atitinkamo sertifikato kopiją)	Pateikta
19.	Įrangos garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn.	36 mėn nuo instaliavimo datos
20.	Įrangos instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos įrangos instaliavimo, išbandymo bei personalo apmokymo išlaidos.	Į kainą įtrauktos visos išlaidos

21.	Kartu su įranga pateikiami dokumentai	1) Naudojimo instrukcija Lietuvių ir anglų kalba 2) Serviso dokumentacija Lietuvių arba anglų kalba	Bus pateikiami.
------------	---------------------------------------	--	-----------------

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Kainos pasiūlymas	1 dokumentas
2	Kvalifikacija	1 dokumentas
3	Katalogas, deklaracija dėl atitikimo reikalavimams	3 dokumentai
4	Naudojimo instrukcija Lietuvių kalba	1 dokumentas
4	CE sertifikatą	1 dokumentas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra

Direktorius

Liutauras Dauderys

