

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

PASIŪLYMAS

DĖL BENDROSIO PACIENTO APŽIŪROS KUŠETĖS PIRKIMO

2021-06-26 Nr. 28/06/21

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Polša"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj.sav.
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm.k.135102119; PVM k. LT 351021113
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas 70440; A/s.: LT537044060003184430
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Jocius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Jocius
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Jocius
Telefono numeris	8-682-19866
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@polša.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjų (-us)

PASIŪLYMO KAINA

Tiekėjo pavadinimas: (nurodyti): UAB "POLSA"

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Bendrosios paciento apžiūros kušetė	PROFI 2 Plus "KINESIS"	vnt.	7	920	6440	7792,4
Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM):							6440
PVM suma:							1352,4
Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM):							7792,4

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis, konstrukcija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinkama pacientų apžiūrai bei medicininiams procedūroms. 2. Mobili - su 125-150 mm skersmens ratais, iš kurių ne mažiau kaip du fiksuojamos padėties (su stabdžiais), be ratų pakėlimo-nuleidimo mechanizmo (darbinėje padėtyje kušetė stovi ant ratų). 3. Reguliuojamo aukščio. 4. Gulimoji dalis (įskaitant galvos atramą) paminkštinta, aptraukta dėvėjimuisi, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia danga; apmušalų storis 4-7 cm. 5. Be lovos galvūgalio ir kojūgalio apdailų, be šoninių turėklų ir kitokių konstrukcijų kušetės galuose ir šonuose, kurios apribotų prieigą prie paciento. <p>Kušetės rėmas galvūgalyje be statramsčių ar kitokių konstrukcijų,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinkama pacientų apžiūrai bei medicininiams procedūroms. 2. Mobili - su 150 mm skersmens ratais, du fiksuojamos padėties (su stabdžiais), be ratų pakėlimo-nuleidimo mechanizmo (darbinėje padėtyje kušetė stovi ant ratų). 3. Reguliuojamo aukščio. 4. Gulimoji dalis (įskaitant galvos atramą) paminkštinta, aptraukta dėvėjimuisi, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia danga; apmušalų storis 6 cm. 5. Be lovos galvūgalio ir kojūgalio apdailų, be šoninių turėklų ir kitokių konstrukcijų kušetės galuose ir šonuose, kurios apribotų prieigą prie paciento.

		kurios trukdytų atsisėsti prie pat paciento galvos, pakišant kelius po kušetės gulimąja dalimi.	Kušetės rėmas galvūgalyje be statramsčių ar kitokių konstrukcijų, kurios trukdytų atsisėsti prie pat paciento galvos, pakišant kelius po kušetės gulimąja dalimi. Kušetė PROFI 2 Plus katalogas
2.	Gulimosios paminkštintos dalies išmatavimai (ilgis x plotis)	Ilgis 190-210 cm, plotis 50-65 cm	Ilgis 200 cm, plotis 65 cm
3.	Galvos atrama (galvūgalis)	Ilgis 45-70 cm, pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 0-30° ribose	Ilgis 45 cm, pakėlimo kampas reguliuojamas nuo -40° iki +40° ribose
4.	Aukščio reguliavimas (matuojant nuo grindų iki gulimo paviršiaus)	1. Reguliavimo ribos 55-80 cm (ne siauresnės už nurodytas); 2. Aukštis reguliuojamas hidraulinio mechanizmo pagalba.	1.nuo 55 iki 85 cm 2.Aukštis reguliuojamas hidraulinio mechanizmo pagalba.
5.	Gamintojo numatyta maksimali kušetės apkrova	≥ 180 kg	180 kg
6.	Kušetės apmušalų spalvos pasirinkimas	Turi būti galimybė apmušalų spalvą pasirinkti iš kelių spalvų paletės (suderinama užsakant)	Pridedama spalvų paletė
7.	Prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Prekės pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
8.	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu		Paženklinta CE ženklu Pridedamas CE sertifikatas

9.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Bus pridėta
10.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūlomos parametrų reikšmės", vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „taip“ ir pan.**, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymas	4	Pasiūlymas
2.	Kainų pasiūlymo lentelė	1	Kainų pasiūlymo lentelė
3.	BP apžiūrų kušetė – katalogas	4	BP apžiūrų kušetė-katalogas
4..	EBVPD	13	EBVPD

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Jocius

Vardas, pavardė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VIDMANTAS, JOCIUS
Data: 2021-06-26 09:05:38