

Intraokuliniai lęšiukai ir jų priedai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifa s %	Mato vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintoja s
		Bendri reikalavimai: 1. Intraokuliniai lęšiukai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą ir FDA arba EB atitikties deklaracijų kopijas. 3. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pbrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pbraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 4. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšiukų 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. Reikalingas IOL kiekis, nurodant dydžius, užsakomas pagal poreikį. 5. Visi (visų dioptrijų) vienai konkurso daliai siūlomi IOL turi būti vienodi ir to paties gamintojo. Visų dydžių kapsulės, tempimo žiedai turi būti to paties gamintojo.							

		6. Tiekėjai su konkurso pasiūlymu 1 daliai turi pateikti dažniausiai naudojamų dydžių (20-21-22 D) 3 vnt., 2 daliai 1 vnt. (21 D) užpakalinės kameros sulankstomų lęšių pavyzdžių, 3 daliai 1 vnt. (19 D) priekinės kameros IOL pavyzdžius. Pavyzdžiai tiekėjui negražinami. 7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 8. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. 9. Intraokulinių lęšių pristatymas į gydymo įstaigas užtikrinamas per 10 darbo dienų nuo užsakymo. 10. Intraokulinių lęšių, kapsulės, tempimo žiedų ir implantavimo kasečių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai nuo prekių pateikimo.							
3	Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai 2. Ilgis: gali būti nuo 12,5 iki 13,5 mm 3. Optinės dalies diametras: gali būti nuo 5,5 mm iki 6,0 mm 4. Laužiamoji galia: nuo +5 iki +25 dioptrijų 5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais.	Iki 100 vnt.	Vnt.	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas. 2. Ilgis: gali būti 12.75 mm 3. Optinės dalies diametras: 6,0 mm 4. Laužiamoji galia: nuo 0 iki +30 dioptrijų 5. Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.	5%	9,92	992,00	I-Medical, Vokietija, katalogo Nr. AC6025P M
4	Kapsulės tempimo žiedai	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai; 2. Diametras: 12.0, 12.5, 13.0, 13.5 ir 14.0 mm, su angutėmis galuose. 3. Mėlynos spalvos.	Iki 200 vnt.	Vnt.	1. Medžiaga: polimetilmetakrilatas; 2. Diametras: 12.0, 12.5, 13.0, 13.5 ir 14.0 mm, su angutėmis galuose. 3. Mėlynos spalvos. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.	5%	9,92	1984,00	I-Medical, Vokietija, katalogo Nr. CTR
5	Vienartinės, sterilios neperlenkiamos IOL implantavimo kasetės	1. Skirtos ligoninėje turimiems Monarch II ir Monarch III injektoriams, implantuoti sulankstomiems IOL per ne didesnę kaip 2,75 mm pjūvį.	Iki 1000 vnt.	Vnt.	1. Skirtos ligoninėje turimiems Monarch II ir Monarch III injektoriams, implantuoti sulankstomiems IOL per 2,75 mm pjūvį. Žr. Bukletas.pdf 2, 3 psl.	5%	4,80	4800,00	Alcon, JAV, katalogo Nr. 806597776