

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Gamintojas	Kiekis	PVM %	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Viso suma, Eur be PVM	Viso suma, Eur su PVM
	Gumos dirbiniai								
1	Chirurginės pirštinės: Sterilios, pagamintos iš latekso, hipoalerginės, figūrinės anatominės konfigūracijos, ilgos, tvirtos, mikroreljefinio paviršiaus, pudruota tik viduje, elektrostatinės, su kanteliu. Popierinis pirštinių įpakavimas neatkerpamas, o atplėšiamas, atplėšimo kraštelis 1,5-2,0 cm ilgio:		Ansell Medical AS (Belgija)						
	Nr.6,0	pora		2000	5%	0,40	0,42	800,00	840,00
	Nr.6,5	pora		5000	5%	0,40	0,42	2 000,00	2 100,00
	Nr.7	pora		15000	5%	0,40	0,42	6 000,00	6 300,00
	Nr.7,5	pora		15000	5%	0,40	0,42	6 000,00	6 300,00
	Nr.8	pora		10000	5%	0,40	0,42	4 000,00	4 200,00
	Nr.8,5	pora		5000	5%	0,40	0,42	2 000,00	2 100,00
	Nr.9,0	pora		500	5%	0,40	0,42	200,00	210,00
						Bendra 1 dalies kaina:		21 000,00	22 050,00
2	Chirurginės pirštinės. Natūralaus latekso sterilios chirurginės pirštinės be pudros, pagamintos iš natūralaus gumos latekso, hipoalerginės;vidinis pirštinių paviršius yra padengtas poliuretanu ir silikonizuotas; išorinis pirštinių paviršius su tikro tekstūra, chloruotas ir silikonizuotas (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ilgis ne mažiau 290 mm; storis: vieno piršto turi būti ne mažiau 0.220 mm, delno ne mažiau 0.200 mm, rankogalio ne mažiau 0.200 mm;rankogaliai be kantelio su lipnia juoste;mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos;pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; plyšimo jėga ne mažiau 19N;alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30.0µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir / ar HLPC (EN 455 3);AQL ne daugiau 0.65 (pateikti patvirtinančius dokumentus);atitinka ISO, CE ir EN 455 1-4 dalies keliamus reikalavimus. CE klasifikacija yra II a klasė;		Ansell Medical AS (Belgija)						

	gamybos ir galiojimo laiko duomenys nurodyti ant pakuotės. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.								
	Nr.6	pora		1000	5%	0,41	0,43	410,00	430,50
	Nr.6,5	pora		5000	5%	0,41	0,43	2 050,00	2 152,50
	Nr.7	pora		10000	5%	0,41	0,43	4 100,00	4 305,00
	Nr.7,5	pora		10000	5%	0,41	0,43	4 100,00	4 305,00
	Nr.8	pora		5000	5%	0,41	0,43	2 050,00	2 152,50
	Nr.8,5	pora		3000	5%	0,41	0,43	1 230,00	1 291,50
						Bendra 2 dalies kaina		13 940,00	14 637,00
4	Lateksinės apžiūros pirštinės be talko. Su kanteliu riešui. Mikroreljefinis paviršius. Vidinis paviršius padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą. AQL – 1.5. Ilgis ne mažiau 240 mm. Sienelių storis pirštų srityje 0.12 (± 0.02) mm, delno srityje 0.11(± 0.02)mm. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 6 N. Turi atitikti 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pavyzdžius įvertinimui pateikti originaliose dėžutėse.		Ansell Medical AS (Belgija)						
	S	vnt.		30000	5%	0,09	0,09	2 700,00	2 835,00
	M	vnt.		50000	5%	0,09	0,09	4 500,00	4 725,00
	L	vnt.		50000	5%	0,09	0,09	4 500,00	4 725,00
						Bendra 4 dalies kaina		11 700,00	12 285,00
6	Nitrilinės apžiūros pirštinės be talko. Su kanteliu riešui. Mikroreljefinis paviršius AQL – 1.5. Ilgis ne mažiau 240 mm. Sienelių storis pirštų srityje 0.13 (±0.02) mm, delno srityje 0.10(±0.02)mm. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 6 N. Turi atitikti 93/42/EES direktyvą ir EN455 reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pavyzdžius įvertinimui pateikti originaliose dėžutėse.		Ansell Medical AS (Belgija)						
	S	vnt.		500000	5%	0,09	0,09	45 000,00	47 250,00
	M	vnt.		1000000	5%	0,09	0,09	90 000,00	94 500,00
	L	vnt.		700000	5%	0,09	0,09	63 000,00	66 150,00
						Bendra 6 dalies kaina:		198 000,00	207 900,00
8	Ortopedinės sterilios pirštinės : - Pirštinės pagamintos iš natūralaus kaučiuko latekso, be pudros, rudos spalvos. - Vidinis pirštinių paviršius padengtas polimerine medžiaga. - Išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra. - Pirštinės riešas turi būti su susisukusiu kraštelio.		Ansell Medical AS (Belgija)						

	- Pirštinės yra anatomicinės konfigūracijos, lenktais pirštais, neriboja pirštų ir delno judesių. DHD technologijos medžiagomis padengtas pirštinės vidus, kad palengvinti pirštinės užsidėjimą ant drėgnos rankos - AQL ne daugiau 0,65. - Atsparumas tempimo jėgai prieš panaudojimą min 24N. - Pakuotė lengvai atidaroma, atidarant plyšta tik per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. - Laikymo terminas ne mažiau 5 metų - Atitinka ISO, EN 420:20003 + A1:2009, CE ir EN 455 1-4 d. keliamus reikalavimus. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus. - Ilgis ne mažiau 280 mm - Storis vieno piršto 0.330 mm ± 0.01 mm, delno 0.280 mm ± 0.01 mm, riešo 0.220 mm ± 0.01 mm - Ant kiek vienos pirštinės pažymėta kairė/dešinė ir dydis - Dėžutė turi perforuotą dalį patogiam išėmimui. - Lietuviškas aprašymas ant pakuotės. Sterilizavimas gama spinduliais								
	Nr.6,5	pora		200	5%	0,70	0,74	140,00	147,00
	Nr.7	pora		1000	5%	0,70	0,74	700,00	735,00
	Nr.7,5	pora		2000	5%	0,70	0,74	1 400,00	1 470,00
	Nr.8	pora		1000	5%	0,70	0,74	700,00	735,00
	Nr.8,5	pora		800	5%	0,70	0,74	560,00	588,00
						Bendra 8 dalies kaina		3 500,00	3 675,00
10	Specialios paskirties pirštinės akių operacijoms. Natūralaus latekso, sterilios pirštinės, be pudros, paplonintos, skirtos akių ir mikrochirurgijos operacijoms. Pirštinės pagamintos iš natūralaus gumos latekso; šviesiai rudos spalvos; naudojamos operacijų, kurių metu reikalingas ypatingas chirurgo pirštų galų jautrumas; vidinis pirštinių paviršius yra chloruotas; išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra, chloruotas; plyšimo jėga ne mažiau 16N; alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HLPC (EN 455-3); pirštinės ilgis ne mažiau 285 cm; storis: vieno piršto turi būti ne daugiau 0,17 mm, delno ne daugiau 0,16 mm, rankogalio ne daugiau 0,175 mm; AQL – ne daugiau 0,65; pirštinės yra anatomicinės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno	pora	Ansell Medical AS (Belgija)	5000	5%	0,67	0,70	3 350,00	3 517,50

	judesių, ilgos, be kantelio su lipnia juostele, paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos; pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas; atitinka ISO, CE ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. CE klasifikacija yra II a klasė; pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams; dydžiai Nr. 6 – 8.5. (Europietiški dydžiai).								
219	Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui. - vienkartinės; - su kontaktine jungtimi (fiksuoja juostelės padėtį); - su reakcijos laukeliu (plotas, kuriame kraujo mėginys yra uždedamas); - įpakuota drėgmei nepralaidžiamame, sandariame, nuo saulės šviesos apsaugotame įpakavime; - sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikiamą kiekį aparatų, reikalingų tyrimui atlikti.	vnt.	Ascensia Diabetes Care	400	5%	0,1772	0,1861	70,88	74,42

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kristina Gražulienė

(Vardas ir pavardė)