

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2022 - 01 - 14 Nr. LS-3

Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, kurios registruota buveinė yra Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai, atliekančio direktoriaus funkcijas Dmitrij Kačiūrin, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir UAB „Arbor Medical Corporation LT“, juridinio asmens kodas 301577716, kurio registruota buveinė yra Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (-as) direktoriaus Mindaugo Daugėlos, veikiančio (-ios) pagal įstatus, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro konkurso „Medicininė įranga“ pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai, pirkimo Nr. 572975 (toliau – Prekės) pirkti, įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.

4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su (21%) PVM yra **63.152,32 EUR** (Šešiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai ir 32 ct.), tame skaičiuje PVM 10.960,32 EUR. Sutarties kaina be PVM yra 52.192,00 EUR (Penkiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai ir 00 ct.).

6. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT317044060007635671; AB SEB bankas; Banko kodas 70440.

6.1. Su Tiekėju atsiskaitoma per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos per „E.sąskaita“ dienos.

7. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje prašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimą sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

9.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.

10. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

11. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

13. Tiekėjas įsipareigoja:

13.1. pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka; pristatant prekes pateikti CE sertifikatą.

13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

13.3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu

14. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

15. Vykdamas Sutartį subtiektėjai nepasitelkiama.

16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų (jei jie pasitelkami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

17. Subtiektimo sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

18. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiektėjo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

18.1. subtiektėjas yra bankrutavęs;

18.2. subtiektėjas yra likviduojamas;

18.3. subtiektėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

18.4. subtiektėjui yra iškelta bankroto byla;

18.5. subtiektėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

18.6. subtiektėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

18.7. subtiektėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

18.8. subtiektėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

18.9. subtiektėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

18.10. subtiektėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

18.11. kitos aplinkybės.

19. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiektėjo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

19.1. subtiektėjo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;

19.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiektėjas;

19.3. kitos aplinkybės.

20. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiektėją ir / ar pasitelkti naują subtiektėją, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subtiektėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiektėjas privalo atitikti visus subtiektėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiektėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiektėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiektėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiektėją reikalavimus atitinkančiu subtiektėju.

21. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

22. Pirkėjas įsipareigoja:

22.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

22.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

23. Pirkėjas turi teisę:

23.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

23.2. reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

24. Tiekėjas Prekes pristato adresu: Ligoninės g.12, Alytus, savo transportu ir savo lėšomis per 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo raštiško pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui. Perkančiajai organizacijai sutikus, viešojo pirkimo – pardavimo sutarties šalys gali pratęsti prekių pristatymo terminą dar 1 (vieną) mėn. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

25. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

25.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

25.2. Prekės išpakuotos;

25.3. instaliuota visa būtina techninė ir programinė įranga (*jeigu taikoma*);

25.4. įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje (*jeigu taikoma*);

25.5. perduota Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

25.6. apmokyta ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis) (*jeigu taikoma*).

25.7. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

26. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

27. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

28. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

29. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas nurodytas parduodamų prekių techninėje specifikacijoje (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2 priede).

30. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekę neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

31. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas

32. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymą, prekių pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas –

33. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų vykdymo koordinatore Rasa Čereškevičė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių Sutartyje ar Sutarties 43 punkte numatytaame papildomame Susitarime numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą nepateikus visų ar dalies prekių Pirkėjas taikys Sutarties 35 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

35. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, vieną kartą praleistas Sutartyje (o jei buvo Šalių pasirašytas papildomas susitarimas, tai susitarime) Šalių sutartas prekių pristatymo terminas, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

36. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

37. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

38. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

39. Šalis nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

40. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

41. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

42. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutarties trukmė 12 mėn.

43. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

44. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių (gamintojas bankrutuoja, nutraukta/sustabdyta gamyba ir pan.) Tiekėjas negali laiku pristatyti Prekių, Sutarties Šalis susitarus Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėnesiui. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

45. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

46. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

47. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir esant šios sutarties 44 punkte numatytoms aplinkybėms.

48. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

49. Vykdam Sutartį, turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

50. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

51. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

52. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme.

53. Sutarties priedai:

53.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas);


53.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

PIRKĖJAS:

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/s LT737300010091752982
AB Swedbank, b/k 73000
Tel. 8 315 56301


Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Dmitrij Kačiurін



TIEKĖJAS:

UAB „ArborMedicalCorporation LT“
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Tel. +370 37 464460
Įmonės kodas 301577716
PVM mok. kodas LT100003878313
AB SEB bankas, b/k 70440
A/S Nr. LT317044060007635671

Direktorius
Mindaugas Daugėla



Viešojo prekių pirkimo - pardavimo sutarties Nr. LS-3 1 priedas

Parduodamų prekių sąrašas

2022 m. sausio 14 d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas, modelis	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra suma EUR be PVM	Bendra suma EUR su PVM
1	Gyvybinių funkcijų monitorius	Vnt.	16	Gamintojas: „Philips Healthcare“; Modelis: „EfficiaCM120“	3.947,02	52.192,00	63.152,32


PIRKĖJAS

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Dmitrij Kačiurina



TIEKĖJAS

Direktorius
Mindaugas Daugėla



Techninė specifikacija

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI – 8 VNT.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Sinolomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukia ant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	Paciento monitorius	8vnt.	(Modelis: "Efficia CM120", Gamintojas: "Philips Healthcare") 8vnt.
1.1.	Paskirtis	Tinkamas įvairaus amžiaus grupėms	Tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
1.2.	Elektros maitinimo šaltiniai:	1. ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinanti šio šaltinio ≥ 12 val.	1. ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis; monitoriaus veikimo laikas, maitinanti šio šaltinio 13 val.
1.3.	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai	1. USB jungtis; 2. LAN tinkle plokštė 3. Jungtis papildomam displejui	1. USB jungtis; 2. LAN tinkle plokštė 3. Jungtis papildomam displejui
1.4.	Reikalavimai monitoriaus ekranui	1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 30 cm įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 3. Skiriamoji monitoriaus geba ≥ (1280x800) taškų; 4. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 12 5. Naktinis režimas 6. Mini tendencijos ekrane ≥ 8 val.	1. Spalvotas, LCD, 30,7 cm įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 3. Skiriamoji monitoriaus geba (1280x800) taškų; 4. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu 12 5. Naktinis režimas 6. Mini tendencijos ekrane 8 val.
1.5.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis	Atminties trukmė ≥ 240 val. Grafinės ir skaitmeninės informacijos	Atminties trukmė 240 val. Grafinės ir skaitmeninės informacijos
1.6.	Monitoriaus atsparumas	Turi atitikti atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal ISO 9919/IEC 80601-2-61 standartą arba lygiavertis	Turi atitikti atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal ISO 9919/IEC 80601-2-61 standartą
1.7.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra – 2 kanalai	1. EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra – 2 kanalai
1.8.	Papildomi matavimo moduliai	1. Galimybė įdiegti vėliau 2. Talpinami atskiroje lentynoje 3. Be papildomo elektros maitinimo šaltinio	1. Galimybė įdiegti vėliau 2. Talpinami atskiroje lentynoje 3. Be papildomo elektros maitinimo šaltinio (Jungiama į monitorių per USB jungtį)
2.	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:		
2.1.	ŠSD matavimo ribos	Ne siauriau 15-350 k/min	ŠSD matavimų ribos: 15-350 k/min
2.2.	ST segment matavimas	Būtinas ST segmentografinis žemėlapis	ST segmentografinis žemėlapis
2.3.	Elektros maitinimo šaltinis	Būtinas	Elektros maitinimo šaltinis

	monitoravimas (angl. Enhanced arrhythmia)		Enhanced arrhythmia)
2.4.	Kvėpavimodažniomatavimoribos	Ne siauriau 5-150 k/min	Kvėpavimodažniomatavimoribos: 3 – 150 k/min
3.	Reikalavimai SpO2 kanalui:		
3.1.	SpO2 matavimo ribos	Ne siauriau 0-100%	SpO2 matavimoribos: 0 – 100%
3.2.	Pulsomatavimo ribos	Ne siauriau 30-300 k/min	Pulsomatavimoribos: 30-300 k/min
4.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
4.1.	Matavimo metodas	Oscilometrinis arba lygiavertis	Oscilometrinis
4.2.	Matavimo ribos	Ne siauriau 10-250 mm Hg	10-270 mm Hg
4.3.	Darbo režimai	Rankinis, periodinis, STAT	Rankinis, periodinis, STAT
5.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:		
5.1.	Temperatūros matavimo diapazonas	Ne siauriau 25-45°C	25-45°C
5.2.	Temperatūros matavimo paklaida	Ne daugiau 0,1 °C (diapazone 25-45°C)	0,1 °C (diapazone 25-45°C)
6.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
6.1.	IKS matavimo diapazonas	Ne siauriau kaip nuo -40 iki +300 mmHg	nuo -40 iki +360 mmHg
6.2.	IKS matavimo paklaida	Ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg (įskaičiuojant daviklio paklaidą)	±4 mmHg (įskaičiuojant daviklio paklaidą)
6.3.	Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties	Monitorius turi jungtis prie centrinės stebėjimo stoties	Monitorius jungiasi prie centrinės stebėjimo stoties
7.	Komplektuojami monitorių priedai		
7.1.	EKG elektrodų kabelis, 3 elektrodų	1 kompl.	EKG elektrodų kabelis, 3 elektrodų (1 kompl.)
7.2.	EKG elektrodai	1 kompl. (vienkartiniai)	EKG elektrodai (1 kompl.)
7.3.	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems	1 kompl. (daugkartinio naudojimo, pirštinės, visas kabelio ilgis ne mažiau 3 metrų, skirtas suaugusiems)	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems: daugkartinio naudojimo, pirštinės, visas kabelio ilgis 3 metrai (1 kompl.)
7.4.	Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems	1 kompl.	Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (1 kompl.)
7.5.	Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis	1 kompl. (daugkartinio naudojimo)	Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis 1 kompl. (daugkartinio naudojimo)
7.6.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
Vienetokainasu PVM, Eur.			3.947,02
Visopasiūlymokainasu PVM, Eur.			31.576,16

3. BENDROJO OBJEKTO DALIS. SUVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI. 3.1. VNT

EH		Sistemo parametrai atitiktinas, konkreti parametrai reikėmė ir atitikimo natvrtinimas (nsl. narsilome).
----	--	---

Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	puslapyje pabraukia ant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	Paciento monitorius	8vnt.	(Modelis: "Efficia CM120", Gamintojas: "Philips Healthcare") 8vnt.
1.1.	Paskirtis	Tinkamas įvairaus amžiaus grupėms	Tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
1.2.	Elektros maitinimo šaltiniai:	1. ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinanti šio šaltinio ≥ 12 val.	1. ~220V±10%, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis; monitoriaus veikimo laikas, maitinanti šio šaltinio 13 val.
1.3.	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai	1. USB jungtis; 2. LAN tinkle plokštė 3. Jungtis papildomam displejui	1. USB jungtis; 2. LAN tinkle plokštė 3. Jungtis papildomam displejui
1.4.	Reikalavimai monitoriaus ekranui	1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 30 cm įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 3. Skiriamoji monitoriaus geba ≥ (1280x800) taškų; 4. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 12 5. Naktinis režimas 6. Mini tendencijos ekrane ≥ 8 val.	1. Spalvotas, LCD, 30.7 cm įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 3. Skiriamoji monitoriaus geba (1280x800) taškų; 4. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu 12 5. Naktinis režimas 6. Mini tendencijos ekrane 8 val.
1.5.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis	Atminties trukmė ≥ 240 val. Grafinės ir skaitmeninės informacijos	Atminties trukmė 240 val. Grafinės ir skaitmeninės informacijos
1.6.	Monitoriaus atsparumas	Turi atitikti atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal ISO 9919/IEC 80601-2-61 standartą arba lygiavertis	Turi atitikti atsparumą smūgiams ir vibracijai pagal ISO 9919/IEC 80601-2-61 standartą
1.7.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra – 2 kanalai	1. EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (SSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra – 2 kanalai
1.8.	Papildomi matavimo moduliai	1. Galimybė įdiegti vėliau 2. Talpinami atskiroje lentynoje 3. Be papildomo elektros maitinimo šaltinio	1. Galimybė įdiegti vėliau 2. Talpinami atskiroje lentynoje 3. Be papildomo elektros maitinimo šaltinio (Jungiami į monitorių per USB jungtį)
2.	Reikalavimai EKG/kvėpavimokanalui:		
2.1.	ŠSD matavimo ribos	Ne siauriau 15-350 k/min	ŠSD matavimų ribos: 15-350 k/min
2.2.	ST segment matavimas	Būtinai ST segmentografinis žemėlapis	ST segmentografinis žemėlapis
2.3.	Išplėstinis aritmijų monitoravimas (angl. Enhanced arrhythmia)	Būtinai	Išplėstinis aritmijų monitoravimas (angl. Enhanced arrhythmia)
2.4.	Kvėpavimų dažnių matavimų ribos	Ne siauriau 5-150 k/min	Kvėpavimų dažnių matavimų ribos: 3 – 150 k/min
3.	Reikalavimai SpO2 kanalui:		
3.1.	SpO2 matavimo ribos	Ne siauriau 0-100%	SpO2 matavimų ribos: 0 – 100%
3.2.	Pulsų matavimo ribos	Ne siauriau 30-300 k/min	Pulsų matavimų ribos: 30-300 k/min
4.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimui:		

	kanalui:		
4.1.	Matavimo metodas	Oscilometrinis arba lygiavertis	Oscilometrinis
4.2.	Matavimo ribos	Ne siauriau 10-250 mm Hg	10-270 mm Hg
4.3.	Darbo režimai	Rankinis, periodinis, STAT	Rankinis, periodinis, STAT
5.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:		
5.1.	Temperatūros matavimo diapazonas	Ne siauriau 25-45°C	25-45°C
5.2.	Temperatūros matavimo paklaida	Ne daugiau 0,1 °C (diapazone 25-45°C)	0,1 °C (diapazone 25-45°C)
6.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
6.1.	IKS matavimo diapazonas	Ne siauriau kaip nuo -40 iki +300 mmHg	nuo -40 iki +360 mmHg
6.2.	IKS matavimo paklaida	Ne daugiau $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg (įskaičiuojant daviklio paklaidą)	± 4 mmHg (įskaičiuojant daviklio paklaidą)
6.3.	Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties	Monitorius turi jungtis prie centrinės stebėjimo stoties	Monitorius jungiasi prie centrinės stebėjimo stoties
7.	Komplektuojami monitorių priedai		
7.1.	EKG elektrodų kabelis, 3 elektrodų	1 kompl.	EKG elektrodų kabelis, 3 elektrodų (1 kompl.)
7.2.	EKG elektrodai	1 kompl. (vienkartiniai)	EKG elektrodai (1 kompl.)
7.3.	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems	1 kompl. (daugkartinio naudojimo, pirštinės, visas kabelio ilgis ne mažiau 3 metrų, skirtas suaugusiems)	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems: daugkartinio naudojimo, pirštinės, visas kabelio ilgis 3 metrai (1 kompl.)
7.4.	Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems	1 kompl.	Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (1 kompl.)
7.5.	Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis	1 kompl. (daugkartinio naudojimo)	Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis 1 kompl. (daugkartinio naudojimo)
7.6.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
		Vienetokainasu PVM, Eur.	3.947,02
		Visopasiūlymokainasu PVM, Eur.	31.576,16

PIRKĖJAS

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Dmitrij Kašpurin



TIEKĖJAS

Direktorius
Mindaugas Daugėla

A. V.

