



1 priedas prie atviro (supaprastinto)
konkurso „Instrumentai“

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL INSTRUMENTŲ PIRKIMO**

2022-01-13 Nr. OLI/2022/01/13
VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija (Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Įmonės kodas	9000273809
Atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas	A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris	Tomas Butauskas chirurginės įrangos pardavimų vadybininkas 8 5 2330021, Tomas.butauskas@olympus.lt,
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris	Tomas Butauskas chirurginės įrangos pardavimų vadybininkas 8 5 2330021, Tomas.butauskas@olympus.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), t. y. veiklos, kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - 1.2. pirkimo sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.

Mes siūlome šią medicinos įrangą ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

2 pirkimo objekto dalis: Elektrochirurginis generatorius

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina	Suma Eur, be PVM
2.1.	Elektrochirurginis generatorius	vnt.	2	12957.90	25915,80
Viso be PVM:					25915,80
PVM tarifo 21 % suma:					5442,32
Iš VISO su PVM:					31358,12

2 pirkimo objekto dalies kaina: 25915,80 Eur be PVM (suma skaičiais), kur PVM sudaro 5442,32 Eur (suma skaičiais), iš viso 31358,12 Eur su PVM (suma skaičiais).

Mes siūlome šiuos instrumentus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

2 pirkimo objekto dalis: **Elektrochirurginis generatorius**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės (pildoma išsamiai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus)	Siūlomų instrumentų parametrus ir jų reikšmes patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras
1	2		3	4
	Elektrochirurginis generatorius		Gamintojas, modelis, kodas: Olympus, ESG-410, WA91307W	Katalogas, 1 psl.
1	Paskirtis	Laparoskopinėms, endoskopinėms ir atviroms operacijos atlikti, kuomet reikia pjauti ir koaguluoti audinius.	Atitiktis: Laparoskopinėms, endoskopinėms ir atviroms operacijos atlikti, kuomet reikia pjauti ir koaguluoti audinius.	Katalogas, 2 psl.
2	Maksimali aukšto dažnio galia	≥ 320 W.	Atitiktis: 320 W	Katalogas, 24 psl.
3	Instrumentų lizdai	1. ≥ 6 x lizdai instrumentams prijungti, tarp jų: a) ≥ 2 x monopoliniams instrumentams; b) ≥ 1 x bipoliniams instrumentams; c) ≥ 2 x bipoliniams instrumentams, su instrumento atpažinimo funkcija;	Atitiktis: 1. 6x lizdai instrumentams prijungti, tarp jų: a) 2x monopoliniams instrumentams; b) 1x bipoliniams instrumentams; c) 2x bipoliniams instrumentams, su instrumento atpažinimo funkcija;	Katalogas, 3-4 psl.
4	Jungtys	1. ≥ 1 x išorinės įrangos ryšio jungtis (įvesties); 2. ≥ 1 x išorinės įrangos ryšio jungtis (išvesties); 3. ≥ 3 x valdymo pedalams.	1. 1x išorinės įrangos ryšio jungtis (įvesties); 2. 1x išorinės įrangos ryšio jungtis (išvesties); 3. 3x valdymo pedalams.	Katalogas, 5 psl.
5	Monopoliniai režimai	1. ≥ 14 x monopolinių režimų; 2. Būtinai režimai pjovimo funkcijoje: pulse cut, blend cut. 3. Būtinai režimai koaguliacijos funkcijoje: fulgurate, spray; 4. Maksimali galia ≥ 300 W.	Atitiktis: 1. 14x monopolinių režimų; 2. Režimai pjovimo funkcijoje: pulse cut, blend cut. 3. Režimai koaguliacijos funkcijoje: fulgurate, spray; 4. Maksimali galia 300 W.	Katalogas, 7, 12 psl.
6	Bipoliniai režimai	1. ≥ 12 x monopolinių režimų; 2. Būtinai režimai pjovimo funkcijoje: plasma cut, morce cut. 3. Būtinai režimas darbui skysčiuose ("saline"); 4. Maksimali galia ≥ 320 W; 5. Bipoliniuose režimuose automatinis procedūros pradėjimas ir užbaigimo aptiktis	Atitiktis: 1. 12x bipolinių režimų; 2. Režimai pjovimo funkcijoje: plasma cut, morce cut. 3. Režimas darbui skysčiuose ("saline"); 4. Maksimali galia 320 W; 5. Bipoliniuose režimuose automatinis procedūros	Katalogas, 7-9psl.

		funkcija.	pradėjimas ir užbaigimo aptikties funkcija.	
7	Valdymas	1. Jutikliniu spalvotu LCD arba lygiaverčiu ekranu. 2. Vienu metu rodoma visų jungčių nustatymai ir poveikio lygiai.	Atitiktis: 1. Jutikliniu spalvotu LCD ekranu. 2. Vienu metu rodoma visų jungčių nustatymai ir poveikio lygiai.	<i>Katalogas, 3, 5, 6 psl.</i>
8	Galimybė išsaugoti procedūrų nustatymus	1. Būtina; 2. Išsaugomi parametrai: a) galios nustatymai; b) poveikio nustatymai; c) instrumentų pavadinimai; d) kojiniams jungikliams priskirtos reikšmės; e) automatinio paleidimo funkcijai priskirta reikšmė; f) automatinio paleidimo delsa; g) kūdikiams skirto neutralaus elektrodo nustatymas; h) pasirinkimas, ar išvesties lizdas turi būti įjungtas, ar išjungtas.	Atitiktis: 1. Galimybė išsaugoti procedūrų nustatymus; 2. Išsaugomi parametrai: a) galios nustatymai; b) poveikio nustatymai; c) instrumentų pavadinimai; d) kojiniams jungikliams priskirtos reikšmės; e) automatinio paleidimo funkcijai priskirta reikšmė; f) automatinio paleidimo delsa; g) kūdikiams skirto neutralaus elektrodo nustatymas; h) pasirinkimas, ar išvesties lizdas turi būti įjungtas, ar išjungtas.	<i>Katalogas, 13 psl.</i>
9	Kojinis jungiklis	1. ≥ 1x belaidis kojinis jungiklis, dviejų pedalų. Atskiras jungiklis pedalo priskyrimui prie norimos išvesties jungties; 2. ≥ 1x kojinis jungiklis, vieno pedalo.	Atitiktis: 1. 1x belaidis kojinis jungiklis, dviejų pedalų. Atskiras jungiklis pedalo priskyrimui prie norimos išvesties jungties; 2. 1x kojinis jungiklis, vieno pedalo.	<i>Katalogas, 14-16 psl.</i>
10	Savidiagnostikos funkcija	Prietaisas registruoja ir vartotojui grafiškai praneša klaidos kodą ir jos aprašymą lietuvių kalba. Registruoja paskutinius ≥ 10000 pranešimų.	Atitiktis: Prietaisas registruoja ir vartotojui grafiškai praneša klaidos kodą ir jos aprašymą lietuvių kalba. Registruoja paskutinius 10000 pranešimų.	<i>Katalogas, 17-19 psl.</i>
11	Dūmų šalinimo funkcija	Sinchroniškas darbas su didelio srauto dujų insufliatoriumi. Dūmus ir drėgmę galima šalinti nenutraukiant elektrochirurginio prietaiso funkcijų.	Atitiktis: Sinchroniškas darbas su didelio srauto dujų insufliatoriumi. Dūmai ir drėgmė šalinama nenutraukiant elektrochirurginio prietaiso funkcijų.	<i>Katalogas, 20 psl.</i>
12	Valdymo meniu lietuvių kalba	Būtinai	Atitiktis: Valdymo meniu lietuvių kalba	<i>Katalogas, 21 psl.</i>
13	Funkcinės savybės	1. Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema; 2. Didelės galios pjovimo funkcija, padeda iš karto įžiebtį kibirkštį ir sumažina mechaninio pjovimo riziką. 3. Greitoji kibirkščių kontrolė, funkcija užtikrina	Atitiktis: 1. Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema; 2. Didelės galios pjovimo funkcija, padeda iš karto įžiebtį kibirkštį ir sumažina mechaninio pjovimo riziką.	<i>Katalogas, 22 psl.</i>

		sklandų ir atkuriamą skirtingų savybių audinių plovimą.	3. Greitoji kibirkščių kontrolė, funkcija užtikrina sklandų ir atkuriamą skirtingų savybių audinių plovimą.	
14	USB jungtis	Įrangos programiniams atnaujinimams atlikti.	Atitiktis: USB jungtis įrangos programiniams atnaujinimams atlikti.	<i>Katalogas, 23 psl.</i>
15	Komplektacijoje	1. Belaidis kojinis jungiklis, dviejų pedalų; 2. Kojinis jungiklis, vieno pedalo; 3. Daugkartinis paciento elektrodų laidas.	Atitiktis: 1. Belaidis kojinis jungiklis, dviejų pedalų; 2. Kojinis jungiklis, vieno pedalo; 3. Daugkartinis paciento elektrodų laidas.	<i>Katalogas, 16 psl.</i>
16	Garantija	1. Ne mažiau 24 mėn.	Atitiktis: 24 mėn.	

Tais atvejis, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įskaitant ir prekių pristatymo) ir visi mokesčiai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. **Informacija apie visus ūkio subjektus, subteikėjus ir subteikėjus**, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Partnerio, subteikėjo, subteikėjo pavadinimas	Numatomos teikti paslaugos	Perduodamos dalies vertė pasiūlymo kainoje, %
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subteikėjų bendra numatomų atlikti darbų paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

4. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1	Kvalifikacijos dokumentai	3

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Bylos pavadinimas
1	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
2	EBVPD užpildytas dokumentas	13
3	Įgaliojimas prekiauti ir atliktį techninį aptarnavimą	2
4	CE atitikties sertifikatai	10
5	Katalogai	24

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo sąlygose.

Įgaliotas atstovas



Andrius Simonaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)