

Pirkimas: Hidraulinis masažo stalas trijų dalių
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutarties Nr. _____
 1 priedas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas	Tiekėjo siūlomi parametrai
1.1.	Hidraulinis masažo stalas	1	vnt.	C3725, Ecopostural, Ispanija	Hidraulinis masažo stalas
1.1.1.	Trijų sekcijų				Trijų sekcijų
1.1.2.	Aukščio reguliavimas 47-90 cm +/- 10 cm				Aukščio reguliavimas 47-85 cm
1.1.3.	Stalo dydis 197x62 cm +/- 10 cm				Stalo dydis 198x62 cm
1.1.4.	Išpjova veidui galvos sekcijoje ir pagalvėlė išpjovai uždengti				Išpjova veidui galvos sekcijoje ir pagalvėlė išpjovai uždengti
1.1.5.	Galvos sekcijos atlenkimas +75 laipsniai +/- 10 laipsnių				Galvos sekcijos atlenkimas +85 laipsniai
1.1.6.	Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija +25 laipsniai +/- 10 laipsnių				Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija +25 laipsniai
1.1.7.	Apkrova ne mažiau 135 kg				Apkrova 135 kg
1.1.8.	Danga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms				Danga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
1.1.9.	Su pakeliamais ratukais lengvam stalo transportavimui				Su pakeliamais ratukais lengvam stalo transportavimui
1.1.10.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.				Garantija 24 mėn.
1.1.11.	Gamintojo atitikties deklaracija arba CE sertifikatas				Gamintojo atitikties deklaracija
1.1.12.	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti eksploataavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploataavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.				Pateikiamas vartotojo vadovas
1.1.13.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.				

Generalinis direktorius
 Albinas Naudžiūnas

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data: _____

Direktorius
 Aivaras Pliauckys

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data: _____