

Pirkimas: Čiužiniai pacientų lovoms ir pragulų profilaktikos priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutarties Nr. _____

1 Priedas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM, Eur	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM	Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas	Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametraž pagrindžiančio dokumento puslapis
3.	POZICIONAVIMO PAGALVĖLĖ						Curera, Care of Sweden AB	
3.1.	Pozicionavimo pagalvėlė	4	vnt.	25,00	100,00	121,00		Pozicionavimo pagalvėlė, <i>psl.6</i>
3.1.1.	Trikampė padėties nustatymo pagalvėlė skirta ligonių su pragulų atsiradimo rizika vartymo palengvinimui ir padėties keitimui ilgalaikio gydymo bei slaugos metu							Trikampė padėties nustatymo pagalvėlė skirta ligonių su pragulų atsiradimo rizika vartymo palengvinimui ir padėties keitimui ilgalaikio gydymo bei slaugos metu, <i>psl.6</i>
3.1.2.	Pagalvės įdėklas pagamintas iš elastingo, higieniško HR porolono							Pagalvės įdėklas pagamintas iš elastingo, higieniško HR porolono, <i>psl.6</i>
3.1.3.	Medicininis užvalkalas – iš antibakterinės, orui pralaidžios, nedegios, atsparios skysčiams medžiagos.							Medicininis užvalkalas – iš antibakterinės, orui pralaidžios, nedegios, atsparios skysčiams medžiagos. <i>psl.6</i>
3.1.4.	Apsauginį užvalkalą galima skalbti skalbimo mašina ne mažesnėje kaip 80°C temperatūroje, mechanškai džiovinti.							Apsauginį užvalkalą galima skalbti skalbimo mašina 95°C temperatūroje, mechanškai džiovinti. <i>psl.6</i>
3.1.5.	svoris ne daugiau 0,8kg, Bendras aukštis ne daugiau 15x5cm, bendras plotis ne daugiau 26cm							svoris 0,8kg, Bendras aukštis 15x5cm, bendras plotis 26cm, <i>psl.6</i>
4.	KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA						Salvapad, Medi Care System S.L.U.	
4.1.	KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA	8	pora	4,96	39,68	48,01		KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA
4.1.1.	Nesukelia alergijos.							Nesukelia alergijos. <i>psl.8</i>
4.1.2.	Pagaminta iš poliesterio ir viskozės ar lygiaverčių medžiagų. Tvirtinama lipduko pagalba							Pagaminta iš poliesterio ir viskozės. Tvirtinama lipduko pagalba, <i>psl.8</i>
4.1.3.	Skalbama ne mažesnėje kaip 60° C temperatūros vandenyje.							Skalbama 60° C temperatūros vandenyje. <i>psl.8</i>
4.1.4.	pažymėta CE ženklų.							pažymėta CE ženklų. <i>psl.10</i>

Generalinis direktorius
Albinas Naudžiūnas

(parašas)
A. V.

Sutarties pasirašymo data: _____

Direktorė
Sigita Levanaitė-Miežienė

(parašas)
A. V.

Sutarties pasirašymo data: _____