

REAGENTŲ RINKINYS PARAZITOLOGINIAM TYRIMUI ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekės ir/ar prekės pakuotės privalo būti pažymėtos CE ženklu. Su pasiūlymu būtina pateikti prekės gamintojo CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba**. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/naudojimo instrukcijose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Rinkinyje turi būti visos reikalingos medžiagos tyrimui atlikti. Tyrimui atlikti bus naudojama tik centrifuga.

4. Perkami rinkiniai skirti 3750 tyrimams atlikti.

Eil. Nr.	Prekės parametrai, komplektacija	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas reikalaujamiems parametrams
1.	Rinkinys skirtas kirminų kiaušinėliams, lervoms, pirmuonims aptikti koncentravimo metodu	Būtina	Rinkinys skirtas kirminų kiaušinėliams, lervoms, pirmuonims aptikti koncentravimo metodu (Žr.faile Gamintojų dokumentai/Parasites Detection Poster-atlasas)
2.	Sistema turi būti uždara	Būtina	Sistema yra uždara (Žr.faile Gamintojų dokumentai/REAL MINISISTEMA-lt/2p)
3.	Rinkinys turi būti vienkartinis	Būtina	Rinkinys yra vienkartinis
4.	Mėgintuvėliai	Mėgintuvėliai turi būti su užsukamu kamšteliu.	Mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu (Žr.faile Gamintojų dokumentai/REAL MINISISTEMA-lt/4p)
		Mėgintuvėlių dydis turi tiktį standartinei centrifugai, kuri pritaikyta 15ml mėgintuvėliams	Taip (Žr.faile Gamintojų dokumentai/REAL MINISISTEMA-lt/4p)
4.1.	Mėgintuvėliai pripildyti fiksuojančio tirpalo	Fiksuojantis tirpalas turi būti be formalino	Fiksuojantis tirpalas be formalino (Žr.faile Gamintojų dokumentai/Mini&Midi System-bros-eng/4.1p)

		Fiksuojantis tirpalas turi fiksuoti parazitų morfologiją ne mažiau kaip 7 dienoms	Taip
5.	Naudojami dviejų tipų filtrai, švaresnei sedimentacijai ir maksimaliam parazitų išskyrimui iš mėginio :	Būtina	Naudojami dviejų tipų filtrai, švaresnei sedimentacijai ir maksimaliam parazitų išskyrimui iš mėginio (Žr.faile Gamintojų dokumentai/REAL MINISISTEMA-lt/5p)
6.	Išmatų paėmimo lopetėlė	Būtina	Yra išmatų paėmimo lopetėlė(Žr.faile Gamintojų dokumentai/REAL MINISISTEMA-lt/6p)
