

UAB DANMEDA

VŠĮ LSMUL KAUNO KLINIKOS
(Adresatas (perkančioji organizacija))**PASIŪLYMAS
DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKIMO**2015 m. rugsėjo 8 d. Nr. DAN15/K1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB DANMEDA
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gabijos g. 32, Vilnius, LT-06155
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	124266074, LT100000976212
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT602140030001885314, Nordea Bank, 21400
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Žilvinas Vaisėta
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Žilvinas Vaisėta
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Žilvinas Vaisėta
Telefono numeris	+37068654802
Fakso numeris	+37052602252
El. pašto adresas	danmeda@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

UAB Danmeda

Gabijos g. 32, Vilnius LT-06155

A.s. LT602140030001885314

Nordea Bank Finland Plc.

Įm. k: 124266074

PVM kodas: LT100000976212

Tel. +370 5 247 0187

Faksas: +370 5 260 2252

El. paštas: danmeda@gmail.com

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
16	Išoriniai diametrai – nuo 4F iki 7F; Ilgiai – nuo 50cm iki 125 cm; Tinka naudoti su 0,035“ – 0,038“ pravedėjais; Atlaiko 1000 psi slėgį; Įvairių modifikacijų; Didelio vidinio diametro;	Išoriniai diametrai – nuo 4F iki 6F; Ilgiai – nuo 65cm iki 110 cm; Tinka naudoti su 0,035“ – 0,038“ pravedėjais; Atlaiko 1200 psi slėgį; Įvairių modifikacijų; Didelio vidinio diametro;
17	Išoriniai diametrai – nuo 4F iki 6F; Ilgiai – nuo 40cm iki 100 cm; Tinka naudoti su 0,035“ – 0,038“ pravedėjais; Geras pralaidumas	Išoriniai diametrai – nuo 4F iki 6F; Ilgiai – nuo 65cm iki 110 cm; Tinka naudoti su 0,035“ – 0,038“ pravedėjais; Geras pralaidumas
20	Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,8 F Nominalus slėgis – 6 atm, RBP – ne mažiau 14 atm Balionėlių ilgiai nuo 10 iki 30 mm, diametrai nuo 1,5 mm iki 4,00 mm Kateterio ilgis 140 cm Du, į balionėlio vidų įspausti rentgeno kontrastiniai žymekliai; Pritaikyti iki 0,014“ diametro vielai, Atsparūs persilenkimui;	Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,5 F Nominalus slėgis – 6 atm, RBP – 18 atm Balionėlių ilgiai nuo 10 iki 30 mm, diametrai nuo 1,5 mm iki 5,00 mm Kateterio ilgis 140 cm Du, į balionėlio vidų įspausti rentgeno kontrastiniai žymekliai; Pritaikyti iki 0,014“ diametro vielai, Atsparūs persilenkimui;
21	Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,7 F Pritaikyti 0.012“ ar 0.014“ vielai Kateterio ilgis 140 cm diametrai nuo 2,0 mm iki 4,00 mm Nominalus slėgis – ne mažiau 12 atm, RBP – ne mažiau 22 atm	Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,5 F Pritaikyti 0.014“ vielai Kateterio ilgis 140 cm diametrai nuo 2,0 mm iki 4,00 mm Nominalus slėgis – 12 atm ABP – 27 atm
22	Distalinė dalis – 2,1F, proksimalinė – 2,4 F Pritaikyti 0.014“ vielai Kateterio ilgis ne ilgiau 145 cm diametrai nuo 1,2 mm iki 5,00 mm Balionėlių ilgiai nuo 6 iki 30 mm Nominalus slėgis – ne daugiau 8 atm RBP – ne mažiau 14 atm	Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,5 F Pritaikyti 0.014“ vielai Kateterio ilgis 140 cm diametrai nuo 1,5 mm iki 5,00 mm Balionėlių ilgiai nuo 10 iki 30 mm Nominalus slėgis – 6 atm RBP – 18 atm
28	1) Distalinė dalis – 1,9F, proksimalinė – 2,4 F Pritaikyti 0.014“ vielai Nominalus slėgis – ne daugiau 6 atm RBP – ne mažiau 16 atm Įėjimo profilis 0,016“ 5F kateteriui Diametrai nuo 1,5mm iki 4,0mm, ilgiai nuo 10mm iki 30mm Kateterio ilgis ne mažiau 130 cm 2) Paklitakselio kiekis 3,0 µg/mm ² Distalinė dalis – 1,9F, proksimalinė – 2,4 F Pritaikyti 0.014“ vielai	1) Distalinė dalis – 0,016“, proksimalinė – 2,5 F Pritaikyti 0.014“ vielai Nominalus slėgis – 6 atm RBP – 18 atm Įėjimo profilis 0,016“ 5F kateteriui Diametrai nuo 1,5mm iki 5,0mm, ilgiai nuo 10mm iki 30mm Kateterio ilgis 140 cm 2) Paklitakselio kiekis 2,5 µg/mm ² Distalinė dalis – 1,9F, proksimalinė – 2,4 F Pritaikyti 0.014“ vielai

	NBP – ne daugiau 6 atm RBP – ne mažiau 13 atm ilgiai nuo 10mm iki 30mm Diametrai nuo 2,0mm iki 4,0mm Kateterio ilgis ne mažiau 130cm	NBP – 6 atm RBP – 16 atm ilgiai nuo 10mm iki 40mm Diametrai nuo 1,5mm iki 4,0mm Kateterio ilgis 140 cm
33	Kobalto chromo stentai, naudojami su 0,014“ viela; Metalo-arterijos santykis ne daugiau 17%; Sienelės storis ne daugiau 0,0036“; Žemo profilio: proksimalioji dalis ne daugiau 2,1 F; distaline – nei 2,7F; įėjimo profilis nei 0,019“; Diametrai – nuo 2,25mm iki 4,5mm; ilgis – nuo 8 mm iki 30 mm; Nominalus slėgis – ne daugiau 9 atm, RBP – 16 atm; Du rentgeno kontrastiniai žymekliai baliono viduje; Sutrupėjimas ne daugiau 1,7%;	Kobalto chromo stentai, naudojami su 0,014“ viela; Metalo-arterijos santykis 14%; Sienelės storis 0,0029“; Žemo profilio: proksimalioji dalis – 1,9 F; distaline – 2,5F; įėjimo profilis 0,016“; Diametrai – nuo 2,25mm iki 5,00mm; ilgis – nuo 8 mm iki 40 mm; Nominalus slėgis – 8 atm, RBP – 14 atm; Du rentgeno kontrastiniai žymekliai baliono viduje; Sutrupėjimas iki 1%;
42	Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeru ir – <i>limus</i> klasės vaistu; Ilgis – nuo 8mm iki 36mm, diametras – nuo 2,25 iki 4,00mm; Nominalus slėgis 6 atm, RBP – ne mažiau 16 atm; Sienelės storis iki 0,0047“ Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm	Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeru ir Sirolimus vaistu; Ilgis – nuo 8mm iki 40mm, diametras – nuo 2,0 iki 4,00mm; Nominalus slėgis 9 atm, RBP – 16 atm; Sienelės storis 0,0034“ Kateterio ilgis 140 cm
53	Pagaminta iš nitinolio arba lygiaverčių vielų, iki 40 mm dydžio. Komplektuojami su atitinkama įvedimo sistema ir balionėliu defekto dydžiui įvertinti; Modifikacijos – atvirai ovaliajai angai, prieširdžių pertvaros defektams, kairiojo prieširdžio ausytei uždaryti	Pagaminta iš nitinolio arba lygiaverčių vielų, iki 40 mm dydžio. Komplektuojami su atitinkama įvedimo sistema ir balionėliu defekto dydžiui įvertinti; Modifikacijos – atvirai ovaliajai angai, prieširdžių pertvaros defektams, kairiojo prieširdžio ausytei uždaryti
54	Komplektuojamas su atitinkama įvedimo sistema; Lankstūs uždariklio diskai; Uždariklio padėtį po išskleidimo galima koreguoti; Uždariklis prisitaiko prie anatomijos; Karkasas padengtas specialia anatomiškai suderinta danga; Paleidimo mechanizmas pritaikytas manipuliuoti viena ranka; Vidinis diametras nuo 6 mm iki 38 mm; Skirtas pertvaros defektams uždaryti nuo 6 mm iki 38 mm.	Komplektuojamas su atitinkama įvedimo sistema; Lankstūs uždariklio diskai; Uždariklio padėtį po išskleidimo galima koreguoti; Uždariklis prisitaiko prie anatomijos; Karkasas padengtas specialia anatomiškai suderinta danga – titano dioksidu; Paleidimo mechanizmas pritaikytas manipuliuoti viena ranka; Vidinis diametras nuo 4 mm iki 40 mm; Skirtas pertvaros defektams uždaryti nuo 4 mm iki 40 mm.
55	Naudojami su 0,035“ viela; 24 mm ir 35 mm diametro; Pripildymo tūris iki 90 ml; Kateterio ilgis 700 mm.	Naudojami su 0,035“ viela; 25 mm ir 35 mm diametro (angoms iki 40mm matuoti); Pripildymo tūris iki 90 ml; Kateterio ilgis 700 mm.
61	PTVA švirkštas su monometru, atlaikantis 30 atm slėgį; 0,014“ vielos fiksatorius-sukiklis;	PTVA švirkštas su monometru, atlaikantis 30 atm slėgį; 0,014“ vielos fiksatorius-sukiklis;

	Y jungtukas su hemostaziniu vožtuvu; Vielos –nukreipėjo įvedimo adata, trijų atšakų kraniukas.	Y jungtukas su hemostaziniu vožtuvu; Vielos –nukreipėjo įvedimo adata, trijų atšakų kraniukas.
65	Tinkamas darbui su 0,014“ viela, 6 ir 7 F diametro; Didelio vidinio diametro: 6F kateteriui – ekstrakcijos plotas ne mažiau 0,78kv mm; 7 F kateteriui – ekstrakcijos plotas ne mažiau 1,23 kv mm; Ne trumpesnis nei 140 cm stiletas, distalinis galas ne storesnis nei 0,40 mm; greito keitimo segmentas ne trumpesnis nei 23 cm; Pakuojamas su 2x30ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir dviem trombų filtrais, kurių filtravimo dydis ne didesnis nei 70 μm	Tinkamas darbui su 0,014“ viela, 6 ir 7 F diametro; Didelio vidinio diametro: 6F kateteriui – ekstrakcijos plotas 0,95kv mm; 7 F kateteriui – ekstrakcijos plotas 1,54 kv mm; 145 cm stiletas, distalinis galas – 0,38 mm; 25 cm greito keitimo segmentas; Pakuojamas su 60ml atsiurbimo švirkštu, prijungimo žarnele ir dviem trombų filtrais, kurių filtravimo dydis 40 μm
66	Gera judesio kontrolė; Rentgeno kontrastinis bei minkštas galiukas; Įvairių modifikacijų, su skylutėmis ir be; Didelio vidinio diametro: 5F – 0,058“; 6F – 0,071“; 7F – 0,081“ Kateterio ilgis 100 cm	Gera judesio kontrolė; Rentgeno kontrastinis bei minkštas galiukas; Įvairių modifikacijų, su skylutėmis ir be; Didelio vidinio diametro: 5F – 0,058“; 6F – 0,071“; 7F – 0,081“ Kateterio ilgis 100 cm
70	Žnyplių ilgis 110 cm; Bioptato tūris – 2 kub mm 6 F žnyplėms; 6,5 kub mm 7 F žnyplėms	Žnyplių ilgis 105 cm ir 50 cm; Bioptato tūris – 2 kub mm 6 F žnyplėms; 6,5 kub mm 7 F žnyplėms
71	Naudoti su 0,035“ viela; Darbinis ne trumpesnis 110 cm; RBP – nuo 2 atm iki 9 atm; Įvedimo introdueriai: nuo 7F iki 14F, priklausomai nuo balionėlio dydžio; Balionėlio diametras – nuo 10mm iki 30 mm, ilgis – nuo 3cm iki 4cm; Balionėlis nekeičia savo diametro, kintant slėgiui; Platininiai rentgeno kontrastiniai žymekliai	Naudoti su 0,035“ viela; Darbinis ilgis 100 ir 120 cm; RBP – nuo 3 atm iki 15 atm; Įvedimo introdueriai: nuo 7F iki 14F, priklausomai nuo balionėlio dydžio; Balionėlio diametras – nuo 4mm iki 40 mm, ilgis – nuo 2cm iki 10cm; Balionėlis nekeičia savo diametro, kintant slėgiui; Platininiai rentgeno kontrastiniai žymekliai
75	Kilpų diametrai – nuo 5mm iki 35mm, ilgis ne mažiau 120cm; Mikrokilpų diametrai – nuo 2mm iki 7mm, ilgis nuo 175cm iki 200cm Mikrokilpų įvedimo kateterio diametrai 2,3-3F, ilgiai nuo 150cm iki 175cm; kilpų kateterio diametrai 4-6F, ilgis ne mažiau nei 102cm	Kilpų diametrai – nuo 5mm iki 35mm, ilgis 65-150cm; Mikrokilpų diametrai – nuo 2mm iki 7mm, ilgis nuo 175cm Mikrokilpų įvedimo kateterio diametrai 2,3-3F, ilgis nuo 150cm; kilpų kateterio diametrai 4-5F, ilgis 50-135cm
90	Stentas padengtas – <i>limus</i> klasės vaistu; Ilgis – nuo 8mm iki 36mm, diametras – nuo 2,25 iki 4,00mm; Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm Nominalus slėgis 6 atm, RBP – ne mažiau 16 atm; Sienelės storis iki 0,0047“	Stentas padengtas <i>Sirolimus</i> klasės vaistu; Ilgis – nuo 8mm iki 40mm, diametras – nuo 2,00 iki 4,00mm; Kateterio ilgis 140 cm Nominalus slėgis 9 atm, RBP –16 atm; Sienelės storis iki 0,0034“
91	Prietaisai prieširdžių pertvarų defektams, atviroms ovaliosioms angoms, atviram arteriniam latakui ir paravožtuvinėms fistulėms uždaryti. Pagaminti iš nitinolio ar adekvataus lydinio vielų, padengtų titano dioksidu ar analogiška medžiaga nikelio sąlyčiui su organizmo audiniais sumažinti;	Prietaisai prieširdžių pertvarų defektams, atviroms ovaliosioms angoms, atviram arteriniam latakui ir paravožtuvinėms fistulėms uždaryti. Pagaminti iš nitinolio vielų, padengtų titano dioksidu;

	Komplektuojama su atitinkamo dydžio įvedimo sistema	Komplektuojama su atitinkamo dydžio įvedimo sistema
--	---	---

3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymas		Pasiulymas.pdf
2.	Priemonių intervencinei kardiologijai sąrašas (1 lentelė)		Sarasas ir suvestinė.xls
3.	Suvestinė (2 lentelė)		Sarasas ir suvestinė.xls
4.	VŠĮ Registrų centro pažyma		Kvalifikacijos dokumentai.rar
5.	Registracijos pažymėjimas		Kvalifikacijos dokumentai.rar
6.	Ištatai		Kvalifikacijos dokumentai.rar
7.	Balansas ir pelno-nuostolio ataskaita už 2014 metus		Kvalifikacijos dokumentai.rar
8.	Balansas ir pelno-nuostolio ataskaita už 2015 metų I ketvirtį		Kvalifikacijos dokumentai.rar
9.	Siūlomų prekių bukletai ir katalogai		Bukletai.rar

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Direktorius



Žilvinas Vaisėta

