

4 pirkimo dalis. Kardiostimulatorius, 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1	2	3	4
1.	Išorinis vienkamerinis kardiostimulatorius		Išorinis vienkamerinis kardiostimulatorius
1.1.	Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO	Būtina	Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO Brošiūra 53401
1.2.	Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip:	30-200 ppm	Bazinis stimuliacijos dažnis 30-200 ppm Brošiūra 53401
1.3.	Greitas prieširdžių stimuliavimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip:	80-800 ppm	Greitas prieširdžių stimuliavimo dažnis 80-800 ppm Brošiūra 53401
1.4.	Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip:	0,1- 25mA	Išvesties amplitudė 0,1-25 mA Brošiūra 53401
1.5.	Impulso trukmė	1,5ms	Impulso trukmė 1,5 ms Brošiūra 53401
1.6.	Jautrumas ne mažesnėse ribose kaip:	0,4-20mV	Jautrumas 0,4-20 mV Brošiūra 53401
1.7.	Nereagavimas po stimuliavimo	200ms+5/30ms	Nereagavimas po stimuliavimo 200ms+5/30ms Brošiūra 53401
1.8.	Nereagavimas po registravimo	120ms+2/30ms	Nereagavimas po registravimo 120ms+2/30ms Brošiūra 53401
1.9.	Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos iki:	360 J	Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos iki 360 J Instrukcija 8 psl.
1.10.	Veikimas be baterijų ne mažiau kaip:	25 s	Veikimas be baterijų 30 s Instrukcija 17 psl.
1.11.	Svoris, ne daugiau kaip	550 g	Svoris 499 g Brošiūra 53401
2.	Intrakardinis elektrodas su introduuseriu	Būtina	Komplektuojama su intrakardiniu elektrodu ir introduuseriu. Katalogas 2 punktas 4,9 psl.
3.	Garantinė priežiūra ne trumpiau 24 mėn.	Būtina	Garantinė priežiūra 24 mėn.