



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8(41)200590 el. p.info@mprekyba.lt, www.mprekyba.lt
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL 4 DALIŲ FUNKCINIŲ ELEKTRINIŲ LOVŲ IR MOBILAUS PACIENTO
KELTUVO PIRKIMO
2021-01-04

Tiekėjo pavadinimas	UAB M Prekyba
---------------------	---------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

1. Mes siūlome šias prekes / įrangą:

2 pirkimo objekto dalis:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Bendra suma (be PVM)
1.	Mobilus paciento keltuvas Teyder, Liftey 320	1	vnt.	3325,00	3325,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					3325,00
PVM (21)***					698,25
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					4023,25

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais – 3325,00 (trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai ir 00 ct)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais – 4023,25 (keturi tūkstančiai dvidešimt trys eurai ir 25 ct)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso sąlygų 1 priede.**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

2 pirkimo objekto dalis - Mobilus paciento keltuvas (1 vnt.)
[nurodyti gamintoją, modelį]

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Parametras</i>	<i>Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Sūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (rašomos tiksliai ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras)</i>
1.	Keltuvo rėmas	1. Pagamintas iš aliuminio arba lygiavėrio metalo; 2. Keltuvo svoris ne daugiau kaip 70 kg; 3. Pritaikytas ypatingai didelio svorio pacientams (iki 300 kg) kelti ne prasciau, kaip iš gulimos padėties; 4. Kėlimo pakaba su ≥ 4 kabliais, apsukama 360 laipsnių.	1. Pagamintas iš aliuminio; 2. Keltuvo svoris 65 kg; 3. Pritaikytas ypatingai didelio svorio pacientams (iki 320 kg) kelti sėdimose ir gulimoje padėtyje; 4. Kėlimo pakaba su 4 kabliais, apsukama 360 laipsnių.
2.	Keltuvo gervė	1. Gali būti naudojama daugelyje kėlimo situacijų: keliant nuo kėdės, lova, vežimėlis, taip pat tinka ir kėlimui nuo žemės; 2. Keltuvo gervės aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės ribose, kaip 72-170 cm	1. Gali būti naudojama daugelyje kėlimo situacijų: keliant nuo aukštų paviršių tokių, kaip kėdė, dušo kėdė, lova, vežimėlis, taip pat tinka ir kėlimui nuo žemės; 2. Keltuvo gervės aukščio reguliavimo ribos 71-198 cm
3.	Keltuvo ratų bazė	1. Plotis reguliuojamas elektros variklio arba mechaninio pedalo pagalba; 2. Pločio reguliavimo intervalas ne mažiau, kaip 80 - 95 cm 3. Ratų bazės ilgis ≤ 170 cm 4. Su keturiais dvigubais ratukais ≥ 75 mm diametro. 5. Ne mažiau 2 ratukai su stabdžiais	1. Plotis reguliuojamas elektros variklio pagalba; 2. Pločio reguliavimo intervalas 73,5 - 96 cm 3. Ratų bazės ilgis 161,50 cm 4. Su keturiais dvigubais ratukais 102 mm priekiniai ir 127 mm galiniai diametro. 5. 2 ratukai su stabdžiais
4.	Keltuvo valdymas	1. Keltuvas elektrinis, gervės aukštis reguliuojamas pulteliu; 2. Su vidiniu akumuliatoriumi; 3. Su avariniu stabdžiu; 4. Su avariniu nuleidimu: mechaniniu ir/ar elektriniu; 5. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi.	1. Keltuvas elektrinis, gervės aukštis reguliuojamas pulteliu; 2. Su vidiniu akumuliatoriumi; 3. Su avariniu stabdžiu; 4. Su avariniu nuleidimu: mechaniniu ir elektriniu; 5. Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi.
5.	Kėlimo diržas	1. Kėlimo diržas pritaikytas kelti pacientą ne prasciau kaip iš gulimos padėties; 2. Diržas su ne mažiau 4 kėlimo kilpomis, kurių gylį galima parinkti;	1. Kėlimo diržas pritaikytas kelti pacientą gulimoje padėtyje; 2. Diržas su 8 kėlimo kilpomis, kurių gylį galima parinkti; 3. Diržas pagamintas iš kvėpuojančio poliesterio, lengvai plaunamas ir valomas;

		3. Diržas pagamintas iš kvėpuojančio poliesterio, lengvai plaukiamas ir valomas; 4. Maksimali kėlimo diržo apkrova ≥ 300 kg.	4. Maksimali kėlimo diržo apkrova 454 kg.
6.	Keltuvo triukšmingumas	≤ 60 dB	55 dB
7.	Keltuvo apsaugos nuo drėgmės klasė	$\geq$ IP X5	IP X6
8.	Keltuvo maksimali apkrova	≥ 320 kg	320 kg
9.	Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo įtampa	220 - 240V, AC/50-60 Hz.	220 - 240V, AC/50-60 Hz.
10.	Kartu su įranga pateikiama	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 3. Medicinos prietaiso pasas.	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso instrukcija lietuvių arba anglų kalba; 3. Medicinos prietaiso pasas;.
11.	Garantija	≥ 24 mėn.	24 mėn.
12.	CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija.	Būtina. Pateikiama su pasiūlymu	Pateikiama su pasiūlymu

Papildomi reikalavimai:

Mobilaus paciento keltuvo bei kitos į komplektaciją įeinančios įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, įskrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, kalibravimas, personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.