

**K<sup>+</sup> ELEKTRODA  
E722**

CZ

**Použití:** Pro analyzátory řady ABL700.**Před použitím:**

1. Vyberte novou elektrodu.
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

**K<sup>+</sup> ELEKTRODA  
E722**

PL

**Zastosowanie:** Używana z analizatorami serii ABL700.**Przed użyciem:**

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

**K<sup>+</sup> ELEKTROOD  
E722**

EE

**Kasutus:** ABL700 Seeria analüsaatorid.**Enne kasutamist:**

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

**K<sup>+</sup> ELEKTRODAS  
E722**

LT

**Paskirtis:** naudojamas ABL700 serijos analizatoriuose.**Prieš naudojimą:**

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Tuoju pat uždėkite membraną ant elektrodo.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodo kontaktą.

**K<sup>+</sup> ELEKTRODS  
E722**

LV

**Lietošana:** lieto ABL700 sērijas analizatoros.**Pirms lietošanas:**

1. Izsaiņojiet jauno elektrodu.
2. Uzlieciet elektrodam membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

**K<sup>+</sup> ELEKRRÓDA  
E722**

HU

**Használat:** ABL700 sorozatú analizátorokban.**Használat előtt:**

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránossa meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

**K<sup>+</sup> ELEKTRÓDA  
E722**

SK

**Použitie:** používa sa v sériách analyzátorov ABL700.**Pred použitím:**

1. Vyberte elektródu.
2. Nasadte na elektródu membránu.
3. Vysušte kontakt elektrody predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.



ABL™ is a trademark of Radiometer Medical ApS, Denmark and is registered in the USA.  
©Radiometer Medical ApS, DK-2700 Brønshøj, 2004. All Rights Reserved.  
990-187. 0404A.

**RADIOMETER  
COPENHAGEN**