

Pirkimas: Laparoskopinės įrangos atsarginės dalys ir priedai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutarties Nr. _____
 1 priedas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas
3.	Olympus laparoskopinės įrangos dalių sąrašas					
3.1.	Optika	3	vnt.	1590,56	4771,68	WA53005A, Olympus
3.1.1.	10±0,5 mm skersmens, 310±5 mm ilgio, matymo kampas 30°, autoklavuojama					
3.2.	Adata	3	vnt.	71,76	215,28	A5150.1, Hicura, Olympus
3.2.1.	Veress ar lygiaverčio tipo, 150±10 mm ilgio, autoklavuojama					
3.3.	Griebiančios žnyplės	2	vnt.	572,66	1145,32	WA69310M, WA69300M, WA69000M, Hicura, Olympus
3.3.1.	Johann ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 24±2 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos					
3.4.	Griebiančios žnyplės	2	vnt.	505,68	1011,36	WA69346M, WA69300M, WA69003M, Hicura, Olympus
3.4.1.	Crocodile ar lygiaverčio tipo, 5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunų ilgis 18±1 mm, rotuojamos, ergonomiškos rankenos su užraktu, autoklavuojamos					
3.5.	Griebiančios žnyplės	2	vnt.	493,14	986,28	WA69336M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus
3.5.1.	5±0,5 mm skersmens, 330 ± 10 mm ilgio, darbinių galų ilgis 16 ± 2 mm, atraumatinės, rotuojamos, autoklavuojamos					

3.6.	Disekcinės žnyplės	2	vnt.	498,25	996,5	WA69352M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus
3.6.1.	Maryland arba lygiaverčio tipo, $5\pm 0,5$ mm skersmens, 330 ± 10 mm ilgio, žiaunų ilgis 21 ± 1 mm, rotuojamos, ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos					
3.7.	Žirklys	2	vnt.	498,25	996,5	WA69370M, WA69300M, WA69001M, Hicura, Olympus
3.7.1.	Metzenbaum ar lygiaverčio tipo, $5\pm 0,5$ mm skersmens, 330 ± 10 mm ilgio, ašmenų ilgis 19 ± 1 mm, rotuojamos, ergonomiška rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, autoklavuojamos					
3.8.	Žirklių darbinė dalis	3	vnt.	232,04	696,12	WA69370M, Hicura, Olympus
3.8.1.	Metzenbaum ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens instrumentui, 330 ± 10 mm ilgio, ašmenų ilgis 19 ± 1 mm, autoklavuojama					
3.9.	Griebiančios žnyplės	2	vnt.	873,3	1746,6	WA69410M, WA69400M, WA69002M, Hicura, Olympus
3.9.1.	Johann ar lygiaverčio tipo, 5 mm skersmens, 330 ± 10 mm ilgio, žiaunų ilgis 17 ± 1 mm, skirtos bipolinei koaguliacijai, rotuojamos, autoklavuojamos					
3.10.	Šviesolaidis	5	vnt.	364,43	1822,15	WA03310A, Olympus
3.10.1.	$4,25\pm 0,2$ mm skersmens, $300\text{ cm}\pm 10\text{ cm}$ ilgio, tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių, autoklavuojamas					
3.11.	Aukšto dažnio elektrodas	4	vnt.	137,56	550,24	A6283, Hicura, Olympus

3.11.1.	5±0,5 mm skersmens, 330±5 mm ilgio, monopolinis, darbinė dalis kabliuko L formos ir prailginta, autoklavuojamas					
3.12.	Aukšto dažnio laidas	3 vnt.		79,39	238,17	A60003C, Olympus
3.12.1.	≥ 3,5 m ilgio, bipolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas					
3.13.	Aukšto dažnio laidas	3 vnt.		38,37	115,11	A0358, Olympus
3.13.1.	≥ 3,5 m ilgio, 4 mm skersmens, monopolinis, tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių, autoklavuojamas					
3.14.	Punkcinės adatos	3 kompl.		109,11	327,33	SR551R, Olympus
3.14.1.	5±0,5 mm skersmens, ≥ 310 mm ilgio, autoklavuojamos					
3.15.	Adatkotis	2 vnt.		795,72	1591,44	WA64700A/WA64710A/WA64740A, WA60120A, HiQ+, Olympus
3.15.1.	5±0,5 mm skersmens, 330±10 mm ilgio, žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant), plastikinė ergonomiška rankena su atsegamu užraktu, autoklavuojamas					
3.16.	Ultragarsinės – bipolinės žnyplės	2 vnt.		394,46	788,92	N5423630, Thunderbeat Type S, Olympus
3.16.1.	Skirtos laparoskopinėms operacijoms, sterilioje pakuotėje, galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį režimus, instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu režimu, instrumente ≥ 2 klavišai: 1) bipolinis režimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu, suderinamos su ultragarsiniu generatoriumi USG-400					

Sutarties vertė be PVM: 17 999,00

PVM suma 3 779,79
Sutarties vertė su PVM: 21 778,79

Generalinis direktorius
Albinas Naudžiūnas

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

(parašas)
A. V.
Sutarties pasirašymo data: _____

(parašas)
A. V.
Sutarties pasirašymo data: _____