

SLAUGOS LOVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: slaugos lovos (toliau – prekės).

2. Bendrieji reikalavimai prekėms

2.1. Visos įsigijamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis, dokumentais, patvirtinančiais Pardavėjo garantinius įsipareigojimus (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

2.2. Prekių pristatymo vieta – Verkių g. 30, Kaunas. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

2.3. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelėje reikalaujamas reikšmes, nurodant kiekvienos siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Irodant siūlomos prekės atitiktį keliams reikalavimams, pateikiama:

- **nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančią (-čias) momentinę (-es) ekrano kopiją (-as) (print screen) lietuvių arba anglų kalba.** Momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma;

ir (arba)

- **gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.** Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)	Su pasiūlymu pateiktos gamintojo internetinio tinklalapio momentinės ekrano kopijos (print screen) ar gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas gamintojo dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)
1	2	3	4	5
1.	Slaugos lova su reguliuojama nugaros atrama (maksimalus kiekis – 300 vnt.)	Gamintojas (nurodyti): MORETTI S.p.A. (naudojimo instrukcija 36 psl.) Modelis (nurodyti), modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra): mod. Ibisco, art. nr. MP090 (naudojimo instrukcija 21 psl., gamintojo dok. 4-6 psl.) Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (pateikti*): . https://www.morettispa.com/prodotto/trashed-6/		

		<i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
1.1.	Lovos valdymas – mechaninis arba elektrinis	Lovos valdymas <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> mechaninis	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	1 psl. 21 psl
1.2.	Lovos gulimoji dalis: plotis 90 cm (+/- 2 cm), ilgis 200 cm (+/-2 cm)	Lovos gulimoji dalis <i>(įrašyti konkretias reikšmes)</i> 89 cm x 198 cm	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	2 psl. 32 psl
1.3.	Galvos / nugaros pasvirimo kampas ne mažiau 65 °	Galvos / nugaros pasvirimo kampas <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 80 ° ±5°	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	2 psl. 32 psl.
1.4.	Maksimalus paciento svoris ne mažiau 135 kg	Maksimalus paciento svoris <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 135 kg.	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	3 psl. 33 psl.
1.5.	Turi būti paženklinta CE ženklui (turi turėti ES atitikties deklaraciją (gamintojo))	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip, turi	Gamintojo dok (Turi būti pridedama ES atitikties deklaracija (gamintojo))	4-6 psl. (Turi būti pridedama ES atitikties deklaracija (gamintojo))
1.6.	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 24.mėn.		
2.	Slaugos lova su reguliuojama nugaros ir kojų atrama (maksimalus kiekis – 200 vnt.)	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : MORETTI S.p.A. (naudojimo instrukcija 36 psl.) Modelis <i>(nurodyti)</i> , modifikacija, prekės kodas <i>(nurodyti, jei yra)</i> : mod. Ibisco, art. nr. MP091 (naudojimo instrukcija 21 psl., gamintojo dok. 4-6 psl.) Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> : https://www.morettispa.com/prodotto/letti-degenza-manuali-larghezza-90-cm-due-manovelle-tre-snodi/ <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		

2.1.	Lovos valdymas – mechaninis arba elektrinis	Lovos valdymas <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> mechaninis	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	1 psl 21 psl
2.2.	Lovos gulimoji dalis: plotis 90 cm (+/- 2 cm), ilgis 200 cm (+/-2 cm)	Lovos gulimoji dalis <i>(įrašyti konkrečias reikšmes)</i> 89cm x198cm	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	2 psl 32 psl
2.3.	Galvos / nugaros pasvirimo kampas ne mažiau 65 ⁰	Galvos / nugaros pasvirimo kampas <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 80 ⁰ ±5 ⁰	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	2 psl 32 psl
2.4.	Kojų pakėlimo kampas ne mažiau 25 ⁰	Kojų pakėlimo kampas <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 40 ⁰ ±5 ⁰	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	2 psl. 32 psl
2.5.	Maksimalus paciento svoris ne mažiau 135 kg	Maksimalus paciento svoris <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 135 kg.	Gamintojo dok Naudojimo instrukcija	3 psl 33 psl.
2.6.	Turi būti paženklinta CE ženklu (turi turėti ES atitikties deklaraciją (gamintojo))	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : taip, turi	Gamintojo dok (Turi būti pridedama ES atitikties deklaracija (gamintojo))	4-6 psl. (Turi būti pridedama ES atitikties deklaracija (gamintojo))
2.7.	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija <i>(įrašyti konkrečią reikšmę)</i> 24 mėn.		