

UAB „Septeka“

UAB „Septeka“, Druskininkų g. 6-27, LT-44288 Kaunas, tel.: 8 655 53812, Kauno m.
savivaldybės registrų skyrius, įmonės kodas: 301501622, PVM kodas: LT100003721318

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ UROLOGIJAI PIRKIMO

2022-02-10

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Septeka“
Tiekėjo adresas	Druskininkų g. 6-27, LT- 44288 Kaunas
Įmonės kodas	301501622
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Vestina Strakšytė
Telefono numeris	8 655 53812
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@septeka.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT397044060006263947, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos.	2
2.	ESI ir įstatai.	6
3.	EBVPD.	14
4.	Katalogai.	11
5.	Sertifikatai.	12

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	Vienkartinis nefrostomos suformavimo rinkinys.	5846,40
2.	Vienkartinis cystostomos suformavimo rinkinys.	2583,00
8.	Silikoninis trikanalis Folley kateteris prostatektomijai.	816,90
13.	Laparoskopinis maišelis.	938,70
17.	Akmenų ištraukimo krepšelis „N Gage“ tipo.	1953,00
19.	Ureteroscopo mova.	1417,50
20.	Ureteroscopo mova.	1417,50
21.	Polymeriniai laparoskopiniai klipsai.	445,20

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidenciali informacija.	Prisegti dokumentai.
2.	Espd-response-s0210.	Prisegti dokumentai.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vestina Strakšytė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų medicininių priemonių urologijai sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
1	Vienkartinis nefrostomos suformavimo rinkinys	- sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota punkcinė adata, standi styga su lankščiu galu 5 cm ilgyje, nefrostominio kanalo pletėjai, 10 Ch nefrostominis drenas. - nefrostominis drenas graduotas kas 1 cm (nefrostomos gylio vertinimui)	Iki 120 vnt.	- sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota punkcinė adata, standi styga su lankščiu galu 5 cm ilgyje, nefrostominio kanalo pletėjai, 10 Ch nefrostominis drenas. - nefrostominis drenas graduotas kas 1 cm (nefrostomos gylio vertinimui). Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 1-2.	5	48,72	5846,40	Amecath.
2	Vienkartinis cystostomos suformavimo rinkinys	- sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota metalinė išsiardanti punkcinė adata, silikoninis 14 Ch cystostominis kateteris, kurio gale 5-15 ml prisipildantis balionas.	Iki 150 vnt.	- sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota metalinė išsiardanti punkcinė adata, silikoninis 14 Ch cystostominis kateteris, kurio gale 5 ml prisipildantis balionas. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 3-4.	5	17,22	2583,00	Uromed, 3030.14.
8	Silikoninis trikanalis Foley kateteris prostatatektonijai	- Trikanaliai Foley kateteriai 100% silikoniniai, tiesūs; - Balionėlio talpa 80-100ml; - Diametras – 22 F; - Nedirginantys, didelė balionėlio talpa užtikrina gerą kompresiją; - Skylutės kateterio gale	Iki 100 vnt.	- Trikanaliai Foley kateteriai 100% silikoniniai, tiesūs; - Balionėlio talpa 80-100ml; - Diametras – 22 F; - Nedirginantys, didelė balionėlio talpa užtikrina gerą kompresiją; - Skylutės kateterio gale. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 5.	5	8,169	816,90	Fortune, 1861-0322.
13	Laparoskopinis maišelis	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kanulės (introduuserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200±5ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm	Iki 100 vnt.	Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Maišelis suvyniotas įvedimo kanulės (introduuserio) viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas.	5	9,387	938,70	Anka, S10W.

		trokaru, baltas.			Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: 200ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 6.			
17	Akmenų ištraukimo krepšelis „N Gage“ tipo	Vienkartinis, sterilus, 1.7 Fr dydžio, ilgis ne mažiau 115cm, krepšelis Ø8,00 mm ir Ø11,00 mm, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. Specialios žnyplių formos, su galimybe akmenį suimti ir perkelti.	Iki 10 vnt.		Vienkartinis, sterilus, 1.7 Fr dydžio, ilgis 120cm, krepšelis Ø8,00 mm ir Ø11,00 mm, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį. Specialios žnyplių formos, su galimybe akmenį suimti ir perkelti. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 6.	5	195,30	1953,00
19	Ureteroskopo mova	1. Vienkartinis, sterilus, dengtas plona ypač slidžia hidrofile danga. Smailėjančių atraumatinio galu patogesniai įvedimui. 2. Movos vidinis skersmuo 10.7FR(±0.1FR) 3. Ilgis 45cm (±1cm)	Iki 10 vnt.		1. Vienkartinis, sterilus, dengtas plona ypač slidžia hidrofile danga. Smailėjančių atraumatinio galu patogesniai įvedimui. 2. Movos vidinis skersmuo 10.7FR. 3. Ilgis 45cm. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 8-9.	5	141,75	1417,50
20	Ureteroskopo mova	1. Vienkartinis, sterilus, dengtas plona ypač slidžia hidrofile danga. Smailėjančių atraumatinio galu patogesniai įvedimui. 2. Movos vidinis skersmuo 12FR (±0.1FR) . 3. Ilgis 45cm (±1cm).	Iki 10 vnt.		1. Vienkartinis, sterilus, dengtas plona ypač slidžia hidrofile danga. Smailėjančių atraumatinio galu patogesniai įvedimui. 2. Movos vidinis skersmuo 12FR. 3. Ilgis 45cm. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 8-9.	5	141,75	1417,50
21	Polymeriniai laparoskopiniai klipsai	- polymeriniai laparoskopiniai klipsai; - savage užsizrakinantys; - XL dydžio, tinkantys turimam „Aesculap“ klipstoriui; - sterilioje pakuotėje su 6 klipsais.	Iki 400 vnt.		- polymeriniai laparoskopiniai klipsai; - savage užsizrakinantys; - XL dydžio, tinkantys turimam „Aesculap“ klipstoriui; sterilioje pakuotėje su 6 klipsais. Failas „Konfidenciali informacija“, psl. 10-11.	5	1,113	445,20
								Anka Saglik.

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkursa specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiavertiniai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 27 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negražina