

**UAB „FOX VISION“**

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119, Lietuva.

Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com

Juridinio asmens kodas 303317197.

Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,  
PVM mokėtojo kodas LT100008636117

LSMUL Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS**

**DĖL DARBINIŲ DUJŲ KOMPLEKTO EKSIMERINIAM LAZERIUI PIRKIMO**

2021-12-10

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Fox vision
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 303317197 PVM mokėtojo kodas LT100008636117
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT83 7044 0600 0815 0581 AB SEB bankas, kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Aurimas Šumskis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aurimas Šumskis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Aurimas Šumskis
Telefono numeris	8-698-29975
Fakso numeris	---
El. pašto adresas	asumskis@foxvisiongroup.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI**

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

\*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

## PASIŪLYMO KAINA

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“  
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)**

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:**  
**(Lentelė turi būti pateikiama redaguojamu formatu)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos
<b>1.</b>	<b>Darbinių dujų komplektas eksimeriniam lazeriui</b>	Tinkamas naudoti su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamu firmos „Technolas Perfect Vision GmbH“ eksimeriniu lazeriu „Teneo 317 M2“ (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas eksimerinio lazerio „Teneo 317 M2“ gamintojo patvirtinimas, kad siūloma prekė yra tinkama naudoti su šio modelio eksimeriniu lazeriu).	Tinkamas naudoti su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamu firmos „Technolas Perfect Vision GmbH“ eksimeriniu lazeriu „Teneo 317 M2“ <b>Žr. failą Konfidencialu MNF patvirtinimas</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dujų talpa Nr.1</b> (firmos „Technolas Perfect Vision GmbH“ dujų talpa, katal. Nr. 70009616 arba lygiavertė)	<b>Kiekis viename komplekte – 1 vnt.</b>	<b>Kiekis viename komplekte – 1 vnt.</b> Katal. Nr. 70009616
1.1.1.	Suslėgto dujų mišinio sudėtis	1. Argonas (Ar) > 1 - < 5% 2. Fluoras (F2) < 0,2% 3. Neonas (Ne) < 100% (balansas)	1. Argonas (Ar) > 1 - < 5% 2. Fluoras (F2) < 0,2% 3. Neonas (Ne) < 100% (balansas) <b>Žr. failą SDS_EN_Technolas Premix 70009616, 2 psl.</b>
1.1.2.	Talpos tūris	20±2 l	20 l <b>Žr. failą Konfidencialu MNF patvirtinimas</b>
1.1.3.	Suslėgtu dujų mišiniu užpildytos talpos masė	≥ 30 kg	30 kg <b>Žr. failą Konfidencialu MNF patvirtinimas</b>
<b>1.2.</b>	<b>Dujų talpa Nr.2</b> (firmos „Technolas Perfect Vision GmbH“ dujų talpa, katal. Nr. 70009617 arba lygiavertė)	<b>Kiekis viename komplekte – 1 vnt.</b>	<b>Kiekis viename komplekte – 1 vnt.</b> Katal. Nr. 70009617
1.2.1.	Dujų sudėtis	Suslėgtas azotas (N2)	Suslėgtas azotas (N2) <b>Žr failą SDS_EN_Nitrogen 70009617, 1-2 psl.</b>
1.2.2.	Talpos tūris	10±1 l	10 l <b>Žr. failą Konfidencialu MNF patvirtinimas</b>
1.2.3.	Suslėgtomis dujomis užpildytos talpos masė	≥ 15 kg	15 kg <b>Žr. failą Konfidencialu MNF patvirtinimas</b>
1.3.	Kiti reikalavimai		
1.3.1.	Dujų talpų pristatymas į Kauno klinikų medicinines	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

	technikos sandėlių, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), pakeistų (sunaudotų) dujų talpų išsivežimas.		
--	---	--	--

**Pastabos:**

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

2. Grafoje "Siūlomoms techninėms charakteristikoms", vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu<sup>1</sup>, **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomų prekių duomenys**, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „taip“ ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

**PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokument o puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Gamintojo patvirtinimas	2	Konfidencialu MNF patvirtinimas.pdf
2	Talpos Nr. 1 techninis aprašas	15	SDS_EN_Technolas Premix 70009616.pdf
3	Talpos Nr. 2 techninis aprašas	13	SDS_EN_Nitrogen 70009617.pdf
4	EBVPD	13	espd-response.pdf
5	EBVPD	13	espd-response.xml
6	Lentelės	1	5 priedas KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ.xls

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad: pasiūlyme nurodytos **kainos bei įkainiai**, taip pat **nuolaidos dydis ar įkainio bazė**, tiekėjo **siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai**, tiekėjo **siūlomų prekių techninės specifikacijos**, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo **siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija**. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti):** *Gamintojo patvirtinimas (failas Konfidencialu MNF patvirtinimas.pdf).*

**Pastaba.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aurimas Šumskis

Vardas, pavardė

<sup>1</sup> [http://vpt.lrv.lt/lt/news/view\\_item/id.1596](http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596)