

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2022-04-28 Nr. MAR2022/04/28-01

Ultragarsiniai skleriai ir jų priedai (Nr. 2096)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „Mardentas“
Tiekėjo kodas:	225863550
Tiekėjo adresas:	Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	LT258635515
A/s numeris:	LT847044060007796610
Bankas, banko kodas:	AB SEB bankas, 70440
Asmens, atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Andrius Vyčas
Asmens, atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	(8 5) 2337402
Asmens, atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@mardentas.lt
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	Direktorius Andrius Vyčas

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Nurodyti gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
- 1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedu „arba lygiavertis“.
- 1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo techninės charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- 1.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
- 1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
- 1.6. Visi instrumentai turi būti tinkami sterilizavimui frakcionuotu vakuumu 134°C temperatūroje 5 min.
- 1.7. Instrumentai turi būti pagaminti iš specialaus medicininės paskirties nerūdijančio plieno, dengti cirkonio oksidu arba lygiaverčio metalo, tinkamo naudoti medicinoje.
- 1.8. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:

PD. Nr.	Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Reikalaujama parametų reikšmė	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM	Maksimalaus kiekio kaina be PVM	PVM tarifas (%)	Siūlomos prekės parametrai	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametų reikšmės.
1	Ultragarsiniai skleriai								

1.1	Ultragarsinio skalerio antgalis	Turi būti atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai ne mažiau 5 min. prie 134 C. - Jungtis turi tikti perkandčios organizacijos turimos „Impuls Stomadent“ odontologinės įrangos originalios skalerio pajungimo rankovės jungčiai, tinkančiai pajungti skaleriui "DTE HD-7L" arba lygiaverčiam skaleriui. - Srieigis turi tikti turimiems „Satelek suprasson" arba lygiaverčiam skalerio antgaliukui. - Žiedas , kuriame fiksuojamas skalerio antgaliukas, turi būti lengvai nusukamas ir dezinfikuojamas Pateikti pavyzdį 1 vnt.	vnt.	24					
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:									
PVM suma, EUR:									
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:									
2	Skalerio antgaliukai								
2.1	Ultragarsinio skalerio darbinė dalis (antgaliukas)	Skirtas profilaktikai ir gydymui.Turi tikti" DTE HD-7L" antgaliui, atitikti "Satelec Nr.10Z, 1S ,1, 10X, ET 18D, ET BD,10X ", arba būti jam lygiavertis.Instrumentas skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams, danties kanalų formavimui. Pagaminti iš aukštos kokybės plieno, dengti cirkonio oksidu arba titaniniai. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Pateikti pavyzdžių po 1 vnt.	vnt.	138	72,00	9 936,00	21,00	Skirtas profilaktikai ir gydymui. Tinka "DTE HD-7L" antgaliui, "Satelec Nr.10Z, 1S ,1, 10X, ET 18D, ET BD,10X" (gamintojas "Satelec-Acteon Group", Prancūzija). Instrumentas skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams, danties kanalų formavimui. Pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio medicininio plieno. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Perkandčiosios organizacijos prašymu pateikiami pavyzdžiai po 1 vnt.	Failas: 2-Technine informacija.pdf, psl.: 1-21. Failas: 3-Instrukcija-Satelec instrumentu valymas ir dezinfekcija.pdf, psl.: 3, 6.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:									
PVM suma, EUR:									
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:									
3	Ultragarsiniai skaleriai								
3.1	Ultragarsinio skalerio antgalis	Turi būti atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai ne mažiau 5 min. prie 134 C. - Jungtis turi tikti perkandčios organizacijos turimos „Anthos A3“ odontologinės įrangos originalios skalerio pajungimo rankovės jungčiai, tinkančiai pajungti skaleriui "s Anthos u-PZ " arba lygiaverčiam skaleriui. - Srieigis turi tikti turimiems „ Satelek suprasson “ arba lygiaverčiam skalerio antgaliukui. - Žiedas , kuriame fiksuojamas skalerio antgaliukas, turi būti lengvai nusukamas ir dezinfikuojamas Pateikti pavyzdį 1 vnt.	vnt.	4					
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:									
PVM suma, EUR:									
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:									
4	Skalerio antgaliukai								
4.1	Ultragarsinio skalerio darbinė dalis (antgaliukas)	Skirtas profilaktikai.Turi tikti "s Anthos u-PZ antgaliui, atitikti "Satelec Nr.10Z, 1S ,1, 10X, ET 18D, ET BD,10X ", arba būti jam lygiavertis..Instrumentas skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams, danties kanalų formavimui. Pagaminti iš aukštos kokybės plieno, dengti cirkonio oksidu arba titaniniai. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui.Pateikti pavyzdžių po 1 vnt.	vnt.	40	72,00	2 880,00	21,00	Skirtas profilaktikai. Tinka "Anthos u-PZ" antgaliui, "Satelec Nr.10Z, 1S ,1, 10X, ET 18D, ET BD,10X" (gamintojas "Satelec-Acteon Group", Prancūzija). Instrumentas skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams, danties kanalų formavimui. Pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio medicininio plieno. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Perkandčiosios organizacijos prašymu pateikiami pavyzdžiai po 1 vnt.	Failas: 2-Technine informacija.pdf, psl.: 1-21. Failas: 3-Instrukcija-Satelec instrumentu valymas ir dezinfekcija.pdf, psl.: 3, 6.
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:									
PVM suma, EUR:									
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:									

Pasiūlymo (sutarties)	12816
PVM suma, EUR:	2691,36
Pasiūlymo (sutarties)	15507,36

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	2-Techninė dokumentacija.pdf	21	Ne	
2.	3-Instrukcija-Satelec instrumentu valymas ir priežiūra.pdf	6	Ne	
3.	4-CE Sertifikatas.pdf	12	Ne	
4.	5-Bukeltas_Satelec-Acteon skaleriu	18	Ne	

Numatomi pasiteikti subtiektėjai (jei numatoma):

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas	Subtiektėjo kodas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalies vertė bendroje sutarties kainoje, kuriai ketinama pasiteikti subtiektėją, EUR su

Numatomi pasiteikti kvazisubtiektėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):

Eil. Nr.	Kvazisubtiektėjo pavadinimas	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalies vertė bendroje sutarties kainoje, kuriai ketinama
1.				
2.				
3.				

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Andrius Vyčas
(Vardas ir pavardė)