

PANAUDOS SUTARTIS

2022 m. gegužės 18 d. Nr. STP-3-3.25-10/2022/KC-790/DL/PN
Vilnius

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, juridinio asmens kodas 124244035, kurios registruota buveinė yra adresu Vilnius, Antakalnio g. 59, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Evaldo Navicko (toliau – panaudos GAVĖJAS), ir

UAB „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050, kurios registruota buveinė yra adresu V. A. Graičiūno g. 4, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, (toliau – panaudos DAVĖJAS),

toliau kartu šioje panaudos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi panaudos DAVĖJAS perduoda panaudos GAVĖJUI šios sutarties galiojimo laikotarpiu neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos DAVĖJUI nuosavybės teise priklausančiu turtu – *automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi YUMIZEN G800, Horiba Medical, Prancūzija kartu su priedais: spausdintuvas ir nepertraukiamas srovės šaltinis (1vnt.)*, (toliau – analizatorius), o panaudos GAVĖJAS įsipareigoja naudoti analizatorių pagal paskirtį ir grąžinti jį tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Analizatorius perduodami su tikslu jį naudoti – laboratoriniams tyrimams atlikti.

1.3. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad analizatorius jam priklauso nuosavybės teise, jis nėra niekam parduotas, išnuomotas ar kitaip perleistas, neįkeistas, jam areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jo ginčų nėra.

1.4. Panaudos DAVĖJAS patvirtina, kad analizatorius yra tinkamas naudoti Sutarties 1.2 punkte nurodytam tikslui.

1.5. Šalys susitarė, kad ši Sutartis kartu laikoma analizatoriaus perdavimo – priėmimo aktu. Analizatoriaus laikymo vieta Antakalnio g. 59, Vilnius; analizatoriaus įsigijimo vertė – (Eur), priedai – įsigijimo vertė (Eur).

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos DAVĖJAS įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti, kad perduodamas analizatorius yra sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėtas CE ženklu;

2.1.2. užtikrinti, kad perduodamas analizatorius turi programinę įrangą, užtikrinančią tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos Med.I.S ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos;

2.1.3. supažindinti panaudos GAVĖJĄ su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus vartotojo instrukcijas (lietuvių kalba), panaudos GAVĖJO prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti panaudos GAVĖJO personalą naudotis perduodamu analizatoriumi, valdyti analizatorių, tame tarpe ir vykdyti duomenų mainus su laboratorijos informacine sistema. Privalės pateikti analizatoriaus instrukciją (vadovas), kurioje detalie ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai;

2.1.4. pateikti analizatoriui reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) ir kalibratorių kieki, numatomą **2022 m. gegužės 18 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. SP-3-3.23-123/2022/KC-790/DL** nurodytam tyrimų kiekiui atlikti;

2.1.5. savo sąskaitą užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti panaudos GAVĖJO adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošti

darbui ir suderinti/išbandyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.6. savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą Sutarties galiojimo terminą;

2.1.7. savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriaus techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal analizatoriaus gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas;

2.1.8. galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) panaudos GAVĖJO patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) **ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną** nuo pranešimo apie defektą ir/ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti panaudos GAVĖJO patalpose, panaudos DAVĖJAS privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti panaudos DAVĖJO transportu. Sutašytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) panaudos GAVĖJUI panaudos DAVĖJO sąskaita ir panaudos DAVĖJO transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti panaudos GAVĖJO patalpose (vietoje) negalima, panaudos DAVĖJAS defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti panaudos GAVĖJUI ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka paslaugas DAVĖJAS.

2.1.9. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti analizatorių iš panaudos GAVĖJO pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.1.10. nedelsiant informuoti panaudos GAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

2.2. Panaudos GAVĖJAS įsipareigoja:

2.2.1. naudoti analizatorių tik pagal jo tiesioginę paskirtį;

2.2.2. neperduoti analizatoriaus atlygintinai ir/ar neatlygintinai naudotis trečiajam asmeniui;

2.2.3. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie bet kokius analizatoriaus apgadinimus, taip pat apie bet kokius įvykius, turinčius įtakos analizatoriaus būklei;

2.2.4. be panaudos DAVĖJO raštiško sutikimo nedaryti jokių analizatoriaus pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti analizatoriaus išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina analizatoriaus išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.5. pasibaigus Sutarčiai grąžinti panaudos DAVĖJUI analizatorių tokios būklės, kokios jie panaudos GAVĖJUI buvo perduotas atsižvelgiant į normalų tokio analizatoriaus susidėvėjimą pagal Šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą (surašomas laisva forma);

2.2.6. nedelsiant informuoti panaudos DAVĖJĄ apie savo rekvizitų pasikeitimus.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei panaudos DAVĖJO perduodamas analizatorius neturės programinės įrangos, užtikrinančios tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainų tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos Med.I.S ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos ir dėl šios priežasties panaudos GAVĖJAS bus priverstas nutraukti šią Sutartį, panaudos DAVĖJAS turės sumokėti panaudos GAVĖJUI 3000,00 Eur (tris tūkstančiai eurų 0 ct) dydžio baudą.

4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840),

kurios nepriklauso nuo sutarties Šalių valios, Šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir Šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai Šaliai.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 25 d. ir galioja 3 (tris) mėnesius arba kol galioja 2022 m. gegužės 18 d. prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. SP-3-3.23-123/2022/KC-790/DL.

5.2. Kiekviena iš Šalių turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį, įspėjusi apie tai raštu kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.3. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Už Sutarties vykdymą iš panaudos GAVĖJO pusės atsakinga skiriama Laboratorijos vedėja Renata Voverienė, tel. (8 5) 234 7356, el. p. renata.voveriene@antakpol.lt.

6.2. Už Sutarties vykdymą iš panaudos DAVĖJO pusės atsakinga skiriama Dalia Zamkauskienė, tel. 861800391, el. p. dalia.zamkauskiene@limeta.lt.

6.3. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.6. Sutarties priedai:

6.6.1. 1 priedas – „Kraujo krešėjimo analizatoriaus techninė specifikacija“, 3 lapai.

6.6.2. 2 priedas – Perdavimo – priėmimo naudoti aktas (forma), 1 lapas.

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Antakalnio 59, 10207 Vilnius
Kodas 124244035
PVM kodas LT242440314
Tel. 8 52344518
a. s. LT53 7044 0600 0031 0223
AB SEB banke, banko kodas 70440
el. p. info@antakpol.lt

Direktorius Evaldas Navickas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „Limeta“
Juridinio asmens kodas 221906050
PVM kodas LT219060515
V. A. Graičiūno g. 4, 02241 Vilnius
Tel. 8 5 264 9696, faksas 8 5 260 2055
a. s. LT25 7044 0600 0164 5641
AB SEB bankas, banko kodas 70440
el. p. info@limeta.lt

Generalinis direktorius Virginijus Domarkas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

2022 m. gegužės 18 d.
Panaudos sutarties Nr. STP-3-3.25-10/2022/KC-790/DL/PN
1 priedas

KRAUJO KREŠĖJIMO ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo siulomo analizatoriaus techniniai parametrai
1.	Automatinis kraujo krešėjimo rodiklių nustatymo analizatorius <i>Yumizen G800, Horiba Medical, 2019 m.</i> (toliau – analizatorius)	Kraujo krešėjimo automatinis analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2019 m. metų gamybos.	Kraujo krešėjimo automatinis analizatorius Yumizen G800, Horiba Medical, 2019 m.
2.	Analizatoriaus paskirtis	Atlikti konkurso sąlygų 2 priede nurodytus tyrimus.	Atlikti konkurso sąlygų 2 priede nurodytus tyrimus: Kraujo krešėjimo rodiklių nustatymo tyrimus: Protrombino laiko (INR), Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (APTT), fibrinogeno.
3.	Darbas su mėginiu		
3.1.	Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius	Būtiny	Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius.
3.2.	Našumas	Ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą.	140 t/h.
3.3.	Mėgintuvėlių naudojimo tipas	Mėginiai į analizatorių turi būti dedami pirminiuose mėgintuvėliuose.	Mėginiai į analizatorių dedami pirminiuose mėgintuvėliuose.
3.4.	Cito (skubi) pozicija	Būtiny	Cito (skubi) pozicija.
3.5.	Temperatūrinis reagentų užtikrinimas analizatoriuje	Būtiny	Temperatūrinis reagentų užtikrinimas analizatoriuje.
3.6.	Mėginių kiekis analizatoriuje	Ne mažiau 45 mėginių.	60 mėginių.
3.7.	Nepertraukiamas mėginių talpinimas	Būtiny	Nepertraukiamas mėginių talpinimas
3.8.	Integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas ar pagal poreikį prijungti išoriniai kodų skaitytuvai	Būtiny. Turi būti galimybė nuskaityti bandinių žymėjimo etikečių brūkšninius kodus.	Integruotas brūkšnių kodų skaitytuvas. Gamintojo deklaracija.

		Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128. Pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39; Interleaved 2 of 5.	
3.9.	Išorinis spausdintuvas ir/ar integruotas spausdintuvas	Būtina	Išorinis spausdintuvas A4 formato, HP Laser Jet Pro M404.
3.10.	Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas bei galiojimo kontrolė	Būtina	Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas bei galiojimo kontrolė.
3.11.	Reagentų papildymas, darbiniam režime (nereikalingas analizatoriaus stabdymas)	Būtina	Reagentų papildymas, darbiniam režime (nereikalingas analizatoriaus stabdymas)
4.	Kalibracija ir kokybės kontrolė		
4.1.	Kalibracijos stabilumas	Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.	Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.
4.2.	Kokybės kontrolės tirpalai	Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo).	Naudojami 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo).
5.	Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas		
5.1.	Saugomi duomenys	Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys.	Saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys.
5.2.	Analizatorius turi užtikrinti galimybę perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą Med.IS.	Būtina. Analizatorius turi turėti programinę įrangą, kuri turi užtikrinti tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos informacinės sistemos ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos. Analizatoriaus programinė įrangą palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkančių duomenų perdavimo protokolą.	Būtina. Analizatorius turi turėti programinę įrangą, kuri turi užtikrinti tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos. Analizatoriaus programinė įrangą palaiko ASTM standartą atitinkančių duomenų perdavimo protokolą.

		Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.	Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus vykdomi per TCP/IP.
5.3.	Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į išorines duomenų laikmenas (USB atmintine ar SD jungtimi) arba automatinis duomenų išsaugojimas kompiuterinių tinklų serveryje	Būtina	Automatinis duomenų išsaugojimas kompiuterinių tinklų serveryje.
5.4.	Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę	Būtina	Pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę.
5.5.	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai	Būtina	Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai.
6.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas

Panaudos GAVĖJAS:

Viešojoji įstaiga Antakalnio poliklinika

Direktorius Evaldas Navickas

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A.V.
Panaudos DAVĖJAS:

UAB „Limeta“

Generalinis direktorius Virginijus Domarkas

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A.V.

2022 m. gegužės 18 d. Panaudos sutarties
Nr. STP-3-3.25-10/2022/KC-790/DL/PN
2 priedas

**PERDAVIMO – PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS
(FORMA)**

2022 m. gegužės mėn. __ d.
Vilnius

UAB „Limeta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko perduoda, o Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, atstovaujama _____, priima, vadovaudamiesi 2022 m. gegužės ____ d. panaudos sutarties STP-3-3.25-____/2022/____ nuostatomis šiame perdavimo – priėmimo naudoti akte nurodytą kraujo krešėjimo analizatorių su priedais (toliau – analizatorius):

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo vertė Eur be PVM
1.		Automatiniu kraujo krešėjimo analizatoriumi YUMIZEN G800, Horiba Medical, Prancūzija kartu su priedais: spausdintuvas ir nepertraukiamas srovės šaltinis	1 vnt.	
2.				
3.				

Analizatoriaus būklė perdavimo metu – _____.

Šalys viena kitai pretenzijų neturi.

Šis aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Panaudos GAVĖJAS:

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

A. V.

Panaudos DAVĖJAS:

UAB „Limeta“

A.V.