

**MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.**



Vilnius

22-C-1855 2022-05-20

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Abbott Medical Lithuania“ (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Mika Mustonen, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2022 m. kovo 23 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Medicinos prietaisų techninė priežiūra (Nr. 4904)“ viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 591410) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo priemonėmis ir rizika suteikti Užsakovui medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugas (toliau – **Paslaugos**), o Užsakovas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 7 dalyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugos, kurių techninė specifikacija, fiksuoti įkainiai, kiekiai ir kaina nurodyti sutarties priede Nr.1.

1.3. Medicinos prietaisų techninės priežiūros reglamentai (darbų periodiškumas, turinys, naudojamų detalių, medžiagų ir darbo priemonių sąrašai, nuorodos į gamintojo dokumentus, darbų atlikimo trukmė ir kt.) pateikti šios sutarties priede Nr.2.

1.4. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos Paslaugų apimtys.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuoto įkainio maksimalių kiekių** kainodaros metodas.

2.2. **Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM:** 32,400.00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct).

PVM suma: 6,804.00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 00 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 39,204.00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturi eurai 00 ct).

2.3. Sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugų įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į sutarties kainą įskaityti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir kitos paslaugų teikimo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

3. TEIKIAMOS PASLAUGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugas šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, kurių detali specifikacija, maksimali apimtis ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį paslaugų apimtis negali viršyti atskirų sutarties dalių paslaugų maksimalios apimtys, nurodytos šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu išgyjamų paslaugų apimtys priklauso nuo faktinių Užsakovo užsakymų, paslaugų apimtys laikomos maksimaliomis apimtimis, Užsakovas gali išpirkti mažesnę apimtį nei nurodyta maksimali paslaugų apimtis.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO IR UŽSAKymo TVARKA

4.1. Paslaugos teikiamos pagal užsakymus.

4.2. Užsakymai teikiami el. paštu:

arba telefonu Nr. +370 633 54988

4.3. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 (du) savaites nuo Užsakovo užsakymo gavimo.

4.4. Teikiant užsakymą Paslaugų teikėjas informuojamas apie šia sutartimi numatytų paslaugų atlikimo planuojamą datą ir laiką, pobūdį.

4.5. Paslaugų atlikimo vieta - Santariškių g. 2, Vilnius.

4.6. Paslaugų atlikimo grafikus raštu tarpusavyje suderina Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgalioti asmenys.

4.7. Paslaugų teikėjas atlicka paslaugas laikantis sutarties priede Nr.2 nurodyto reglamento. Jei atliekant paslaugas reikia atlikti daugiau darbų, pakeisti daugiau dalių, negu numatyta reglamente, Paslaugų teikėjas tam turi gauti Užsakovo sutikimą.

4.8. Paslaugų teikėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą:

4.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą:

4.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimu paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės Paslaugas, kurių kokybė atitinka Paslaugų grupei keliamas technines sąlygas, standartus ar kitus norminius aktus bei sąlygas, nustatytas šios sutarties priede Nr.1.

5.2. Paslaugoms atlikti Paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir dalis. Pakeistiems mazgams, dalims ir atliktiems darbams suteikia ne mažesnę, kaip 6 mėn. garantiją.

5.3. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugų teikimo metu sugadintą ar prarastą Užsakovo turtą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas techninėje specifikacijoje ir sutarties 4 dalyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Paslaugų suteikimo dieną. Paslaugos teikėjo vėluojamos suteikti Paslaugos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.

6.2. Jei Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Užsakovas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą.

6.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per sutarties 7.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

7.1. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Užsakovo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

7.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 7.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

7.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęs, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 7.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęs pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

7.5. Tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra Paslaugų teikėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 36 mėnesius arba iki kol bus pasiekta maksimali apimtis.
- 9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį išpėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;
- 9.2.2. Paslaugų teikėjas nurodytu terminu Paslaugų nesuteikė per Sutartyje nustatytą bei Užsakovo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Užsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Paslaugų teikėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 10.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi teisę ir tinkamą kvalifikaciją teikti Paslaugas.
- 10.5. Jei Paslaugų teikėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subteikėjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subteikėjų Sutarties vykdymo metu. Vykdant sutartį subteikėjai nepasitelkiami.
- 10.6. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subteikėjų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subteikėjų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subteikėją Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo metu nesirėmė subteikėjo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subteikėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.
- PRIDEDAMA.

1. Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai, 2 lapai;
2. Medicinos prietaisų techninės priežiūros reglamentas, 2 lapai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

UAB „Abbott Medical Lithuania“
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius
Įmonės kodas 300121108
PVM mok. kodas LT100001896710
A.s. BE 70001787295425
Bankas BNP Paribas Fortis SA/NV
SWIFT kodas: GEBABEBBXXX

Generalinis direktorius

Mika Mustonen

A.V.

Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktori

Feliksas Jankevičius

A.V.

Rektorė valdymui
Olita Jakutienė



Priedas Nr. 1 prie 2022 m.
22-C-1855 2022-05-20

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASLAUGŲ ĮKAINIAI

MEDICINOS PRIETAISŲ (MP) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (TP)

Pirkimo dalies Nr.	Gamintojas	Pavadinimas	Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo	Matav. vnt.	Preliminarus MP TP kiekis 36 mėn.	Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis be PVM, Eur	Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	PVM (21%) suma, Eur	Suma su PVM, Eur
6.	St.Jude Medical, JAV	Radiologinė trimatė intervencinė-navigacinė sistema, 5 sudedamosios dalys:								
6.1		Trimatė sistema	Ensight Velocity	Vnt.	3	4,600.00	5,566.00	13,800.00	2,898.00	16,698.00
6.2		Daugiakanalė EKG ir kitų signalų monitoravimo ir archyvacijos sistema	EP-Workmate	Vnt.	3	3,000.00	3,630.00	9,000.00	1,890.00	10,890.00
6.3		Radiodažninės energijos generatorius	IBI-1500T11	Vnt.	3	1,550.00	1,875.50	4,650.00	976.50	5,626.50
6.4		Infuzinė pompa skysčių aušinamai abliacijai	Cool Point	Vnt.	3	550.00	665.50	1,650.00	346.50	1,996.50
6.5		Diagnostinis elektrokardiosimuliacijos	EP-4	Vnt.	3	1,100.00	1,331.00	3,300.00	693.00	3,993.00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM										32,400.00

	PVM (21%) suma Eur	6,804.00
	Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM	39,204.00

Paslaugų teikėjas

UAB „Abbott Medical Lithuania“
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius
Įmonės kodas 300121108
PVM mok. kodas LT100001896710
A. s. BE 70001787295425
Bankas BNP Paribas Fortis SA/NV
SWIFT kodas: GEBABEBBXXX

Generalinis direktorius

Mika Mustonen

A.V. UAB

“Abbott Medical Lithuania” LTD

Vilnius

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktori

Feliksas Jankevičius

A.V.

Vilnius

Santaros

klinikos

Vilnius

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

VILNIUS

LTD

VILNIUS

LITHUANIA

VILNIUS

LTD



22-C-1855 2022-05-20

Priedas Nr. 2 prie
Sutarties Nr..**MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS**

PRIETAISAS	Pavadinimas: Širdies kamerų 3D elektroanatominio žemėlapių sudarymo ir navigacinė sistema, skirta endokardinių kateterių-elektrodų navigacijai vertinti ir elektroanatominiam širdies sužadinimo žemėlapiui sudaryti. Sistema tinkama naudoti ne tik su įprastais radiodažninei abliacijai skirtais kateteriais-elektrodais, bet ir kateteriais-elektrodais su integruotu sensoriumi. Tipas: Ensight Precision Cardiac Mapping system Model EE3000	
PERIODIŠKUMAS	1. Įjungimo - savitikros testas - kiekvieno Ensight Precision™ sistemos įjungimo metu. 2. Kliento atliekama priežiūra – 1 kartą per 1-3 mėnesius. 3. Periodinė techninė priežiūra – 1 kartą per metus.	
ATLIEKAMI DARBAI	Pavadinimas	Aprašymas
	1.Įjungimo - savitikros testas: Ensight Precision™ sistema paleidžiama vadovaujantis toliau aprašyta procedūra: PASTABA: Jeigu sistema bus naudojama tik anksčiau užregistruotiems duomenims peržiūros režimu, „EnSite™“ stiprintuvo įjungti nereikia. PASTABA: Jeigu „EnSite™“ stiprintuvas jau buvo įjungtas, prieš pradėdant naują tyrimą reikia įjungti „EnSite™“ stiprintuvą. „EnSite™“ stiprintuvo savitikros testas pateikia svarbios informacijos apie „EnSite™“ stiprintuvo komponentų būklę, kuri gali būti nežinoma iš anksto neįjungus „EnSite™“ stiprintuvo. a) Nuspauskite „EnSite™“ stiprintuvo maitinimo mygtuką į įjungimo padėtį. b) Kai į sistemą tiekama elektros srovė, būseną nurodantys šviesos indikatoriai maždaug dvi minutes gali keisti būseną, kol sistema atlieka savitikrą. Po dviejų minučių patikrinkite „EnSite™“ stiprintuvo būseną rodančius šviesos indikatorius. Indikatoriai turi stabiliai šviesti žaliai. Jei blyksi arba stabiliai šviečia geltonos spalvos indikatorius, tai reiškia, kad yra problemų. Prieš tęsdami darbą žr. „Trikčių šalinimas“, 221 psl., kur aprašomi problemų sprendimo būdai, arba kreipkitės į „EnSite™ Velocity™“ elektrinės širdies struktūros kartografijos sistemos techninės pagalbos tarnybą. c) Įjunkite maitinimo šaltinio stabilizatorių. d) Nuspauskite ir atleiskite darbo stoties įjungimo mygtuką (jis yra priekinėje darbo stoties pusėje), kad į darbo stotį būtų tiekama elektros srovė. Kai įjungiama, darbo stotis pradeda savitikros testą. Kai savitikros testas užbaigiamas, monitoriuje atsiranda sistemos prisijungimo langas. 2. Kliento atliekama priežiūra: Kiekvieną mėnesį klientas turi patikrinti sistemos komponentus. ■ Įsitikinti, kad įjungus maitinimą veikia sistemos komponentų ventiliatoriai. Rekomenduojama periodiškai valyti arba pakeisti filtrus. ■ Patikrinti, ar nėra mechaninių komponentų pažeidimų. ■ Apžiūrėti, ar nepažeisti kabeliai ir jungiamieji elementai. a) „EnSite™“ stiprintuvo oro filtro valymas arba keitimas Svarbu: „EnSite™“ stiprintuvo filtrą reikia valyti kas 30 dienų. Naudodami „Phillips“ atsuktuvą nuimkite filtro rankenėlę prilaikantį laikiklį. Rankenėlę ir filtrą išimkite iš „EnSite™“ stiprintuvo	Naudotojo vadovas 87, 235-237psl.

	traukdami. Filtrą nuo rankenėlės atskirkite tik tuo atveju, jei filtras bus keičiamas. Išvalykite arba įdėkite naują filtrą. Jei filtrą valote, pašalinkite susidariusį pūkų sluoksnį ir dulkių siurbliu išsiurbkite likusias dulkes. Jei filtrą keičiate, atlikite šiuos veiksmus: atsukite du tvirtinimo varžtus ir filtrą nuimkite nuo rankenėlės (197 pav. 236 psl.). Filtrą išmeskite. Dviem varžtais prie rankenėlės pritvirtinkite naują filtrą. Sulaikančioji filtro pusė turi būti nukreipta taip, kaip parodyta. Stumkite filtrą į „EnSite™“ stiprintuvo filtro laikiklius tol, kol rankenėlė bus viename lygyje su „EnSite™“ stiprintuvo kraštu. Pritvirtinkite rankenėlę prie „EnSite™“ stiprintuvo „Phillips“ atsuktuvu. b) Saugiklių keitimas Maitinimo tiekimą į „EnSite™“ stiprintuvą kontroliuoja du keičiamieji saugikliai, esantys šalia maitinimo laido jungties. Naudokite tik 5 x 20 mm tipo 5 amperų 250 V kintamosios srovės saugiklius (T5AL250V). Visada keiskite abu saugiklius. Jei reikia išimti saugiklius, atjunkite maitinimo laidą, atkelkite saugiklių dangtelį ir ištraukite raudoną saugiklių laikiklį. Saugikliai yra priešingose saugiklių laikiklio pusėse. Pakeiskite abu saugiklius, įdėkite saugiklių laikiklį į vietą, uždenkite saugiklių dangtelį ir prijunkite maitinimo laidą. c) Ensite Precision™ sistemos vaizdo ir darbo stoties (DWS) valymas Kas 3 mėnesius reikia patikrinti, ar DWS nesusikaupė daug dulkių. Dulkėms pašalinti reikia naudoti sausą suspaustą orą. Tai darykite toliau nuo kitos įrangos. 3. Periodinė techninė priežiūra. „EnSite™“ stiprintuvą reikia tikrinti kartą per metus. Patikroms reikia specialios įrangos ir žinių. Dėl periodinės techninės priežiūros kreipkitės į „EnSite™ Velocity™“ elektrinės širdies struktūros kartografijos sistemos vietos techninės priežiūros tarnybos atstovą. Periodinę metinę techninę patikrą sertifikuotas įrangos inžinierius atliks pagal dokumente „85-07202: EnSite Velocity Installation Manual“ numatytą planą, techninę analizę bei testus: a) vizualųjį testą: patikrins ar nėra aparato sudedamųjų dalių išorinio susidėvėjimo žymių, pažeidimų ar korozijos. b) atliks sistemos testą; c) atliks stiprintuvo funkcinį testą; d) elektros saugos testą pagal IEC 60601-1 “General requirement for basic safety and essential performance” Atsiradus klaidos kodui, ar kitam gedimui, privaloma susisiekti su Abbott Medical Lithuania UAB, Vilniuje tel.: 8(5) 262 0228.	
NAUDOJAMI PRIETAISAI IR MEDŽIAGOS	Nenurodoma	
DOKUMENTACIJA	Ensite Precision Cardiac Mapping system Model EE3000 naudotojo vadovas	

TP reglamentas parengtas pagal Naudotojo vadovo aprašymą.

UAB Abbott Medical Lithuania