

MATAVIMO JUOSTELIŲ KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Matavimo juostelės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti

Reikalavimai matavimo juostelėms kraujo krešėjimo rodiklio – tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) tyrimui atlikti:

- Matavimo juostelės, skirtos kraujo krešėjimo rodiklio - tarptautinio normalizuoto santykio (INR) tyrimui atlikti;
- Mėginio tipas – kapiliarinis kraujo mėginys;
- Tinkamos naudoti su siūlomu kraujo krešumo nustatymo aparatu.

<i>Pavadinimas</i>	<i>Gamintojas</i>	<i>Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt.</i>	<i>Vnt. kaina, Eur, be PVM</i>
Matavimo juostelės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti	Roche Diagnostics GmbH	1050	3.30
Bendra kaina be PVM, Eur			3465.00
PVM suma, Eur			173.25
Bendra kaina su PVM, Eur			3638.25

Reikalavimai nešiojamam tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) matuokliui iš kapiliarinio kraujo:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Reikalaujamas parametras</i>	<i>Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Atitikimas reikalavimams</i>	<i>Konkreiti nuoroda (spalvinis žymėjimas gamintojo aprašymuose, brošiūrose ir kt. dokumentuose). Pateikti dokumentai su Nr. ir psl.</i>
1.	Analizatoriaus paskirtis	Profesionaliam naudojimui, ne pacientų savipatikrai	Profesionaliam naudojimui, ne pacientų savipatikrai	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 13psl)

2.	Tyrimo principas	Kraujo tėkmės ir klampumo pokyčio matavimas	Kraujo tėkmės ir klampumo pokyčio matavimas	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 13psl)
3.	Tyrimo laikas	Iki 1 minutės	Iki 1 minutės	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 14psl)
4.	Naudojimo režimai	Analizatoriaus naudojimo režimai (ne mažiau du): 1) aktyvus paciento piršto pridėjimas prie matuoklio (aktyvūs paciento veiksmi); 2) matuoklio pridėjimas prie kraujo lašo (aktyvūs slaugytojos veiksmi).	Analizatoriaus naudojimo režimai (ne mažiau du): 1) aktyvus paciento piršto pridėjimas prie matuoklio (aktyvūs paciento veiksmi); 2) matuoklio pridėjimas prie kraujo lašo (aktyvūs slaugytojos veiksmi).	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 118psl)
5.	Reagentų sistema ir tyrimo validacija	Individuali reagentų sistema kiekvienam pacientui su kartu integruota kokybės kontrole	Individuali reagentų sistema kiekvienam pacientui su kartu integruota kokybės kontrole	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 31psl)
6.	Mėginio kiekis	Ne daugiau 8µl	Ne daugiau 8µl	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)
7.	Matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 0,8-8	Ne siauresnės kaip 0,8-8	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)
8.	Sistemos patikra	Automatinė savipatikra prietaiso, kasetės ir mėginio kokybės.	Automatinė savipatikra prietaiso, kasetės ir mėginio kokybės.	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 31psl)
9.	ISI (tarptautinis jautrumo indeksas)	1 – 1,1	1 – 1,1	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)
10.	Kalibracija	Neturi būti jokių žingsnių, susijusių su kalibracija-automatinė kalibracija.	Neturi būti jokių žingsnių, susijusių su kalibracija-automatinė kalibracija.	Žr. failę Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)

		Matavimo priemonės sukalibruotos pagal PSO tarptautinę paliudytąją medžiagą rTF/16	Matavimo priemonės sukalibruotos pagal PSO tarptautinę paliudytąją medžiagą rTF/16	
11.	Hematokrito ribos	Ne siauresnės kaip 25-55 %	15 % iki 55 %	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)
12.	Interferencijos	Nėra hemoglobino, bilirubino ir trigliceridų įtakos	Nėra hemoglobino, bilirubino ir trigliceridų įtakos	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/Instrukcija PT)
13.	Atmintis	Privaloma, ne mažiau 100 rezultatų	2000 rezultatų	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 143psl)
14.	Duomenų perdavimas	Duomenų perdavimas: per standartiniuose kompiuteriuose sutinkamą jungtį (USB 2.0 arba per analogišką) arba per kitokią jungtį, kartu pateikiant pajungimo į kompiuterio USB jungtį adapterį ir specializuotą programinę įrangą duomenų perkėlimui	Duomenų perdavimas: per standartiniuose kompiuteriuose sutinkamą jungtį WLAN, LIS.	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 15psl)
15.	Maitinimas	Įkraunamos baterijos arba komplekte su baterijų pakrovėju ir maitinimas iš tinklo	Įkraunamos baterijos	Žr. faile Gamintoju dokumentai/Instrukcijos/CC Pro II naudojimo vadovas LT/ 16psl)

Pastaba: Nurodyti preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.