

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikoms

2022-01-11 Nr. 22-2-7
Į 2022-01-10 Nr. VPT-(1.71) - 232

Viešųjų pirkimų komisijai

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO (PIRKIMO NR. 571593)

Atsakydami į Jūsų prašymą dėl atviro konkurso „Portatyvinė ultragarso sistema“ (pirkimo numeris 571593) pasiūlyme pateikto parametro patikslinimo, teikiame 3.1 punkte reikalaujamos reikšmės patikslinimą:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės Pasiūlymo paaiškinimas
3.	Monitorius	1. > 15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo (arba lygiavertis);	1. 15 colių įstrižainė, LED tipo <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u> PATIKSLINAME Kartu su pasiūlymu pateiktame <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u> Atžyma 3.1 įrodo, kad mūsų siūlomo portatyvaus ultragarso ekranas yra 15 colių, LCD tipo; kaip to reikalauja techninės specifikacijos punktas Nr. 3.1 Kartu su pasiūlymu pateiktoje techninės specifikacijos lentelės punkte 3.1 įsivėlė raštybos klaida.

Kontaktinis asmuo: