

Vilnius,

2022 m.



22-C-1920 2022-05-30

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Graina“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvariškio, laimėjusi 2022 m. vasario 27 d. skelbtą atvirą konkursą „**Mobilūs skaitmeniniai rentgeno aparatai (4842)**“ CVP IS pirkimo Nr. 587964 (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių mobilūs skaitmeniniai rentgeno aparatai (4842) „MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija, 3 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas/ programinis suderinamumas, personalo apmokymas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.4. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekama, pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus.

1.2. Tiekėjas turi nurodyti kokias sutarties dalis ir kokius subtiekejus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiekejai *[įvardyti]* šioms Sutarties objekto dalims *[nurodyti]* *(pildoma, jei subtiekejai pasitelkiami)*.

1.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Tiekėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekejai privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

1.4. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 1.2, 1.3 punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejai, norėdami pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekejai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejų, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

1.5. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdam sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 294.000,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų 00 ct).

PVM suma 61.740,00 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 355.740,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties

kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo dienos, kuris turi būti pateiktas Tiekėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sutarties sudarymo, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti/programiškai suderinti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo/programinio suderinimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data. Personalo mokymai turi būti vykdomi tiesioginiu būdu, apmokant 20 personalo darbuotojų, 4-5 darbuotojų grupėmis. Personalo apmokymo trukmė ne trumpiau kaip 4 darbo dienos (4 val. per dieną).

3.2. Tiekėjui pristčius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą (Sutarties 3 priedas), kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu (el. pašto adresu) apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas

3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas

3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašė ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.8. Esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ne ilgiau nei vieną mėnesį (pavyzdžiui, Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai), Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.9. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

3.10. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Tiekėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Prekių eksploatavimo vadovą (vartotojo instrukcijas) originalo ir lietuvių kalbomis;

3.10.2. Techninę ir/ar serviso dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis;

3.10.3. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitikimą reikiams standartams bei reglamentams. Jei taikoma.

3.11. Tiekėjui pristčius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

3.12. Tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs Prekes, privalo atlikti Prekės kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78) ir gamintojo reikalavimus bei pateikti bandymų protokolus.

3.13. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu ir kurios trunka ir/ar gali trukti ilgiau nei vieną mėnesį (pavyzdžiui, valstybinių institucijų priimti Tiekėjo ar jo pasitelkto gamintojo veiklą ribojantys teisės aktai ar sprendimai, avarijos gamybos vietoje ir pan.), Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikiną nenumatytą ribojimą. Sutarties vykdymas rašytiniu šalių susitarimu gali būti stabdomas iki kol išnyks nenumatytos aplinkybės, bet ne ilgiau nei 6 mėn. Aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas trunkant ilgiau nei 6 mėn., Šalys turi teisę šalių sutarimu arba pranešant ne anksčiau nei prieš 5 darbo dienas nutraukti ją vienašališkai. Išnykus aplinkybėms, trukdančioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. Šalių susitarimai stabdyti ir/ar

atnaujinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- 4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
- 4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina prekės gedimo diagnostiką ne ilgiau, kaip per 24 valandas, o nustatytų gedimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 72 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą per visą garantijos laikotarpį. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.
- 4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Tiekėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 5.1. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras:
 - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
 - ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;Numatoma apmokėjimo terminų pasikeitimo galimybė, nustatant ne ilgesnius apmokėjimo terminus nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.
- 5.2. Tiekėjui pageidaujant yra galimas išankstinis mokėjimas (avansas). Tiekėjas gali prašyti avanso, kurio dydis ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų nuo Sutarties vertės. Tiekėjas, norėdamas gauti išankstinį apmokėjimą (avansą) pagal sudarytą Sutartį, turi pateikti išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos, kuriame naudos gavėju nurodytas Pirkėjas. Išankstinis mokėjimas (avansas) sumokamas Tiekėjui per 20 darbo dienų nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumento datos. Likusi suma išmokama 5.1 p. nustatytomis sąlygomis.
- 5.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procentų delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 procento bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.
- 6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 procentą bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:
 - 6.3.1. reikalauti Tiekėjo sumokėti 10 procentų baudą nuo nepristatytų prekių vertės;
 - 6.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;
 - 6.3.3. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 10 procentų Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

- 7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 12 (dvylika) mėnesių, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.
- 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per 1 mėnesį;
- 8.2.2. Tiekėjas nurodytu terminu, įskaitant pratėsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.3.p. nurodyto delpinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.
- 8.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 8.3.2. Pirkėjas nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Tiekėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 9.4. Tiekėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.
2. Techninė specifikacija.
3. Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „Graina“
Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas 147736647
PVM mokėtojo kodas LT477366410
A.s. LT587181500044467652,
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815
Tel.: (8 5) 2338258, Faks.: (8 5) 2135558

Direktorius

Arūnas Padvariškis



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT937300010154395804
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





22-C-1920 2022-05-30

1 Sutarties priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, konkreti modifikacija, gamintojas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM	
			Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur
1	Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 1 „MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija	1	98.000,00	118.580,00	21	20.580,00
2	Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 2 „MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija	1	98.000,00	118.580,00	21	20.580,00
3	Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 3 „MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija	1	98.000,00	118.580,00	21	20.580,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur			294.000,00	355.740,00	x	61.740,00

Tiekėjas

UAB „Graina“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 147736647

PVM mokėtojo kodas LT477366410

A.s. LT587181500044467652,

AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815

Tel.: (8 5) 2338258, Faks.: (8 5) 2135558

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT937300010154395804

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius

Arūnas Padvariškis

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 1

„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Portatyvus rentgeno aparatas	<i>Nurodyti pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį</i>	„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija
1.1	Aukštis transportavimo metu	≤ 1400 mm	1270 mm
1.2	Plotis transportavimo metu	≤ 580 mm	560 mm
1.3	Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas	Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h	Taip, rentgeno aparato motorizuotas judėjimas, maksimalus judėjimo greitis 5 km/h
1.4	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų	Būtina	Taip, maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų
1.5	Svoris	≤ 450 kg	440 kg
1.6	Kliūčių daviklis	Būtina	Taip, kliūčių daviklis
1.7	Rentgeno spindulių generatorius		
1.7.1	Įtampos diapazonas	$\geq (40-130)$ kV	(40-133) kV
1.7.2	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,5-320)$ mAs	(0,32-320) mAs
1.7.3	Maksimali srovė	≥ 400 mA	400 mA
1.7.4	Maksimali galia	≥ 30 kW	32 kW
1.7.5	Anatominės programos	Būtina	Taip, anatominės programos
1.8	Rentgeno vamzdis		
1.8.1	Židinio dėmių kiekis	≥ 2	2
1.8.2	Besisukantis anodas	Būtina	Taip, besisukantis anodas
1.8.3	Vamzdžio šiluminė talpa	≥ 1000 kHU	1060 kHU
1.9	Rentgeno spindulių kolimatorius		
1.9.1	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 90^\circ$
1.9.2	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas	Būtina	Taip, indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas
1.10	Rentgeno technologo darbo vieta		
1.10.1	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
1.10.2	Ekspozicijos parametų valdymas	Būtina	Taip, ekspozicijos parametų valdymas
1.10.3	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra
1.10.4	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)
1.10.5	Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)	Būtina	Taip, vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)
1.10.6	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	Būtina	Taip, vaizdų spausdinimas (DICOM Print)

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
1.10.7	Monitorius	Jautrus lietimui, įstrižainė $\geq 19''$	Jautrus lietimui, įstrižainė $19''$
1.11	Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde (DICOM RDSR funkcija)
1.12	Rentgeno vamzdžio laikiklis		
1.12.1	Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona	Būtina	Taip, rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona
1.12.2	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≥ 1100 mm	1203 mm
1.12.3	Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≤ 715 mm	638 mm
1.12.4	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≥ 2000 mm	2025 mm
1.12.5	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≤ 680 mm	680 mm
1.12.6	Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį	$\geq \pm 270^\circ$	$\pm 270^\circ$
1.12.7	Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu	$\geq 120^\circ$	$120^\circ (+90^\circ - 30^\circ)$
2.	Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt.
2.1	Ryšys su technologo darbo vieta	Belaidis	Belaidis
2.2	Galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena arba lygiavertis technologinis sprendimas)	Būtina	Taip, galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena)
2.3	Gauto vaizdo peržiūros laikas	≤ 3 sek.	2 sek.
2.4	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (340 \times 420)$ mm	(350×426) mm
2.5	Pikselio dydis	≤ 140 μ m	125 μ m
2.6	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)	≥ 65 %	65 %
2.7	Apsaugos nuo drėgmės klasė	$\geq$ IPX4	IP57
2.8	Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote	≥ 300 kg	310 kg
2.9	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	Būtina	Taip, komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
2.10	Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle	Būtina	Taip, baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle
2.11	Detektoriaus svoris	≤ 3,3 kg	2,3 kg
3.	Kiti reikalavimai		
3.1	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.
3.2	Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)	Būtina	Taip, įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)
3.3	Personalo apsaugos priemonės	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliaukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliaukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb
3.4	Pacientų apsaugos priemonės	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, Matmenys: 37x45 cm ± 5cm.	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu Velcro užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, Matmenys: 37x40 cm

TECHNINIAI PRANAŠUMAI

Eil. Nr.	Parametras
T1	Portatyvus rentgeno aparato aukštis transportavimo metu 1270 mm
T2	Portatyvus rentgeno aparato plotis transportavimo metu 560 mm
T3	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto 1203 mm
T4	Rentgeno spindulių generatoriaus maksimali srovė 400 mA
T5	Tikslus pozicionavimas (pirmyn ir atgal) (angl. Inch mover) Yra

2 pirkimo dalis. Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 2

„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Portatyvus rentgeno aparatas	<i>Nurodyti pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį</i>	„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija
1.1	Aukštis transportavimo metu	≤ 1400 mm	1270 mm
1.2	Plotis transportavimo metu	≤ 580 mm	560 mm
1.3	Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas	Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h	Taip, rentgeno aparato motorizuotas judėjimas, maksimalus judėjimo greitis 5 km/h
1.4	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų	Būtina	Taip, maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų
1.5	Svoris	≤ 450 kg	440 kg
1.6	Kliūčių daviklis	Būtina	Taip, kliūčių daviklis
1.7	Rentgeno spindulių generatorius		
1.7.1	Įtampos diapazonas	$\geq (40-130)$ kV	(40-133) kV
1.7.2	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,5-320)$ mAs	(0,32-320) mAs
1.7.3	Maksimali srovė	≥ 400 mA	400 mA
1.7.4	Maksimali galia	≥ 30 kW	32 kW
1.7.5	Anatominės programos	Būtina	Taip, anatominės programos
1.8	Rentgeno vamzdis		
1.8.1	Židinio dėmių kiekis	≥ 2	2
1.8.2	Besisukantis anodas	Būtina	Taip, besisukantis anodas
1.8.3	Vamzdžio šiluminė talpa	≥ 1000 kHU	1060 kHU
1.9	Rentgeno spindulių kolimatorius		
1.9.1	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 90^\circ$
1.9.2	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas	Būtina	Taip, indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas
1.10	Rentgeno technologo darbo vieta		
1.10.1	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
1.10.2	Ekspozicijos parametų valdymas	Būtina	Taip, ekspozicijos parametų valdymas
1.10.3	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra
1.10.4	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)
1.10.5	Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)	Būtina	Taip, vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)
1.10.6	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	Būtina	Taip, vaizdų spausdinimas (DICOM Print)
1.10.7	Monitorius	Jautrus lietimui, įstrižainė $\geq 19"$	Jautrus lietimui, įstrižainė 19"
1.11	Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
	spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde		spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde (DICOM RDSR funkcija)
1.12	Rentgeno vamzdžio laikiklis		
1.12.1	Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona	Būtina	Taip, rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona
1.12.2	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≥ 1100 mm	1203 mm
1.12.3	Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≤ 715 mm	638 mm
1.12.4	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≥ 2000 mm	2025 mm
1.12.5	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≤ 680 mm	680 mm
1.12.6	Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį	$\geq \pm 270^\circ$	$\pm 270^\circ$
1.12.7	Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu	$\geq 120^\circ$	$120^\circ (+90^\circ - 30^\circ)$
2.	Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt.
2.1	Ryšys su technologo darbo vieta	Belaidis	Belaidis
2.2	Galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena arba lygiavertis technologinis sprendimas)	Būtina	Taip, galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena)
2.3	Gauto vaizdo peržiūros laikas	≤ 3 sek.	2 sek.
2.4	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (340 \times 420)$ mm	(350×426) mm
2.5	Pikselio dydis	≤ 140 μ m	125 μ m
2.6	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)	≥ 65 %	65 %
2.7	Apsaugos nuo drėgmės klasė	$\geq$ IPX4	IP57
2.8	Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote	≥ 300 kg	310 kg
2.9	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	Būtina	Taip, komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui
2.10	Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle	Būtina	Taip, baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle
2.11	Detektoriaus svoris	$\leq 3,3$ kg	2,3 kg
3.	Kiti reikalavimai		
3.1	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
3.2	Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)	Būtina	Taip, įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)
3.3	Personalo apsaugos priemonės	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb
3.4	Pacientų apsaugos priemonės	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, Matmenys: 37x45 cm ± 5cm.	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu Velcro užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, Matmenys: 37x40 cm

TECHNINIAI PRANAŠUMAI

Eil. Nr.	Parametras
T1	Portatyvus rentgeno aparato aukštis transportavimo metu 1270 mm
T2	Portatyvus rentgeno aparato plotis transportavimo metu 560 mm
T3	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto 1203 mm
T4	Rentgeno spindulių generatoriaus maksimali srovė 400 mA
T5	Tikslus pozicionavimas (pirmyn ir atgal) (angl. Inch mover) Yra

3 pirkimo dalis. Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas Nr. 3

„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija – 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Portatyvus rentgeno aparatas	<i>Nurodyti pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį</i>	„MobileDart Evolution MX8c“ Gamintojas: Shimadzu Corporation, Japonija
1.1	Aukštis transportavimo metu	≤ 1400 mm	1270 mm
1.2	Plotis transportavimo metu	≤ 580 mm	560 mm
1.3	Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas	Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h	Taip, rentgeno aparato motorizuotas judėjimas, maksimalus judėjimo greitis 5 km/h
1.4	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų	Būtina	Taip, maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų
1.5	Svoris	≤ 450 kg	440 kg
1.6	Kliūčių daviklis	Būtina	Taip, kliūčių daviklis
1.7	Rentgeno spindulių generatorius		
1.7.1	Įtampos diapazonas	$\geq (40-130)$ kV	(40-133) kV
1.7.2	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,5-320)$ mAs	(0,32-320) mAs
1.7.3	Maksimali srovė	≥ 400 mA	400 mA
1.7.4	Maksimali galia	≥ 30 kW	32 kW
1.7.5	Anatominės programos	Būtina	Taip, anatominės programos
1.8	Rentgeno vamzdis		
1.8.1	Židinio dėmių kiekis	≥ 2	2
1.8.2	Besisukantis anodas	Būtina	Taip, besisukantis anodas
1.8.3	Vamzdžio šiluminė talpa	≥ 1000 kHU	1060 kHU
1.9	Rentgeno spindulių kolimatorius		
1.9.1	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 90^\circ$
1.9.2	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas	Būtina	Taip, indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas
1.10	Rentgeno technologo darbo vieta		
1.10.1	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
1.10.2	Ekspozicijos parametų valdymas	Būtina	Taip, ekspozicijos parametų valdymas
1.10.3	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra
1.10.4	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)
1.10.5	Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)	Būtina	Taip, vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage)
1.10.6	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	Būtina	Taip, vaizdų spausdinimas (DICOM Print)
1.10.7	Monitorius	Jautrus lietimui, įstrižainė $\geq 19"$	Jautrus lietimui, įstrižainė 19"
1.11	Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
	spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde		spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde (DICOM RDSR funkcija)
1.12	Rentgeno vamzdžio laikiklis		
1.12.1	Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona	Būtina	Taip, rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas – kolona
1.12.2	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≥ 1100 mm	1203 mm
1.12.3	Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto	≤ 715 mm	638 mm
1.12.4	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≥ 2000 mm	2025 mm
1.12.5	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≤ 680 mm	680 mm
1.12.6	Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį	$\geq \pm 270^\circ$	$\pm 270^\circ$
1.12.7	Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu	$\geq 120^\circ$	$120^\circ (+90^\circ - 30^\circ)$
2.	Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt.
2.1	Ryšys su technologo darbo vieta	Belaidis	Belaidis
2.2	Galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena arba lygiavertis technologinis sprendimas)	Būtina	Taip, galimybė detektorių saugiai nešioti (integruota rankena)
2.3	Gauto vaizdo peržiūros laikas	≤ 3 sek.	2 sek.
2.4	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (340 \times 420)$ mm	(350×426) mm
2.5	Pikselio dydis	≤ 140 μ m	125 μ m
2.6	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)	≥ 65 %	65 %
2.7	Apsaugos nuo drėgmės klasė	$\geq$ IPX4	IP57
2.8	Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote	≥ 300 kg	310 kg
2.9	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	Būtina	Taip, komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui
2.10	Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle	Būtina	Taip, baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle
2.11	Detektoriaus svoris	$\leq 3,3$ kg	2,3 kg
3.	Kiti reikalavimai		
3.1	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametų reikšmės
3.2	Įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)	Būtina	Taip, įrangos gamintojo numatyti priėmimo bandymai ir bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78)
3.3	Personalo apsaugos priemonės	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliaukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb	Vienpusė prijuostė – 1 vnt. Skydliaukės apsauga - 1 vnt. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb
3.4	Pacientų apsaugos priemonės	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, Matmenys: 37x45 cm ± 5cm.	Apsauginis vienpusis sijonas / pussijonis su reguliuojamu Velcro užsegimu – 1 vnt., Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, Matmenys: 37x40 cm

TECHNINIAI PRANAŠUMAI

Eil. Nr.	Parametras
T1	Portatyvus rentgeno aparato aukštis transportavimo metu 1270 mm
T2	Portatyvus rentgeno aparato plotis transportavimo metu 560 mm
T3	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto 1203 mm
T4	Rentgeno spindulių generatoriaus maksimali srovė 400 mA
T5	Tikslus pozicionavimas (pirmyn ir atgal) (angl. Inch mover) Yra

Tiekėjas

UAB „Graina“
Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas 147736647
PVM mokėtojo kodas LT477366410
A.s. LT587181500044467652,
AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, b.k. 71815
Tel.: (8 5) 2338258, Faks.: (8 5) 2135558

Direktorius

Arūnas Padvariškis



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT937300010154395804
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius

likas Jankevičius



**Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo
AKTAS Nr.
Data**



22-C-1920 2022-05-30

1. Sutartis: [Nr..., data]
2. Pirkėjas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (j.m.k. 124364561)
3. Tiekėjas: UAB „Graina“ (j.m. k. 147736647)

Tiekėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintą Prekę/-es pagal pirkimo pardavimo Sutartį.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM dydis, %	PVM suma, Eur	Viso kaina be PVM, Eur
1.	<i>[Tikslus Prekės pavadinimas iš sutarties]</i>					
<i>[Viso kaina su PVM skaičiais ir žodžiais]</i>						

Patvirtiname, kad:

- ☐ Sutarties Prekių sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyta/os Prekė/ės pristatyta/os, sumontuota/os ir veikia be priekaištų;
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (originalo kalba);
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (lietuvių kalba);
- ☐ CE sertifikatas/ipateikta/i.
- ☐ Vartotojo apmokymas atliktas.

Naudotojas yra pilnai atsakingas už jam perduodamą Prekę ir naudodamas ją privalo laikytis firmos gamintojos nustatytų eksploatavimo taisyklių.

Šis Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Tiekėjui.

Tiekėjas

Pirkėjas

.....
(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)

.....
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

.....
(vardas, pavardė)

A.V.

A.V.