

MUNDIA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MUNDIA"

K. Petrausko g. 26-219, LT-44156 Kaunas. Tel./faks. (8~37) 332460.
A.s. LT577044060005267724, AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440. Įmonės kodas 300503702

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

PASIŪLYMAS

DĖL AKIŲ KABINETO ĮRANGOS, CISTOSKOPO IR KLAUSOS KAULIUKŲ IMPLANTŲ

2015-11.09__ Nr. 1____
(Data)
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Mundia
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	K.petrausko 26-112 Kaunas LT-44156
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Marius Mikalauskas direktorius
Telefono numeris	8-685-32123
Fakso numeris	8-37-332 460
El. pašto adresas	info@mundia.lt
Įmonės kodas	300503702

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

Mes siūlome šias prekes (kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai pildoma atskira lentelė):

5. Pirkimo objekto dalis:

Klausos kauliukų implantai					
Pirkimo objekto dalis	Aprašymas	Mato vnt.	Poreikis	Vnt. kaina EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
5.1.	TORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 3.20 mm; Ilgis nuo 3-9 mm.Sterilus.Pagamintas iš teflono	vnt.	15	144.50	2167.50
5.2.	PORP tipo protezas. Galvutė apvali, galvutės skersmuo 4.20 mm; ilgis nuo 2 iki 8 mm. Sterilus .Pagamintas iš teflono.	vnt.	15	143.20	2148.00
5.3.	"Piston" tipo protezas, funkcinis ilgis nuo 3.5mm iki 8.00mm, kilputės diametras 0.60mm, Pagamintas iš teflono	vnt.	15	112.00	1680.00
5.4.	Ventiliacinis vamzdelis Shah tipo, Vidinės angos diametras ne mažiau 1,14 mm; išorinis diametras nemažiau 2.30 mm. Ilgis nemažiau 2.60 mm	vnt.	15	20.50	307.50

PVM dydis	5	%	Suma be PVM:	6303.00
5 pirkimo objekto dalies kaina EUR				6618.15

Bendra pasiūlymo kaina su PVM šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniolika eurų 15ct, kur PVM sudaro ..trys šimtai penkiolika eurų 15ct..

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo pavadinimas, puslapis jame; puslapyje pažymėti kiekvieno reikalaujamo parametro reikšmės atitikimą pagal pozicijos numerį
5.1.	Klausos kauliukų protezas	TORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 3.20 mm; Ilgis nuo 3-9 mm. Sterilus. Pagamintas iš teflono	TORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 3.20 mm; Ilgis nuo 3-9 mm. Sterilus. Pagamintas iš teflono. Katalogo pavadinimas: k1, puslp. Nr. 3. Prekės kodas: E2134
5.2.	Klausos kauliukų protezas	PORP tipo protezas. Galvutė apvali, galvutės skersmuo 4.20 mm; ilgis nuo 2 iki 8 mm. Sterilus .Pagamintas iš teflono.	PORP tipo protezas. Galvutė apvali, galvutės skersmuo 4.20 mm; ilgis nuo 2 iki 8 mm. Sterilus .Pagamintas iš teflono. Katalogo pavadinimas: k1, puslp. Nr. 2. Prekės kodas: E2133
5.3.	Ausies kilputės protezas	"Piston" tipo protezas, funkcinis ilgis nuo 3.5mm iki 8.00mm, kilputės diametras 0.60mm, Pagamintas iš teflono	"Piston" tipo protezas, funkcinis ilgis nuo 3.5mm iki 8.00mm, kilputės diametras 0.60mm, Pagamintas iš teflono Katalogo pavadinimas: k1, puslp. Nr. 4. Prekės kodas: E2129
5.4.	Ventiliacinis vamzdelis	Ventiliacinis vamzdelis Shah tipo, Vidinės angos diametras ne mažiau 1,14 mm; išorinis diametras nemažiau 2.30 mm. Ilgis nemažiau 2.60 mm	Ventiliacinis vamzdelis Shah tipo, Vidinės angos diametras ne mažiau 1,14 mm; išorinis diametras nemažiau 2.30 mm. Ilgis nemažiau 2.60 mm. Katalogo pavadinimas: k1, puslp. Nr. 5. Prekės kodas: E2112

Pastaba: pateikus nepilną informaciją ar nepridėjus dokumentų, kaip numatyta šio Konkurso 5.14 p. reikalavimuose, Pasiūlymas gali būti atmestas pagal šio Konkurso 9.8.2. p. nuostatą - VPĮ 39 str. 1 d. reikalavimas nenumato galimybės tikslinti Pasiūlymo esmės.

4) Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

5) Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

(dokumentai su konfidencialia informacija įsegami atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje:

--	--	--

Pastaba 1: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba 2: vadovaujantis VPĮ 18 str. 11 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti pavičšintas.

6) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1.	Informatikos dep. pažyma	1
2	Registrų centro pažyma	4
3	Gamintojo įgaliojimas	2
4	CE sertifikatas	2
5	katalogas	6
.....		

Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Marius Mikalauskas

(Vardas ir pavardė)