



PRINCIPALMED

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel
+37037795542, Faks. +37037794625

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ONKOLOGIJOS IR HEMATOLOGIJOS KLINIKOS MEDICININĖS
ĮRANGOS PIRKIMO**

2014.07.23 Nr.140723-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Stasiūnaitis
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Stasiūnaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Stasiūnaitis
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com gh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA

II. PIRKIMO DALIS. KARDIOMONITORIUS Nr.2

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, vnt. (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt (be PVM)	Vieneto kaina, Lt (su PVM)	Viso kaina, Lt (su PVM)
1.	Kardiomonitorius Nr. 2	mTouch 8, SinoHero Bio-Medical Electronics	2	Vnt.	4895,00	5615,61	11845,90
	Bendra preliminarinė kaina Lt. su PVM:						11845,90

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 9790,00 Lt (Devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt Lt 00 ct).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 11845,90 Lt (Vieniolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki Lt 90 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **2055,90 Lt** (Du tūkstančiai penkiasdešimt penki Lt 90 ct).

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Paskirtis	Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimas (pritaikyta įvairioms amžiaus grupėms)	Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimas (pritaikyta įvairioms amžiaus grupėms) <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 4, 10</i>
2.	Visi monitoruojamų parametrų matavimo blokai integruoti į monitorių	Būtina	Visi monitoruojamų parametrų matavimo blokai integruoti į monitorių <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 1, 8</i>
3.	Bendri reikalavimai monitoriui:		
3.1.	Elektros maitinimo šaltiniai:	1. 220V±10%, 50 Hz elektros tinkles 2. Vidiniai akumuliatoriai (ne mažiau 4 val. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos tiekimui iš tinklo arba transportuojant ligonį)	1. 220V, 50 Hz elektros tinklas 2. Vidiniai akumuliatoriai 260 min. nepertraukiamo darbo <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 2,9</i>
3.2.	Matuojami parametrai	1. EKG multi-derivacinis kanalas, 2. EKG/Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis	1. EKG multi-derivacinis kanalas, 2. EKG/Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis

		(ŠSD) 4. SpO2 – 1 kanalas, 5. Temperatūra – 2 kanalai 6. Neinvazinis kraujospūdis – 1 kanalas	(ŠSD) 4. SpO2 – 1 kanalas, 5. Temperatūra – 2 kanalai 6. Neinvazinis kraujospūdis – 1 kanalas <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 3,4,7,9,10,11</i>
3.3.	Reikalavimai monitoriaus displejui: 1. Displejaus ekrano įstrižainė 2. Kreivių skaičius ekrane 3. Kreivių slinkimo greitis	≥ (800 x 600) taškų skiriamosios gebos, spalvotas, TFT tipo, plokščias ne mažiau 25 cm ne mažiau 6 12,5; 25; 50 mm/s realiame laike	(800 x 600) taškų skiriamosios gebos, spalvotas, TFT tipo, plokščias, lietimui jautrus. 1. 30 cm 2. 7 ir daugiau 3. 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s realiame laike <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 2,3,8,9</i>
3.4.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: 1. Duomenų atvaizdavimas iš atminties 2. Atminties trukmė	Grafinis ir skaitmeninis Ne mažiau 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos	1. Grafinis ir skaitmeninis 2. 120 val. <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 2,3,9</i>
3.5.	Monitoriaus ir jo komponentų apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos bei UAD aukštos įtampos signalų	Būtina	Monitoriaus ir jo komponentų apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos bei UAD aukštos įtampos signalų <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 3, 9</i>
3.6.	Užduotų parametrų ribų peržengimo vizualinis ir garsinis aliarmas	Būtina	Užduotų parametrų ribų peržengimo vizualinis ir garsinis aliarmas <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 2,9</i>
3.7.	Reikalavimai aliarmo signalams: 1. Kontroluojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė 2. Galimybė monitoriaus ekrane stebėti aliarminių pranešimų tekstą 3. Ne mažiau 4-ių lygių aliarmo signalai 4. Šviesinis ir garsinis signalai	Būtina Būtina Būtina Būtina	1. Kontroluojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė 2. Galimybė monitoriaus ekrane stebėti aliarminių pranešimų tekstą 3. 4-ių lygių aliarmo signalai 4. Šviesinis ir garsinis signalai <i>Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 2,9</i>
3.8	Reikalavimai EKG/Kvėpavimo registravimo kanalui: 1. EKG derivacijos: 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos (ne	I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6 30-300 susitrauk./min Būtina	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6 2. 0-350 k/min. 3. Aritmių analizė 4. ST segmento analizė

	siauresnės už nurodytas) 3. Gyvybei pavojingų aritmijų analizė 4. ST segmento analizė 5. Kvėpavimo monitoringas ir Apnoe atpažinimas 6. Kvėpavimo dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Būtina Būtina 5-120 k/min.	5. Kvėpavimo monitoringas ir Apnoe atpažinimas 6. 0 -200 Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 3, 9,10
3.9	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 2. Matavimo paklaida 3. Temperatūros matavimo rezultatų indikacija	20 - 45°C ne daugiau $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ Skaitmeninė	1. 0 – 50 °C 2. $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ 3. Skaitmeninė Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 5,10
3.10	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnės už nurodytą) 2. Kraujospūdžio matavimo metodika 3. Kraujospūdžio matavimo darbo režimai 4. Automatinė režime matavimai atliekami intervalais, ne blogiau kaip 5. Kraujospūdžio matavimo rezultatų indikacija 6. Kraujo spaudimo matavimo duomenys skaitmenine forma pateikiami atskirai	20 – 270 mmHg Oscilometrinė Automatinis, rankinis ir besitęsiantis Nuo 1 min iki 2 val. Skaitmeninė Sistolinis, diasistolinis ir vidurinis kraujospūdis.	1. 10 -270 mmHg 2. Oscilometrinė 3. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis 4. Nuo 1 min iki 8 val. 5. Skaitmeninė 6. Sistolinis, diasistolinis ir vidurinis kraujospūdis. Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 4,10
3.11	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: 1. Integruotas skaitmeninis signalo apdorojimas su sistema artefaktų	Būtina Ne daugiau $\pm 2,0\%$ diapazone 70 -	1. Integruotas skaitmeninis signalo apdorojimas su sistema artefaktų slopinimui 2. $\pm 2,0\%$ diapazone 70 -100% 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir

	slopinimui 2. Matavimo paklaida 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška	100% Būtina	skaitmenine išraiška Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 4,5,10,12,
4.	Priedai paciento monitoravimui (skirti daugkartiniam naudojimui): 1. EKG paciento kabelis, 5 laidų 2. Kabelis – prailgintojas SpO2 davikliui 3. SpO2 matavimo daviklis 4. Manžetės su žarnelėmis neinvazinio kraujospūdžio matavimui	1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. (pirštinis, suaugusiems) 2 vnt. (suaugusiems, dviejų skirtingų dydžių po 1 vnt.)	1. EKG paciento kabelis, 10 laidų 2. Kabelis – prailgintojas SpO2 davikliui 3. SpO2 matavimo daviklis 4. Manžetės su žarnelėmis neinvazinio kraujospūdžio matavimui Žr. „SinoHero brošiūros.pdf“ 13,14
5.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinasi (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją)	CE sertifikatas Žr. „CE sertifikatas.pdf“
6.	Kartu su monitoriumi pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, pagal I priede pateiktus reikalavimus	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, pagal I priede pateiktus reikalavimus
7.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūloma parametro reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikaciniai dokumentai: Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį); Įmonės registravimo pažymėjimo kopija; Paskutinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos kopija; Gamintojo įgaliojimas	6
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	14
4.	Siūlomos servisinė techninė informacija	2
5.	Gamintojo siūlomų prekių CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas	4
6.	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Arvydas Stasiūnaitis
(Vardas ir pavardė)