

Viešajai įstaigai Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Atsakymas į CVP IS pranešimą Nr. 10571269

2022 m. gegužės 24 d.

Vadovaudamiesi CVP IS priemonėmis 2022 05 20 gautu pranešimu Nr.103571269 patiksliname pasiūlymą, nekeisdami jo esmės (ši informacija jau buvo nurodyta pateikiant pasiūlymą gamintojo dokumentuose) ir 2 pirkimo dalyje lentelėje „Pasiūlymo kaina“ nurodome siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, šalį, siūlomos prekės kodą/ modelį ne tik lovai bet ir čiužiniui „Proma Medical Ltd. STI, Turkija, CURA SCH 4050 lova; Proma Medical Ltd. STI, Turkija MT 01 čiužinys”.

Taip pat nurodome „siūlomos prekės gamintojo pavadinimą ir gamintojo suteiktą prekės kodą, jei taikoma“ techninės specifikacijos lentelės paskutiniame stulpelyje ir lovai „Cura SCH 4050, gamintojas- Proma MEDICAL LTD. STI.” Ir čiužiniui „MT 01, gamintojas- Proma MEDICAL LTD. STI.”:

2 PIRKIMO DALIES „LIGONINĖS LOVOS“ PASIŪLYMO KAINA:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	PVM tarifas, proc.	Bendra kaina EUR be PVM
2.	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu	Proma Medical Ltd. STI, Turkija, CURA SCH 4050 lova; Proma Medical Ltd. STI, Turkija MT 01 čiužinys	12 vnt.	1540.00	21	18480.00
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						18480.00
PVM suma, EUR:						3880.80
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						22360.80

2 PIRKIMO DALIS „LIGONINĖS LOVOS“

Pozicijos pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.
	Parametras	Reikalaujama 11element111 reikšmė		
2.1 Elektrinė funkcinė lova	1. Lovos tipas	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova:	Cura SCH 4050, gamintojas- Proma MEDICAL LTD. STI.

UAB „ALFAMEDA“
R. Kalantos g. 34,
LT-52494,
Kaunas

Tel.: 8 37 427 500
Faks: 8 37 427 500
Mob. 8 611 17091
E-mail: info@alfameda.lt

A/s LT684010042502916057
Banko kodas 40100
Įmonės kodas: 235224120
PVM mok. kodas: LT352241219

			<u>Cura SCH 4050,</u> <u>gamintojas- Proma</u> <u>MEDICAL LTD. STI.</u>	<u>Žr.: Data Sheet</u> <u>Cura SCH 4050</u> <u>ICU & CCU.pdf- 1</u> <u>psl.</u>
2.2. Čiužinys funkcinei lovai	1. Reikalavimai čiužiniui	1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.	1. Poroloninis, 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 14 cm; 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.	<u>MT 01, gamintojas-</u> <u>Proma MEDICAL</u> <u>LTD. STI.</u> 1. Žr.: Data Sheet Cura SCH 4050 ICU & CCU.pdf- 3 psl. 2. Žr.: Data Sheet Cura SCH 4050 ICU & CCU.pdf- 3 psl. 3. Žr.: Data Sheet Cura SCH 4050 ICU & CCU.pdf- 3 psl. 4. Žr.: Data Sheet Cura SCH 4050 ICU & CCU.pdf- 3 psl.

Atsiprašome už spaudos klaidas.

Direktorius

