

Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama įgalioto atstovo Andriaus Simonaičio, veikiančio pagal 2022 m. birželio 1 d. įgaliojimą, laimėjusi 2022 m. kovo 20. d. skelbtą atvirą konkursą „Įvairūs medicinos prietaisai VšĮ VUL Santaros klinikų centrams (II) (4690)“ (CVP IS Nr. 591795) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui įvairius medicinos prietaisus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ją ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta **fiksuoti prekių įkainiai, kaina ir perkamų prekių kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 158.828,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct).

PVM suma 33.353,88 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 88 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 192.181,88 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 88 ct).

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į pradinę sutarties vertę įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos, kainos, įkainiai ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę savo transportu ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.2. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius.

4.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, jas sumontuoti/ instaliuoti/ įdiegti bei apmokyti personalą dirbti su prekėmis.

4.4. Pirkėjo atstovas. atsakingas už sutarties vykdymą:

4.5. Pirkėjo atstovas, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

4.6. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo -

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Prekės atitinka Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

5.3. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekęs CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, vartotojo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, technine ir/ar serviso dokumentacija.

5.4. Prekių garantinis aptarnavimo terminas 4 pirkimo daliai - ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, kitoms pirkimo dalims - ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių pristatymo, jei gamintojas nurodo ilgesnį garantinį terminą, galioja gamintojo nurodytas garantinis terminas.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķėju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtieķėjui.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Vykdam sutartį subtiekejai nebus pasitelkiami.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekėjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

10.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.

10.5. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Specifikacija, kiekis, kaina, 6 lapai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g.3, Vilnius LT-06332
Mokesčių mokėtojo
kodas:9000273809
PVM kodas: LT100009813015
Tel. (8 5) 2330021,
faks. (8 5) 2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Įgaliotas atstovas
Andrius Simonai

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM kodas LT243645610
a. s. LT 77300010002492260
AB Swedbank b. k. 73000



Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



22-C-2251 2022-06-17

Priedas Nr. 1
prie Sutarties Nr.

SPECIFIKACIJA

PD Nr.	Prekių pavadinimas, kodas, gamintojas, specifikacija.	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM tarifas %	Vnt. kaina su PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur
4	Ultragarsiniai endobronchiniai kateteriai (mini zondai) endobronchinei ultragarsinei sistemai R -EBUS UM-S20-17S, Olympus.	vnt.	3	4339,00	21	5250,19	13017,00
Pradinė (maksimali) 4 pirkimo dalies vertė, Eur be PVM:							13017,00
21 % PVM suma:							2733,57
Pradinė (maksimali) 4 pirkimo dalies vertė, Eur su PVM:							15750,57
5	Vaizdo gastrokopas GIF-H190, Olympus.	vnt.	2	26440,00	21	31992,40	52880,00
Pradinė (maksimali) 5 pirkimo dalies vertė, Eur be PVM:							52880,00
21 % PVM suma:							11104,80
Pradinė (maksimali) 5 pirkimo dalies vertė, Eur su PVM:							63984,80
6	Lanksčių endoskopų džiovinimo ir laikymo spinta EDC Plus type B, Van Vliet Medical Supply B.V.	vnt.	1	22314,00	21	26999,94	22314,00
Pradinė (maksimali) 6 pirkimo dalies vertė, Eur be PVM:							22314,00
21 % PVM suma:							4685,94
Pradinė (maksimali) 6 pirkimo dalies vertė, Eur su PVM:							26999,94
7	Kolonoskopas CF-HQ1100DL, Olympus.	vnt.	1	29380,00	21	35549,80	29380,00
Pradinė (maksimali) 7 pirkimo dalies vertė, Eur be PVM:							29380,00
21 % PVM suma:							6169,80
Pradinė (maksimali) 7 pirkimo dalies vertė, Eur su PVM:							35549,80
8	Endoskopinė videosistema EVIS EXERA III, Olympus.	vnt.	1	41237,00	21	49896,77	41237,00
Pradinė (maksimali) 8 pirkimo dalies vertė, Eur be PVM:							41237,00
21 % PVM suma:							8659,77
Pradinė (maksimali) 8 pirkimo dalies vertė, Eur su PVM:							49896,77
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM							158.828,00
21% PVM suma Eur							33.353,88
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM							192.181,88

4 pirkimo dalis. Ultragarsiniai endobronchiniai kateteriai (mini zondai) endobronchinei ultragarsinei sistemai R -EBUS, 3 vnt. UM-S20-17S, Olympus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametų reikšmės	Siūlomoms charakteristikoms
1	Suderinamumas	Suderinamas su ultragarsine „Olympus“ sistema be papildomų adapterių.	Suderinamas be papildomų adapterių su ultragarsine „Olympus“ sistema, Psl.7
2	Skenavimo parametrai	1. Skenavimo režimas – B 2. Skenavimo tipas – radialinis 3. Skenavimo dažnis – 20 MHz	1. Skenavimo režimas – B 2. Skenavimo tipas – radialinis 3. Skenavimo dažnis – 20 MHz
3	Matmenys	1. Darbinis ilgis 2000 ± 150 mm 2. Darbinės dalies diametras 1,7 ± 1 mm;	1. Darbinis ilgis 2150 mm 2. Darbinės dalies diametras 1,8 mm
4	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
5	CE ženklimas	Būtina. Pateikti CE deklaracijos kopiją.	Pridedamos CE deklaracijos kopijos

5 pirkimo dalis. Vaizdo gastrokopas, 2 vnt. GIF-H190, Olympus.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1	Techninis suderinamumas	Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190	Endoskopas techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190
2	Vaizdo raiška	HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo režimu (naudojant siauros juostos šviesą)	HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo režimu (naudojant siauros juostos šviesą)
3	Regėjimo laukas	≥ 140°	140°
4	Lauko gylis	Ne blogiau 2-100 mm	2-100 mm
5	Lenkimo kampai	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn ≥210°/ ≥90°/ ≥100°/ ≥100°	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/ 100°/ 100°
6	Distalinės dalies diametras	≤ 9,2 mm	9,2 mm
7	Įvedamo vamzdelio diametras	≤ 9,2 mm	9,2 mm
8	Kanalo diametras	≥2,8 mm	2,8 mm
9	Darbinis ilgis	≥1000 mm	1030 mm
10	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
11	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.	Pridedamos CE deklaracijos kopijos

6 pirkimo dalis. Lanksčių endoskopų džiovimo ir laikymo spinta, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Paskirtis	Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus: videogastroskopai GIF Q 165, GIF H 180, GIF H 185, GIF H 190; videokolonoskopai CF Q 165 L, CF H 185L; ir lygiaverčius	Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus: videogastroskopai GIF Q 165, GIF H 180, GIF H 185, GIF H 190; videokolonoskopai CF Q 165 L, CF H 185L; ir lygiaverčius
2.	Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius	≥ 8 vnt.	8 vnt.
3.	Endoskopai kabinami	Vertikalčiai	Vertikalčiai
4.	Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje	Būtina	Yra du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje
5.	Vidiniai kanalai džiovinami suspaustu sausu oru	Būtina	Vidiniai kanalai džiovinami suspaustu sausu oru
6.	Oro filtravimas	HEPA H13 arba lygiavertis filtras	HEPA H13
7.	Oro tiekimas	Suslėgtas sausas oras	Suslėgtas sausas oras
8.	Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui	Būtina	Oro srautas yra nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui
9.	Oro sunaudojimas	≤ 100 l/min	100 l/min
10.	Spalvotas jutiklinis ekranas	Būtina	Yra spalvotas jutiklinis ekranas
11.	Ekране pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo	Galimos būsenos: 1. Džiovinama	Galimos būsenos: 1. Džiovinama

	būklę, ne mažiau	2. Išdžiovinta 3. Klaida	2. Išdžiovinta 3. Klaida
12.	Džiovinimo laikas	≤ 120 min	120 min.
13	Saugojimo laikas	≥ 165 val.	168 val.
14.	Prietaiso išmatavimai, kameros tūris, atstumai tarp endoskopų laikiklių	Nurodyti. Turi tikti p.1. išvardintiems endoskopų modeliams, iliustruoti nuotraukomis, brėžiniais ir pan.	Prietaiso išmatavimai plotis x gylis x aukštis – 1280 x 470 x 2180 mm, tūris 0,65 m ³ , atstumai tarp endoskopų laikiklių 90 mm
15.	Maitinimas	Elektros tinklas, nominalai 230 V, 50 Hz	Elektros tinklas, nominalai 230 V, 50 Hz
16.	Durų užraktas	Būtina	Yra durų užraktas
17.	Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis	Būtina	Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis
18.	Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiams standartams	Būtina, pateikti sertifikato kopiją.	Atitikimas EN16442-2015
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn. Garantinio laikotarpio metu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	36 mėn. garantinio laikotarpio metu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
20.	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.	Pridedama CE deklaracijos kopija.

7 pirkimo dalis. Kolonoskopas, 1 vnt. CF-HQ1100DL, Olympus

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1	Techninis suderinamumas	Turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimo EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190	Techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimo EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190
2	Vaizdo raiška	HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo režimu (naudojant siauros juostos šviesą)	HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo režimu (naudojant siauros juostos šviesą)
3	Dvigubo fokusavimo optika	2.1. Normalaus fokusavimo režime lauko gylis ne blogiau 5-100 mm, regėjimo laukas ≥ 170 °. 2.2. Artimo fokusavimo režime lauko gylis ne blogiau 2-6 mm, regėjimo laukas ≥ 160 °.	2.1. Normalaus fokusavimo režime lauko gylis 5-100 mm, regėjimo laukas 170 °. 2.2. Artimo fokusavimo režime lauko gylis 2-6 mm, regėjimo laukas 160 °.
4	Valdymo mygtukų skaičius	≥ 5	5
5	Lenkimo kampai	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn ≥180°/ ≥180°/ ≥160°/ ≥160°	Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180°/ 180°/ 160°/ 160°
6	Įvedamos dalies standumo reguliavimas	Rankinis	Rankinis
7	Distalinės dalies diametras	≤ 13,2 mm	13,2 mm
8	Įvedamo vamzdelio diametras	≤ 12,8 mm	12,8 mm
9	Kanalo diametras	≥3,7 mm	3,7 mm

10	Darbinis ilgis	≥1600 mm	1680 mm
11	Papildomas vandens padavimo kanalas	Būtina	Papildomas vandens padavimo kanalas
12	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
13	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.	Pridedamos CE deklaracijos kopijos

8 pirkimo dalis. Endoskopinė videosistema, 1 kompl. EVIS EXERA III, Olympus

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1	Vaizdo centras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paskirtis - naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui 2. Suderinama su turimais endoskopais GIF-Q165, GIF-H180, GIF-H185, CF-165L, CF-185L 	<p>CV-190 plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paskirtis - naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui 2. Suderinama su turimais endoskopais GIF-Q165, GIF-H180, GIF-H185, CF-165L, CF-185L
1.1	Signalų išvestys, ne mažiau kaip nurodyta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, sudėtinė VBS (kompozitinis) 2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) 3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394), 4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, sudėtinė VBS(kompozitinis) 2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i), YPbPr(1080/50i) 3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394) 4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3
1.2	Endoskopinio vaizdo formavimas	Endoskopinio vaizdo formavimas naudojant specialų apšvietimą - siauros juostos šviesą (užtikrina geresnį kraujagyslių ir gleivinės kontrastą)	Endoskopinio vaizdo formavimas naudojant specialų apšvietimą - siauros juostos šviesą (užtikrina geresnį kraujagyslių ir gleivinės kontrastą)
1.3	Dviejų vaizdų rodymo funkcija	Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė); 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė). 	Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos, <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaizdas vaizde (PIP) 2. Du vaizdai vienas šalia kito (POP),
1.4	Išankstiniai jungikliai priskiriamų funkcijų nustatymai su galimybe užprogramuoti (ne mažiau mygtukų su funkcinėmis galimybėmis kaip nurodyta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 59 funkcijų) 2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 59 funkcijų) 3. 4 klaviatūros mygtukus,


		3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų).	kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 59 funkcijų)
1.5	Diafragmos (IRIS) režimai	5. Automatinis reguliavimas; 6. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 7. Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą.	1. Automatinis reguliavimas 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį 3. Reguliavimas pagal vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą
1.6	Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas	Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys	Įrenginio atmintyje talpinami 50-ties pacientų duomenys
1.7	Vaizdų išsaugojimo atmintis	1. Įrašymo formatai TIFF, JPEG. 2. Vaizdo įrašų skaičius: ne mažiau 2000 vaizdų	1. Įrašymo formatai TIFF, JPEG 2. Vaizdo įrašų skaičius: 2048 vaizdų
1.8	Meniu (kalbos, ne mažiau)	Lietuvių kalba	Lietuvių kalba
1.9	Vaizdo dydžio ekrane keitimas	≥ 2 dydžiai	2 dydžiai
2	Šviesos šaltinis	1 vnt.	CLV-190
2.1	Pagrindinė lempa	Ksenoninė arba lygiavertė, ≥ 300W galios	Ksenoninė, 300W galios
2.2	Oro tiekimas	1. Būtinai siurblys 2. Slėgio perjungimas: ne mažiau kaip 4 pakopų	1. Siurblys 2. Slėgio perjungimas: 4 pakopų
3	Skystųjų kristalų (LCD) monitorius	1 vnt.	OEV321UH
3.1	Dydis	≥ 31" įstrižainė	31,5" įstrižainė
3.2	Skirtas naudoti medicinoje	Būtina	Skirtas naudoti medicinoje
3.3	Įvestys (ne mažiau kaip)	3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI	3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI
3.4	Vaizdo perteikimas dviem kanalais	1. Vaizdas vaizde (PIP) 2. Vaizdas ne vaizde (POP)	1. Vaizdas vaizde (PIP), Psl.31,33 2. Vaizdas ne vaizde (POP)
3.5	Skiriamoji geba	Ne blogiau 3840x2160	3840x2160
3.6	Spalvų skaičius	Ne blogiau 1000 mln.	1070 mln.(1,07mlrd.)
4	Vežimėlis endoskopinei įrangai	1 vnt.	WM-NP3
4.1	Laikiklis vaizdo monitoriui	Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle	Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle
4.2	Endoskopų laikiklis endoskopams	Ne mažiau kaip dviem	Dviem endoskopams
4.3	Skiriamasis transformatorius	Būtina	Skiriamasis transformatorius
4.4	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas	Būtina	Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas
5	Peristaltinė apiplovimo pompa	1 vnt.	OFP-2
5.1	Reguliuojamas vandens srautas	1. Per papildomą vandens kanalą : ≥220 ml/min; 2. Per instrumento kanalą : ≥700 ml/min.	1. Per papildomą vandens kanalą : 230 ml/min 2. Per instrumento kanalą : 750 ml/min.
5.2	Automatinio išjungimo funkcija po.	Ne daugiau kaip 30 sekundžių.	20 sekundžių
5.3	Nuotolinio valdymo	Valdoma endoskopo mygtuku	Valdoma endoskopo mygtuku

	funkcija		
5.4	Komplektacija:	1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Papildomo kanalo vandens vamzdelis, ne mažiau kaip 10 vnt. 3. Instrumento kanalo adapteris, ne mažiau kaip 10 vnt. 4. Instrumento kanalo vandens vamzdelis, ne mažiau kaip 10 vnt.	1. MAJ-1603, 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, 1 vnt. 2. MAJ-1608, Papildomo kanalo vandens vamzdelis, 10 vnt. 3. MAJ-1606, Instrumento kanalo adapteris, 10 vnt. 4. MAJ-1607, Instrumento kanalo vandens vamzdelis, 10 vnt.
6.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
7	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją.	Pridedamos CE deklaracijos kopijos

Pardavėjas

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g.3, Vilnius LT-06332
Mokesčių mokėtojo
kodas:9000273809
PVM kodas: LT100009813015
Tel. (8 5) 2330021, faks. (8 5)
2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis:



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

