

UAB "Expertus Vilnensis"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2729374, faks.: +370 5 2729396, el. paštas info@exvil.lt, juridinio asmens kodas 121386360, PVM kodas: LT213863610. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre

VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL OBJEKTINIŲ STIKLELIŲ DENGIMO PROCESORIAUS PIRKIMO**

2022-07-26 Nr. 1-70410028

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB "Expertus Vilnensis", į.k. 121386360, PVM kodas LT213863610
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	121386360
PVM mokėtojo kodas	LT213863610
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvidas Neniškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų specialistė Neringa Viščiulytė-Žostautė
Telefono numeris	+370 5 2729374
Fakso numeris	+370 5 2729396
El. pašto adresas	info@exvil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki 2022-10-24.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Objektinių stiklelių dengimo procesorius	1 vnt	Epredia, ClearVue	27999,00	33878,79	27999,00	33878,79

Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) 33878,79 € Trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni € 79 ct (kaina skaičiais ir žodžiais)

PVM (21 proc.) suma Eur 5879,79 € Penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni € 79 ct (suma skaičiais ir žodžiais).

**** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.**

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1.	Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	Igaliojimas_Neringai_Viščiulytei_Zostaut ei_konfidencialu.pdf, 1
2.	UAB „Expertus Vilnensis“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	Expertus_Vilnensis_EBVPD, 14
3.	UAB „Expertus Vilnensis“ deklaracija dėl atsakingų asmenų	Expertus_Vilnensis_Deklaracija del atsakingu asmenu-s0602, 1
4.	UAB „Expertus Vilnensis“ deklaracija dėl nustatytų sąlygų nebuvimo	Deklaracija del nustatytų sąlygų nebuvimo-s0711.pdf, 1
5.	Gamintojo techniniai dokumentai, CE deklaracija	Technine_informacija.zip, 1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	Įgaliojimas Neringai Viščiulytei-Zostautei	„Prisegti dokumentai“

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali **informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas** arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Produktų specialistė	(pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu)	Neringa Viščiulytė-Zostautė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė, su nuoroda į pasiūlymo puslapį
1.	Objektinių stiklelių dengimo procesorius	1vnt.	<i>Epredia, ClearVue</i>
2.	Paskirtis	Automatinis objektinių stiklelių dengimo įrenginys, skirtas histologinių ir citologinių preparatų dengimui dengiamaisiais stikleliais	Automatinis objektinių stiklelių dengimo įrenginys, skirtas histologinių ir citologinių preparatų dengimui dengiamaisiais stikleliais <u>Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf, 2 psl.</u>
3.	Naudojamų objektinių stiklelių dydis	Įrenginys turi būti tinkamas dengti standartinius (26x76 mm) objektinius stiklelius	Įrenginys yra tinkamas dengti standartinius (26x76 mm) objektinius stiklelius <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 10 psl.</u>
4.	Naudojamų objektinių stiklelių storis	Ne mažesnė ribose kaip nuo 0,8 iki 1,2 mm	Naudojamų objektinių stiklelių storis nuo 0,8 iki 1,2 mm <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 10 psl.</u>
5.	Naudojamų dengiamųjų stiklelių dydžiai	1. 24 x 40 mm 2. 24 x 50 mm 3. 24 x 55 mm	1. 24 x 40 mm 2. 24 x 50 mm 3. 24 x 55 mm <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 10 psl.</u>
6.	Našumas	Ne mažiau nei 200 stiklelių per valandą	250 stiklelių per valandą <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 10 psl.</u>

7.	Suderinamumas	Įrenginys turi būti suderintas su turimu histologinių ir citologinių preparatų dažymo procesoriuje naudojamais objektinių stiklelių laikikliais	Įrenginys yra suderintas su turimu histologinių ir citologinių preparatų dažymo procesoriuje naudojamais objektinių stiklelių laikikliais <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 10 psl.</u>
8.	Dengimui naudojamos dengiamosios medžiagos	Būtina galimybė naudoti įvairių gamintojų dengiamąsias medžiagas	Yra galimybė naudoti įvairių gamintojų dengiamąsias medžiagas <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 96 psl.</u>
9.	Automatinis histologinių ir citologinių preparatų tipų atpažinimas	Būtina	Yra automatinis histologinių ir citologinių preparatų tipų atpažinimas <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 49 psl.</u>
10.	Automatinis dengiamųjų stiklelių pozicionavimas	Būtina	Yra automatinis dengiamųjų stiklelių pozicionavimas <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 40 psl.</u>
11.	Automatinis objektinio stiklelio pozicijos nustatymas	Būtina	Yra automatinis objektinio stiklelio pozicijos nustatymas <u>Operator Guide - ClearVue - English.pdf, 52 psl.</u>
12.	Valdymas	Integruoto į stiklelių dengimo įrenginį liečiamojo ekrano pagalba	Valdymas integruoto į stiklelių dengimo įrenginį liečiamojo ekrano pagalba <u>Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf, 2 psl.</u>
13.	Automatinis stiklelių brūkšninių kodų nuskaitymas	Būtina (įrenginyje turi būti integruotas automatinis barkodų skaitytuvas)	Įrenginyje yra integruotas automatinis barkodų skaitytuvas

			Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf , 3 psl.
14.	Galimybė įrenginį pajungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos	Būtina	Yra galimybė įrenginį pajungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf , 3 psl.
15.	Jungtis su audinių dažymo įrenginiu	1. Automatinis stiklelių dengimo įrenginys turi būti sujungtas su audinių dažymo įrenginiu; 2. Nudažytų preparatų perdavimo stiklelių dengimui procesas turi būti pilnai uždaras ir automatizuotas.	1. Automatinį stiklelių dengimo įrenginį yra galimybė sujungti su audinių dažymo įrenginiu; 2. Nudažytų preparatų perdavimo stiklelių dengimui procesas yra pilnai uždaras ir automatizuotas. Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf , 2 psl.
16.	Dažymo krepšelių pozicijos jungtyje nustatymas	Privalo būti integruoti jutikliai teisingos dažymo krepšelių padėties jungtyje nustatymui	Yra integruoti jutikliai teisingos dažymo krepšelių padėties jungtyje nustatymui Epredia-Staining-Coverslipping-Brochure.pdf , 3 psl.
17.	Garų surinkimo sistema	1. Įrenginyje turi būti integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais 2. Būtina galimybė garų surinkimo sistemą prijungti prie esamos ventiliavimo sistemos	1. Įrenginyje turi būti integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais 2. Būtina galimybė garų surinkimo sistemą prijungti prie esamos ventiliavimo sistemos Operator Guide - ClearVue - English.pdf , 20 psl.
18.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 36 mėn.	36 mėn.
19.	Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas (su	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE

	direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams	pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba)). Pristatant prekes turės būti pateiktas CE sertifikatas.	sertifikatas (su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba)). Pristatant prekes turės būti pateiktas CE sertifikatas.
--	---	---	--

Pastaba: grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.