

Ginekologinės apžiūros kėdės techninė specifikacija

1. **Tiekėjas privalo pateikti** gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai, bukletai (prekių aprašymai) **turi būti lietuvių kalba.**

2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams“, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmestas.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Prašomo parametro reikšmė	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams (Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus. Pridedama. Bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)	
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus su atžymomis į specifikacijos parametrus pagrindžiančias vietas
1.	Konstrukcija, paskirtis	Skirta ginekologiniams tyrimams ir bendroms procedūroms	Skirta ginekologiniams tyrimams ir bendroms procedūroms	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
2.	Dalys (sekcijos):	1. Atrama galvai 2. Nugaros atlošas; 3. Sėdima dalis; 4. Kojų atramos	1. Atrama galvai 2. Nugaros atlošas; 3. Sėdima dalis; 4.Kojų atramos	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
3.	Darbinės dalies bendras ilgis (neskaitant kojų atramų)	130-135 cm	133 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
4.	Darbinės dalies bendras plotis	62-64 cm	62 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>

5.	Sėdimos dalies ilgis	42-44 cm	42 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
6.	Nugaros dalies ilgis	50-52 cm	51 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
7.	Galvos atramos ilgis	40-42 cm	40 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
8.	Nugaros dalies pasvirimo reguliavimo ribos ne mažesnės nei	0° iki +80°	0° iki +80°	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
9.	Kojų atramos	Reguliuojamo aukščio, pasvirimo kampo. Atramos plokštuma su rutulinio šarnyro fiksavimu, fiksuojama mechaniškai bet kokioje padėtyje.	Reguliuojamo aukščio, pasvirimo kampo. Atramos plokštuma su rutulinio šarnyro fiksavimu, fiksuojama mechaniškai bet kokioje padėtyje.	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
10.	Stalo aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Žemiausia padėtis ≤ 65 cm Aukščiausia padėtis ≥ 94 cm	Žemiausia padėtis 64 cm Aukščiausia padėtis 94 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
11.	Stalo aukščio reguliavimas ir nugaros padėties pasvirimo reguliavimas	Elektrinių variklių pagalba	Elektrinių variklių pagalba	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
12.	Kojų atramų padėtis, galvos atramos padėtis, kiti reguliavimai ir fiksavimai	Atliekami rankiniu būdu	Atliekami rankiniu būdu	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
13.	Stalo mobilumas, padėties fiksavimas	Stalas turi būti mobilus, su ratukais pervežimui, tačiau, atliekant rentgeno tyrimus, jo padėtis turi būti stabili (visi jo ratukai stabdomi).	Stalas mobilus, su ratukais pervežimui, atliekant rentgeno tyrimus, jo padėtis stabili (visi jo ratukai stabdomi).	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
14.	Ratukų diametras ne mažesnis kaip	7,5 cm	7,5 cm	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>
15.	Kėdės bendras svoris ne daugiau	95 kg	92 kg	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.p df 1-10 psl.</i>

16.	Keliamoji galia (saugi vėžimėlio dinaminė apkrova)	Ne mažiau 150 kg	150 kg	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
17.	Vėžimėlio gulimos dalies apmušalai	Atsparūs dėvėjimuisi, drėgnam valymui bei dezinfekuojančių medžiagų poveikiui.	Atsparūs dėvėjimuisi, drėgnam valymui bei dezinfekuojančių medžiagų poveikiui.	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
18.	Vietinis apšvietimas	LED šviestuvai tvirtinami prie stalo korpuso lakstaus stiebo pagalba	LED šviestuvai tvirtinami prie stalo korpuso lakstaus stiebo pagalba	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
19.	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Yra (kartu su pasiūlymu pateikiama EB atitikties deklaracijos kopija)	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
20.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 12 mėnesių	12 mėnesių	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>
21.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba pateikiama su įranga	<i>Gamintojo dokumentai_konfidencialu.pdf 1-10 psl.</i>

Direktorius



Vaidas Sliesoraitis