

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. 1-3 pirkimo objekto dalių prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija, 4, 5 pirkimo objekto dalių prekei suteikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6
4. Suaugusių ūgio matuoklė. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas (21 vnt.);					

5. Kūdikių ūgio matuoklė. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas (6 vnt.);					
5.1.	Portatyvinė, suvyniojama	Būtina	Portatyvinė, suvyniojama	<i>Brošiūra „seca 210“</i>	<i>1 p.</i>
5.2.	Skirta matuoti ūgį horizontolioje padėtyje su kojų ir galvos atramomis	Būtina	Skirta matuoti ūgį horizontolioje padėtyje su kojų ir galvos atramomis	<i>Brošiūra „seca 210“</i>	<i>1-2 p.</i>
5.3.	Matuojamas ūgis	Minimali matuojamo ūgio riba ne didesnė nei 35 cm, maksimali matuojamo ūgio riba ne mažesnė nei 85 cm	Minimali matuojamo ūgio riba 10 cm, maksimali matuojamo ūgio riba 99 cm	<i>Brošiūra „seca 210“</i>	<i>2 p.</i>
5.4.	Gradacija	Ne didesnė nei 5 mm	Gradacija - 5 mm	<i>Brošiūra „seca 210“</i>	<i>2 p.</i>