



INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TOKSIKOLOGINIAMS
TYRIMAMS KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA**

2022-06-08 Nr. 0609

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnybai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Multilabo“ 302325611 A.Šabaniausko g. 14, LT-08431 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

3.

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
1.			
2.			

4. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	UAB „Interlux“, 110608112, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius	Komunikacija su prekių gamintojais ir siūlomos įrangos techninis aptarnavimas, priežiūra ir remontas
2.		

5. PASIŪLYMO KAINA

5.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.1.1. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninių sąskaitų teikimo išlaidomis;

5.2. Visa pasiūlyme nurodyta kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas, kuriam reikalingi laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos	Tyrimų kiekis per 36 mėn.	Tyrimo įkainis Eur be PVM	Tyrimo įkainis Eur su PVM**	Viso kaina be PVM per 36 mėn.	Viso kaina su PVM per 36 mėn.**
I	2	3	4	5	(3x4)	(3x5)
1.	Opijatų tyrimas.	12000	3,10	3,75	37 200,00	45 012,00
2.	Amfetaminų tyrimas.	12000	3,10	3,75	37 200,00	45 012,00
3.	Kanabinoidų tyrimas.	7500	3,10	3,75	23 250,00	28 132,50
4.	Kokaino tyrimas.	6000	3,10	3,75	18 600,00	22 506,00
5.	Benzodiazepinų tyrimas.	6000	3,10	3,75	18 600,00	22 506,00
6.	Metadono tyrimas.	6000	3,10	3,75	18 600,00	22 506,00
7.	Barbituratų tyrimas.*	1500	3,10	3,75	4 650,00	5 626,50
8.	MDMA tyrimas.*	1500	3,10	3,75	4 650,00	5 626,50
9.	Fentanilių tyrimas.*	1500	3,60	4,36	5 400,00	6 534,00
10.	Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimas.*	1500	3,60	4,36	5 400,00	6 534,00
Analizatorius						
11.	Analizatorius, jo privalomoji techninė priežiūra ir remontas	2 vnt	X	X	X	X
VISO:					173 550,00	209 995,50

Pastaba:

*Dėl mažo numatomo barbituratų, MDMA, fentanilių, sintetinių kanabinoidų tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui nedaugiau kaip 250 tyrimų.

Pasiūlymo kaina žodžiais, su PVM:	Du šimtai devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 50 ct
-----------------------------------	---

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. apima užsakovams pateikiamų užsakymų skaičių per 36 mėn. Visi tyrimai yra privalomi.				Analizių metodiniai ypatumai.		Stūlomi analizių metodiniai ypatumai	
Eil. Nr.	Tyrimas (analizė arba analizių grupė)	Mėginys	Numatomas tyrimų sk. per 36 mėn.	Privalomi metodiniai reikalavimai (1). Metodas.	Privalomi metodiniai reikalavimai (2).	Privalomi metodiniai reikalavimai (1). Metodas.	Privalomi metodiniai reikalavimai (2).
1	Opijatų tyrimas.	Šlapimas	12000	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, 11-hidroksi-THC, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, 11-hidroksi-THC, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.
2	Amfetaminų tyrimas	Šlapimas	12000	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, efedrinu, pseudoeferdinu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 10000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, efedrinu, pseudoeferdinu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 10000 ng/ml.
3	Kanabinoidų tyrimas.	Šlapimas	7500	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.
4	Kokaino tyrimas.	Šlapimas	6000	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, 11-hidroksi-THC, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, diazepamu, 11-hidroksi-THC, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.
5	Benzodiazepinų tyrimas.	Šlapimas	6000	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžminio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoeferdinu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.

6	Metadono tyrimas.	Šlapimas	6000	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, heroinu, morfinu, metadonu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, heroinu, morfinu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.
7	Barbituratų tyrimas.*	Šlapimas	1500	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, heroinu, morfinu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, heroinu, morfinu, MDMA ir MDA iki 100000 ng/ml.
8	MDMA tyrimas.*	Šlapimas	1500	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, diazepamu, heroinu, morfinu, metadonu iki 100000 ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - pusiau kiekybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su kokainu, benzoilekgoninu, ekgonino metilo esteriu, 11-hidroksi-THC, amfetaminu, efedrinu, pseudoefedrinu, diazepamu, heroinu, morfinu, metadonu iki 100000 ng/ml.
9	Fentaniolių tyrimas.*	Šlapimas	1500	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - kokybinis.	Ribinė nustatoma koncentracija lygi 1,0 ng/ml. Nėra kryžinio reaktyvumo su norfentaniliu iki 15ng/ml, acetilfentaniliu iki 1,1ng/ml, izobutirilfentaniliu iki 1,1 ng/ml, akrilfentaniliu iki 1,3ng/ml, butirilfentaniliu iki 1,4ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - kokybinis.	Ribinė nustatoma koncentracija lygi 1,0 ng/ml. Nėra kryžinio reaktyvumo su norfentaniliu iki 15ng/ml, acetilfentaniliu iki 1,1ng/ml, izobutirilfentaniliu iki 1,1 ng/ml, akrilfentaniliu iki 1,3ng/ml, butirilfentaniliu iki 1,4ng/ml.
10	Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimas.*	Šlapimas	1500	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - kokybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su JWH-007 iki 100000ng/ml, JWH-015 iki 50000ng/ml, JWH-019 iki 100000ng/ml, JWH-022 iki 100000ng/ml, JWH-073 iki 50000ng/ml, JWH-081, JWH-122, JWH-398 iki 100000ng/ml.	Imunofermentinis metodas, rezultatų pateikimas - kokybinis.	Nėra kryžinio reaktyvumo su JWH-007 iki 100000ng/ml, JWH-015 iki 50000ng/ml, JWH-019 iki 100000ng/ml, JWH-022 iki 50000ng/ml, JWH-073 iki 40000ng/ml, JWH-081, JWH-122, JWH-398 iki 100000ng/ml.

Pastaba:

*Del mažo numatomo barbituratų, MDMA, fentaniolių, sintetinių kanabinoidų tyrimų skaičiaus, pateikti reagentus vienam užsakymui nedaugiau kaip 250 tyrimų.

Eil. Nr.	Reikalavimai prietaisams		Reikalavimo atitikimas ir atitikimo patvirtinimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Panaudai pateikiami du vienodi analizatoriai. Antrasis bus naudojamas kaip pakaitinis užtikrinant nepertraukiamą darbą esant sistemos gedimui.			
1.	Analizatoriaus tipas	Automatinis (be rankinio pipetavimo) biocheminis analizatorius.	Siūlomas Spinreact Spin120 automatinis biocheminis analizatorius be rankinio pipetavimo. Pateikiami du analizatoriai, kitas to paties modelio pakaitinis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 3, 12 psl.
2.	Našumas	Ne mažiau kaip 90 tyrimų per valandą.	Yra galimybė iki 100 tyrimų per valandą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21-22 psl.
3.	Reagentų užkrovimas	Vienu metu ne mažiau nei 25 pozicijos reagentams.	28 pozicijos reagentams. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 22 psl.
4.	Mėginių užkrovimas	Vienu metu ne mažiau nei 8 pozicijos mėginiams su šaldymo funkcija.	8 pozicijos mėginiams su temperatūros kontroliavimu (šaladymu iki 37C.) Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 22, 25 psl.
5.	Mėginių tipai	Šlapimas.	Atitinka, mėginio tipas - šlapimas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 12 psl.
6.	Pirminių mėgintuvėlių ir mikro indelių dydis	Mėginių indeliai ne didesni 3 ml.	Tinkami mėginių indeliai ne didesni 3 ml, įvairių išmatavimų. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS S5 psl.
7.	Tiriamų analizių mėginių tūris	Ne didesnis nei 45 µl.	Mėginio ištyrimui sunaudojamas nuo 3 iki 45 µl tūris. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21 psl.
8.	Mėginių papildymas	Nepertraukiamas mėginių papildymas. Skubių mėginių tyrimo galimybė (STAT funkcija).	Nepertraukiamas mėginių papildymas. Skubių mėginių tyrimo galimybė (STAT funkcija). Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS9, 18, 21 psl.
9.	Kiuvečių rotorius	Rotorius privalo turėti ne mažiau nei 40 kiuvečių.	Rotorius turi galimybę sudėti 40 kiuvečių, t.y. 8 po penkias vietas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 6, 15, 22, 24 psl.

10.	Analizatoriaus zondo plovimas	Zondas (adata, antgalis) privalo būti automatiškai plaunamas tiek iš išorės, tiek iš vidaus.	Zondas (adata, antgalis) automatiškai plaunami tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 22, 25 psl.
11.	Prietaiso reikalavimai reagentams	Analizatoriaus darbas turi būti suderintas su paraiškos priede Nr. 1.2 nurodytais reagentais pagal techninius reikalavimus. Reagentai turi būti pritaikyti analizatoriaus gamintojo.	Analizatoriaus darbas suderinamas su pirikimo dokumentų 1 priedo 2 lentelėje nurodytais reagentais pagal techninius reikalavimus. Spinreact reagentai skirti darbui su Spinreact analizatoriumi Spin120. ARK reagentai pritaikomi analizatoriui Spinreact Spin120.
12.	Tyrimų prioritetų nustatymas	Galimybė iš anksto nustatyti tyrimų atlikimų tvarką (prioritetus).	Yra galimybė iš anksto nustatyti tyrimų atlikimų tvarką (prioritetus). Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 9,18 psl.
13.	Pipetavimo zondas (adata, antgalis)	Su integruotu skysčio lygio matavimu ir apatinio lygio jutikliu, apsauga nuo susidūrimo su kliūtimis.	Integruota skysčio lygio matavimu ir apatinio lygio jutikliu, apsauga nuo susidūrimo su kliūtimis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 22, 25 psl
14.	Matavimo metodai	Monochromatinis arba lygiavertis.	Monochromatinis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21, 24 psl.
15.	Matavimo principas	Absorbeinis fotometrinis.	Absorbeinis fotometrinis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21, 24 psl.
16.	Reakcijos kiuvetės	Keičiamos vienkartinės.	Keičiamos vienkartinės. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21 psl.
17.	Matavimų bangų ilgiai	300- 450 nm intervalas, į kurį turi patekti darbui tinkamas bangos ilgis.	Analizatorius matuoja 8 bangų ilgius: 340nm 405nm 450nm 510nm 546nm 578nm 630nm 670nm. Nurodytiems tyrimams užtenkamas bangos ilgis 340 nm, pateikiami tai įrodantis tyrimų protokolai. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21, 24, 26 psl
18.	Bangos ilgio skiriamoji geba	Ne didesnė 2 nm.	Bangos ilgio skiriamoji geba (tikslumas) ne didesnė nei 2nm. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 78 psl

19.	Vandens sunaudojimas	Distiliuoto vandens ne daugiau 2,5 litrų per valandą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21,26 psl.	Distiliuoto vandens iki 2,5 litrų per valandą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 21,26 psl.
20.	Analizatoriaus valdymo programa	Programinė įranga, kompiuteris turi būti suderinti su analizatoriumi. Būtinai kompiuteris ir spausdintuvas.	Programinė įranga, kompiuteris yra suderinami su analizatoriumi. Pateikiama su įranga kompiuteris, monitorius ir spausdintuvas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 10-11 psl., 91
21.	Duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimas	Ne mažiau 500 tyrimų atmintis su data ir laiku (galimybė atspausdinti atmintyje esančius tyrimų rezultatus).	Analizatoriaus valdomas kompiuterio pagalba, kuriame yra įdiegta programinė įranga. Duomenų kaupimas yra neribojamas, esant poreikiui galima įdiegti didesnę kietąją diską. Su sistema yra pateikiamas spausdintuvas, todėl yra galimybė atspausdinti tyrimų rezultatus esančius atmintyje. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 7, 92 -94 psl.
22.	Sistema rezultatų įvertinimui ir analizei	Galimybė peržiūrėti reakcijų eigos duomenis.	Yra galimybė peržiūrėti reakcijų eigos duomenis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 95-96 psl.
23.	Kokybės kontrolės programa	Kasdieninė. Kokybės duomenys su duomenų archyavimu.	Kasdieninė. Kokybės duomenys su duomenų archyavimu. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 97-107 psl.
24.	Naudojimo instrukcijos	Analizatoriaus naudojimo vadovas ir reagentų naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis.	Bus pateikti spausdinti naudojimo vadovai lietuvių ir anglų kalbomis kartu su analizatoriumi.
25.	Sertifikatas	Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir techninės priežiūros bei remonto sertifikatas ar jam lygiavertis dokumentas.	Pateikiama. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) ANALIZATORIUS 108 psl.; Gamintojo dokumentai (konfidencialu) Sertifikatai ir patvirtinimai

26.	Techninis aptarnavimas ir remontas	Sugedus prietaisui, tiekėjas privalo atvykti ne vėliau kaip per 48 valandas ir atlikti reikiamas techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Profilaktinė techninė priežiūra atliekama gamintojo nurodytais terminais ir sąlygomis. Analizatorių privalomoji priežiūra bei remontas atliekami nemokamai visą sutarties laikotarpį.	Sugedus prietaisui, atvyks inžinierius ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo gavimo ir atliks reikiamas techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Profilaktinė techninė priežiūra atliekama gamintojo nurodytais terminais ir sąlygomis. Analizatorių privalomoji priežiūra bei remontas atliekami nemokamai visą sutarties laikotarpį.
-----	------------------------------------	---	---

Pastabos:

- ☐ Reagentai turi būti pritaikyti darbu su analizatoriais;
- ☐ Analizatorių privalomoji priežiūra bei remontas turi būti atliekami nemokamai visą sutarties laikotarpį.
- ☐ pateikti gamintojo išduotus įgaliojimus atlikti prietaiso techninę priežiūrą ir/ar remontą turi tik tas tiekėjas, kuris teikia pasitūlmą dėl reagentų ir pagalbinių priemonių kartu su prietaisais panaudos būdu.

4 lentelė

Eil. Nr.	Tyrimas (analitė arba analitė grupė)	Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas	Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.	Reagentų rinkinys opijātų tyrimams	<i>Opijatų reagentas, 1x105 ml/ 1x38 ml</i>	Reagentų rinkinys opijātų tyrimams	Rinkinys	28	Spinreact, 930090
2.	Reagentų rinkinys amfētaminų tyrimams	<i>Amfētaminio reagentas, 1x105 mL / 1x38 mL</i>	Reagentų rinkinys amfētaminų tyrimams	Rinkinys	28	Spinreact, 930010
3.	Reagentų rinkinys kanabinoidų tyrimams	<i>THC (Cannabis) reagentas, 1x105 mL / 1x38 mL</i>	Reagentų rinkinys kanabinoidų tyrimams	Rinkinys	19	Spinreact, 930030
3.1		<i>Kanabinoido etalono ir kontrolės reagentas, 5 lyg. 5x10 ml</i>	Kontrolė ir etalonas kanabinoidų tyrimams	Rinkinys	3	Spinreact, 933070
3.2		<i>Kanabinoidų kontrolės reagent, 50 ng/ml, 4x4 ml</i>	Kanabinoidų kontrolės reagent, 50 ng/ml	Rinkinys	8	Spinreact, 936072
4.	Reagentų rinkinys kokaino tyrimams	<i>Kokaino reagentas, 1x105 ml/ 1x38 ml</i>	Reagentų rinkinys kokaino tyrimams	Rinkinys	16	Spinreact, 930040
5.	Reagentų rinkinys benzodiazepinų tyrimams	<i>Benzodiazepino reagentas, 1x105 ml/ 1x38 ml</i>	Reagentų rinkinys benzodiazepinų tyrimams	Rinkinys	16	Spinreact, 930020
5.1		<i>Benzodiazepino etalonas, 5 lygiai, 5x10 ml</i>	Etalonas benzodiazepinų tyrimams	Rinkinys	3	Spinreact, 933080
5.2		<i>Benzodiazepinų kontrolės reagent, 300 ng/ml, 4x10 ml</i>	Kontrolė benzodiazepinų tyrimams	Rinkinys	5	Spinreact, 936082
6.	Reagentų rinkinys metadono tyrimams	<i>Metadono reagentas, 500 test., R-1 1x105ml; R-2 1x38ml</i>	Reagentų rinkinys metadono tyrimams	Rinkinys	16	Spinreact, 930070
7.	Reagentų rinkinys barbituratų tyrimams*	<i>Barbituratų reagentas, 2x21 mL / 2x8 mL</i>	Reagentų rinkinys barbituratų tyrimams	Rinkinys	18	Spinreact, 930098

8.	Reagentų rinkinys ekstazi tyrimams*	Ekstazi reagentas. 2x21 mL / 2x8 mL	Reagentų rinkinys ekstazi tyrimams	Rinkinys	18	Spinreact, 930058
8.1		Ekstazi etalonas (5 lygiai) 5x10 mL	Etalonas ekstazi tyrimams	Rinkinys	5	Spinreact, 933030
8.2		Ekstazi kontrolė (500 ng/mL). 4x10 mL	Kontrolė ekstazi tyrimams	Rinkinys	3	Spinreact, 935935
9.	Reagentų rinkinys fentanilių tyrimams*	Fentanilių reagentas, 28 ml R1 + 28 ml R2	Reagentų rinkinys fentanilių tyrimams	Rinkinys	10	ARK,5069-0001-00
9.1		Fentanilių neigiamas etalonas, 2 x 10 ml	Etalonas fentanilių tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5031-0002-01
9.2		Fentanilių ribos etalonas, 2 x 10 ml	Etalonas fentanilių tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5031-0002-02
9.3		Fentanilių kontrolė, 2 x 2 x 10 ml	Kontrolė fentanilių tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5031-0003-00
10	Reagentų rinkinys sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams*	Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) reagentas, 28 ml R1 + 14 ml R2	Reagentų rinkinys sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams	Rinkinys	10	ARK,5055-0001-00
10.1		Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) neigiamas etalonas, 2 x 10 ml	Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5055-0002-01
10.2		Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) ribos etalonas, 2 x 10 ml	Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5055-0002-02
10.3		Sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) kontrolė, 4 x 10 ml	Etalonas sintetinių kanabinoidų (AB-PINACA) tyrimams	Rinkinys	6	ARK,5055-0003-00
11.	Dedikuota keliems reagentų rinkiniams	Multitalono ir kontrolės reagentas, 5 lygiai, 5x1	Etalonas skirtas: opijatų, mifetaminų, kokaino, metadono, barbituratų tyrimams.	Rinkinys	8	Spinreact, 933020
12.	Dedikuota keliems reagentų rinkiniams	Įvairių kontrolinis reag. (šlapime) 4x10 ml, žemiau (AMP/COC/MTD/COT/OPI/PPX/ BAR/PCP)	Kontrolė skirta: opijatų, mifetaminų, kokaino, metadono, barbituratų tyrimams.	Rinkinys	15	Spinreact, 935910
13.	Bendro naudojimo	Cuvettes Spin 120 (1000 racksx3 cuvettes)	Skirta visiems tyrimams	Rinkinys	14	Spinreact, BA10-30-84311
14.	Bendro naudojimo	Detergentas	Skirta visiems tyrimams	12x1L	3	Spinreact, 004C-30-88619
15.	Bendro naudojimo	Mėginių indėliai	Skirta visiems tyrimams	Rinkinys	136	Tosoh, 930007

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)** *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
3	Multilabo Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Ne	
4	Interlux Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Ne	
5	Gamintojo dokumentacija (konfidencialu)	898	Taip	„Konfidencialu“ - Gamintojo dokumentai - UAB „Multilabo“, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš platinimo sutarčių tarp UAB „Multilabo“ ir prekių gamintojų, įsipareigoja laikyti visą su šiomis sutartimis susijusią dokumentaciją (įskaitant, bet tuo nepasiribojant, gamintojo išduotą įgaliojimą) bei su gamintojo produktais susijusią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių technines specifikacijas, aprašus, katalogus ir kt.), konfidencialia informacija.

6	Ketinių protokolai (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ – Ketinių protokolai - dokumente pateikiama informacija apie įmonės sudarytas sutartis, atsakingus asmenis, tai nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama informacija;

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Viešųjų pirkimų specialistė

Kristina Pušinskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Pasiūlymas)

(Vardas, pavardė)