



Pirkimo sąlygų 1 priedas

(Pasiūlymo forma su technine specifikacija)

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

ENDOSKOPINĖ ĮRANGA (NR. 2388)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2022-08-23

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, (L. Zamenhofo g. 3, Vilnius)
Tiekėjo įmonės kodas	556189-2794
Mokesčių mokėtojo kodas	9000273809
Tiekėjo PVM kodas	LT100009813015
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas	AB SEB bankas, kodas 70440, S/Nr. LT077044060008063000
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Laima Valė, Egidijus Gadeikis
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Laima.vale@olympus.com , egidijus.gadeikis@olympus.com
<i>/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us)</i>	
Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	
--	--

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);
- 1.2. konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaishkinimuose, papildymuose, patikslinimuose).
2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.
3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis. Endoskopinių priemonių komplektas gastrokopijai

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Prekės kaina (mato vieneto kaina), Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (4x5)	___% PVM (įrašyti) suma, Eur *	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (6+7)
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8
1.1	Vaizdo gastrokopas GIF-H185, Olympus	vnt.	4	18015,29	72061,16	21%, 15132,84	87194,00
1.2.	Endoskopiniai instrumentai gastrokopijai						
1.2.1.	Kandikliai MAJ-1632, Olympus	vnt.	300	1,50	450,00	5%, 22,50	472,50
1.2.2.	Endoskopų valymo šepetėliai BW-412T, Olympus	vnt.	300	1,50	450,00	5%, 22,50	472,50
1 pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							72961,16
PVM suma, EUR:							15177,84
1 pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							88139,00

***Pastaba.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) žodžiais: aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro penkiolika tūkstančių šimtą septyniasdešimt septynis Eur aštuoniasdešimt keturis ct.

2 pirkimo dalis. Endoskopinių priemonių komplektas kolonoskopijai

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Prekės kaina (mato vieneto kaina), Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (4x5)	___% PVM (įrašyti) suma, Eur *	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (6+7)
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8
2.1.	Vaizdo kolonoskopas CF-H185L, Olympus	vnt.	2	20031,00	40062,00	21%, 8413,02	48475,02
2.2.	Endoskopiniai instrumentai kolonoskopijai						
2.2.1.	Biopsinės žnyplės FB-230U/240U/210U/220U, Olympus	vnt.	2000	4,90	9800,00	5%, 490,00	10290,00
2.2.2.	Endoskopiniai injektoriai NM-6xxx-xxxx serija, Olympus	vnt.	250	29,00	7250,00	5%, 362,50	7612,50
2.2.3.	Polipektominė kilpa SD-210U-10/15/25, Olympus	vnt.	200	12,45	2490,00	5%, 124,50	2614,50
2.2.4.	Šalto pjovimo polipektominė kilpa SD-400U-10/15, Olympus	vnt.	200	14,98	2996,00	5%, 149,80	3145,80
2.2.5.	Griebiančios žnyplės polypams FG-600U, Olympus	vnt.	10	225,10	2251,00	5%, 112,55	2363,55
2.2.6.	Polypų gaudyklė PT-01-01, Olympus	vnt.	50	3,05	152,50	5%, 7,63	160,13
2.2.7.	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui MAJ-860, Olympus	vnt.	1	166,45	166,45	21%, 34,95	201,40

2.2.8.	Neutralaus paciento elektrodo laidas WA99510A, Olympus	vnt.	1	120,00	120,00	21%, 25,20	145,20
2.2.9	Neutralus paciento elektrodas WA99514A, WA99516A, Olympus	vnt.	400	1,19	476,00	5%, 23,80	499,80
2.2.10	Kabutės aplikavimo rankena HX-810UR, Olympus	vnt.	10	30,15	301,50	5%, 15,08	316,58
2.2.11	Hesmostatinės kabutės HX-610-	vnt.	40	9,50	380,00	5%, 19,00	399,00
2.2.12	Krepšeliai didesniems akmenims traukti FG-V422PR, Olympus	vnt.	2	178,45	356,90	5%, 17,85	374,75
2 pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:							66802,35
PVM suma, EUR:							9795,87
2 pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:							76598,22

***Pastaba.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) žodžiais: septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur dvidešimt du ct.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro devynis tūkstančius septyni šimtai devyniasdešimt penkis Eur aštuoniasdešimt septynis ct.

1 pirkimo dalis. Endoskopinių priemonių komplektas gastrokopijai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinės charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomos parametrai su nuoroda į katalogo / bukletą / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) <i>(pildo tiekėjas*)</i>		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	dokumento lapo numeris
1.1	Vaizdo gastrokopas				
1.1.1.	HDTV (aukštos raiškos) standarto endoskopas, suderinamas su siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema	Būtina	HDTV (aukštos raiškos) standarto endoskopas, suderinamas su siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.2.	Matymo lauko gylis ne blogiau	(2-100) mm	(2-100) mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.3.	Regėjimo laukas	≥ 140°	140°	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.4.	Lenkimo kampai	a) Aukštyn ≥210°; b) žemyn ≥90°; c) kairėn/dešinėn ≥100°	a) Aukštyn 210°; b) žemyn 90°; c) kairėn/dešinėn 100°	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.5.	Distalinės dalies diametras	≤ 9,2 mm	9,2 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.6.	Įvedamo vamzdelio diametras	≤ 9,2 mm	9,2 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.7.	Instrumentinio kanalo diametras	≥2,8 mm	2,8 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.8.	Darbinis ilgis	≥1030 mm	1030 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4
1.1.9.	Techninis suderinamumas	Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su perkančiosios organizacijos turimu „OLYMPUS EVIS EXERA III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“	Endoskopas techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su perkančiosios organizacijos turimu „OLYMPUS EVIS EXERA III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.1.	psl.2,4

1.1.10	Vartotojo vadovas	Būtina, lietuvių kalba	Vartotojo vadovas, lietuvių kalba	Vartotojo vadovas GIF-H185 CF-H185L	
1.1.11	Siūlomo įrangos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas)	Būtinai (<u>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus</u>)	Siūlomo įrangos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas)	CE sertifikatai	
1.1.12	Siūlomos prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus	Būtina (<u>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti techninių charakteristikų aprašymus</u> (originalūs katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (<u>techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai</u>))	Siūlomos prekių techninių charakteristikų aprašymai	Bukletai	
1.1.13	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.		
1.2.	Endoskopiniai instrumentai gastrokopijai				
1.2.1	Kandikliai	Vienkartinis kandiklis kartu su guma fiksacijai. Kandiklis endoskopinėms procedūroms vienkartinis, plastikinis, anatominės formos. Minimaliai dengiantis burnos ertmę. Turintis sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti. Turi būti dantų atramos barjeras, neleidžiantis dantims nuslysti, apsaugantis endoskopą nuo galimo sukandimo. Supakuotas po vieną. Komplekte privalo būti gumytė fiksacijai. Galimas kandiklio vidinio diametro	Vienkartinis kandiklis kartu su guma fiksacijai. Kandiklis endoskopinėms procedūroms vienkartinis, plastikinis, anatominės formos. Minimaliai dengiantis burnos ertmę. Turintis sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti. Turi dantų atramos barjerą, neleidžiantį dantims nuslysti, apsaugantis endoskopą nuo galimo sukandimo. Supakuotas po vieną. Komplekte yra gumytė fiksacijai. Kandiklio vidinio diametro aukštis 22 mm, plotis 27 mm.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.2.1	psl.1-2

		aukštis 21 mm (± 1 mm), plotis 26 mm (± 1 mm).			
1.2.2	Endoskopų valymo šepetėliai	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (± 10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą.	Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 220 cm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 1.2.2	psl.1-2

2 pirkimo dalis. Endoskopinių priemonių komplektas kolonoskopijai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslūs siūlomos parametrai su nuoroda į katalogo / bukletą / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) <i>(pildo tiekėjas*)</i>		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	dokumento lapo numeris
2.1	Vaizdo kolonoskopas				
2.1.1	HDTV (aukštos raiškos) standarto endoskopas, suderinamas su siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema	Būtina	HDTV (aukštos raiškos) standarto endoskopas, suderinamas su siauros juostos vaizdo stebėjimo sistema	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.2.	Matymo lauko gylis ne blogiau	(2-100) mm	(2-100) mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.3.	Regėjimo laukas	≥ 140°	140°	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.4.	Lenkimo kampai	a) aukštyn/ žemyn ≥180°; b) kairėn/dešinėn ≥160°.	a) aukštyn/ žemyn 180°; b) kairėn/dešinėn 160°.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.5.	Distalinės dalies diametras	≤ 12,8 mm	12,8 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.6.	Įvedamo vamzdelio diametras	≤ 12,8 mm	12,8 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.7.	Instrumentinio kanalo diametras	≥3,7 mm	3,7 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.8.	Darbinis ilgis	≥1650 mm	1680 mm	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.9.	Papildomas vandens padavimo kanalas	Būtina	Papildomas vandens padavimo kanalas	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.10.	Reguliuojamas endoskopo standumas	Būtina	Reguliuojamas endoskopo standumas	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4
2.1.11.	Techninis suderinamumas	Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su perkančiosios organizacijos turimu „OLYMPUS EVIS EXERA III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“	Endoskopas techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su perkančiosios organizacijos turimu „OLYMPUS EVIS EXERA III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.1.	psl.2,4

			ir šviesos šaltiniu „CLV-190“		
2.1.12.	Vartotojo vadovas	Būtina, lietuvių kalba	Vartotojo vadovas, lietuvių kalba	Vartotojo vadovas GIF-H185 CF-H185L	
2.1.13.	Siūlomo įrangos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas)	Būtinas (<u>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus</u>)	Siūlomo įrangos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas)	CE sertifikatai	
2.1.14.	Siūlomos prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus	Būtina (<u>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti techninių charakteristikų aprašymus</u> (originalūs katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (<u>techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai</u>))	Siūlomos prekių techninių charakteristikų aprašymai	Bukletai	
2.1.15.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.		
2.2	Endoskopiniai instrumentai kolonoskopijai				
2.2.1.	Biopsinės žnyplės	Vienkartinio naudojimo, turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 6,1±0,1 mm ³ , Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 2300 ±50 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, galima pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45 mm. Paimamo mėginio tūris 6,1 mm ³ , galima pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkamos	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.1 Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.1(2) Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.1(3)	Psl.2 Psl.1 Psl.1-4

			darbiniam kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.		
2.2.2.	Endoskopiniai injektoriai	Vienkartinio naudojimo, darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2300 mm. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiukai skirtingos konfigūracijos "Regular" ir "Middle" skirtingoms anatomicinėms lokalizacijoms. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, darbinis injektoriaus ilgis 1650 mm ir 2300 mm. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiukai skirtingos konfigūracijos "Regular" ir "Middle" skirtingoms anatomicinėms lokalizacijoms. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.2	Psl.1-2
2.2.3.	Polipektominė kilpa	Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras pasirinktinai 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm, kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 2300 ±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras pasirinktinai 10 mm, 15 mm ir 25 mm, kilpos vielos skersmuo: 0,47mm. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.3	Psl.1
2.2.4.	Šalto pjovimo polipektominė kilpa	Vienkartinio naudojimo, kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300 mm, kilpos diametras – 10 mm. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.4	Psl.1-2

2.2.5.	Griebiančios žnyplės polypams	Vienkartinio naudojimo, polypų šalinimui, trijų šakų, žnyplių išsiplėtimas 18-20 mm, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, polypų šalinimui, trijų šakų, žnyplių išsiplėtimas 20 mm, darbinis ilgis 2300 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.5	Psl. 1
2.2.6.	Polypų gaudyklė	Vienkartinio naudojimo, vienos kameros.	Vienkartinio naudojimo, vienos kameros.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.6	Psl.1
2.2.7.	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui	Daugkartinio naudojimo.	Daugkartinio naudojimo.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.7-2.2.8	Psl.1
2.2.8.	Neutralaus paciento elektrodo laidas	Daugkartinio naudojimo.	Daugkartinio naudojimo.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.7-2.2.8	Psl.1
2.2.9.	Neutralus paciento elektrodas	Vienkartinio naudojimo, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, dviejų kontaktinių zonų. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.9	Psl.1
2.2.10	Kabutės aplikavimo rankena	Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėmis, rotuojamas. Darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėmis, rotuojamas. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.10-2.2.11	Psl.1
2.2.11	Hemostatinės kabutės	Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° ir 135° pasirinktinai, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė.	Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° ir 135° pasirinktinai, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis 7 mm ir 9.5 mm tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabučių fiksavimo įrenginiu. Sterili pakuotė.	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.10-2.2.11	Psl.2
2.2.12	Krepšeliai didesniems akmenims traukti	Vienkartinio naudojimo instrumentas, 1900- 2000 mm ilgio, tinkamos kanalui Ø 2,8	Vienkartinio naudojimo instrumentas, 1900 mm ilgio, tinkamos kanalui	Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.12 Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 2.2.12(2)	Psl.1 Psl.2

		mm. Atidaryto krepšelio plotis 22 ±1mm, 4 vielučių, vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, sterili pakuotė.	Ø 2,8 mm. Atidaryto krepšelio plotis 22 mm, 4 vielučių, vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, sterili pakuotė.		
--	--	---	---	--	--

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	3
2	EBVPD	14
3	CE atitikties deklaracijos	14
4	Bukletai	31
5	Vartotojo vadovas	124

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	3	

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., **laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina.***

Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Igaliotas atstovas



Andrius Simonaitis

**Pastaba. Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*