

SUTARTIS Nr. 14-22-0053

Klaipėda,

2022 m. 09 mėn. 09 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Mediq Lietuva“ atstovaujama generalinio direktoriaus G. Marcinkonio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvira tarptautiniame konkurse (611677) laimėtą laboratorinį inkubatorių (termostatą) BF 56, Binder GmbH, kurio vnt. kaina yra 2.305,05 Eur (du tūkstančiai trys šimtai penki eurai 05 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Laboratorinis inkubatorius (termostatas) BF 56, Binder GmbH

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikatą.	Pateikiama
2.	Personalo mokymai	Būtina. Turi būti prarvestas detalus personalo mokymas darbui su termostatu, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus. Apmokymus turi prarvesti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus atlikti apmokymai
3.	Termostato garantinio aptarnavimo laikotarpis	Būtina. Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn
4.	Termostato naudojimo/priežiūros dokumentacija	Būtina. Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.	Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. bus pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.
5.	Patirtis Lietuvos ASP laboratorijose	Pageidaujama.	Taip
6.	Termostato naudojimo instrukcijos	Būtina. Lietuvių ir anglų kalbomis.	Lietuvių ir anglų kalbomis
7.	Termostato instaliacija	Būtina. Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliacija, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instaliaciją turi atlikti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus pristatyta, apmokyta, įdiegta ir paleista.
Specialieji reikalavimai			
1.	Termostato paskirtis	Būtina. Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje.	Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje
2.	Perkamas kiekis	Būtina. 2 vnt.	2 vnt.
3.	Termostato oro konvekciija	Būtina. Priverstinė oro konvekciija.	Priverstinė oro konvekciija. Brošiūra 1 psl.

4.	Termostato gamybos metai	Būtina. Naujas, gamybos metai ne ankstesni nei 2022m.	Gamybos metai 2022
5.	Termostato vidinės (darbinės) kameros talpa	Būtina. Vidinės (darbinės) kameros talpa ne $\leq 56l$, ne $\geq 70l$	59 litrai Brošiūra 2 psl
6.	Termostato vidinės (darbinės) kameros medžiaga	Būtina. Vidinė (darbinė) kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.	Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno (instrukcija 12 psl.
7.	Termostato durys	Būtina. Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos).	Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos). Brošiūra 1 psl, Instrukcija 12 psl.
8.	Termostato išoriniai matmenys	Būtina. Plotis ne ≥ 590 mm; aukštis ne ≥ 800 mm; gylis ne ≥ 700 mm.	Plotis 560 mm; aukštis ne 625 mm; gylis ne 565 mm. Brošiūra 2 psl.
9.	Komplektacija	Būtina. Termostatas turi būti su lentynomis (ne mažiau 2 vnt.) ir atsargine įmontuojama baterija.	Termostatas lentynomis 2 vnt. ir atsargine įmontuojama baterija Brošiūra 1 psl, instrukcija 79 psl.
10.	Termostato temperatūros diapazonas	Būtina. Minimalus: ne $\leq +5$ °C virš kambario temperatūros; maksimalus: ne ≥ 100 °C	Nuo +7°C virš aplinkos iki +100°C Brošiūra 1 psl,
11.	Temperatūros fluktuacija	Būtina. Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C ne $\geq 0,2$ °C	Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C 0,2°C Brošiūra 1 psl,
12.	Termostato temperatūros reguliavimas	Būtina. Temperatūra reguliojama pagal poreikį	Temperatūra reguliojama pagal poreikį
13.	Temperatūros saugos daviklis	Būtina. Integruotas II klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu	Integruotas 3.1 klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu Brošiūra 1 psl,
14.	Įrangos galimi generuojami perspėjimai (aliarmai)	Būtina. Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, kt.	Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, esant per aukštai temperatūrai Brošiūra 1 psl, Instrukcija
15.	Ekranas	Būtina. Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekране rodoma: data, laikas, temperatūra.	Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekране rodoma: data, laikas, temperatūra. Instrukcija 2 psl.
16.	Garso lygis	Būtina. Ne daugiau 50 dBA	43 db Brošiūra 2 psl.
17.	Maitinimo tinklas	Būtina. 230V, 50/60Hz.	230 V, 50/60Hz Brošiūra 2 psl,
18.	Duomenų saugojimas	Būtina. Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną.	Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną. Brošiūra 1 psl,
19.	Programinė įranga	Būtina. Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realiaame laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą.	Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realiaame laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą. Brošiūra 3psl.

2. Sutarties vertė

Sutarties (iki 2 vnt.) vertė – 4.610,10 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų 10 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.



6. Prekių įpakavimas

- 6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.
6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.
7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:
7.1.1. šalių susitarimu;
7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.
7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.
7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

- 8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

- 9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.
9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.
9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias



sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035


“Pardavėjas”

UAB „Mediq Lietuva“
Kolektyvo g. 15-20
Vilnius, LT-08314
A/S LT877300010159582502
AB Swedbank bankas
Lietuvos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 302513086



gydytojo
infrastruktūrai
Lotužienė

Generinio direktoriaus
Gediminas R. R. R.





UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL LABORATORINIŲ INKUBATORIŲ (TERMOSTATŲ) PIRKIMO

2022-08-08

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Mediq Lietuva
Tiekėjo adresas	Kolektyvo g. 15-20, Vilnius, LT-08314
Įmonės kodas	302513086
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Užsakymų ir konkursų ruošimo vadybininkė – Kristina Buraite
Telefono numeris	852688441
Fakso numeris	+37052688470
El. pašto adresas	kristina.buraite@mediq.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	AB Swedbank b/k 73000 LT877300010159582502

Subtiekejai nebus pasitelkiami.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Gamintojų dokumentai	Zip katalogas
2	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1 lapas
3	espd-response	14 lapų
	Laboratorinių inkubatorių (termostatų) specifikacija	3 lapai
4	Registrų centro pažyma (konfidencialu) 2022-06-15 pdf	2 lapai
5	Registrų centro pažyma (konfidencialu) 2022-06-15 adoc	adoc
6	Valdybos nariai (konfidenciali informacija)	zip katalogas
7	Registrų centro išrašas su istorija (konfidencialu)	12 lapų

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	Laboratoriniai inkubatoriai (termostatai)	4610,10

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Registrų centro pažyma (konfidencialu) 2022-06-15 pdf	2 lapai



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius


Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

2	Registų centro pažyma (konfidencialu) 2022-06-15 adoc	adoc
3	Valdybos nariai (konfidenciali informacija)	zip katalogas
4	Registų centro išrašas su istorija (konfidencialu)	12 lapų

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Užsakymų ir konkursų ruošimo vadybininkė – Kristina Buraitė



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

Atviro konkurso

2 priedas

Laboratorinių inkubatorių (termostatų) specifikacija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikatą.	Pateikiama
2.	Personalo mokymai	Būtina. Turi būti prarvestas detalus personalo mokymas darbui su termostatu, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus. Apmokymus turi prarvesti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus atlikti apmokymai
3.	Termostato garantinio aptarnavimo laikotarpis	Būtina. Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn
4.	Termostato naudojimo/priežiūros dokumentacija	Būtina. Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.	Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. bus pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.
5.	Patirtis Lietuvos ASPĮ laboratorijose	Pageidaujama.	Taip
6.	Termostato naudojimo instrukcijos	Būtina. Lietuvių ir anglų kalbomis.	Lietuvių ir anglų kalbomis
7.	Termostato instaliacija	Būtina. Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliacija, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instaliaciją turi atlikti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus pristatyta, apmokyta, įdiegta ir paleista.
Specialieji reikalavimai			
1.	Termostato paskirtis	Būtina. Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje.	Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje
2.	Perkamas kiekis	Būtina. 2 vnt.	2 vnt.
3.	Termostato oro konvekcija	Būtina. Priverstinė oro konvekcija.	Priverstinė oro konvekcija. Brošiūra 1 psl.
4.	Termostato gamybos metai	Būtina. Naujas, gamybos metai ne ankstesni nei 2022m.	Gamybos metai 2022
5.	Termostato vidinės (darbinės) kameros talpa	Būtina. Vidinės (darbinės) kameros talpa ne ≤ 56l, ne ≥ 70l	59 litrai Brošiūra 2 psl
6.	Termostato vidinės (darbinės) kameros medžiaga	Būtina. Vidinė (darbinė) kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.	Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno (instrukcija 12 psl.
7.	Termostato durys	Būtina. Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos).	Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos). Brošiūra 1 psl,



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

			Instrukcija 12 psl.
8.	Termostato išoriniai matmenys	Būtina. Plotis ne ≥ 590 mm; aukštis ne ≥ 800 mm; gylis ne ≥ 700 mm.	Plotis 560 mm; aukštis ne 625 mm; gylis ne 565 mm. Brošiūra 2 psl.
9.	Komplektacija	Būtina. Termostatas turi būti su lentynomis (ne mažiau 2 vnt.) ir atsargine įmontuojama baterija.	Termostatas lentynomis 2 vnt. ir atsargine įmontuojama baterija Brošiūra 1 psl, instrukcija 79 psl.
10.	Termostato temperatūros diapazonas	Būtina. Minimalus: ne $\leq +5$ °C virš kambario temperatūros; maksimalus: ne ≥ 100 °C	Nuo +7°C virš aplinkos iki +100°C Brošiūra 1 psl,
11.	Temperatūros fluktuacija	Būtina. Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C ne $\geq 0,2$ °C	Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C 0,2°K Brošiūra 1 psl,
12.	Termostato temperatūros reguliavimas	Būtina. Temperatūra reguliojama pagal poreikį	Temperatūra reguliojama pagal poreikį
13.	Temperatūros saugos daviklis	Būtina. Integruotas II klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu	Integruotas 3.1 klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu Brošiūra 1 psl,
14.	Įrangos galimi generuojami perspėjimai (aliarmai)	Būtina. Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, kt.	Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, esant per aukštai temperatūrai Brošiūra 1 psl, Instrukcija
15.	Ekranas	Būtina. Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekrane rodoma: data, laikas, temperatūra.	Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekrane rodoma: data, laikas, temperatūra. Instrukcija 2 psl.
16.	Garso lygis	Būtina. Ne daugiau 50 dBA	43 db Brošiūra 2 psl.
17.	Maitinimo tinklas	Būtina. 230V, 50/60Hz.	230 V, 50/60Hz Brošiūra 2 psl,
18.	Duomenų saugojimas	Būtina. Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną.	Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną. Brošiūra 1 psl,
19.	Programinė įranga	Būtina. Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realiaje laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą.	Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realiaje laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą. Brošiūra 3psl.
20.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems	Būtina	Pateikiama



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

	parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba užsienio kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>		
21.	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	
22.	PVM tarifas procentais		21%
23.	Vnt. kaina Eur su PVM		2305,05
24.	Kaina Viso Eur su PVM		4610,10
25.	Firminis pavadinimas, gamintojas		BF 56, Binder GmbH



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470


Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

Atviro konkurso

2 priedas

Laboratorinių inkubatorių (termostatų) specifikacija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	CE ženklavimas	Būtina. Pateikti CE sertifikatą.	Pateikiama
2.	Personalo mokymai	Būtina. Turi būti praveistas detalus personalo mokymas darbui su termostatu, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus. Apmokymus turi pravesti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus atlikti apmokymai
3.	Termostato garantinio aptarnavimo laikotarpis	Būtina. Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn
4.	Termostato naudojimo/priežiūros dokumentacija	Būtina. Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.	Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. bus pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, priežiūros planas, atliekamos procedūros.
5.	Patirtis Lietuvos ASPĮ laboratorijose	Pageidaujama.	Taip
6.	Termostato naudojimo instrukcijos	Būtina. Lietuvių ir anglų kalbomis.	Lietuvių ir anglų kalbomis
7.	Termostato instaliacija	Būtina. Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliacija, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instaliaciją turi atlikti gamintojo apmokytas atstovas.	Bus pristatyta, apmokyta, įdiegta ir paleista.
Specialieji reikalavimai			
1.	Termostato paskirtis	Būtina. Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje.	Skirtas profesionaliam naudojimui laboratorijoje
2.	Perkamas kiekis	Būtina. 2 vnt.	2 vnt.
3.	Termostato oro konvekcija	Būtina. Priverstinė oro konvekcija.	Priverstinė oro konvekcija. Brošiūra 1 psl.
4.	Termostato gamybos metai	Būtina. Naujas, gamybos metai ne ankstesni nei 2022m.	Gamybos metai 2022
5.	Termostato vidinės (darbinės) kameros talpa	Būtina. Vidinės (darbinės) kameros talpa ne $\leq 56l$, ne $\geq 70l$	59 litrai Brošiūra 2 psl
6.	Termostato vidinės (darbinės) kameros medžiaga	Būtina. Vidinė (darbinė) kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.	Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno (instrukcija 12 psl.
7.	Termostato durys	Būtina. Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos).	Vidinės- stiklinės (saugaus grūdinto stiklo), išorinės-nepermatomos (miltelių būdu dengtos). Brošiūra 1 psl,



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

			Instrukcija 12 psl.
8.	Termostato išoriniai matmenys	Būtina. Plotis ne ≥ 590 mm; aukštis ne ≥ 800 mm; gylis ne ≥ 700 mm.	Plotis 560 mm; aukštis ne 625 mm; gylis ne 565 mm. Brošiūra 2 psl.
9.	Komplektacija	Būtina. Termostatas turi būti su lentynomis (ne mažiau 2 vnt.) ir atsargine įmontuojama baterija.	Termostatas lentynomis 2 vnt. ir atsargine įmontuojama baterija Brošiūra 1 psl, instrukcija 79 psl.
10.	Termostato temperatūros diapazonas	Būtina. Minimalus: ne $\leq +5$ °C virš kambario temperatūros; maksimalus: ne ≥ 100 °C	Nuo +7°C virš aplinkos iki +100°C Brošiūra 1 psl,
11.	Temperatūros fluktuacija	Būtina. Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C ne $\geq 0,2$ °C	Temperatūros svyravimai darbinės kameros viduje esant 37 °C 0,2°K Brošiūra 1 psl,
12.	Termostato temperatūros reguliavimas	Būtina. Temperatūra reguliojama pagal poreikį	Temperatūra reguliojama pagal poreikį
13.	Temperatūros saugos daviklis	Būtina. Integruotas II klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu	Integruotas 3.1 klasės temperatūros saugos daviklis (pagal DIN 12880 standartą), su vaizdiniu įspėjimu Brošiūra 1 psl,
14.	Įrangos galimi generuojami perspėjimai (aliarmai)	Būtina. Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, kt.	Garsinis ir vizualinis. Temperatūrinio svyravimo, elektros tiekimo trikdžių, esant per aukštai temperatūrai Brošiūra 1 psl, Instrukcija
15.	Ekranas	Būtina. Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekrane rodoma: data, laikas, temperatūra.	Išorinis skaitmeninis LCD ekranas su programuojamu laikmačiu. Ekrane rodoma: data, laikas, temperatūra. Instrukcija 2 psl.
16.	Garso lygis	Būtina. Ne daugiau 50 dBA	43 db Brošiūra 2 psl.
17.	Maitinimo tinklas	Būtina. 230V, 50/60Hz.	230 V, 50/60Hz Brošiūra 2 psl,
18.	Duomenų saugojimas	Būtina. Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną.	Vidinė duomenų atmintis su galimybe perrašyti duomenis į USB laikmeną. Brošiūra 1 psl,
19.	Programinė įranga	Būtina. Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realia laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą.	Programinė įranga, užtikrinanti skaitmeninę ir grafinę temperatūros svyravimų atvaizdavimą bei skirta stebėti/fiksuoti/aliarmuoti realia laike galimus temperatūros svyravimus. Galimybė naudotis programine įranga, prijungiant daugiau nei vieną termostatą. Brošiūra 3psl.
20.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems	Būtina	Pateikiama



UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000


	parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba užsienio kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>		
21.	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	
22.	PVM tarifas procentais		21%
23.	Vnt. kaina Eur su PVM		2305,05
24.	Kaina Viso Eur su PVM		4610,10
25.	Firminis pavadinimas, gamintojas		BF 56, Binder GmbH

Model BF 56 | Standard-Incubators with forced convection 3 punktās


The BINDER incubator of the BF Avantgarde.Line series with forced convection is suitable for all gentle incubation applications, particularly under a full load and large batch throughputs. This incubator is extremely homogeneous and has quick recovery times. 1 punktās

BENEFITS

- Excellent temporal and spatial temperature accuracy
- High process reliability
- 100 °C disinfection routine



Model 56



Model 56

MAIN FEATURES

- Temperature range: +7 °C above ambient temperature to +100 °C
- High temperature accuracy thanks to APT.line™ technology
- Forced convection
- Controller with LCD display
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Inner door made of tempered safety glass

- 2 chrome-plated racks
- Stackable
- Class 3.1 integrated independent temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
- Ergonomic handle design
- USB port for recording data

7 punktās

18 punktās

ORDERING INFORMATION

Interior volume [L]	Voltage	Option model	Version	Art.-No.
59	230 V 1~ ph 50/60 Hz	Standard	BF056-230V	9010-0313
	120 V 1~ ph 60 Hz	Standard	BF056UL-120V	9010-0314

TECHNICAL DATA


Description	BF056-230V ¹	BF056UL-120V ¹
Article Number	9010-0313	9010-0314
Performance Data Temperature		
Temperature range +7 °C above ambient temperature to [°C]	100	100
Temperature variation at 37 °C	0,2 ± K	0,2 ± K
Temperature fluctuation at 37 °C [± K]	0.1	0.1
Heating-up time to 37 °C [min]	6	6
Recovery time after 30 seconds door open at 37 °C [min]	3	3

¹ All technical data is specified for unloaded units with standard equipment at an ambient temperature of +22 °C ±3 °C and a power supply voltage fluctuation of ±10%. The temperature data is determined to BINDER factory standard following DIN 12880, observing the recommended wall clearances of 10 % of the height, width, and depth of the inner chamber. All indications are average values, typical for units produced in series. We reserve the right to change technical specifications at any time.

Description	BF056-230V ¹	BF056UL-120V ¹
Article Number	9010-0313	9010-0314
Electrical data		
Rated Voltage [V]	230	120
Power frequency [Hz]	50/60	60
Nominal power [kW]	0.4	0.4
Unit fuse [A]	6.3	12.5
Phase (Nominal voltage)	1~	1~
Measures		
Interior volume [L]	59	59
Net weight of the unit (empty) [kg]	40	40
Permitted load [kg]	70	70
Load per rack [kg]	30	30
Wall clearance back [mm]	160	160
Wall clearance sidewise [mm]	100	100
Internal Dimensions		
Width [mm]	400	400
Height [mm]	440	440
Depth [mm]	340	340
Doors		
Unit doors	1	1
Housing dimensions not incl. fittings and connections		
Width net [mm]	560	560
Height net [mm]	625	625
Depth net [mm]	565	565
Environment-specific data		
Energy consumption at 37 °C [Wh/h]	55	55
Sound-pressure level [dB(A)]	43	43
Fixtures		
Number of shelves (std./max.)	2/4	2/4

1 All technical data is specified for unloaded units with standard equipment at an ambient temperature of +22 °C ±3 °C and a power supply voltage fluctuation of ±10%. The temperature data is determined to BINDER factory standard following DIN 12880, observing the recommended wall clearances of 10 % of the height, width, and depth of the inner chamber. All indications are average values, typical for units produced in series. We reserve the right to change technical specifications at any time.

DIMENSIONS incl. fittings and connections [mm]



OPTIONS

Designation	Description	*	Art.-No.
Access port with silicone plug	left		
	10 mm	01	8012-1274
	30 mm	01	8012-1156
	50 mm	01	8012-1164
	right		
	10 mm	01	8012-1267
	30 mm	01	8012-1153
	50 mm	01	8012-1162
	top		
	10 mm	01	8012-1261
	30 mm	01	8012-1150
	50 mm	01	8012-1159
	100 mm	01	8012-1166
Alarm function for overheating	Switchable acoustic alarm, with adjustable limit value on the independent temperature safety device	–	8012-1634
Analog output 4-20 mA	for temperature values (output not adjustable)	02	8012-1622
Calibration certificate, expanded	for temperature; for extending the measurement in center of chamber to include another test temperature	–	8012-1111
Calibration certificate, temperature	for temperature, measurement in center of chamber at specified temperature	–	8012-1130
	temperature measurement incl. certificate and 27 measuring points at specified temperature	–	8012-1590
	temperature measurement incl. certificate, 15- 18 measuring points at specified temperature	–	8012-1569
	temperature measurement incl. certificate, 9 measuring points at specified temperature	–	8012-1548
Clock	battery-backed	–	8012-1639
Door lock	lockable door handle	–	8012-1663
Ethernet interface	for Multi Management Software APT-COM™	–	8012-0990
Gas-tight option model	Incl. additional measures for the greatest possible impermeability to gas; not in conjunction with access port or interior lighting option	–	8012-1044
Inert gas connection	With gas inlet and outlet, Ø 10 mm, incl. additional measures for the greatest possible impermeability to gas; not in conjunction with access port or interior lighting option	–	8012-1047
Pt 100 temperature sensor	additional flexible Pt 100, interior, for displaying the temperature on the unit display	–	8012-1618

* Notes › See last page

ACCESSORIES

Designation	Description	*	Art.-No.
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	for simple logging and documentation requirements with up to 5 networked units. version 4, BASIC edition	19 punktas	9053-0039
APT-COM™ 4 GLP-Edition	for working under GLP-compliant conditions. Measured values are documented in a tamper-proof way in line with the requirements of FDA Regulation 21 CFR 11. version 4, GLP edition	–	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	convenient unit and user management built on the BASIC edition. Suitable for networking up to 100 units. version 4, PROFESSIONAL edition	–	9053-0040
pH-neutral detergent	concentrated, for gentle remove of residual contaminants; 1 kg	–	1002-0016

* Notes › See last page

Designation	Description	*	Art.-No.
Qualification documents	IQ/OQ documents – supporting documents for validation performed by customers, consisting of: IQ/OQ checklists incl. calibration guide and comprehensive unit documentation; parameters: temperature, CO ₂ , O ₂ , pressure, depending on unit		
	Digital in PDF format	–	7057-0001
	Hard copy inside folder	–	7007-0001
	IQ/OQ/PQ documents – supporting documents for validation performed by customers, according to customer requirements, PQ section added to qualification folder IQ/OQ; parameters: temperature, CO ₂ , O ₂ – or pressure, depending on unit		
	Digital in PDF format	–	7057-0005
	Hard copy inside folder	–	7007-0005
Rack	chrome plated	–	8012-2038
	stainless steel	–	8012-2085
Rubber pads	set anti-slip feet	–	8012-2030
Shelf, perforated	Stainless steel	–	6004-0182
Table on castors	stable cart, casters with locking brakes, dimensions: W 1,000 x D 800 x H 780 mm	–	9051-0018

* Notes › See last page

SERVICES

Designation	Description	*	Art.-No.
Installation services			
Unit commissioning	Connect the unit to the customer-side connections (electricity, water, wastewater, gas), basic functions check, brief operating instructions. (excl.: unpacking, setup, controller instructions, programming, installation work)	05	DL10-0100
Unit instructions	Instruction regarding operating principle and basic functions of the unit, operation of the control electronics including programming	05	DL10-0500
Maintenance contracts			
Maintenance services			
BRONZE 3-year maintenance contract	Maintenance service as contractually agreed, visual inspection of mechanical and electrical components, check of control response, 20% discount on spare parts	05	DL20-0710
GOLD 3-year maintenance contract	Maintenance service as contractually agreed, visual inspection of mechanical and electrical components, check of control response, 20% discount on spare parts, testing of all key functions, replacement of wear parts, calibration of one test temperature specified by the user in the center of the usable space, including certificate	05	DL20-0910
Maintenance	One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule. Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions. Calibration of a test temperature specified by the user in center of usable space without certificate	05	DL20-0200
PLVER 3-year maintenance contract	Maintenance service as contractually agreed, visual inspection of mechanical and electrical components, check of control response, 20% discount on spare parts, testing of all key functions, calibration of one test temperature specified by the user in the center of the usable space, without certificate	05	DL20-0810
Calibration services			
Calibration certificate, temperature	Calibration of one (1) test temperature specified by the user in center of chamber, including certificate	03, 04, 05	DL30-0101
	Extension of calibration of one (1) additional test temperature specified by the user in the center of the usable space, including certificate	03, 04, 05	DL30-0102
Temperature measurement, 18 measuring points	Temperature measurement with 18 measuring points with a set value specified by the user, including certificate	03, 04, 05	DL30-0118
Temperature measurement, 27 measuring points	Temperature measurement with 27 measuring points with a set value specified by the user, including certificate	03, 04, 05	DL30-0127
Temperature measurement, 9 measuring points	Temperature measurement with 9 measuring points with a set value specified by the user, including certificate	03, 04, 05	DL30-0109
Validation services			
Execution of IQ/OQ	Execution of IQ/OQ in accordance with qualification folder	05	DL40-0100
Execution of IQ/OQ/PQ	Execution of IQ/OQ/PQ in accordance with qualification folder	05	DL44-0500
Warranty service			
1-year warranty extension	The warranty is extended by 1 year from the delivery date, wear parts are excluded	–	DL50-0010

* Notes › See last page

NOTES

- 01 Condensation may occur in the area around the access port. Access ports may be placed in custom locations for an additional charge.
- 02 UL mark is not granted when this option is used.
- 03 Sensor calibration is performed in an accredited calibration laboratory.
- 04 Calibration is performed according to the BINDER factory standard.
- 05 Quoted prices do not include travel costs. Please refer to the chapter on BINDER Service for travel costs for your region. Quoted prices for services performed in Switzerland do not include a country-specific added fee (available on request).

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China
TEL +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS
Moscow, Russia
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.com

**BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.**
Shanghai, P.R. China
TEL +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA
TEL +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us