

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 14-49

2022 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Švenčionys

Ši sutartis sudaroma tarp **VšĮ Švenčionių rajono PSPC**, atstovaujama l. e. direktorės pareigas Editos Urbanienės (toliau tekste Pirkėjas), iš vienos pusės ir **UAB "Eurilija"**, atstovaujama direktoriaus Arvydo Bartaševičiaus (toliau tekste Pardavėjas) iš kitos pusės.

#### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti odontologinę įrangą (toliau – prekės) (prekės pavadinimas ir kita informacija nurodoma sutarties priede Nr1) atitinkančią konkurso 619948 : 1 Odontologinės įrangos pirkimas sąlygas ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytą techninę specifikaciją, sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, o Pirkėjas priimti ir apmokėti už šias prekes.

#### II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1. perduoti prekes Pirkėjo nuosavybėn konkurso sąlygų ir šios sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka;

2.2. atsakyti už prekes iki jų perdavimo naudojimui;

2.3. suteikti odontologinei įrangai, jų agregatams ir dalims 24 mėnesių, atgaliamis 12 mėnesių garantiją;

2.4. garantinio aptarnavimo laikotarpiu nemokamai atlikti prekių techninę priežiūrą ir garantinį remontą

3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1. priimti sutarties 1-ame punkte nurodytas prekes, kurios yra naujos, kokybiškos, neturi išorinių ar vidinių defektų, veikiančios;

3.2. sumokėti už jas nustatytą kainą sutarties numatytais sąlygomis ir tvarka;

4. Pardavėjas turi teisę :

4.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų prekes ir sumokėtų šioje sutartyje nustatytą kainą, jei ji yra nauja, kokybiška, neturi išorinių ar vidinių defektų, veikianti ir atitinka pasiūlymą;

4.2. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Pirkėjas, pažeisdamas sutartį, atsisako priimti prekes arba sumokėti už jas nustatytą kainą;

5. Pirkėjas turi teisę :

5.1. reikalauti perduoti jam perkamas prekes per sutartyje numatytus terminus;

5.2. reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus sutarties įvykdymo uždelsimu; sutarties įvykdymo garantija šiuo atveju neskaitoma kaip nuostolių kompensacijos dalis;

5.3. atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Pardavėjas, pažeisdamas sutartį, neperveda Pirkėjui prekių.

#### III. SUTARTIES KAINA

6. Sutarties kaina su PVM yra 15246,00 € (Penkiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt šeši Eur. 00 ct.) .

7. Prekių kaina apima jų įpakavimą, ženklimą, prekių pristatymą, prekių montavimą ir pridavimą eksploatacijai, garantinį aptarnavimą, bei personalo apmokymą (visais atvejais privalomi prekių priėmimo – perdavimo ir/ar įrengimo perdavimo eksploatacijai aktai).

#### IV. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR TVARKA

8. Perkamos prekės privalo būti pristatytos ir sumontuotos ir perduotos naudojimui iki 2022.09.30 dienos.
9. Prekės turi būti pristatytos adresu: Strūnaičio g. 3, Švenčionys LT-18127.
10. Tiekėjas perduoda prekes paskirties vietoje. Prekes priima Užsakovo paskirtas atsakingas darbuotojas.
11. Kartu su įrengimu perduodama prekių dokumentacija ir vartotojo instrukcijos lietuvių kalba.

#### V. PREKIŲ PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

11. Prekių priėmimas vykdomas jų pristatymo, 9 –ame punkte nurodytoje, vietoje.
12. Prekių priėmimo metu, dalyvaujant Pirkėjo ir Pardavėjo atstovams, atliekamas jų kiekio ir kokybės bei komplektiškumo patikrinimas. Prekėms atitikus reikiamą kiekį, komplektaciją ir kokybę, jos priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.
13. Nustačius neatitikimus ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytai komplektacijai ir/ar kokybei, surašomas neatitikimo sutarties sąlygoms aktas.
14. Trūkstamą kiekį, komplektaciją ar kokybę Pardavėjas privalo atstatyti .
15. Jeigu prekių priėmimo metu tarp šalių kyla ginčų nustatant prekių kokybės neatitikimo ar kiekio trūkumo priežastis, bet kurios iš Šalių nuožiūra kviečiamas ekspertizę galinčios atlikti institucijos atstovas.

#### VI. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

17. . Pirkėjas už perkamas Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą..
18. Uždelsus atsiskaityti ilgiau kaip 30 dienų, skaičiuojami- 0,02 proc. dydžio delspinigiai, už kiekvieną uždelstą dieną.

#### VII. KITI SUTARTIES VYKDYMO ATVEJAI

19. Šalis atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force-majeure), tokios kaip stichinės nelaimės, karo veiksmai, streikai ir kt., laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (V.Ž. 1996-07-19 Nr.68).
20. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta. Nuo pranešimo momento laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų galima išvengti, atlyginimą.
21. Prekės gamintojo atsisakymas pateikti prekes ar jas pateikus ne Pardavėjo pasiūlyme nurodytos komplektacijos ar kokybės, neatleidžia Pardavėjo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

#### VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo.
23. Sutarties įvykdymo terminai gali būti keičiami VII šios sutarties skyriuje numatytais atvejais.
24. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu.

25. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios sutarties IX skyriuje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adresą pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

26. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

27. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

#### IX. ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI:

Pirkėjas

VšĮ Švenčionių rajono PSPC

Strūnaičio g. 3, Švenčionys LT-18127

I/k 178736022

Pardavėjas

UAB "Eurilija

Gabijos g. 42-78, LT-06157 Vilnius

I/k 125271238

PVM kodas LT252712314

A/s LT767300010000067655

„Swedbank“ AB

L. s. direktoriaus pareigas

Edita Urbanienė



Direktorius

Arvydas Bartaševičius

\_\_\_\_\_

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 17-49  
 2022 m. rugsėjo mėn. 1 d..  
 PRIEDAS Nr.1

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS ir PRIEDŲ SPECIFIKACIJA

Eil.Nr	Reikalaujamas parametras (specifikacija)	Tiekėjo siūloma reikšmė
	<b>Odontologinio įrenginio komplektas</b> <b>Nurodyti modelį, gamintoją</b>	Chiromega 654 Duet, Chiromega s.r.o
1.	Paciento kėdė	
1.1	Kėdės maitinimas 230V50Hz	maitinimas 230V50Hz
1.2	Kėdės keliamoji galia ne mažiau 180kg paciento svorio	keliamoji galia 200kg paciento svorio
1.3	Kėdės judėjimas elektromechaninis	Kėdės judėjimas elektromechaninis
1.4	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų stalelio ir kojiniu pedalu	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų stalelio ir kojiniu pedalu
1.5	Ne mažiau keturių programuojamų padėčių, užprogramuotos išspjovimo padėtis, grįžimo į prieš tai buvusią padėtį, išlaipinimo padėtis, trenderburgo padėtis	keturios programuojamos padėtys, užprogramuotos išspjovimo padėtis, grįžimo į prieš tai buvusią padėtį, išlaipinimo padėtis, trenderburgo padėtis
1.6	Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leisti intervale: apatinė pozicija ne aukščiau 44 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 80 cm nuo grindų	apatinė pozicija 44 cm, viršutinė pozicija 85 cm
1.7	Kairys porankis	Yra kairys porankis
1.8	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę po kėdės pagrindu.	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę po kėdės pagrindu
1.9	Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų	Galimybė pasirinkti iš daugiau kaip 10 spalvų
2.	<b>Odontologo instrumentų stalas</b>	
2.1	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko pantografinė alkūnė.	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko pantografinė alkūnė.
2.2	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas su padėties fiksavimo stabdžiu.	
2.3	<b>Įmontuotas skaitmeninis spalvotas, lietimui jautrus ekranas :</b> Turi valdyti ir rodyti :	rodo pasirinktą instrumentą ir jo nustatymus - mikrovariklio apsisukimų skaičių, - mikrovariklio nustatytą sukimo jėgą,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasirinktą instrumentą ir jo nustatymus</li> <li>- mikrovariklio apsisukimų skaičių,</li> <li>- mikrovariklio nustatytą sukimo jėgą,</li> <li>- naudojamo antgalio perdavimo skaičių,</li> <li>- sukimosi kryptį,</li> <li>- darbo režimą (Normalus-Endo),</li> <li>- ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.</li> <li>- skalerio nustatytą galią,</li> <li>- skalerio darbo režimą (Normalus-Endo- Perio)</li> </ul> <p>-Turbininio antgalio nustatymus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymas.</li> <li>- programuojamų kėdės padėčių valdymas.</li> <li>- mikrovariklio ir skalerio apsisukimų ir galios nustatymai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šviestuvo, įjungimo / išjungimo valdymas</li> <li>- turbinos, mikrovariklio ir skalerio pašvietimo įjungimo / išjungimas.</li> <li>- vandens, paduodamo į antgalius įjungimo / išjungimo valdymas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spjaudyklės apiplovimo įjungimas.</li> <li>- stiklinės pripildymo įjungimas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antgalių reikalingo sutepimo laiko programavimas</li> <li>- pranešimas apie reikalingą atlikti antgalio sutepimą</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodyti įrangos aptarnavimo pranešimą</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laikrodis su data</li> <li>- Chronometras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naudojamo antgalio perdavimo skaičių,</li> <li>- sukimosi kryptį,</li> <li>- darbo režimą (Normalus-Endo),</li> <li>- ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.</li> <li>- skalerio nustatytą galią,</li> <li>- skalerio darbo režimą (Normalus-Endo- Perio)</li> <li>-Turbininio antgalio nustatymus.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymas.</li> <li>- programuojamų kėdės padėčių valdymas.</li> <li>- mikrovariklio ir skalerio apsisukimų ir galios nustatymai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šviestuvo, įjungimo / išjungimo valdymas</li> <li>- turbinos, mikrovariklio ir skalerio pašvietimo įjungimo / išjungimas.</li> <li>- vandens, paduodamo į antgalius įjungimo / išjungimo valdymas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spjaudyklės apiplovimo įjungimas.</li> <li>- stiklinės pripildymo įjungimas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antgalių reikalingo sutepimo laiko programavimas</li> <li>- pranešimas apie reikalingą atlikti antgalio sutepimą</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodyti įrangos aptarnavimo pranešimą</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laikrodis su data</li> <li>- Chronometras</li> </ul>
2.4	<p>Odontologo instrumentai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-daugiafunkcinis pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su oro ir vandens šildymu;</li> <li>2- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;</li> <li>3- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;</li> <li>4- rankovė elektriniam be šepetėliniam</li> </ul>	<p>instrumentai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-daugiafunkcinis pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su oro ir vandens šildymu;</li> <li>2- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;</li> <li>3- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;</li> <li>4- rankovė elektriniam be šepetėliniam</li> </ul>

	mikrovarikliui su pašvietimu; 5- rankovė ultragarsinio skalerio antgaliui su pašvietimu;	mikrovarikliui su pašvietimu; 5- rankovė ultragarsinio skalerio antgaliui su pašvietimu;
2.5	Vandens kiekio, paduodamo į antgalius, reguliavimas (išskyrus pūtiklį)	Vandens kiekio, paduodamo į antgalius, reguliavimas
2.6	Pagalbinis padėkliukas-lentynėlė	Yra pagalbinis padėkliukas
3.	<b>Mikrovariklis be šepetėlinis su endo funkcija</b> Nurodyti modelį, gamintoją	NSK, NLX Plus
3.1	Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min.	Reguliuojamos apsūkos nuo 100 aps/min.
3.2	Reguliuojamas maksimalūs apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min.	Reguliuojamos apsūkos iki maks 40000 aps/min.
3.3	Su LED šviesos šaltiniu	Su LED šviesos šaltiniu
3.4	Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 4Nm	Sukimo momentas maks 4Nm
3.5	Svoris ne daugiau 75g.	72g
3.6	Apsisukimų skaičius valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale	Apsisukimų skaičius valdomas kojiniu pedalu
3.7	Ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.	9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.
3.8	Endo režime turi būti : - ARV Autoreverse - ARF Autoforward	Yra Endo režime : - ARV Autoreverse - ARF Autoforward
3.9	Programuoti ir keisti: Autoreverso - sukimo kryties pakeitimo suveikimo laiką Autoforward - atsisukimų trukmės laikas Autoreverso ir autoforward suveikimo apkrovos lygi (sukimo momentą)	Programuoti ir keisti: Autoreverso - sukimo kryties pakeitimo suveikimo laiką Autoforward - atsisukimų trukmės laikas Autoreverso ir autoforward suveikimo apkrovos lygi (sukimo momentą)
3,10	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displejus turi rodyti mikrovariklio esamus nustatymus ir būseną ( nustatytus ir esamus apsisukimus, jėgą, darbo režimą, pasirinktą programą, sukimosi kryptį)	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displejus turi rodyti mikrovariklio esamus nustatymus ir būseną ( nustatytus ir esamus apsisukimus, jėgą, darbo režimą, pasirinktą programą, sukimosi kryptį)
4.	<b>Ultragarsinis skaleris su Endo funkcija.</b> Nurodyti modelį, gamintoją	Woodpecker N3LED

4.1	Su LED Pašvietimu	Su LED Pašvietimu
4.2	Tinkantis Endo ir Higienos procedūroms	Tinkantis Endo ir Higienos procedūroms
4.3	Komplekte turi būti: - darbiniai antgaliukai ne mažiau 5 vnt. - dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui 1 vnt.	Komplekte yra: - darbiniai antgaliukai ne mažiau 5 vnt. - dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui 1 vnt.
4.4	Galingumas valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale	Galingumas valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale
4.5	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti skalerio esamus nustatymus ir būseną ( nustatytą ir esamą galią, darbo režimą.)	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti skalerio esamus nustatymus ir būseną ( nustatytą ir esamą galią, darbo režimą.)
5.	<b>Instrumentų valdymo pedalas</b>	
5.1	Tuo pačiu kojiniu pedalu turi būti valdomas: - instrumentų paleidimas, - instrumentų sūkių reguliavimas, - vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, - paciento kėdės padėčių keitimas, - paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas,	Tuo pačiu kojiniu pedalu yra valdomas: - instrumentų paleidimas, - instrumentų sūkių reguliavimas, - vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, - paciento kėdės padėčių keitimas, - paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas,
6.	<b>Spjaukyklės blokas</b>	
6.1	Blokas su tvirtinimu prie paciento kėdės ir keliasi kartu su kėde	Blokas su tvirtinimu prie paciento kėdės ir keliasi kartu su kėde
6.2	Švaraus vandens sistema ne mažiau 1l buteliu.	Švaraus vandens sistema su 1l buteliu.
6.3	Antgalių, naudojančių vandenį, rankovių dezinfekavimo funkcija. Būtina pateikti aprašymą ar naudojimo instrukciją.	Antgalių, naudojančių vandenį, rankovių dezinfekavimo funkcija
6.4	Pasukama spjaukyklė tvirtinama ant spjaukyklės bloko	Pasukama spjaukyklė tvirtinama ant spjaukyklės bloko
6.5	Įmontuotas separatorius su kietų dalelių nusodintuvo surinkimo indu ir automatinio skysčių pašalinimu į kanalizaciją. Skysčių pašalinimo metu siurbimas nestabdomas. Integruotas magistralinis vožtuvas.	Įmontuotas separatorius MST 1ECO Metasys su kietų dalelių nusodintuvo surinkimo indu ir automatinio skysčių pašalinimu į kanalizaciją. Skysčių pašalinimo metu siurbimas nestabdomas. Integruotas magistralinis vožtuvas.
7.	<b>Padėjėjo staliukas</b>	
7.1	Tvirtinamas prie spjaukyklės bloko	Tvirtinamas prie spjaukyklės bloko
7.2	Dvi seilių ir dulkių nusiurbimo žarnos	Dvi seilių ir dulkių nusiurbimo žarnos
7.3	Padėjėjo staliuke turi būti ne mažiau 4-ių lizdų	Padėjėjo staliuke yra 4-ių lizdai

	instrumentams	instrumentams
7.4	Pagalbinė lenynėlė-padėkliukas	Yra pagalbinė lenynėlė-padėkliukas
8.	<b>LED Šviestuvai</b>	
8.1	Tvirtinamas prie spaudyklės bloko	Tvirtinamas prie spaudyklės bloko
8.2	Šviesos šaltinis LED-as	Šviesos šaltinis LED-as
8.3	Šviesos intensyvumas ribose ne mažiau 8000-35000 Lux	Šviesos intensyvumas ribose 8000-35000 Lux
8.4	Ne mažiau 5 lygių arba tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas	Švelnus, tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
9.	<b>Kampinis antgalis mikrovarikliui: 4vnt</b> Nurodyti modelį, gamintoją	Twocore PM-SPC F BDC Dental Corporation Ltd.
9.1	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu
9.2	Perdavimo santykis 1:1.	Perdavimo santykis 1:1
9.3	Grąžto fiksacija mygtuku.	Grąžto fiksacija mygtuku.
9.4	Su pašvietimu	Su pašvietimu
9.5	Sterilizuojamas	Sterilizuojamas
10.	<b>Turbininis antgalis su pašvietimu : 4vnt</b> Nurodyti modelį, gamintoją	Twocore X4 ML BDC Dental Corporation Ltd.
10.1	Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų.	Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų.
10.2	Sūčiai nuo 360 000 min <sup>-1</sup>	380000 ap/min
10.3	Maksimali galia ne mažiau 22 W.	22w
10.4	Sterilizuojamas.	sterilizuojamas
10.5	Prie rankovės jungiamas per greitą jungtį	Jungiamas prie rankovės per greitą jungtį
10.6	LED tipo šviesos šaltinis,	Jungtis CP-KQD LED, šviesos šaltinis LED
10.7	Greita jungtis antgalio prijungimui	Pateikiam su antgaliu
10.8	Greita jungtis to pačio gamintojo kaip ir turbininis antgalis	Jungtis to pačio gamintojo
11.	<b>Kėdutė gydytoji:</b>	
11.1	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.	Laisvai stumdoma ant 5 ratukų.
11.2	Atrama rankai	Atrama rankai
11.3	Reguliuojamas kėdutės sėdėjimo aukštis.	Reguliuojamas kėdutės sėdėjimo aukštis.
11.4	To pačio gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys	To pačio gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys
11.5	Kėdutės odos spalva turi atitikti įrangos paciento kėdės spalvą.	Spalva atitiks paciento kėdės spalvą

Pirkėjas  
VšĮ Švenčionių rajono PSPC  
Strūnaičio g. 3, Švenčionys LT-18127  
Į/k 178736022

Pardavėjas  
UAB "Eurilija  
Gabijos g. 42-78, LT-06157 Vilnius  
Į/k 125271238  
PVM kodas LT252712314  
A/s LT767300010000067655  
„Swedbank“ AB

L. e. direktoriaus pareigas  
Edita Urbanienė



The image shows a circular official stamp in light blue ink. The text within the stamp reads: "RESPIRACIJOS, ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEKAPIS PASTATŲ CENTRAS, ŠVENČIONYS". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, crossing a horizontal line.

Direktorius  
Arvydas Bartaševičius

\_\_\_\_\_