



Vilnius,

2022 m. _

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „ViaMedPharma“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Darijaus Jaso, laimėjusi 2022 m. liepos mėn. 31 d. skelbtą atvirą konkursą **inkubatorius su realaus laiko embrionų stebėjimo sistema („time-lapse“ technologija), skirtas naudoti laboratorijoje (5249) (CVP IS pirkimo Nr. 616919)**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra embrionų vystymosi inkubatorius su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu (CCM-iBIS-SL-230LE. Gamintojas: Astec Bio, Japonija), CO2 inkubatorius (Penguin APC-30 DR. Gamintojas: Astec Bio, Japonija), Kitazato atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai (CR-B, CR-W, CR-R, CR-Y, CR-G. Gamintojas, Kitazato, Japonija) ir Spermatrack spermatozoidų skaičiavimo kamera (kodas C104, gamintojas ARQUIMEA, Ispanija) (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas bei po instaliavimo likusių pakuočių išvežimas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;

1.1.4. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais priedais, ir dokumentais, nurodytais sutarties 1-ame priede.

1.1.5. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.6. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą, o tiekėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

1.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 84 969,83 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai aštuoniasdešimt trys euro centai)

PVM suma 17 843,67 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai šešiasdešimt septyni euro centai)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 102 813,50 Eur (šimtas du tūkstančiai aštuoni šimtai tryliką eurų penkiasdešimt euro centų).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{(1 + \frac{T_s}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo prašymo pristatyti prekes dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1d., jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti, apmokyti personalą ir išvežti po diegimo likusias pakuotes. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, t. y. objektyvioms, nuo Tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protingas Tiekėjas negalėjo numatyti pirkimo procedūrų vykdymo ir/ar Sutarties sudarymo metu (pavyzdžiui, Tiekėjo pasitelkto gamintojo ar transporto paslaugų teikėjo laikini veiklos sutrikimai) prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) kartą iki 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui. Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikinas nenumatytas aplinkybes. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.3. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.6. Paskirtas pardavėjo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

Paskirtas pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

3.7. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

3.8. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašė ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.9. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

3.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.10.1. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitikimą reikiams standartams bei reglamentams.

3.10.2. Kiti su prekėmis pateikiami dokumentai nurodyti Sutarties 1-ame priede.

3.10.3. Dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (*ši sąlyga taikoma pirkimo daliai Nr. 1*).

3.11. Tiekėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- 4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos (*sąlyga galioja pirkimo dalims Nr. 1 ir 2*). Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
- 4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina perkamų objektų/gedimų/lūžimų/deformavimų diagnostiką ne ilgiau, kaip per 48 valandas, o nustatytų gedimų/lūžimų/deformavimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 96 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą/lūžimus/deformavimą per visą garantijos laikotarpį.
- 4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 5.2. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.6. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui. (*pildoma, jei subtiekejai pasitelkiami, jei ne, šį punktą išbraukti*)
- 5.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 % (vieno procento) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.
- 6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali vienašališkai nutraukti Sutartį;
- 6.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

- 7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei galioja 6 (šešis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.
- 8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;
- 8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.3.p. nurodyto delpinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.
- 8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas ir Techninė specifikacija
2. Tiekėjo pasiūlymas (yra CVP IS, atskirai nepridedamas).

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „ViaMedPharma“
Pilaitės pr. 16, LT04352 Vilnius
Įmonės kodas 302458152
PVM mok. kodas LT100005041815
AB SEB, b.k. 70440
A. s. LT517044060007283201
Tel. (8 5) 2623070

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT457300010035680793
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius

Darius Jasiūnas



Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



22-C-3001 2022-09-22

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
			Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
1.	Inkubatorius embrionų vystymosi su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu CCM-iBIS-SL-230LE. Gamintojas: Astec Bio, Japonija	1 kompl	75785,12	91700,00	21	15914,88	75785,12	91700,00
2.	CO2 inkubatorius su stovu Penguin APC-30 DR . Gamintojas: Astec Bio, Japonija	1	6735,54	8150,00	21	1414,46	6735,54	8150,00
5.	Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai, CR-B, CR-W, CR-R, CR-Y, CR-G. Gamintojas, Kitazato, Japonija	100	18,50	19,43	21	388,50	1850,00	2238,50
6.	Spermatozoidų kaičiavimo kamera, Spermatrack kodas C104, gamintojas ARQUIMEA, Ispanija	1	599,17	725,00	21	125,83	599,17	725,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė, Eur						17843,67	84969,83	102813,50

1 Pirkimo dalis. Inkubatorius embrionų vystymosi su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Embrionų vystymosi inkubatorius su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu CCM-iBIS-SL-230LE. Gamintojas: Astec Bio, Japonija
2.	Paskirtis	Inkubatorius embrionų vystymuisi stebėti su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“) ir stovu	Inkubatorius embrionų vystymuisi stebėti su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“) ir stovu
3.	Sistemą sudaro	1. Inkubatorius su realaus laiko stebėjimo sistema 2. Inkubatoriaus stovas	Kodas: CCM-iBIS-SG Kodas: iBIS-STD

4.	Reikalavimai inkubatoriui		
4.1	Išoriniai matmenys	Ne didesni nei 615 mm x 600 mm x 500 mm	382 mm x 590mm x 219mm.
4.2	Temperatūros kontrolė	Skaitmeninė	Skaitmeninė, nepriklausoma kiekvienoje kameroje.
4.3	Darbinės temperatūros diapazonas (ne siauresniame diapazone už nurodytą)	nuo 36 °C iki 39 °C	Diapozonas nuo 36 °C iki 39 °C.
4.4	Temperatūros tikslumas (ne didesnis už nurodytą)	± 0,1 °C	± 0,1 °C.
4.5	O2 tikslumas (ne didesnis už nurodytą)	± 0,5%	±0.5%.
4.6	CO2 matavimo diapazonas (ne siauresniame diapazone už nurodytą)	3,0-15.0%	0 to 20.0%.
4.7	CO2 tikslumas (ne didesnis už nurodytą)	± 0,2%	±0.1%.
4.8	Maitinimas	Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas	220-240 VAC 50/60Hz.
5.	Reikalavimai realaus laiko stebėjimo sistemai		
5.1	Integruotos kameros embrionų stebėjimui ir vertinimui	Ne mažiau nei 6 ir ne daugiau nei 9, kai kiekviena kamera angl."chamber") atidaroma, reguliuojama, funkcionuoja atskirai ir uždaromakiekviena dangteliu.	9 kameros su dangteliais, atidaromos, reguliuojama ir funkcionuoja atskirai nepriklausomai viena nuo kitos
5.2	Kameros apšvietimas	LED arba lygiavertės technologijos	LED technologija
5.3	Kameros raiška	ne mažesnė kaip 1,3 MP	Raiška 1,3 MP
5.4	Vaizdų formatas	jpeg arba lygiavertis	JPEG formatas.
5.5	Programinė įranga turi būti suderinta naudoti su inkubatoriumi	Būtina	Phototune programinė įranga suderinta naudoti su inkubatoriumi.
5.6	Su sistema gali naudotis neribotas naudotojų / embriologų skaičiui	Būtina	Sistema gali naudotis neribotas naudotojų / embriologų skaičius
5.7	Ingedruota embrionų vertinimo sistema pagal WHO normatyvus	Būtina	Integruota vertinimo sistema pagal WHO.
5.8	Atskiromis paskyromis galimybė jungtis per serverį nuotoliniu būdu.	Būtina	Yra galimybė jungtis per serverį nuotoliniu būdu. Pridėta gamintojo specifikacija.

5.9	Programinės įrangos funkcionalumai	Turi būti galimybė vizualizuoti, palyginti, komentuoti ir saugoti embrionų vystymosi vaizdus	Phototune programinė vizualizuoja, analizuoja, komentuoja embrionų vystymosi procesus ir vaizdus.
6.	Reikalavimai inkubatoriaus stovui		
6.1	Inkubatorius turi būti su specialiai jam pritaikytu stovu	Būtina	Stovas specialiai pritaikytas CCM-iBIS-SG.
6.2	Stovas turi būti su ne mažiau kaip 2 fiksuojamais ratukais	Būtina	Su ratukų fiksacija.
7.	Reikalavimai embrionų vystymosi lėkštelėms		Kodas: SP38 - 010.
7.1	Paskirtis	Embrionų vystymosi su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“ technologija) inkubatoriui pritaikytos lėkštelės.	Lėkštelės pritaikytos naudoti kartu su embrionų vystymosi inkubatoriumi su realaus laiko stebėjimo sistema
7.2	Lėkštelės turi būti su ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau nei 25 mikrošulinėliais, bei papildomais ne mažiau 3 mikrošulinėliais terpės užpildymui toje pačioje lėkštelėje.	Būtina	Lėkštelės turi 12 šulinėlių, šulinėlių talpa 20 µl terpės užpildymui.
8.	Komplektacija		
8.1	Inkubatorius su realaus laiko stebėjimo kamera	1 vnt.	1 vnt.
8.2	Stovas	1 vnt.	1 vnt.
8.3	Embrionų vystymosi lėkštelės	ne mažiau 220 vnt.	220 vnt.
9	Kiti reikalavimai		
9.1	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau nei 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos	Galiojanti gamintojo garantija 24 mėn. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

		sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	
9.2	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
		2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
9.3	Instaliavimas	I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas ir embriologų apmokymas naudotis sistema.	I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas ir embriologų apmokymas naudotis sistema.

2 Pirkimo dalis. CO2 inkubatorius su stovu - 1 vnt.

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	CO2 inkubatorius Penguin APC-30 DR . Gamintojas: Astec Bio, Japonija
2.	Paskirtis	CO2 inkubatorius su keičiamais oro filtrais ir vidinėmis stiklinėmis durelėmis, skirtomis apsaugai nuo temperatūros pokyčių bei dujų lygio svyravimų	Komplektacijoje keičiami oro filurai ir vidinės durelės skirtos apsaugai nuo temperatūros pokyčių bei dujų lygio svyravimų
3.	Sistemą sudaro	1. CO2 inkubatorius,	APC-30DR.
		2. Stovas.	AP30STD.
4.	Reikalavimai inkubatoriui		
4.1	Išoriniai matmenys	1. Plotis ne didesnis nei 450 mm	Plotis 410 mm.
		2. Aukštis ne didesnis nei 550mm	Aukštis 500 mm.
4.2		2. Gylis ne didesnis nei 420 mm	Gylis 400 mm.
4.3	Temperatūros tikslumas	Ne didesnis kaip $\pm 0,1$ °C	$\pm 0,1$ °C
4.4	CO2 daviklis	IR spindulių, TC arba lygiavertis	IR spindulių sensorius
4.5	CO2 reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą)	0 - 19,9 %	Ribos: 0 - 19,9 %
4.6	CO2 tikslumas	ne didesnis kaip $\pm 0,1\%$.	CO2 tikslumas $\pm 0,1\%$.
5.	Reikalavimai stovui		

5.1	Inkubatorius turi būti su specialiai jam pritaikytu stovu	Būtina	Specialiai pritaikytas modeliui APC-30DR
5.2	Maitinimas	Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V $\pm$ 10%, 50 Hz elektros tinklas	220 V, 50/60 Hz elektros tinklas
6.	Komplektacija		
6.1	Inkubatorius	1 vnt.	1 vnt.
6.2	Stovas	1 vnt.	1 vnt.
7	Kiti reikalavimai		
7.1	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau nei 24 mėn.	Garantija 24 mėn
		2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7.2	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
		2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3	Instaliavimas	I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas.	I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas.

5 Pirkimo dalis. Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionams ir kiaušialąstėms šaldyti - 100 vnt.

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametru reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Kitazato atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai, CR-B, CR-W, CR-R, CR-Y, CR-G. Gamintojas, Kitazato, Japonija

2.	Paskirtis	Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai	Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai naudojant atviros sistemos vitrifikacijos protokolą
3.	Reikalavimai		
3.1	Paskirtis	Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui	Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui
3.2	Atšildymo greitis temperatūros atžvilgiu	Ne mažesnis kaip 42 C/min	Atšildymo greitis 42 C/min
3.3	Konstrukcija	Plona, peršviečiama juostelė embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arab lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi	Plona, peršviečiama juostelė embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arab lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi.
3.4	Spalvinis žymėjimas	Šiaudeliai turi būti skirtingų spalvų	5 skirtingos spalvos.
3.5	Supakavimas	Supakuoti steriliai po vieną. Vienoje pakuotėje turi būti ne daugiau nei 10 šiaudelių.	Supakuoti steriliai po 1 vnt. Pakuotėje 10 vnt.
4.	Komplektacija		
4.1	Šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui	ne mažiau 100 vnt.	10 pak.x10 vnt.
5.	Kiti reikalavimai		
5.1		CE ženklavimas, SAL (Sterilumas): 10-6 Endotoksinai $\leq$ 0.5 EU/priemonei, Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA)	CE ženklavimas, SAL (Sterilumas): 10-6, Endotoksinai $\leq$ 0.5 EU/priemonei, Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA).
		Galiojimas ne atidarius pakuotės nemažiau 30 mėnesių	

6 Pirkimo dalis. Spermatozoidų skaičiavimo kamera - 1 vnt.

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Spermtrack skaičiavimo kamera, kodas C104 , gamintojas ARQUIMEA, Ispanija,
2.	Paskirtis	Spermatozoidų skaičiavimo kamera.	Spermatozoidų skaičiavimo kamera.

3.	Reikalavimai spermatozoidų skaičiavimo kamerai		
3.1	Paskirtis	Spermatozoidų skaičiavimo kamera, skirta žmogaus spermatozoidų skaičiavimui ir vertinimui.	Spermatozoidų skaičiavimo kamera, skirta žmogaus spermatozoidų skaičiavimui ir vertinimui.
3.2	Lazeriu graviruotas stikliuko skirstymas	Būtina	Lazeriu graviruotas stikliuko skirstymas
3.3	Gylis	20um	20um
3.4	Spalva	Raudona	Raudona
4	Komplektacija		
4.1	Spermatozoidų skaičiavimo kamera	1 vnt.	1 vnt.

Pardavėjas

UAB „ViaMedPharma“
Pilaitės pr. 16, LT04352 Vilnius
Įmonės kodas 302458152
PVM mok. kodas LT100005041815
AB SEB, b.k. 70440
A. s. LT517044060007283201
Tel. (8 5) 2623070

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT457300010035680793
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius
Darius Juras
A. V.



Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

