

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)

NR. S-6.19E-572/2022

LIGONINĖS LOVOS (NR.7141-2)

2022 m. lapkričio 4 d.

Vilnius

MB „Runibeda“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas direktoriaus Daivaro Dailidonio, veikiančio pagal įstatus,

ir

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Ligoninės lovos (Nr.7141-1)**“ (pirkimo Nr. 616214) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti, neatlygintinai pristatyti, surinkti, paruošti darbui, išbandyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), pateikti CE sertifikatus (arba lygiaverčius dokumentus), prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių ir anglų kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus, praveisti apmokymus perkančiosios organizacijos personalui dirbti su pristatytomis prekėmis, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytą kainą. Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t.y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t.y. prekės turi būti lygiaverčios keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.3.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių parametrų reikšmes;

1.3.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1. punkte.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo

metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekejus.

3.2. Subtiekejai (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekejai (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekejai (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekejui atsisakius vykdyti Sutartį) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekejo (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekeją (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekejo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekejus, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekejo (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekejo (ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.1.1. transportavimo išlaidas;

4.1.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.1.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.1.4. pristatytų Prekių surinkimo, paruošimo darbui, išbandymo išlaidas;

4.1.5. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.1.6. Pirkėjo konsultacijų ir pagalbos visais klausimais, susijusiais su prekės naudojimu išlaidas;

4.1.7. Pirkėjo personalo apmokymo dirbti su prekėmis išlaidas..

4.1.8. atliekų, susidariusių vykdant Sutartį, išvežimo ir perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas;

4.1.9. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių kaina keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.2.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kaina;

4.2.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.2.3. prekių kainos pasikeitimą Šalis įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.2.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekės kainą, egzistavimą.

4.3. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių kaina nebus perskaičiuojama.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.5. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejai, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekejai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir

jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją arba kitą Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą garantiją.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento abiejų Šalių pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų, negalima siūlyti demonstracinių arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai atlikti prekių techninį aptarnavimą pagal gamintojų reikalavimus, teikti konsultacijas ir paaiškinimus telefonu, šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimą/ pakeisti prekes per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, gedimas turi būti pašalintas per Šalių suderintą protingą terminą. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el.paštu @runibeda.com.

5.8. Garantinis terminas pakeistoms prekėms vėl įsigalioja nuo pakeistų prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinis laikotarpis sutaisytooms prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas, nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

5.12. Pardavėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų).

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui mokėti 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, įsipareigoja Pirkėjui mokėti 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų/ nepataisytų prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda (netaikoma tais atvejais, kuomet skaičiuojami delspinigiai pagal Sutarties 7.2.p.). Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantiniu aptarnavimu. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja visą prekių garantinį laikotarpį, nurodytą Sutarties 5.2 punkte.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.1.4. jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas, jo subtiekejai (-as) ar subjektai (-as), kurių (-io) pajėgumais remiasi (jei tokių yra) Sutarties vykdymo metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k straipsnyje ir / ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaraivimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaraivimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Slaugos proceso valdymo tarnybos vyriausiojo slaugos administratoriaus pavaduotoja (el.p. _____@rvul.lt, tel. +370 _____). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina”.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

MB „Runibeda“

Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas

Įmonės kodas 305573341

PVM kodas LT100013424612

Tel.: +370 686 63644

El. p. @runibeda.com

Bankas: AB „SEB bankas“

Banko kodas 70440

A.s. LT777044090100399773

Direktorius

Daivaras Dailidonis

(parašas)

PIRKĖJAS

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124243848

PVM mokėtojo kodas LT242438412

Tel.: (8 5) 216 9069

El. p. rvul@rvul.lt

Bankas AB „SEB bankas“

A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorė

dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

LIGONINĖS LOVOS (Nr. 7141-1)

2022-08-26

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	MB „RUNIBEDA“
Tiekėjo kodas:	305573341
Tiekėjo adresas:	Europos pr. 96, LT-46351 Kaunas
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	@runibeda.com

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažyminame, kad suininkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
- 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

- 2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. **Kartu su prekėmis** tiekėjas turi pateikti CE sertifikatus arba lygiavertius dokumentus.
- 2.2. **Kartu su prekėmis** tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba bei serviso sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi instruktoriai ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios gamintojo techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- 2.4. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekes ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, prekes ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartų, perimanys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalonai su priedais „arba lygiavertis“.
- 2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarking) prekių.
- 2.6. **Prekių garantijos terminas ≥ 36 mėnesiai.**
- 2.7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

- * Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
- ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

P.D. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl./Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė		
1. Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu				
1.1 Elektrinė funkcinė lova	1. Lovos tipas	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.	1. Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova – „LECTUS“	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (1)
	2. Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš 4 funkcinų dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtinai jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm.	1. Lovos gulimas paviršius sudarytas iš 4 dalių/sekcijų: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. 2. Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių. Plokštės atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai, sekcijos su fiksavimo mechanizmais, apsaugančiais nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Čiužinio platformos matmenys (bendri, neįskaitant čiužinio laikiklių), ilgis x plotis : 200x85cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 2psl. Punktai: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4).
	3. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	1. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas valdomas elektrine pavarą. 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 80 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (3)
	4. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60°.	Galvos/Nugaros sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas: 70 °	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (4)
	5. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30°.	Kelių/šlaunų sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas: 35°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (5)

6. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blaizdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.	Blaizdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blaizdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties, (valdomas mechaniniu būdu). Maksimalus pakėlimo kampas: 25°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Puntas (6)
7. Trendelenburgo/ atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°.	Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo padėties pozicijų reguliavimo kampai (valdomi elektrine pavara): +15° / -15°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Puntas (7)
8. Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.	Funkcinė lova su autoregresijos funkcija. Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses 16 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (8)
9. Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.	Rankenėlės, skirtos mechanškai nuleisti galvos sekcijos atlošą į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu, montuojamos ant lovos rėmo iš abiejų pusių, palenkus rankeną nugaros dalis laisvai nenukrenta (greitis ribotas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (9)
10. Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų	Integruota baterija.	Lovos maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Kompletė integruota baterija (Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų).	ir.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (10)
11. Lovos funkcijų valdymo pultai:			ir.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11)
11.1 Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Pultas su specialiu kištuku - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų ir pulto pajungimo lizdai įmontuoti abiejuose lovos šonuose (privalumas)**.	Funkcijų valdymo pultas Nr.1. Skirtas personalui ir pacientui. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštyr/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūro funkcija. Pultelis su funkcijų „užrakinimo“/„atrankinimo“ galimybe. Pultas turi specialiu kištuką - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų su	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.1)

		pulto pajungimo lizdais įmontuotais abiejuose lovos šonuose.	
	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integrutas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologines kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	1. Funkcijų valdymo pultas Nr.2. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. Pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti: lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologines kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 4 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.2)
11.2 Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama (būtinai). 3. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai, sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (privalumas)**. 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne	Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grindų dangos neliečia.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (12)
12. Šoniniai apsauginiai rėmai			

	6. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) didesnis negu 35 cm (didesnis iki 10 cm; nuo 10 cm ir daugiau) (privalumas)**.		
	7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.		
13. Lovos galai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.	Lovos galai pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais iš plastiko. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (13)
14. Apsauginiai bamperiai	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampose. 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampose. Lovos važiuoklė su keturiais ratais, kurių diametras 150 mm. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. Stabdžių sistema turi 3 valdymo padėties: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (14) Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (15)
15. Lovos važiuoklė			
16. Lovos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo.	Lovos elektriniai varikliai su apsauga nuo perkrovimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Puntas (16)
17. Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip 220 x 100 cm.	Išoriniai išmatavimai ilgis x plotis. (įskaitant visus šoninius apsauginius rėmus): 220x100cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Puntas (17)
18. Lovos svoris (be priedų)	Ne daugiau 160 kg	Lovos svoris (be priedų) 150kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Puntas (18)
19. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	1. Ne mažiau 250 kg. (būtina) 2. Lovos saugios apkrovos vertė ne mažiau 270 kg, o čiužinio saugios apkrovos vertė ne mažiau 200 kg (privalumas)**	Lovos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL) 270kg. Saugi čiužinio apkrova (SWL) 200 kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 4psl. Puntai (19) ir (19.1)
20. Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba	Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato,	Lova atitinka būtinąsios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl.

	Lygiavėrio standarto reikalavimams	patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėrio standarto reikalavimų, kopiją).	.siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto.	Punktas (20) Ir Žiūr.: Atitikties deklaracija Lectus 2022-05-20. pdf
1.2. Čiužinys funkinei lovai	21. Lovos priedai ir konstrukciniai elementai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf-3psl. Punktas (21)
	21.1. Infuzinis stovas.	Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.	Infuzinis stovas. (Tinkantis siūlomo modelio lovai 1 vnt.)	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf-3psl. Punktas (21.1)
	21.2. Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas.	Pasikėlimo kartis su rankena (Tinkanti siūlomo modelio lovai 1 komplektas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.2)
	21.3. Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos	Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuočių prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje.	Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuočių prie lovos rėmo.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.3)
	21.4 Šoniniai bėgeliai	1. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais). 2. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir priedamas krepšelis “antelėi” (privalumas)**.	DIN šoniniai bėgeliai pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir priedamas krepšelis “antelėi”.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.4)
	1. Reikalavimai čiužiniui	1. Porolominis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profliaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse); 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.	1.Porolominis, 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profliaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. 2.Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse). 3.Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus (200x85cm), aukštis 14 cm. 4.Čiužinio kraštai sustiprinti.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (22.1); (22.2); (22.3); (22.4).
	2. Reikalavimai čiužinio užvalkalui	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavėre medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavėre medžiaga); 2. Čiužinio užvalkalo audinio tankis ne mažiau nei 245 g/ m2 (privalumas)**. 3. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 4. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkų, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 5. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti	Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. (23.1) Čiužinio užvalkalo audinio tankis 245 g/ m2 (23.2) Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. (23.3) Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (23.1); (23.2); (23.3); (23.4); (23.5); (23.6); (23.7); (23.8).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (23.1); (23.2); (23.3); (23.4); (23.5); (23.6); (23.7); (23.8).

		skysčiams į čiuzinio vidų užtrauktuko vietoje; 6. Tinkamas plauti skalbimo mašinos ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 7. Nedegus – atsparumas užšilėpsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiavertčius; 8. Atsparus dezinfekcijai.	Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo (23.4) Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiuzinio vidų užtrauktuko vietoje. (23.5) Tinkamas plauti skalbimo mašinos 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. (23.6) Nedegus – atsparumas užšilėpsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. (23.7) Atsparus dezinfekcijai. (23.8)			
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
1.	Elektrinė funkcinė lova su čiuziniu	Elektrinė funkcinė lova su čiuziniu, „MB“ RUMBEDA”, Modeliai: LOVA-Lectus; Čiuzinys: Culcita.	kompl.	28	1420,00	39760,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM: 39760,00						
PVM tarifas (%): 5%						
PVM suma, EUR: 1988,00						
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: 41748,00						
Nurodyti garantijos terminą, mėn.: 36 mėn.						
P.D. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiamą nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)		Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl./Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)	
Parametras			Reikalaujama parametro reikšmė			
2. Elektrinė funkcinė lova su čiuziniu						
2.1 Elektrinė funkcinė lova			1. Lovos tipas		Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.	
			1. Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova – „LECTUS“		Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (1)	

2. Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtinai jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm.	1. Lovos gulimas paviršius sudarytas iš 4 dalių/sekcijų: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. 2. Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių. Plokštės atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai, sekcijos su fiksavimo mechanizmais, apsaugančiais nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Čiužinio platformos matmenys (bendri, neįskaitant čiužinio laikiklių), ilgis x plotis : 200x85cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 2psl. Punktai: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4).
3. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	1. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas valdomas elektrine pavarą. 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 80 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (3)
4. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60°.	Galvos/Nugaros sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas: 70 °	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (4)
5. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30°.	Kelių/šlaunų sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas: 35°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (5)
6. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1. Valdoma elektrine pavarą arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties, (valdomas mechaniniu būdu)). Maksimalus pakėlimo kampas: 25°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (6)
7. Trendelenburgo/ atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°.	Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo padėties pozicijų reguliavimo kampai (valdomi elektrine pavarą): +15° / -15°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (7)

8. Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.	Funkcinė lova su autoregrisišios funkcija. Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses 16 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (8)
9. Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.	Rankenėlės, skirtos mechanišškai nuleisti galvos sekcijos atlošą į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu, montuojamos ant lovos rėmo iš abiejų pusių, palenkus rankeną nugaros dalis laisvai nenukrenta (greitis ribotas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (9)
10. Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų	Integruota baterija.	Lovos maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Komplekte integruota baterija (Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (10)
11. Lovos funkcijų valdymo pultai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11)
		Funkcijų valdymo pulas Nr.1. Skirtas personalui ir pacientui. Rankinis valdymo pulas, pakabinamas ant lovos šono. Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštyr/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūro funkcija. Pultelis su funkcijų	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.1)
11.1 Valdymo pulas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Pultas su specialiu kištuku - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų ir pulto pajungimo lizdai įmontuoti abiejuose lovos šonuose (privalumas)**.	„užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybė. Pultas turi specialiu kištuką - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų su pulto pajungimo lizdais įmontuotais abiejuose lovos šonuose.	
11.2 Valdymo pulas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojųgalyje arba pakabinamas ant lovos kojųgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pulką Nr. 1);	Funkcijų valdymo pulas Nr.2. Aptarnaujančio personalo pulas kojųgalyje. Pakabinamas ant lovos kojųgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti: lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 4 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pulką Nr. 1). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.2)

	6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (12)
12. Šoniniai apsauginiai rėmai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojiūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama (būtina). 3. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų pakeliamų dalių (privalumas)**. 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 5. Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm (būtina). 6. Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) didesnis negu 35 cm (didesnis iki 10 cm; nuo 10 cm ir daugiau) (privalumas)**. 7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.	Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grindų dangos neličia.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (13)
13. Lovos galai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.	Lovos galai pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais iš plastiko. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (14)
14. Apsauginiai bamperiai	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	

15. Lovos važiuoklė	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).	Lovos važiuoklė su keturiais ratais, kurių diametras 150 mm. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. Stabdžių sistema turi 3 valdymo padėties: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (15)
16. Lovos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo.	Lovos elektriniai varikliai su apsauga nuo perkrovimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (16)
17. Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip 220 x 100 cm.	Išoriniai išmatavimai ilgis x plotis, įskaitant visus šoninius apsauginius rėmus): 220x100cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (17)
18. Lovos svoris (be priedų)	Ne daugiau 160 kg.	Lovos svoris (be priedų) 150kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (18)
19. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	Ne mažiau 250 kg.	Lovos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL) 270kg. Saugi čiužinio apkrova (SWL) 200 kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 4psl. Punktai (19) ir (19.1)
20. Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėrio standarto reikalavimams	Būtinasi (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikatą, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėrio standarto reikalavimų, kopiją).	Lova atitinka būtinuosius saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (20) Žiūr.: Atitikties deklaracija Lectus 2022-05-20. pdf
21. Lovos priedai ir konstrukciniai elementai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21)
21.1 Infuzinis stovas.	Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.	Infuzinis stovas. (Tinkantis siūlomo modelio lovai 1 vnt.)	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.1)
21.2 Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas.	Pasikėlimo kartis su rankena (Tinkanti siūlomo modelio lovai 1 komplektas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.2)
21.3 Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos	Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje.	Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.3)
21.4 Šoniniai bėgeliai	1. Privirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais). 2. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir	DIN šoniniai bėgeliai privirtinti prie lovos šoninio rėmo. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir pridodamas krepselis "antelei".	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.4)

		pridedamas (privalumas)**.	kreipšelis	“antelel”		
		1. Porolioninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profliaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse); 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.		1. Porolioninis, 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profliaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse). 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus (200x85cm), aukštis 14 cm. 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (22.1); (22.2); (22.3); (22.4).	
2.2. Čiužinys funkcinei lovai	1. Reikalavimai čiužiniui	1. Čiužinio užvalkalas audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Čiužinio užvalkalas audinio tankis ne mažiau nei 245 g/ m ² (privalumas)**. 3. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 4. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 5. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 6. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 7. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiavertius; 8. Atsparus dezinfekcijai.		Čiužinio užvalkalas audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu (23.1) Čiužinio užvalkalas audinio tankis 245 g/ m ² (23.2) Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. (23.3) Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo (23.4) Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. (23.5) Tinkamas plauti skalbimo mašinose 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. (23.6) Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. (23.7) Atsparus dezinfekcijai. (23.8)	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (23.1); (23.2); (23.3); (23.4); (23.5); (23.6); (23.7); (23.8).	
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
2.	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu, MB” RUNIBEDA”, Modeliai: LOVA- Lectus; Čiužinys: Culcita.	kompl.	99	1420,00	140580,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						
PVM tarifas (%):						5%

PVM suma, EUR:		7029,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:		147609,00
Nurodyti garantijos terminų, mėn.:		36 mėn.
P.D. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	
	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
3. Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu		
1. Lovos tipas	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.	1. Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova – „LECTUS“
2. Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtimi jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm.	1. Lovos guilimas paviršius sudarytas iš 4 dalių/sekcijų: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. 2. Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių. Plokštės atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai, sekcijos su fiksavimo mechanizmais, apsaugančiais nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Čiužinio platformos matmenys (bendri, neįskaitant čiužinio laikiklių), ilgis x plotis : 200x85cm.
3.1 Elektrinė funkcinė lova	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	1. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas valdomas elektrine pavarą. 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 80 cm.
4. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavarą; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis	Galvos/Nugaros sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą).
		Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (3)
		Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl.

	kaip 60°.	Maksimalus pakėlimo kampas: 70 °	Punktas (4)
5. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30°.	Kelių/šlaunų sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavara). Maksimalus pakėlimo kampas: 35°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (5)
6. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties, (valdomas mechaniniu būdu)). Maksimalus pakėlimo kampas: 25°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (6)
7. Trendelenburgo/ atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°.	Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo padėties pozicijų reguliavimo kampai (valdomi elektrine pavara): +15° / -15°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (7)
8. Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.	Funkcinė lova su autoregrisišios funkcija. Suminis poslinkis į kojųgalio ir į galvūgalio puses 16 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (8)
9. Rankenos mechanizmas galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.	Rankenėlės, skirtos mechanškai nuleisti galvos sekcijos atlošą į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu, montuojamos ant lovos rėmo iš abiejų pusių, palenkus rankeną nugaros dalis laisvai nenukrenta (greitis ribotas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (9)
10. Apsauga nuo elektros tinklo įtampos svyravimų	Integruota baterija.	Lovos maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Komplette integruota baterija (Apsauga nuo elektros tinklo įtampos svyravimų).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (10)
11. Lovos funkcijų valdymo pultai:			
			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (11)
11.1 Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Pultas su specialiu kištuku - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų ir pulto pajungimo lizdai įmontuoti abiejuose lovos šonuose (privolumas)**.	Funkcijų valdymo pultas Nr.1. Skirtas personalui ir pacientui. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštin/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūro funkcija. Pultelis su funkcijų „užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybe. Pultas turi specialiu kištuką - pulką galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų su pulto pajungimo lizdais įmontuotais abiejuose lovos šonuose.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (11.1)

11.2 Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojųgalyje arba pakabinamas ant lovos kojųgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz. yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	Funkcijų valdymo pultas Nr.2. Aptarnaujančio personalo pultas kojųgalyje. Pakabinamas ant lovos kojųgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti: lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 4 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.2)
12. Šoniniai apsauginiai rėmai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojųgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama (būtina). 3. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai, sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų pakeliamų dalių (privalumas)**. 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm (būtina). 6. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) didesnis negu 35 cm (didesnis iki 10 cm; nuo 10 cm ir daugiau)	Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grįndų dangos neliečia.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (12)

	(privalumas)**. 7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.		
13. Lovoos galai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.	Lovoos galai pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais iš plastiko. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (13)
14. Apsauginiai bamperiai	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (14)
15. Lovoos važiuoklė	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).	Lovoos važiuoklė su keturiais ratais, kurių diametras 150 mm. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. Stabdžių sistema turi 3 valdymo padėties: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (15)
16. Lovoos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo.	Lovoos elektriniai varikliai su apsauga nuo perkrovimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (16)
17. Lovoos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip 220 x 100 cm.	Išoriniai išmatavimai ilgis x plotis, įskaitant visus šoninius apsauginius rėmus): 220x100cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (17)
18. Lovoos svoris (be priedų)	Ne daugiau 160 kg.	Lovoos svoris (be priedų) 150kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (18)
19. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	Ne mažiau 250 kg.	Lovoos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL) 270kg. Saugi čiuzinio apkrova (SWL) 200 kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 4psl. Punktai (19) ir (19.1)
20. Lovoos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimams	Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimų, kopiją).	Lova atitinka būtinuosius saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus, siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (20) Ir Žiūr.: Atitikties deklaracija Lectus 2022-05-20. pdf
21. Lovoos priedai ir konstrukciniai elementai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl.

			Punktas (21)
	21.1 Infuzinis stovas.	Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.	Infuzinis stovas. (Tinkantis siūlomo modelio lovai 1 vnt.)
	21.2 Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas.	Pasikėlimo kartis su rankena (Tinkanti siūlomo modelio lovai 1 komplektas).
	21.3 Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos	Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje.	Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos 6 vnt. kilpų arba lygiavėrių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo.
	21.4 Šoniniai bėgeliai	1. Pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kablukais). 2. Bėgeliai komplektuojami su kablukais ir priedamas krepšelis “antelei” (privalumas)**.	DIN šoniniai bėgeliai pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo. Bėgeliai komplektuojami su kablukais ir priedamas krepšelis “antelei”.
3.2. Čiužinys funkcinei lovai	1. Reikalavimai čiužiniui	1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse); 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.	1. Poroloninis, 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse). 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus (200x85cm), aukštis 14 cm. 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.
	2. Reikalavimai čiužinio užvalkalui	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavėrė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiavėrė medžiaga); 2. Čiužinio užvalkalo audinio tankis ne mažiau nei 245 g/ m² (privalumas)**. 3. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 4. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 5. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 6. Tinkamas plauti skalbimo mašinoje ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 7. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui	Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. (23.1) Čiužinio užvalkalo audinio tankis 245 g/ m ² (23.2) Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. (23.3) Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo (23.4) Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. (23.5) Tinkamas plauti skalbimo mašinoje 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. (23.6)

		atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 8. Atsparus dezinfekcijai.			Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. (23.7) Atsparus dezinfekcijai. (23.8)		
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM	
3.	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu, MB” RUNIBEDA”, Modeliai: LOVA- Lectus; Čiužinys: Culcita.	kompl.	98	1420,00	139160,00	
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM: 139160,00							
PVM tarifas (%): 5%							
PVM suma, EUR: 6958,00							
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: 146118,00							
Nurodyti garantijos terminą, mėn.: 36 mėn.							

P.D. Nr.	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai		Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, draudžiama nurodyti „Atitinka/Neatitinka“, „Taip/Ne“ ir pan.)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl./Nr.) (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė		
4. Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu				
	1. Lovos tipas	Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.	1.Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova – „LECTUS“	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (1)

4.1 Elektrinė funkcinė lova	2. Čiuzinio platforma	1.Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. 2.Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3.Čiuzinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtni jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4.Bendri visos čiuzinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiuzinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm.	1.Lovos gūlimas paviršius sudarytas iš 4 dalių/sekcijų:galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. 2.Čiuzinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių. Plokštės atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 3.Čiuzinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai, sekcijos su fiksavimo mechanizmais, apsaugančiais nuo atsitiktinio iškritimo. 4. Čiuzinio platformos matmenys (bendri, neįskaitant čiuzinio laikiklių), ilgis x plotis : 200x85cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 2psl. Punktai: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4).
	3. Čiuzinio platformos aukščio reguliavimas	1.Valdoma elektrine pavara; 2.Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiuzinio platformos (be čiuzinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	1. Čiuzinio platformos aukščio reguliavimas valdomas elektrine pavara. 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiuzinio platformos (be čiuzinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 80 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Punktas (3)
	4. Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60°.	Galvos/Nugaros sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavara). Maksimalus pakėlimo kampas: 70 °	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (4)
	5. Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30°.	Kelių/šlaunų sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavara). Maksimalus pakėlimo kampas: 35°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (5)
	6. Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties, (valdomas mechaniniu būdu)). Maksimalus pakėlimo kampas: 25°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (6)
	7. Trendelenburgo/ atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1.Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°.	Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo padėties pozicijų reguliavimo kampai (valdomi elektrine pavara): +15° / -15°	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (7)

8. Sekcijų automatinio regreso funkcija	Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm.	Funkcinė lova su autoregrijos funkcija. Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses 16 cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (8)
9. Rankenos mechanizmo galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.	Rankenėlės, skirtos mechanškai nuleisti galvos sekcijos atlošą į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu, montuojamos ant lovos rėmo iš abiejų pusių, palenkus rankena nugaros dalis laisvai nenukrenta (greitis ribotas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (9)
10. Apsauga nuo elektros tinklo įtampos svyravimų	Integruota baterija.	Lovos maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Komplekte integruota baterija (Apsauga nuo elektros tinklo įtampos svyravimų).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (10)
11. Lovos funkcijų valdymo pultai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11)
11.1 Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampų, autokontūrą; 3. Pultas su specialiu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų ir pulto pajungimo lizdai įmontuoti abiejuose lovos šonuose (privalomas)**.	Funkcijų valdymo pultas Nr.1. Skirtas personalui ir pacientui. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštyr/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūro funkcija. Pultelis su funkcijų „užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybe. Pultas turi specialiu kištuką - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų su pulto pajungimo lizdais įmontuotais abiejuose lovos šonuose.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.1)
11.2 Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas	Funkcijų valdymo pultas Nr.2. Aptarnaujancio personalo pultas kojūgalyje. Pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti: lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 4 užprogramuotas	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (11.2)

	pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz. yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas).	
12. Šoniniai apsauginiai rėmai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drengiam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojų galyje) pagal poreikį uždedama/nuimama (būtina). 3. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai, sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100% lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų pakeliamų dalių (privalumas)**. 4. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 5. Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm (būtina). 6. Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) didesnis negu 35 cm (didesnis iki 10 cm; nuo 10 cm ir daugiau) (privalumas)**. 7. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.	Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai pagaminti iš plastiko, atsparūs drengiam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Pakelių apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grindų dangos neliečia.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (12)
13. Lovos galai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.	Lovos galai pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais iš plastiko. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl. Puntas (13)
14. Apsauginiai bamperiai	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Puntas (14)
15. Lovos važiuoklė	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; 2. Su kojiniu valdymo centrine stabdžių sistema;	Lovos važiuoklė su keturiais ratais, kurių diametras 150 mm. Su kojiniu valdymo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 2psl.

		3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	centrinė stabdžių sistema. Stabdžių sistema turi 3 valdymo padėty: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis).	Punktas (15)
	16. Lovos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo.	Lovos elektriniai varikliai su apsauga nuo perkrovimo	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (16)
	17. Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas	Ne didesni kaip 220 x 100 cm.	Išoriniai išmatavimai ilgis x plotis, (įskaitant visus šoninius apsauginius rėmus): 220x100cm.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (17)
	18. Lovos svoris (be priedų)	Ne daugiau 160 kg.	Lovos svoris (be priedų) 150kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1psl. Punktas (18)
	19. Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	Ne mažiau 250 kg.	Lovos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL) 270kg. Saugi čiuzinio apkrova (SWL) 200 kg.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 1 ir 4psl. Punktai (19) ir (19.1)
	20. Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėrcio standarto reikalavimams	Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėrcio standarto reikalavimų, kopiją).	Lova atitinka būtinuosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus ,siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (20) Žiūr.: Atitikties deklaracija Lectus 2022-05-20. pdf
	21. Lovos priedai ir konstrukciniai elementai:			Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21)
	21.1 Infuzinis stovas.	Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt.	Infuzinis stovas. (Tinkantis siūlomo modelio lovai 1 vnt.)	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.1)
	21.2 Pasikėlimo kartis su rankena	Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas.	Pasikėlimo kartis su rankena (Tinkanti siūlomo modelio lovai 1 komplektas).	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.2)
	21.3 Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos	Ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiavėrcių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiuzinio platformoje.	Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos 6 vnt. kilpų arba lygiavėrcių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.3)
	21.4 Šoniniai bėgeliai	1. Prityvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kablūkais). 2. Bėgeliai komplektuojami su kablūkais ir priedamas krepšelis “antelei” (privalomas)**.	DIN šoniniai bėgeliai prityvirtinti prie lovos šoninio rėmo. Bėgeliai komplektuojami su kablūkais ir priedamas krepšelis “antelei”.	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 3psl. Punktas (21.4)
4.2. Čiuzinys funkciniai lovai	1. Reikalavimai čiuziniui	1. Poroloniis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų	1.Poroloniis, 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiuziniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (22.1); (22.2); (22.3); (22.4).

		susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse); 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 5. Čiužinio kraštai sustiprinti.	pragulių susidarymo rizikai. 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse). 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus (200x85cm), aukštis 14 cm. 4. Čiužinio kraštai sustiprinti.			
	2. Reikalavimai čiužinio užvalkalui	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Čiužinio užvalkalo audinio tankis ne mažiau nei 245 g/ m2 (privalumas)**. 3. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 4. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 5. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 6. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 7. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiavertčius; 8. Atsparus dezinfekcijai.	Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. (23.1) Čiužinio užvalkalo audinio tankis 245 g/ m2 (23.2) Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. (23.3) Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo (23.4) Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. (23.5) Tinkamas plauti skalbimo mašinose 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. (23.6) Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. (23.7) Atsparus dezinfekcijai. (23.8)	Žiūr.: Elektrinė lova LECTUS su čiužiniu CULCITA 28.pdf- 4psl. Punktai: (23.1); (23.2); (23.3); (23.4); (23.5); (23.6); (23.7); (23.8).		
P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis/ prekės kodas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM
4.	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu, MB” RUNIBEDA”, Modeliai: LOVA- Lectus; Čiužinys: Culcita.	kompl.	50	1420,00	71000,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR be PVM:						71000,00
PVM tarifas (%):						5%
PVM suma, EUR:						3550,00
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:						74550,00
Nurodyti garantijos terminą, mėn.:						36 mėn.

**** Perkančiosios organizacijos neatmeti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai). Techninės specifikacijos punktai (1 P.d.) 1.1.11.1.3, 1.1.12.3, 1.1.12.6, 1.1.19.2, 1.1.21.4.2, 1.2.2.2; (2P.d.) 2.1.11.1.3, 2.1.12.3, 2.1.12.6, 2.1.21.4.2, 2.2.2.2; (3P.d.) 3.1.11.1.3, 3.1.12.3, 3.1.12.6, 3.1.21.4.2, 3.2.2.2; (4P.d.) 4.1.11.1.3, 4.1.12.3, 4.1.12.6, 4.1.21.4.2, 4.2.2.2 vertinami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" nurodyta tvarka.**

Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:	390 500,00
PVM suma, EUR:	19 525,00
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:	410 025,00

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PARDAVĖJAS

MB „Rumibeda“

Direktorius
Daivaras Daildonis

(parašas)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Direktorė
dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)