

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ BALDŲ IR PRIEMONIŲ**

2022 m. rugsėjo 8 d., Nr.S03947

(data)

Šiauliai

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 841 522439, daiva@slaugivita.com

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)			
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	Taip	pasiūlyme (bei su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose) neskelbtina informacija laikomi duomenys susiję su asmens duomenų apsauga laikantis Reglamento (ES) 2016/679, kuris taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)			
4.	EBVPD*	14	Taip	pasiūlyme (bei su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose) neskelbtina informacija laikomi duomenys susiję su asmens duomenų apsauga laikantis Reglamento (ES) 2016/679, kuris taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
6.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams (gamintojo dokumentai)	22	Ne	
7.	CE sertifikatai (gamintojo dokumentai)	4	Ne	
8.	Deklaracijos	3	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiektas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede "Prekių sąrašas ir techninė specifikacija";
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICININIAI BALDAI IR PRIEMONĖS

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
1.	Paciento fiksavimo diržų komplektai	Vnt.	6	440,90	2.645,40
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					2.645,40
PVM dydis 21% ir suma Eur					555,53
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					3.200,93

1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais trys tūkstančiai du šimtai eurų, 93 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
7.	Tualetinė kėdė	Vnt.	4	108,08	432,32
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					432,32
PVM dydis 21% ir suma Eur					90,79
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					523,11

7 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais penki šimtai dvidešimt trys eurai, 11 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i>pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brošiūrų/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklininti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka ...pildo tiekėjas
1.	Paciento fiksavimo diržų komplektai	6	1.Fiksacinių diržų sistema, skirta apsaugoti pacientą nuo sužeidimų. 2. Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. 3. Diržų susėgimo vietos sustiprintos specialia ypatingai stipria vidine juosta. 4. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. 5. Sagų tvirtinimo angos išdegintos, kad būtų užtikrinta angos metalinio apvado stabilumas ir	1.Fiksacinių diržų sistema, skirta apsaugoti pacientą nuo sužeidimų . 2. Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. 3. Diržų susėgimo vietos sustiprintos specialia ypatingai stipria vidine juosta.	Salvafix Complete memoryPro; SVF3150P SVF3152P, Medi Care System S.L.U., Ispanija Gamintojo dokumentai 1 d. 1.psl.2 2.psl.2,8,9, 15 3.psl.2

		sumažinta išplyšimo rizika. 6. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. 7. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose. 8. Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniui rankų ir kojų diržų atskyrimui). 9. Diržų angos sunumeruotos. 10. Komplektacija: 10.1. Trys vidutinio dydžio fiksavimo diržų komplektai: 10.1.1. Diržai rankų fiksacijai skirti stipriai paciento rankų (riešų srityje) fiksacijai prie lovos, 10.1.1.1. tinkantys suaugusiam, vidutinės apimties rankoms; 10.1.1.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerinės medžiagos (poesterio arba lygiavertės), ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; diržas su dviem tvirtinimo juostomis- viena diržo tvirtinimui prie rankos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; 10.1.1.3. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsgomis su magnetiniais užraktais,	4. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. 5. Sagų tvirtinimo angos išdegintos kad būtų užtikrina angos metalinio apvado stabilumas ir sumažinta išplyšimo rizika. 6. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. 7. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose. 8. Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniui rankų ir kojų diržų atskyrimui). 9. Diržų angos sunumeruotos. 10. Komplektacija: 10.1. Trys vidutinio dydžio fiksavimo diržų komplektai: 10.1.1. Diržai rankų fiksacijai skirti stipriai paciento rankų (riešų srityje) fiksacijai prie lovos, 10.1.1.1. tinkantys suaugusiam,	4.psl.2 5.psl.2 6.psl.4,8,9 7.psl.2 8.psl.2 9.psl.5 10.psl.11 10.1.psl. 11 10.1.1 psl. 8 10.1.1.1 psl. 8
--	--	--	--	--

		apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik sopecialiu raktu) sągų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.1.4. komplekte turi būti du diržai rankoms; 10.1.2. Diržai kojų fiksacijai skirti stipriai paciento kojų (čiurnos srityje) fiksacijai prie lovos; 10.1.2.1. sudaryti iš ilgo, prie lovos fiksuojamo diržo bei prie šio diržo pritvirtintų dviejų diržų kojoms; 10.1.2.2.tinkantys suaugusiajam, vidutinės apimties kojoms; 10.1.2.3. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerinės medžiagos (poliesterio arba lygiavertės), kojas juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; 10.1.2.4. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik sopecialiu raktu) sągų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.3.Diržai juosmens fiksacijai skirti stipriai	vidutinės apimties rankoms; 10.1.1.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerinės medžiagos (poiesterio), ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta;diržas su dviems tvirtinimo juostomis- viena diržo tvirtinimui prie rankos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; 10.1.1.3. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik sopecialiu raktu) sągų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.1.4. komplekte du diržai rankoms; 10.1.2. Diržai kojų fiksacijai skirti stipriai paciento kojų (čiurnos srityje) fiksacijai prie lovos; 10.1.2.1. sudaryti iš ilgo, prie lovos fiksuojamo diržo bei prie šio diržo	10.1.1.2. psl. 15,8 10.1.1.3 psl.8,4,2 10.1.1.4. psl. 8 10.1.2. psl.9 10.1.2.1. psl. 9
--	--	--	---	---

		paciento juosmens fiksacijai; 10.1.3.1.diržas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima operatyviai pritvirtinti prie lovos tiek prieš guldant pacientą į lovą, tiek jau jam gulint lovoje ir turi būti tinkama vidutinio kūno sudėjimo (70-100 cm juosmens apimčiai) suaugusiųjų pacientų fiksavimui; 10.1.3.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio arba lygiavertės), 10.1.3.3.diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančias nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegtos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.3.4. Juosmenį juosiančio diržo plotis 20 ±5 cm. 10.2. Trys didelio dydžio fiksavimo diržų komplektai: 10.2.1. Diržai rankų fiksacijai skirti stipriai paciento rankų(riešų srityje) fiksacijai prie lovos, 10.2.1.1. tinkantys suaugusiajam didelės apimties rankoms; 10.2.1.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės	pritvirtintų dviejų diržų kojoms; 10.1.2.2.tinkantys suaugusiajam, vidutinės apimties kojoms; 10.1.2.3. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio), kojas juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; 10.1.2.4. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančias nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegtos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.3.Diržai juosmens fiksacijai skirti stipriai paciento juosmens fiksacijai; 10.1.3.1.diržas sukonstruotas taip, kad jį galima operatyviai pritvirtinti prie lovos tiek prieš guldant pacientą į lovą, tiek jau jam gulint lovoje ir yra	10.1.2.2. psl. 9 10.1.2.3. psl. 15,9 10. 1.2.4. psl. 9,4,2 10.1.3. psl.6 10.1.3.1.psl. 6
--	--	--	---	---

		medžiagos (poliesterio arba lygiavertės), ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; diržas su dviem tvirtinimo juostomis- viena diržo tvirtinimui prie rankos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; 10.2.1.3. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.1.4. komplekte turi būti du diržai rankoms 10.2.2. Diržai kojų fiksacijai skirti stipriai paciento kojų (čiurnos srityje) fiksacijai prie lovos; 10.2.2.1. sudaryti iš ilgo, prie lovos fiksuojamo diržo bei prie šio diržo pritvirtintų dviejų diržų kojoms; 10.2.2.2. tinkantys suaugusiajam, didelės apimties kojoms; 10.2.2.3. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio arba lygiavertės), kojas juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; 10.2.2.4. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos	tinkami vidutinio kūno sudėjimo (68-108 cm juosmens apimčiai) suaugusiųjų pacientų fiksavimui; 10.1.3.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio), 10.1.3.3. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.1.3.4. Juosmenį juosiančio diržo plotis 18 cm. 10.2. Trys didelio dydžio fiksavimo diržų komplektai: 10.2.1. Diržai rankų fiksacijai skirti stipriai paciento rankų (riešų srityje) fiksacijai prie lovos, 10.2.1.1. tinkantys suaugusiajam	10.1.3.2. psl.15 10.1.3.3. psl. 6,4,2 10.1.3.4.. psl.6 10.2. psl.11 10.2.1. psl. 8 10.2.1.1. psl. 8
--	--	--	--	---

		pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.3. Diržai juosmens fiksacijai, skirti stipriai paciento juosmens fiksacijai; 10.2.3.1.diržas turi būti sukosntruotas taip, kad jį būtų galima operatyviai pritvirtinti prie lovos tiek prieš guldant pacientą į lovą, tiek jau jam gulint lovoje ir turi būti tinkama stambaus kūno sudėjimo (ne siauresnė 100-135 cm juosmens apimčiai) suaugusiųjų pacientų fiksavimui; 10.2.3.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio arba lygiavertės), 10.2.3.3.diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančias nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.3.4. Juosmenį juosiančio diržo plotis 20 ±5 cm	didelės apimties rankoms; 10.2.1.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio), ranką juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta;diržas su dviem tvirtinimo juostomis- viena diržo tvirtinimui prie rankos, kita diržo tvirtinimui prie lovos rėmo; 10.2.1.3.diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančiasis nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegintos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.1.4. komplekte du diržai rankoms 10.2.2. Diržai kojų fiksacijai skirti stipriai paciento kojų (čiurnos srityje) fiksacijai prie lovos; 10.2.2.1. sudaryti iš ilgo, prie lovos fiksuojamo diržo bei prie šio diržo	10.2.1.2.psl. 15,8 10.2.1.3.psl.8,4,2 10.2.1.4. psl.8 10.2.2. psl.9 10.2.2.1. psl.9
--	--	--	--	--

			10.3. mokomasis DVD, 10.4. ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams, 10.5. atsarginės sąsagos 6 vnt. 10.6. atsarginiai magnetiniai raktai 4 vnt. 11. Piktogramą nurodoma nusakanti naudojimo/ paskirties vieta, kurioje skirta naudoti priemonė (pvz. lovoje, neįgaliųjų vežimėlyje, kėdėje ar ligonių transportavimo vežimėlyje). 12. Skalbiama 90°C temperatūroje, džiovinami. 13. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių	pritvirtintų dviejų diržų kojoms; 10.2.2.2. tinkantys suaugusiajam, didelės apimties kojoms; 10.2.2.3. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio), kojas juosiančios diržo dalies vidinė pusė paminkštinta; 10.2.2.4. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juostos pagalba ir sąsgomis su magnetiniais užraktais, apsaugančias nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegtos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.3. Diržai juosmens fiksacijai, skirti stipriai paciento juosmens fiksacijai; 10.2.3.1. diržas sukonstruotas taip, kad jį galima operatyviai pritvirtinti prie lovos tiek prieš guldant pacientą į lovą, tiek jau jam gulint lovoje ir yra tinkama stambaus	10.2.2.2. psl.9 10.2.2.3 psl. 15,9 10.2.2.4. psl.9,4,2 10.2.3. psl.6 10.2.3.1. psl.6
--	--	--	--	--	---

				kūno sudėjimo (95-135 cm juosmens apimčiai) suaugusiųjų pacientų fiksavimui; 10.2.3.2. pasiūti iš tvirtos, lanksčios, hipoalerginės medžiagos (poliesterio), 10.2.3.3. diržų suveržimas reguliuojamas bei fiksuojamas juosto pagalba ir sąsagomis su magnetiniais užraktais, apsaugančias nuo paciento savavališko išsilaisvinimo (užraktai atrakinami tik specialiu raktu) sąsagų angos išdegtos ultragaru, tokiu būdu užtikrinat metalinio apvado stabilumą bei sumažinat išplyšimo riziką; 10.2.3.4. Juosmenį juosiančio diržo plotis 18 cm 10.6. šešiolika magnetinių sagų, 10.7. keturi magnetiniai raktai, 10.8. mokomasis DVD, 10.9. ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams,	10.2.3.2. psl. 15 10.2.3.3. psl. 6,4,2 10.2.3.4. psl. 6 10.6.psl.11 10.7. psl. 11 10.8.psl.13 10.9. psl.12
--	--	--	--	--	---

				10.10.krepšys. 11.Piktogramą nurodoma nusakanti naudojimo/ paskirties vieta, kurioje skirta naudoti priemonė (pvz. lovoje, neįgaliųjų vežimėlyje, kėdėje ar ligonių transportavimo vežimėlyje). 12. Skalbiama 90°C temperatūroje, džiovinama. 13. Su vartotojo instrukcijomis ir saugaus darbo rekomendacijomis lietuvių kalba. 14. Garantija 12 mėnesių.	10.10. psl. 11 11. psl.7,2 12.spl.15,2 13. psl.13
7.	Tualetinė kėdė	4	1. Reguluojamo aukščio tualetu kėdė su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 2. Gali būti naudojama kaip klozeto paaukštinimas išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 3. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. Nugarėlė, rėmas, porankiai – plastikas, kojos – aliuminis. 4. Kojyčių antgaliai guminiai, prisitaiko prie nelygių grindų. 5. Kėdės kojytės teleskopinės, aukštis	1. Reguluojamo aukščio tualetu kėdė su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 2. naudojama kaip klozeto paaukštinimas išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 3. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. Nugarėlė, rėmas, porankiai – plastikas, kojos – aliuminis. 4. Kojyčių antgaliai guminiai,	Swift Commode, ETAC SVERIGE AB, Švedija Gamintojo dokumentai 7 d. 1. psl. 2,3 2. psl.2 3. psl. 2 4. psl.2,3

			reguliuojasi nuo 40 iki 60 cm, kas 2 cm. 6. Komplektuojama su išimamu puodu su dangčiu, 7. Nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 8. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną. 9. Nugaros atrama, porankiai ir paminkštinimai, lengvai, be įrankių, nusiima. 10. Išmatavimai: 0.1. bendras plotis 56 cm ± 2 cm. 0.2. sėdynės plotis 54 cm ± 2 cm 0.3. atstumas tarp porankių 45 cm ± 2 cm. 11. Maksimali apkrova ne mažiau 130 kg. 12. Kėdę galima valyti, dezinfekuoti 13. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	prisitaiko prie nelygių grindų. 5. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi nuo 42 iki 57 cm, kas 2,5 cm. 6. Komplektuojama su išimamu puodu su dangčiu, 7. Nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 8. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną. 9. Nugaros atrama, porankiai ir paminkštinimai, lengvai, be įrankių, nusiima. 10. Išmatavimai: 10.1. bendras plotis 56 cm, 10.2. sėdynės plotis 54 cm, 10.3. atstumas tarp porankių 45 cm . 11. Maksimali apkrova 160 kg. 12. Kėdę galima valyti ,dezinfekuoti 13. Garantija 24 mėnesiai.	5. psl.2,3 6. psl.3 7. psl.3 8. psl.3 9. psl.2 10. psl.2 10.1 psl.2 10.2 psl.2 10.3 psl.2 11. psl.2 12. psl.2
--	--	--	--	--	--

Viešųjų pirkimų vadybininkė

Daiva Čekienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)