

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)

NR. S-6.19E-610/2022

INFUZIJOS PRIEMONĖS (Nr. 7271, Nr. 7272, Nr. 7273)

2022 m. lapkričio 14 d.

Vilnius

UAB „B.Braun Medical“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Liaubos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės dr. Jelenos Kutkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo **„Infuzijos priemonės (Nr. 7271, Nr. 7272, Nr. 7273)“** (pirkimo Nr. 617169) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti, neatlygintinai pristatyti, surinkti/sumontuoti, suderinti, paruošti darbui, išbandyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus, praveisti apmokymus perkančiosios organizacijos personalui dirbti su pristatytomis prekėmis, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytą kainą. Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t. y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t. y. prekės turi būti lygiavertės keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.3.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytus techninių parametrų reikšmes;

1.3.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1. punkte.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas

taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekejus.

3.2. Subtiekejus (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekejus (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekejus (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekejui atsisakius vykdyti Sutartį) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekejo (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekeją (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekejo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekejus, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekejo (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekejo (ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. **Sutarties kaina yra 97 336,03 Eur su PVM** (devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši Eur 03 ct), iš kurios PVM sudaro 16 893,03 Eur.

4.2. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo/sumontavimo, suderinimo, pajungimo, paruošimo darbui, išbandymo, įrangos sumontavimo išlaidas;

4.2.5. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.2.6. Pirkėjo konsultacijų ir pagalbos visais klausimais, susijusiais su prekės naudojimu išlaidas;

4.2.7. Pirkėjo personalo apmokymo dirbti su prekėmis išlaidas. Būtina apmokyti ne mažiau kaip 20 personalo narių, apmokymams skirti ne mažiau kaip 2 val. pirkėjo nurodytose patalpose.

4.2.8. atliekų, susidariusių vykdančiam Sutartį, išvežimo ir perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas;

4.2.9. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.3. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių kaina keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.3.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kaina;

4.3.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.3.3. prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.3.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekės kainą, egzistavimą.

4.4. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių kaina nebus perskaičiuojama.

4.5. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.6. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo

pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 36 mėnesių garantiją arba kitą Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą garantiją.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento abiejų Šalių pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai atlikti prekių techninį aptarnavimą pagal gamintojų reikalavimus, teikti konsultacijas ir paaiškinimus telefonu, šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimą/pakeisti prekes per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, gedimas turi būti pašalintas per Šalių suderintą protingą terminą. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el.paštu office.lt@bbraun.com.

5.8. Garantinis terminas pakeistoms prekėms vėl įsigalioja nuo pakeistų prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinis laikotarpis sutaisydoms prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas, nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

5.12. Pardavėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų).

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, moka Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, moka Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų/ nepataisytų prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda (netaikoma tais atvejais, kuomet skaičiuojami delspinigiai pagal Sutarties 7.2 p.). Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantiniu aptarnavimu. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja visą prekių garantinį laikotarpį, nurodytą Sutarties 5.2 punkte.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją, jeigu atsiranda bent viena iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytų sąlygų

9.1.4. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Skubios pagalbos skyriaus vedėjas (el.p. _____@rvul.lt, tel. (8 5) 236 2054). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už prekių pagal Sutartį priėmimą, yra Medicinos technikos skyriaus vedėjas (el.p. _____@rvul.lt, tel. (8 5) 236 2020). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė (el.p. _____@rvul.lt, tel. (8 5) 265 8195).

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina”.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „B.Braun Medical“

Viršuliškių skg. 34-1

Juridinio asmens kodas: 111551739

PVM mokėtojo kodas: LT115517314

Tel.: (8 5) 237 43 33

El. p. office.lt@bbraun.com

Bankas: AB „SEB bankas“

A. s: LT617044060001097040

Direktorius

Kęstutis Liauba

(parašas)

(data)

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124243848

PVM mokėtojo kodas LT242438412

Tel.: (8 5) 216 9069

El. p. rvul@rvul.lt

Bankas AB „SEB bankas“

A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorė

dr. Jelena Kutkauskienė

(parašas)

(data)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2022-09-05

Pirkimo pavadinimas: INFUZIJOS PRIEMONĖS (Nr. 7271, 7272, 7273)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas:	111551739
Tiekėjo adresas:	Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Pardavimų vadybininkas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	8 5 237 43 33
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	@bbraun.com; office.lt@bbraun.com

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Patvirtiname, kad prekės - infuzinės, švirkštinės pompos, stotelės - nėra teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“[1].

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galima nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
- 1.2. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos(remarketing) įrangos.
- 1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo techninės charakteristikos pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su atžymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo techninės charakteristikos pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- 1.4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.
- 1.5. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus medicinos prietaisams. (Sertifikatas pateikiamas kartu su prekėmis).

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami.

1.7. Prekių paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Dokumentus pateikti su pristatomomis prekėmis.

Pirkimo dalis Nr. 1 "Infuzinė sistema (stotelė ≥ 1 vnt. ir 6 vnt. švirkštinių pompų)"

Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

Eil. Nr.	Techniniai	Parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai, kodai	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktuose gamintojo dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametru reikšmės.
Infuzinės sistemos komplektas sudarytas iš: 1. Stotelės (infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys) – ≥ 1 vnt. 2. Švirkštinės pompos – 6 vnt.				
1. Reikalavimai stotelei (infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui)			Space Station plus k. 8719141(2vnt); dangtelis k. 8719145 , gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija Station Spaceplus vatotojo vadovas	
1.1	Stotelės fiksacija	Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo)	Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo)	18 psl
1.2	Jungtys	Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko	Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko	14 psl
1.3	Akumulatorius.	Pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas. Jei pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val., skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas 4 val.	42 psl
1.4	Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys	Švirkštinės ir tūrinės	Švirkštinės ir tūrinės	1; 40 psl

1.5	Klasifikacija	1. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP32 klasės arba lygiavertė).	1. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės	40; 42 psl
1.6	Fiksuojamų pumpų skaičius	Ne mažiau keturių pumpų	keturios pompos	43 psl
1.7	Įrenginio maitinimas	Iš 230V, 50Hz elektros tinklo	Iš 100 - 240V, 50Hz elektros tinklo	41 psl
2. Reikalavimai švirkštinei pompai			Perfusor Space plus k. 8719030, gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija Perfusor Space plus katalogas ir techninių duomenų lapas	
2.1	Naudojamų švirkštų dydžiai	5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	2/3,5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.2	Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų	Daugiau nei 4 skirtingų gamintojų	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.3	Infuzijos greičio nustatymo ribos	Nuo 0,1 ml/h iki 1500 ml/h	Nuo 0,01 ml/h iki 1800 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.4	Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu	Jei yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.5	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 2 \%$	Ne daugiau $\pm 2 \%$	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.6	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis	Būtinai	Yra	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.7	Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.:	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.8	Programuojant pumpą galima pasirinkti	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vartotojo vadovas 33 psl
2.9	Pauzės režimas	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.10	Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka	1. Vaistų saugumo protokolai; 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų.	1. Vaistų saugumo protokolai yra 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą yra. Galima įrašyti daugiau nei 10000 medikamentų.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.

2.11	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1500 ml/val.	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.12	Vizualinis bei akustinis įspėjimas	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.
2.13	Apsauginė funkcija nuo atsitiktinio vaisto boliuso suleidimo suspaudžiant stumoklį	Būtina	Būtina	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.14	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.15	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būseną (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai.	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būseną (vyksta infuzija) žalia; 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams geltona; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai raudona.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.
2.16	Pompos maitinimo galimybės:	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.17	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 10 h	13 h prie 100 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.18	Ekranas	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 3,2 colio įstrižainės. Jei lietimui jautrus ekranas, spalvotas, yra ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, 5,1 colio įstrižainės.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.19	Meniu lietuvių arba anglų kalba	Būtina	Lietuvių kalba	Vartotojo vadovas 31 psl.

2.20	Galimybė atnaujinti programinę įrangą	Būtina	Yra tokia galimybė	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.21	Klasifikacija	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP32 klasės (arba lygiavertė).	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.

3. Bendrieji reikalavimai stotelei ir švirkštinei pompai

3.1	Garantinis aptarnavimas.	≥ 36 mėn.	36 mėn.	
-----	--------------------------	-----------	---------	--

4. Reikalavimai integruotoms jungtims

4.1	Integruotos jungtys (stotelės arba pompos)	Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui	Yra jungtis ir stotelėje ir pompoje	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Stotelės vartotojo vadovas 15 psl.
-----	--	---	-------------------------------------	--

5. Pasiūlymo kaina:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, kompl.	1 komplekto kaina, Eur be PVM	Kiekio kaina, Eur be PVM
1	Infuzinė sistema	3	8 687,00	26 061,00
PVM tarifas (%):		21	PVM suma, EUR:	5 472,81
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**:				31 533,81

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pirkimo dalis Nr. 2 "Infuzinė sistema (stotelė 1vnt. ir 4 vnt. švirkštinių pumpų)"

Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai, kodai	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktuose gamintojo dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametru reikšmės.
Infuzinės sistemos komplektas sudarytas iš: 1. Stotelės (visus infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys) - 1vnt. 2. Švirkštinės pompos – 4 vnt.				
1. Reikalavimai stotelei (infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui):			Space Station plus k. 8719141; dangtelis k. 8719145 , gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija Station Spaceplus vartotojo vadovas	
1.1	Stotelės fiksacija	Prie vertikalios strypo (konsolės ar infuzinio stovo)	Prie vertikalios strypo (konsolės ar infuzinio stovo)	18 psl
1.2	Jungtys	Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko.	Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko.	14 psl
1.3	Akumulatorius.	Pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas. Jei pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val., skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Pilnai pakrauto akumulatoriaus darbo laikas 4 val.	42 psl
1.4	Galimų fiksuoti pumpų rūšys	Švirkštinės ir tūrinės	Švirkštinės ir tūrinės	1; 40 psl
1.5	Klasifikacija	1. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP32 klasės arba lygiavertė).	1. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės	40; 42 psl
1.6	Fiksuojamų pumpų skaičius	Ne mažiau keturių pumpų	keturios pompos	43 psl
1.7	Įrenginio maitinimas	Iš 230V, 50Hz elektros tinklo	Iš 100-240V, 50Hz elektros tinklo	41 psl
2. Reikalavimai švirkštinei pompai:			Perfusor Space plus k. 8719030, gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija Perfusor Space plus vartotojo vadovas ir Techninių duomenų lapas	

2.1	Naudojamų švirkštų dydžiai	5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	2/3,5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.2	Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų	Daugiau nei 4 skirtingų gamintojų	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.3	Infuzijos greičio nustatymo ribos	Nuo 0,1 ml/h. iki 1500 ml/h	Nuo 0,01 ml/h iki 1800 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.4	Integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu	Jei yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.5	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 2 \%$	Ne daugiau $\pm 2 \%$	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.6	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis	Būtinasi	Yra	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.7	Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.:	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.8	Programuojant pompą galima pasirinkti	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vartotojo vadovas 33 psl
2.9	Pauzės režimas	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.10	Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka	1. Vaistų saugumo protokolai; 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų.	1. Vaistų saugumo protokolai yra 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą yra. Galima įrašyti daugiau nei 10000 medikamentų.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.11	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1500 ml/val.;	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.

2.12	Vizualinis bei akustinis įspėjimas	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.
2.13	Apsauginė funkcija nuo atsitiktinio vaisto boliuso suleidimo suspaudžiant stumoklį	Būtina	Būtina	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.14	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.15	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būseną (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai.	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būseną (vyksta infuzija) žalia; 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams geltona; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai raudona.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.
2.16	Pompos maitinimo galimybės:	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.17	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 10 val.	13 h prie 100 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.18	Ekranas	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 3,2 colio įstrižainės Jei lietimui jautrus ekranas, spalvotas, yra ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, 5,1 colio įstrižainės.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.19	Meniu lietuvių arba anglų kalba	Būtina	Lietuvių kalba	Vartotojo vadovas 31 psl.
2.20	Galimybė atnaujinti programinę įrangą	Būtina	Yra tokia galimybė	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2.21	Klasifikacija	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.

		patekimo į prietaiso vidų IP32 klasės (arba lygiavertė).		
3. Bendrieji reikalavimai stotelei ir švirkštinei pompai				
3.1	Garantinis aptarnavimas.	≥ 36 mėn.	36 mėn.	
4. Reikalavimai integruotoms jungtims				
4.1	Integruotos jungtys (stotelės arba pompos)	Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui	Yra jungtis stotelėje ir pompoje	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Stotelės vartotojo vadovas 15 psl.

5. Pasiūlymo kaina:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, kompl.	1 komplekto kaina, Eur be PVM	Kiekio kaina, Eur be PVM
2	Infuzinė sistema	6	5 347,00	32 082,00
PVM tarifas (%):		21	PVM suma, EUR:	6 737,22
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**:				38 819,22

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pirkimo dalis Nr. 3 "Automatinės švirkštinės pompos"**Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai, kodai	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktuose gamintojo dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametru reikšmės.
1. Reikalavimai automatinei švirkštinei pompai:			Perfusor Space plus k. 8719030, gamintojas B.Braun Melsungen AG, Vokietija Perfusor Space plus vartotojo vadovas ir Techninių duomenų lapas	
1.1	Naudojamų švirkštų dydžiai	5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	2/3,5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.

1.2	Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai	Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų	Daugiau nei 4 skirtingų gamintojų	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.3	Infuzijos greičio nustatymo ribos	Nuo 0,1 ml/h. iki 1500 ml/h	Nuo 0,01 ml/h iki 1800 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.3	Integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu	Jei yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Yra integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.5	Infuzijos greičio paklaida	Ne daugiau $\pm 2\%$	Ne daugiau $\pm 2\%$	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.6	Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis	Būtinai	Yra	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.7	Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.:	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	g, mg, μ g, ng, IU (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg)	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.8	Programuojant pompą galima pasirinkti:	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vaistą Paciento profilį Vaisto koncentraciją	Vartotojo vadovas 33 psl
1.9	Pauzės režimas	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.10	Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka	1. Vaistų saugumo protokolai; 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų.	1. Vaistų saugumo protokolai yra 2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą yra. Galima įrašyti daugiau nei 10000 medikamentų.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.11	Smūginės dozės (boliuso) parametrai:	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1500 ml/val.;	1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.12	Vizualinis bei akustinis įspėjimas	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	1. Švirkštas beveik tuščias, švirkštas tuščias 2. tūris suleistas 3. infuzijos laikas beveik pasibaigė, 4. baterija beveik tuščia, baterija tuščia. 5. spaudimas per aukštas 6. neteisingai įstatytas švirkštas.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.

1.13	Apsauginė funkcija nuo atsitiktinio vaisto boliuso suleidimo suspaudžiant stumoklį	Būtina	Yra	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.14	Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.15	Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija); 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai.	Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. normali būsena (vyksta infuzija) žalia; 2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams geltona; 3. aliarmas, esant kritinei situacijai raudona.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl. ir Vartotojo vadove 39-43 psl.
1.16	Pompos maitinimo galimybės:	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio); 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.17	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė	Ne mažiau kaip 10 val.	13 h prie 100 ml/h	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.18	Ekranas	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, ne mažiau kaip 3,2 colio įstrižainės. Jei lietimui jautrus ekranas, spalvotas, yra ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės, skiriami ekonominio naudingumo balai - 5 balai	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas, 5,1 colio įstrižainės.	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.19	Menu lietuvių arba anglų kalba	Būtina	Lietuvių kalba ir anglų kalba	Vartotojo vadovas 31 psl.
1.20	Galimybė atnaujinti programinę įrangą	Būtina	Yra tokia galimybė	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
1.21	Klasifikacija	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP32 klasės (arba lygiavertė).	1. Atspari defibriliacijai; 2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
2. Bendrieji reikalavimai švirkštinei pompai				
2.1	Garantinis aptarnavimas.	≥ 36 mėn.	36 mėn.	
3. Reikalavimai integruotoms jungtims				

3.1	Integruotos jungtys (pompos)	Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui	Yra integruota jungtis	Techninių duomenų lapas 1-3 psl.
-----	------------------------------	---	------------------------	----------------------------------

4. Pasiūlymo kaina:

P. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Kiekio kaina, Eur be PVM
3	Automatinė švirkštinė pompa	20	1 115,00	22 300,00
PVM tarifas (%):		21	PVM suma, EUR:	4 683,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM**:				26 983,00

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PARDAVĖJAS**UAB „B.Braun Medical“**Direktorius
Kęstutis Liauba_____
(parašas)_____
(data)**PIRKĖJAS****VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė**Direktorė
Dr. Jelena Kutkuaskienė_____
(parašas)_____
(data)