

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM	PVM tarifas	Suma Eur su PVM 24 mėn.	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus
		stabilus ne mažiau kaip 7 dienas										
2.1.	<i>Reagentas</i>	Turi būti viena dviejų lygių (N ir P) žinomų verčių kontrolinė plazma PL ir ADTL tyrimams		350 ml	0,4305714	2996,70	5%	3.146,54	5 ml	70	44,95	Rekalifikacijos metodas. Aktyvatorius polifenolis. Mėginys – citruota plazma: normali, bet kokio lygio hemolizuota, ikterinė, lipeminė Reagentas turi būti stabilus ne mažiau kaip 7 dienas PTT A5, kat. Nr. 00480. Diagnostica Stago, Prancūzija <i>Metodika</i> PTT A5

2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame susitarime, lieka nepakeistos.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Pirkėjas:

VŠĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Juridinio asmens kodas 173223934

Direktorė

Danguolė Kondratenkienė _____

Pardavėjas:

UAB „Diagnosticinės sistemos“

Kalvarijų sodų 1-oji g.2, LT-08315 Vilnius

Juridinio asmens kodas 122263421

Direktorius prof. Julius Ptaškas _____