

TECHNINĖS SĄLYGOS SVARSTYKLĖMS

Reikalavimai	Siūlomos prekės specifikacija
1.Paskirtis: rankinių dozatorių kalibravimas	1.Paskirtis: rankinių dozatorių kalibravimas
2. Padalos vertė $d = 0,001 \text{ mg}$	2.Padalos vertė $d = 0,001 \text{ mg}$
3. Pakartojamumas (s) ne daugiau $0,006 \text{ mg}$	3.Pakartojamumas (standartinis $0,003 \text{ mg}$)
4. Tikslumo OIML klasė I	4. OIML tikslumo klasė
5. Lietimui jautrus ekranas	5.Lietimui jautrus ekranas: 10" touchscreen
6. Su programine įranga užtikrinančia atitiktį standarto ISO 8655-6:2022 reikalavimams ir kalibravimo rezultatų duomenų baze	6. Pipetų kalibravimas atliekamas pagal ISO 8655 standarto procedūrą arba atsižvelgiant į vartotojo reikalavimus.
7. Su atliktu kalibravimu toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje. Kalibravimo metu gauta išplėstinė neapibrėžtis $U (k=2)$ turi būti ne daugiau kaip $0,012 \text{ mg}$	7. Su atliktu kalibravimu toje srityje akredituotoje kalibravimo laboratorijoje. Ekscentrinės apkrovos nuokrypis yra $0,007 \text{ mg}$
8. Ne mažiau 3 vartotojų prisijungimas su slaptažodžiu	8. Ne mažiau 3 vartotojų prisijungimas su slaptažodžiu
9. Su įdozavimo kamera apsaugančia nuo dozavimo vandens nugaravimo	9. Mikrosvarstyklės MYA 21.5Y.P turi garinimo žiedą, kuris sumažina matavimo paklaidas, atsirandančias dėl skysčio išgaravimo svėrimo proceso metu
10.Automatiškai atsiderančiu / užsiderančiu įdozavimo kameros dangčiu arba svėrimo kameros sienele	10. turi automatiškai atsiderančią/užsiderančią svėrimo kameros sienelę, tačiau dozavimo kamera atidaroma rankiniu būdu
11. Matavimo stabilizavimosi laikas ne daugiau 10 sekundžių	11. Matavimo stabilizavimosi laikas: max 10s
12. Jungtys: USB, Ethernet	12.Jungtys: USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
13. Darbo su svarstyklėmis kalba: lietuvių arba anglų	13. Darbo su svarstyklėmis kalba: anglų
14. Su vidiniu kalibravimu	14. Su vidiniu kalibravimu
15.Svarstyklių tikrinimas / kalibravimas atliekamas su svarsčiais	15.Svarstyklių tikrinimas gali būti atliekamas su svarsčiais (kalibravimas vidinis/automatinis)
16. Automatinis svarstyklių padėties lyginimas ir indikacija darbo metu	16. Automatinis svarstyklių padėties lyginimas ir indikacija darbo metu
17. Vibracijos indikacija darbo metu	17. Vibracijos indikacija darbo metu
18. Su „CE“ ženklu	18. Su „CE“ ženklu
19.Aplinkos sąlygos: temperatūra $(15 - 25) ^\circ \text{C}$, oro drėgnumas iki 80 %	19.Aplinkos sąlygos: $+10 - +40^\circ \text{C}$, drėgmė 40% — 80%
20.Tinklo įtampa: 220-240 V, 50 Hz;	20.Tinklo įtampa adapterio: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A; svarstyklių: 12 – 15V DC 1.4A max
21. Įranga privalo būti nauja ir nenaudota	21.Siūloma įranga nauja ir nenaudota
22.Pateikiamos instrukcijos anglų ir lietuvių kalba	22.Pateikiama instrukcija anglų kalba
23.Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesių	23.Garantinis laikotarpis 24 mėn.
24. Įrangos instaliavimą vykdo pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas	24. Įrangos instaliavimą vykdo pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas
25. Bendrovės personalo apmokymas naudotis svarstyklėmis ir programine įranga	25. Bendrovės personalo apmokymas naudotis svarstyklėmis ir programine įranga vykdomas nuotoliniu būdu, anglų kalba (apmokymus praveda įrangos gamintojas)
26. Įrangos pristatymo terminas: ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos	26. Įrangos pristatymo terminas: 30-40 dienų po sutarties pasirašymo.