

**PIRKIMO „AUDINIŲ LIGAVIMO INSTRUMENTAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS”
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Orientacinis perkamas kiekis per 1 metus ir mato vnt.	Siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės pagal 2 stulpelio reikalavimus bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Firminis prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas kataloge (jeigu yra)	Mato vnt. kaina € be PVM	Viso kiekio kaina € be PVM	PVM tarifas %	Viso kiekio kaina € su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Audinių ligavimo instrumentai</i>							
1.	Laparoskopiniai audinių ligavimo instrumentai Maryland tipo Vienartinės, sterilios bipolinės žnyplės. Ilgis 37 cm ($\pm 0,5$ cm), diametras 5 mm, žiaunų ilgis 20,3mm (± 2 mm), pjovimo ilgis 18,5mm (± 2 mm). Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai suldyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. Instrumentai turi būti suderinami su Covidien FORCE TRIAD ultragarsiniu įrenginiu.	Iki 12 vnt.	Laparoskopiniai audinių ligavimo instrumentai Maryland tipo Vienartinės, sterilios bipolinės žnyplės. Ilgis 37 cm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 20,3mm, pjovimo ilgis 18,5mm. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Yra galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 350°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu pilnai sulydo kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤ 7 mm. Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD ultragarsinio įrenginio. Konfidencialu. Brosiuros. 1-2, 7psl. https://www.ctsnet.org/article/electrothermal-bipolar-	Medtronic-Covidien USA, Ligasure Maryland, LF1937.	450,00	5400,00	5	5670,00

			tissue-sealing-system-ligasure-lung-surgery					
1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct.								
2.	Laparoskopiniai audinių ligavimo instrumentai Blunt tipo Vienkartinės, sterilios bipolinės žnyplės. Ilgis 37 cm (±0,5 cm), diametras 5 mm, žiaunų ilgis 18,3mm (±2 mm), pjovimo ilgis 16,8mm (±2 mm). Žnyplių žiaunos tiesios, bukos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 180°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu turi pilnai sulydyti kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Instrumentai turi būti suderinami su Covidien FORCE TRIAD ultragarsiniu įrenginiu.	Iki 6 vnt.	Laparoskopiniai audinių ligavimo instrumentai Blunt tipo Vienkartinės, sterilios bipolinės žnyplės. Ilgis 37 cm, diametras 5 mm, žiaunų ilgis 18,3mm, pjovimo ilgis 16,8mm. Žnyplių žiaunos tiesios, bukos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą. Yra galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Darbinė dalis rotuojama 180°. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. Vienos aktyvacijos metu pilnai sulydo kraujagysles, limfagysles ir audinių pluoštus ≤7 mm. Tinkančios prie Covidien FORCE TRIAD ultragarsinio įrenginio. Konfidencialu. Brosiūros 1-2, 7psl. https://www.ctsnet.org/article/electrothermal-bipolar-tissue-sealing-system-ligasure-lung-surgery	Medtronic-Covidien USA, Ligasure Blunt, LF1837.	470,00	2820,00	5	2961,00
2 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras 00 ct.								
3.	Laparatominiai audinių ligavimo instrumentai Vienkartinės, sterilios, lenktos bipolinės žnyplės. Ilgis 18 cm (±0,5 cm), žiaunų ilgis	Iki 12 vnt.	Laparatominiai audinių ligavimo instrumentai Vienkartinės, sterilios lenktos bipolinės žnyplės. Ilgis 18 cm,	Medtronic-Covidien USA, Ligasure	430,00	5160,00	5	5418,00

	<i>Vienkartiniai laparoskopiniai trokarai</i>							
5.	Vienkartinis trokaras Vienkartinis, sterilus, skaidrus trokaras su stabilumo sriegiu ir skaidriu atrauminiu pravedėju. Vožtuvas suteptas silikonu. Skersmuo 12 mm (±1 mm), ilgis 100 mm (±2 mm). Instrumentų pralaidumo diametras 5 – 11 mm. Trokaras pagamintas iš skaidraus poliamido, polisopreno (sintetinė guma), termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos. Smaigas pagamintas iš skaidraus poliamido, akrilnitrilo – butadienio-stirenio ir versaflex termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos.	Iki 72 vnt.	Vienkartinis, sterilus, skaidrus trokaras su stabilumo sriegiu ir skaidriu atrauminiu pravedėju. Vožtuvas suteptas silikonu. Skersmuo 12 mm , ilgis 100 mm. Instrumentų pralaidumo diametras 5 – 11 mm. Trokaras pagamintas iš skaidraus poliamido, polisopreno (sintetinė guma), termoplastinio elastomero. Smaigas pagamintas iš skaidraus poliamido, akrilnitrilo – butadienio-stirenio ir versaflex termoplastinio elastomero. Konfidencialu. Brosiuros 8-12psl.	Medtronic-Covidien USA, VersaOne troakaras, ONB12STF	36,00	2592,00	5	2721,60
5 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas eur, 60 ct								

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis.

Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas per 5 darbo dienas turės pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, pavyzdžiai po vertinimo bus grąžinami.