

Svarstyklių naujagimiams sverti techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Paskirtis	Naujagimių/kūdikių svėrimui	Naujagimių/kūdikių svėrimui, svarstyklės MS4200, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas R.O.C. Brošiura 1psl.
2.	Svarstyklių konstrukcija	1. Elektroninės, statomos ant stalo; 2. Į svarstyklių pagrindo korpusą integruoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius; 3. Su ūgio matuokle	1. Elektroninės, statomos ant stalo; 2. Į svarstyklių pagrindo korpusą integruoti svarstyklių valdymo elementai bei matavimo rezultatų indikatorius; 3. Su ūgio matuokle HM80M, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas R.O.C. Brošiura 1psl.
3.	Tikslumo klasė	Ne blogiau kaip III (vidutinio tikslumo)	III (vidutinio tikslumo) Brošiura 1psl.
4.	Maksimalus sveriamas svoris	≥ 15 kg	20 kg Brošiura 1psl.
5.	Svarstyklių matavimo diskretiškumas (padalos vertė)	Iki $10\text{ kg} \leq 5\text{ g}$; Nuo $10\text{ kg} \leq 10\text{ g}$	Iki $10\text{ kg} - 5\text{ g}$; Nuo $10\text{ kg} - 10\text{ g}$ Brošiura 1psl.
6.	Reikalavimai ūgio matuoklei	1. Ūgio matavimo ribos ne siauresnės kaip 35-80 cm; 2. Ūgio matuoklės gradacija $\leq 1\text{mm}$	1. Ūgio matavimo ribos 35-80 cm; 2. Ūgio matuoklės gradacija 1mm Brošiura 1psl.
7.	Įdiegtos funkcijos	1. Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); 2. Automatinis išsijungimas.	1. Svėrimo rezultatų rodymas, pasvertą kūdikį nuėmus nuo svarstyklių (HOLD); 2. Automatinis išsijungimas (Auto OFF funkcija). Brošiura 1psl.
8.	Maitinimo šaltinis	Vidiniai maitinimo elementai (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų)	Vidiniai maitinimo elementai. Patvirtiname, kad komplekte su svarstyklėmis pateiksime vieną komplektas maitinimo elementų) Brošiura 1psl.
9.	Pirminė metrologinė patikra	Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos	Patvirtiname, kad svarstyklės užsakovui pateiksime su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos
10.	Garantija	≥ 24 mėnesiai	24 mėnesiai
11.	Žymėjimas CE ženklui pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Žymėjimas CE ženklui pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus (prisegame CE sertifikatą) CE sertifikatas 1psl.
12.	Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas	Pristatymo, instaliavimo ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Patvirtiname, kad pristatymo, instaliavimo ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pristatytas siūlomos prekės pavyzdys.