



Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

Akumuliatorių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Akumulatorius (kiekis 2 vnt.)	<p>1. Siūlomas akumulatorius techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Mindray“ portatyviu echoskopu „Mindray M9“ (inv. nr. 13715793);</p> <p>2. Akumulatorius 14.8 V, 5800 mAh (arba lygiavertis);</p> <p>3. Akumulatoriui suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai. (firmos „Mindray“ akumulatorius kodu LI24I002A arba lygiavertis)</p>	<p>1. Siūlomas akumulatorius techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Mindray“ portatyviu echoskopu „Mindray M9“ (inv. nr. 13715793);</p> <p>LI24I002A, 115-023405-00, Mindray</p> <p>2. Akumulatorius 14.8 V, 5800 mAh;</p> <p>3. Garantija 6 mėnesiai.</p>
2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos	Būtina (būtinąs pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos)	Patvirtiname: Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- 1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.
- 2. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

Administratore-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)